



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS
18001

Szczecin, dnia 21.02.2023 r.

Znak sprawy Nr RPoZP 4/2023

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym na dostawę materiałów zużywalnych do Centralnej Sterylizatorni dla 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie

Pytania i odpowiedzi do SWZ nr 3

1. Zadanie nr 1, Poz.8: Czy nie nastąpiła omyłka pisarska w poz. 7 i 8 – Zamawiający wymaga tego samego rozmiaru rękawa? Czy Zamawiający oczekuje w poz. 8 rękawa w rozmiarze 30 cm x 100m?

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że w poz. nr 8 zaszła omyłka pisarska w związku z powyższym modyfikuje zapisy załącznika nr 1 do SWZ. W zadaniu nr 1 pozycja nr 8 Zamawiający oczekuje rękawa o rozmiarze 30 cm x 100 m.

Załącznik nr 1 do SWZ po modyfikacji został zamieszczony na platformie.

2. Zadanie nr 1, Poz. 9: Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie rękawa o szerokości 35 cm lub 420 cm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odp. W zadaniu nr 1 pozycja nr 9 Zamawiający dopuszcza rękaw o szerokości 35 cm przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w SWZ.

BD 91/ 8105982

KOMENDANT

Z upoważnienia
KOMENDANTA
109. SZPITALA WOJSKOWEGO Z PRZYCHODNIĄ
SPZOZ w Szczecinie

ppłk mgr farm. Jacek SYPKO
Zastępca Komendanta