

Węgrów, dnia 26.10.2023 r.

Samodzielny Publiczny Zakład  
Opieki Zdrowotnej w Węgrowie  
ul. Kościuszki 15, 07-100 Węgrów

#### **PYTANIA I ODPOWIEDZI**

**Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podst. art. 275 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych na dostawę gazów medycznych dla SP ZOZ w Węgrowie (BZP z dnia 19.10.2023 r. nr 2023/BZP 00450865/01)**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgrowie informuje, że wpłynęły następujące zapytanie od Wykonawcy:

Czy zamawiający dopuszcza złożenie oferty na Argon sprężony w butlach a'10L, 200 bar o czystości 5.0?

***Odpowiedź:***

***Zamawiający wymaga argonu o czystości 5.2***

***Podpisał:***

***Dyrektor SPZOZ w Węgrowie***

***Lek. med. Artur Skóra***