



Poznań, dnia 17.01.2024 roku

Oznaczenie sprawy: PN-08/24

**Uczestnicy postępowania
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę wyrobów medycznych (38 części).**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku z otrzymanymi zapytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r - Prawo zamówień publicznych poniżej zamieszcza treść zapytań wraz z odpowiedziami:

Zestaw nr 1:

Część nr 3

Pozycja 3 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania kompresy włókninowe w opakowaniach po 2 sztuki z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości tj. 125 000 opakowań – pozostałe parametry zgodnie z opisem SWZ?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Część nr 3

Pozycja 4 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania kompresy włókninowe w opakowaniach po 2 sztuki z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości tj. 120 000 opakowań – pozostałe parametry zgodnie z opisem SWZ?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Część nr 6

Pozycja 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania opaskę podtrzymującą nieprzylepną, wykonaną z wiskozy, bawełny i poliamidu - pozostałe parametry zgodnie z opisem SWZ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza (nie wymaga) opaskę podtrzymującą nieprzylepną, wykonaną z wiskozy, bawełny i poliamidu pod warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych parametrów opisu.

