

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(zwana dalej „SIWZ”)

SPZZOZ.ZP/10/2019

PRZETARG NIEOGRANICZONY

o wartości równej lub większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r poz.1986).

W PRZEDMIOCIE:

Zakup sprzętu medycznego dla
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SPZZOZ w Przasnyszu

DLA ZADANIA:

***„Doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
w niezbędny sprzęt medyczny służący do ratowania życia i zdrowia dzieci.”***

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020; Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia; Działanie 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego (nabór w trybie pozakonkursowym)- POIS.09.01.00-00-0306/18

Zatwierdzam

Dyrektor SPZZOZ
Jerzy Sadowski

Przasnysz, data 01.03.2019 r.

INFORMACJE OGÓLNE.

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w języku polskim przy użyciu platformy zakupowej <https://platformazakupowa.pl/> oraz poczty elektronicznej: szpitalprzasnysz@op.pl
2. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na platformę zakupową lub pocztę elektroniczną.
3. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na *Liście wszystkich postępowań* na platformie zakupowej.
4. Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ, przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystywane w inny sposób.
5. Wykonawca winien zapoznać się z całością niniejszej SIWZ.
6. Wszystkie załączniki dołączone do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część.

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający: *Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej*

Adres: *ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz*

Tel: *29 75 34 310*

Fax: *29 75 34 380*

Adres strony internetowej: www.szpitalprzasnysz.pl

e-mail: szpitalprzasnysz@op.pl

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.1986), zwaną dalej ustawą pzp.
2. Wartość szacunkowa zamówienia przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy pzp.
3. Zamawiający zastosuje procedurę, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy pzp.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Zakup realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia; Działanie 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego.

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego zgodnie z opisem zawartym w Załączniku do SIWZ będącym jej integralną częścią.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne pozycje. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę na całe zamówienie lub na poszczególne pozycje. Złożenie przez tego samego Wykonawcę więcej niż jednej oferty na tą samą pozycję spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje:
CPV – 33100000-1 - Urządzenia medyczne
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

5. Obowiązkiem dostawcy jest przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie jego obsługi i eksploatacji. Przeszkolenie ma być potwierdzone w protokole przekazania sprzętu.
 6. Wszystkie wyroby będące przedmiotem zamówienia muszą posiadać oznaczenia wymagane przepisami (CE). Ponadto powinny zawierać oznaczenia wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów o ile takie są wymagane.
 7. Wartość oferty obejmuje: pełny zakres montażu od momentu dostawy do uruchomienia urządzenia lub systemu. Jeżeli montaż urządzenia wymaga wykonania adaptacji pomieszczenia należy to wliczyć w koszt oferty.
 8. Ogólne warunki dotyczące przeglądów i napraw gwarancyjnych:
 - a) Wszystkie naprawy w okresie gwarancyjnym będą wykonywane na koszt dostawcy urządzenia,
 - b) Jako koszt naprawy należy rozumieć:
 - koszt dojazdu lub koszty transportu urządzenia do serwisu,
 - koszt robocizny,
 - koszt części zamiennych.
 - c) Czas wykonania naprawy gwarancyjnej od momentu zgłoszenia nie może być dłuższy niż termin wykazany we wzorze Umowy.
 - d) Darmowe przeglądy w okresie gwarancyjnym. Ich zakres i częstotliwość wynika z dokumentacji technicznej urządzenia.
 - e) Jako koszt przeglądu należy rozumieć:
 - koszt dojazdu lub koszty transportu urządzenia do serwisu,
 - koszt robocizny,
 - koszt części zamiennych.
7. Stosowanie zamienników. Rozwiązania równoważne:
- a) Podane przez Zamawiającego ewentualne nazwy (znaki towarowe), mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie sporządzonego opisu przedmiotu zamówienia.
 - b) Podane w tabelach wymagania techniczne sprzętu stanowią dla zamawiającego wykładnię jakościową oraz parametrową dla zamawianego sprzętu. Wykonawca przygotowując ofertę ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o ocenę rozwiązań technicznych równoważnych, wykazując, że zastosowane rozwiązania w oferowanym sprzęcie łącznie nie zmieniają oczekiwań Zamawiającego w zakresie jakościowym i parametrowym sprzętu jako całości.
 - c) Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do urządzeń równoważnych dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie (atesty, certyfikaty, świadectwo jakości, dokumentację techniczno-ruchową).
 - d) Dopuszcza się zamienne rozwiązania pod warunkiem:
 - spełnienia co najmniej takich samych lub lepszych właściwości technicznych
 - przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania).
 - e) Gdziekolwiek w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przywołane są normy, lub nazwy własne lub znaki towarowe lub patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, pod warunkiem uzyskania jego zgody.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Maksymalny termin realizacji przedmiotu zamówienia – 4 tygodnie licząc od daty podpisania umowy, jednak nie później niż 31.05.2019 r.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp tj:

1.1. Opis spełnienia warunków:

- a) warunek **dotyczący kompetencji do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.**
Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku udziału w tym zakresie.
- b) warunek dotyczący **sytuacji ekonomicznej lub finansowej.**
Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku udziału w tym zakresie.
- c) warunek dotyczący **zdolności technicznej lub zawodowej:**
Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku udziału w tym zakresie.

1.2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie przez Zamawiającego na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę w postępowaniu metodą warunku granicznego – **spełnia/nie spełnia.**

2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania.

2.1. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, o którym mowa w przepisie art. 24 ust. 1 ustawy oraz dodatkowo, na podstawie przepisu art. 24 ust. 5 ustawy - wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę:

- a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1508 oraz z 2018 r. poz. 149, 398, 1544 i 1629) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 2344 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 398, 685, 1544 i 1629);
- b) który naruszył obowiązki dotyczące podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych z wyjątkiem przypadku o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł porozumienie w sprawie spłaty należności.

2.2. Wykluczenie wykonawcy następuje:

- 1) w przypadkach, o których mowa w przepisie art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14 ustawy, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w ust. 1 pkt 13 lit. a-c ustawy, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;
- 2) w przypadkach, o których mowa:
 - a) w przepisie art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 ustawy, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w przepisie art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy,
 - b) w przepisie art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy,
 - jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;
- 3) w przypadkach, o których mowa w przepisie art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
- 4) w przypadku, o którym mowa w przepisie art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy, jeżeli nie

- upłynął okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne;
- 5) w przypadku, o którym mowa w przepisie art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.
- 2.3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie przepisu art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Powyższego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
- 2.4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione zgodnie z pkt 2.3.
- 2.5. W przypadkach, o których mowa w przepisie art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy, przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiający zapewni Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskaże w protokole sposób zapewnienia konkurencji.
- 2.6. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

2. Poleganie na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów. W przypadku kiedy Wykonawca polegać będzie na innym podmiocie to:

- 1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
- 2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
- 3) Zamawiający ocenia, czy udostępnianie wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz bada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 oraz ust. 5.
- 4) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
- 5) wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
- 6) jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu o którym mowa w pkt 2.1 nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy

wykluczenia zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
 - zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną o których mowa w pkt 2.1)
3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy będącego podmiotem zbiorowym orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
 4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt. 3.
 5. W wypadkach o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 19, przed wykluczeniem wykonawcy zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.
 6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w § 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. – zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ.

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

1. Celem potwierdzenia spełnienia warunków oraz w celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca załączy do oferty:
 - a) aktualne na dzień składnia ofert oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, zwanego dalej JEDZ. Wzór JEDZ stanowi **Załącznik nr 5 do SIWZ**. Wykonawca może korzystać z narzędzi oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie i utworzenie JEDZ, w szczególności w jednym z następujących formatów przesyłanych danych: pdf, doc, docx, odt. Wykonawca podpisuje JEDZ kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
 - b) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także dokumenty JEDZ dotyczące tych podmiotów w formie dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art.22 ust.1 ustawy pzp.
 - c) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w formie dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw

wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

d) Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje zawarte w innym JEDZ złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2. Na wezwanie Zamawiającego:

a) oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co Wykonawcy, którzy złożyli odrębne oferty w postępowaniu. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Zaleca się użycie wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.

b) w języku polskim katalogi, broszury lub ulotki producentów opisujące szczegółowo oferowany sprzęt medyczny.

c) dokumenty wymagane ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (tj. Dz. U z 2017 r., poz. 211 ze zm.) dla każdego sprzętu medycznego wchodzącego w skład danego pakietu,

d) **informacji z Krajowego Rejestru Karnego** w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

e) **zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego** potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

f) **zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego** albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

g) **odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej**, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

h) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo- w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji- dokumentów potwierdzających dokonane płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – **załącznik nr 6 do SIWZ**

i) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - **załącznik nr 7 do SIWZ**

j) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały

wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert- **załącznik nr 5 do SIWZ.**

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
 - a) w ust.2 pkt. d)- składa informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 13,14 i 21.
 - b) ust. 2 pkt. g) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust.3 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego prezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
6. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust. 2 pkt. d) składa dokument, w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt.14 i 21 ustawy pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust.4 stosuje się odpowiednio.
7. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
8. Od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art.22a ustawy pzp, Zamawiający zażąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust.2 a, d, e, f, g).
9. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art.22a ustawy pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.
10. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w niniejszym Rozdziale, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.
11. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie

- dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
12. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
 13. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w niniejszym Rozdziale, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
 14. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
 15. Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

1. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Renata Karwacka. adres poczty elektronicznej: **szpitalprzasnysz@op.pl**
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w niniejszej dokumentacji), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem formularza udostępnionego przez platformę zakupową (*Formularz do komunikacji*). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania SPZZOZ.ZP/10/2019.
3. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email **szpitalprzasnysz@op.pl**
4. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem *Formularza do komunikacji* jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 2 adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
5. Informacyjnie: e-mail: **szpitalprzasnysz@op.pl** pracuje codziennie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 8:00 do 15.00.

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Warunkiem ważności oferty jest wniesienie przez Wykonawcę wadium w wysokości:

Lp.	Nazwa	Wadium w zł
1	Kardiomonitor	300,00
2	Defibrylator	500,00

3	USG	3.000,00
4	Ssak jezdny	200,00
5	Zestaw do trudnej intubacji	300,00

2. Wpłaty wadium należy dokonać przed terminem ustalonym dla składania ofert nie później niż do dnia 08.04.2019 r do godz. 10.00 na konto SP ZZOZ w Przasnyszu **05 1020 1592 0000 2002 0295 0434 z dopiskiem na przelewie "WADIUM"** i oznaczyć „Zakup sprzętu SOR - pozycja nr.....”
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
4. Wadium może być wniesione w następujących formach:
 - a) pieniądzu,
 - b) poręczeniach bankowych,
 - c) gwarancjach bankowych,
 - d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
 - e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. B ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014, poz. 1804 ze zm.).
5. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy:
 - a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
 - b) kwotę gwarancji,
 - c) termin ważności gwarancji, np. w formule: „ od dnia- do dnia”.
6. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej oryginał niniejszych gwarancji w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do ich wystawienia należy dołączyć do oferty.

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA

1. Wykonawca jest związany ofertą 60 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2 nie powoduje utraty wadium.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
6. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli wykonawca nie wyraził zgody na o której mowa w pkt 2 na przedłużenie terminu związania ofertą.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Warunki formalne sporządzenia oferty, których nie spełnienie może spowodować odrzucenie oferty:
 - 1) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci

elektronicznej w formacie danych doc, docx, odt, pdf i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z platformy zakupowej. Ofertę należy złożyć w oryginale. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia skanu oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym

- 2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna cena;
2. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają Wykonawcę.
3. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
4. W przypadku dołączenia do oferty informacji zastrzeżonych Wykonawca przygotowuje ofertę w 2 częściach:

Część 1 – informacje jawne (informacje podane przez Wykonawcę w tej części oferty zostaną ujawnione wszystkim Wykonawcom zgodnie z Prawem zamówień publicznych).

Część 2 – dokumenty zastrzeżone (nie zostaną udostępnione innemu Wykonawcy).

Części 1 i 2 powinny stanowić odrębne egzemplarze.

Przygotowanie oferty w sposób podany powyżej ma istotne znaczenie przy udostępnianiu ofert do wglądu Wykonawcom.

Zamawiający zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. tj. nazwy (firm) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach”.

XI. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Wykonawca składa ofertę w postępowaniu, za pośrednictwem platformy zakupowej <https://platformazakupowa.pl/>
2. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem platformy zakupowej.
3. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
4. **Termin składania ofert upływa dnia 08.04.2019 roku o godzinie 10:00.**
5. **Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.04.2019 roku o godzinie 10:15 w Sali Konferencyjnej SPZZOZ Administracja I piętro**
6. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie platformy zakupowej <https://platformazakupowa.pl/>
7. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
8. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia ofert.
9. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w ust.8, przekaze Zamawiającemu **oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej**, o której mowa w art. 24 ust.11 ustawy pzp. W sytuacji przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca wraz ze złożeniem oświadczenia przedstawi dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór informacji wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej stanowi **załącznik nr 4 do SIWZ.**

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

1. Oferta powinna zawierać łączną wartość brutto obejmującą cały asortyment w ramach danej części, wyrażoną cyfrowo i słownie oraz VAT i wartość netto danej części.
2. Cena oferty i wszystkie jej składniki powinna być wyrażona w PLN (złotych polskich) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z uwzględnieniem ewentualnych upustów, rabatów jakie Wykonawca oferuje.
3. Zamawiający rozbieżność w cenie podanej liczbą w stosunku do ceny podanej słownie potraktuje jako oczywistą omyłkę pisarską zgodnie z art.87 ust.2 pkt.1) ustawy pzp.
4. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w walucie polskiej.
5. Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty przedmiotu zamówienia w ramach danego pakietu z należnymi podatkami i opłatami oraz kosztami transportu, rozładunku, instalacji i przeszkolenia personelu.
6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki.
7. W sytuacji, gdy w postępowaniu o zamówienie publiczne biorą udział podmioty zagraniczne (wewnątrzspółnotowe), które na podstawie odrębnych przepisów nie są zobowiązane do uiszczania podatku VAT na terenie Polski, oferty sporządzone przez takich wykonawców zawierają cenę z 0% stawką VAT. W tej sytuacji dokonując oceny i porównania ofert do ceny zaproponowanej przez Wykonawcę zagranicznego (wewnątrzspółnotowego) Zamawiający dolicza należny podatek VAT, który obowiązuje na terenie Polski.

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:

A. Cena ofertowa– 60%

B. Dodatkowy okres gwarancji – 40%

Ad. A.

Oferta z najniższą ceną spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 60 punktów. Pozostałe według poniższego wzoru:

$$\text{Wartość punktowa ceny} = \frac{\text{Najniższa cena rozpatrywanych ofert} \times 100}{\text{Cena badanej oferty}} \times 60 \%$$

Ad. B

Oferta z najdłuższym okresem gwarancji spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 40 punktów. Pozostałe według poniższego wzoru

$$\text{Wartość punktowa gwarancji} = \frac{\text{Dodatkowy okres gwarancji} \times 100}{\text{Najdłuższy dodatkowy okres gwarancji}} \times 40\%$$

XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Szczegółowe warunki umowy o wykonanie zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy, stanowiącym **załącznik nr 3 do SIWZ**.
2. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako oferta najkorzystniejsza zostanie powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wg wzoru umowy załączonego do SIWZ – **załącznik nr 3**.
3. W przypadku wybrania oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do złożenia przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Zmiana umowy dopuszczalna jest w zakresie i na warunkach przewidzianych przepisami ustawy pzp, w szczególności:
 - a) zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej,
 - b) zmiany danych teleadresowych określonych w umowie,
 - c) zmiany rachunku bankowego Wykonawcy,
 - d) zaistnienia siły wyższej (powódź, pożar, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, przerwy w dostawie energii elektrycznej) mającej wpływ na realizację umowy.
 - e) wystąpienia niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy istotnych okoliczności, których nie można było przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, które mają wpływ na terminy realizacji zamówienia.
 - f) zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian,
 - g) zmian cen urzędowych towaru, wprowadzonych rozporządzeniem odpowiedniego Ministra, przy czym zmiany te mogą dotyczyć podwyższenia i obniżenia cen.
 - h) zmian stawek opłat celnych wprowadzonych decyzjami odnośnych władz, o ile mają wpływ na ustalenie ceny towaru,
 - i) zmiana terminu dostawy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy mających wpływ na termin dostawy.
 - j) oraz w pozostałych przypadkach określonych w ustawie pzp.
2. Wszelkie zmiany dotyczące postanowień niniejszej umowy winny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

XVII. PODWYKONAWSTWO

1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
2. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, Wykonawca winien w ofercie określić co wchodzi w skład tych części zamówienia oraz podać nazwy firm podwykonawców.
3. W przypadku braku wskazania podwykonawców Zamawiający uzna, że całość zamówienia zrealizowana zostanie przez Wykonawcę.

XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy pzp.
2. Odwołanie z uwzględnieniem tego, że wartość zamówienia jest większa niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy pzp przysługuje Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy pzp.
3. Zgodnie z art. 180 ust.1 ustawy pzp odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy pzp.
4. Zgodnie z art. 180 ust.4 ustawy pzp odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
5. Zgodnie z art. 180 ust.5 ustawy pzp odwołujący przesyła kopie odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
6. Terminy na wniesienie odwołania:
 - a) czynność Zamawiającego, jeżeli informacje o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia odwołania zostały przekazane w sposób określony w art. 180 ust.5 ustawy pzp- 10 dni.
 - b) czynność Zamawiającego, jeżeli informacje o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia odwołania zostały przekazane w sposób inny niż określony w art. 180 ust.5 ustawy pzp- 15 dni.
 - c) treść ogłoszenia o zamówieniu od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a jeżeli postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego wobec postanowień SIWZ od dnia zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej- 10 dni.
 - d) wobec czynności innych niż określone w punktach od a do c odwołanie wnosi się w terminie liczonym od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia- 10 dni.
7. Zgodnie z art. 192 ust.2 ustawy pzp Izba uwzględnia odwołanie, jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów ustawy pzp, które miało wpływ lub może mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia.
8. **Cofnięcie odwołania:** na podstawie art. 192 ust.2 ustawy pzp, odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy, w takim przypadku Izba umarza postępowanie odwoławcze. Jeżeli cofnięcie odwołania nastąpi przed otwarciem rozprawy odwołującemu zwraca się 90% wpisu.
9. **Skarga:** na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, wnoszona za pośrednictwem prezesa Izby. Skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia izby przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi

XIX. INFORMACJA O RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje się, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **SPZZOZ w Przasnyszu,**

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Załączniki do SIWZ:

1. Formularz oferty – **załącznik nr 1 do SIWZ.**
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia- **załącznik nr 2 do SIWZ**
3. Wzór umowy – **załącznik nr 3 do SIWZ.**
4. Wzór informacji wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej- **załącznik nr 4 do SIWZ.**
5. Edytowalny Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)- **załącznik nr 5 do SIWZ.**
6. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo- w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji- dokumentów potwierdzających dokonane płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – **załącznik nr 6 do SIWZ**
7. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - **załącznik nr 7 do SIWZ**



**Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTY**

.....
pieczęć oferenta

e-mail:
REGON:.....
NIP:
CEIDG/KRS:.....

Oferta

Przystępując do udziału w postępowaniu w przetargu nieograniczonym w przedmiocie:

**Zakup sprzętu dla SOR w Przasnyszu
nr procedury: SPZZOZ.ZP/10/2019**

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami SIWZ szczegółowo opisanego w opisie przedmiotu zamówienia:

a) Pozycja nr 1: sprzęt medyczny opisany w załącznikach:

kwota netto zł słownie:
VAT..... % tj.....
wartość brutto: zł słownie:
okres gwarancji ponad wymagany:

b) Pozycja nr 2: sprzęt medyczny opisany w załącznikach:

kwota netto zł słownie:
VAT..... % tj.....
wartość brutto: zł słownie:
okres gwarancji ponad wymagany:

c) Pozycja nr 3: sprzęt medyczny opisany w załącznikach:

kwota netto zł słownie:
VAT..... % tj.....
wartość brutto: zł słownie:
okres gwarancji ponad wymagany:

d) Pozycja nr 4: sprzęt medyczny opisany w załącznikach:

kwota netto zł słownie:
VAT..... % tj.....
wartość brutto: zł słownie:
okres gwarancji ponad wymagany:

e) Pozycja nr 5: sprzęt medyczny opisany w załącznikach:

kwota netto zł słownie:
VAT..... % tj.....
wartość brutto: zł słownie:
okres gwarancji ponad wymagany:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Lp.	Nazwa	Ilość w szt.	Cena netto	Wartość netto	Podatek VAT		Wartość brutto
					Stawka w %	Wartość w %	
1	Kardiomonitor	1					
2	Defibrylator	1					
3	Aparat USG	1					
4	Ssak elektryczny	1					
5	Zestaw do trudnej intubacji	1					

Kardiomonitor

Lp.	Opis parametru	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1	Producent	Podać	
2	Model	Podać	
3	Rok produkcji min. 2019	Podać	
Parametry			
1.	Kardiomonitor o budowie kompaktowej z wbudowanymi na stałe niezależnymi od siebie modułami pomiarowymi	TAK	
2.	Zasilanie sieciowe 230 VAC i z wewnętrznego akumulatora przez min. 1 godz.	TAK	
3.	Kolorowy ekran LCD TFT o przekątnej min. 19 cali i rozdzielczości nie gorszej niż 1280x1024 pikseli oraz wbudowane moduły w jednej obudowie, wyposażonej w ergonomiczną rączkę	TAK	
4.	Możliwość zmiany jasności i kontrastu ekranu przez użytkownika	TAK	
5.	Konwekcyjne chłodzenie kardiomonitora zapewniające bezgłośnie działanie	TAK	
6.	Obsługa w języku polskim poprzez ekran dotykowy	TAK	
7.	Trendy graficzne i w formie tabel z okresu min. 96 godzin Rozdzielczość trendów nie gorsza niż 10 sekund w celu zapewnienia dokładności	TAK	
8.	Jednoczesna prezentacja min. 8 krzywych dynamicznych na wybranym ekranie	TAK	
9.	Możliwość konfigurowania i zapamiętywania przez użytkownika min. 10 ekranów (w tym ekran dużych cyfr)	TAK	
10.	Alarmy min. trzystopniowe z możliwością zawieszania czasowego i na stałe	TAK	
11.	Możliwość utworzenia min. 3 zdefiniowanych przez użytkownika zestawów granic alarmowych dla wszystkich parametrów	TAK	
12.	Możliwość automatycznego ustawienia granic alarmowych na podstawie bieżących danych z monitorowania	TAK	
13.	Osobny ekran prezentujący równocześnie zbiór wszystkich dostępnych w kardiomonitorze alarmów do monitorowanych parametrów z możliwością zmiany każdego z alarmów.	TAK	
14.	Ciągły zapis w pamięci kardiomonitora jednocześnie wszystkich monitorowanych wartości liczbowych i jednocześnie wszystkich monitorowanych fal dynamicznych (tj. minimum 6 odprowadzeń EKG, fali SpO2, fali oddechu metodą impedancyjną z okresu min. 72 h	TAK	
15.	Wbudowane złącze USB do przenoszenia wszystkich danych (jednocześnie wszystkich	TAK	

	wartości cyfrowych i jednocześnie wszystkich krzywych dynamicznych) z min. 96 godzinnej pamięci kardiomonitora na nośnik elektroniczny i następnie do PC użytkownika		
16.	Oprogramowanie na komputery działające z systemem Windows do przeglądania wszystkich wartości cyfrowych oraz wszystkich krzywych dynamicznych przenoszonych z kardiomonitora	TAK	
17.	Wbudowane złącze RJ-45 zapewniające podłączenie kardiomonitora z innymi kardiomonitorami oraz do centrali monitorującej zainstalowanymi na oddziale SOR	TAK	
	Moduł EKG/ST/Arytmia/Respiracja		
18.	<ul style="list-style-type: none"> -Monitorowanie z kabla 3 lub 5 żyłowego -Zakres częstości akcji serca: min. 15-300 1/min -Możliwość wyboru 1 z 4 prędkości fal EKG (6,25; 12,5; 25 i 50 mm/s) -Możliwość obserwacji odprowadzeń EKG - I, II, III, aVL, aVR, aVF oraz Vn. -Możliwość jednoczesnej obserwacji 6 odprowadzeń EKG z kabla 3-żyłowego oraz 7 odprowadzeń EKG z kabla 5-żyłowego -Detekcja stymulatora serca wraz ze znacznikami impulsów ze stymulatora na ekranie w kanale EKG i sygnalizacją dźwiękową -Analiza odcinka ST z min. 6 odprowadzeń jednocześnie -Analiza co najmniej 19 kategorii arytmii -Respiracja metodą impedancyjną - częstości oddechu w zakresie min. 0-150 /min - prezentacja fali oddechu - wybór elektrod do detekcji oddechu (szczytami płuc lub przeponą) bez konieczności przepinania kabla EKG -Licznik wykrytych bezdechów -Alarm bezdechu w zakresie min. 5-50 s -Możliwość rozbudowy modułu o jednoczesną obserwację 12 odprowadzeniowego EKG - Wyposażenie: kabel EKG 3 żyłowy 	TAK	
	Moduł SpO2		
19.	<ul style="list-style-type: none"> - Moduł SpO2 odporny na niską perfuzję i artefakty ruchowe typu Nellcor OxiMax - prezentacja krzywej pletyzmograficznej - saturacja w zakresie min. 1-100% - tętno obwodowe w zakresie min. 20-300 bpm - Funkcja zmiany czułości świecenia diody w czujniku SpO2 do wyboru przez użytkownika 	TAK	

	<ul style="list-style-type: none"> - Funkcja zapobiegania fałszywym alarmom poziomu saturacji - SatSeconds - Wyposażenie: przedłużacz i czujnik wielorazowy SpO2 typu klips na palec 		
	Moduł nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia		
20.	<ul style="list-style-type: none"> - Zakres pomiaru ciśnienia min. 15-255 mmHg - Pomiar i jednoczesna prezentacja ciśnienia skurczowego, średniego i rozkurczowego - Możliwość ustawienia trybu pomiarowego dla dorosłych i dla noworodków - Pomiar automatyczny w min. zakresie od 1 do 480 min - Pomiar ciągły oraz na żądanie - Prezentacja czasu, w którym został wykonany ostatni pomiar ciśnienia, w polu wyników pomiaru na ekranie głównym kardiomonitora - Możliwość wstępnego ustawiania górnego zakresu pompowania przez użytkownika - szybki dostęp do min. 15 ostatnich pomiarów z menu ciśnienia z informacją o wartościach ciśnienia i czasie pomiaru - Pomiar wartości pulsu z mankietu z prezentacją na ekranie - Wyposażenie wężyk oraz 2 mankiety dla dorosłych + 1 dla dzieci 	TAK	
	Moduł pomiaru Temperatury		
21.	<p>Pomiar temperatury w jednym kanale Zakres pomiaru: min. 0 – 50 °C z dokładnością min. 0,1°C Możliwość zmiany nazw kanałów w zależności od miejsca pomiaru do wyboru przez użytkownika Wyposażenie: wielorazowy 1 czujnik do pomiaru temperatury powierzchniowej i 7 czujników do pomiaru temperatury głębokiej</p>		
22.	Możliwość rozbudowy o moduł ciśnienia inwazyjnego do czterech kanałów równocześnie, moduł kapnometrii, moduł inwazyjnego pomiaru rzutu minutowego, moduł do nieinwazyjnego, ciągłego pomiaru rzutu minutowego oraz parametrów hemodynamicznych, moduł rejestratora termicznego z możliwością rejestracji do 6 fal równocześnie (nie tylko EKG).	TAK	
23.	Uchwyt ścienny	TAK	
III	Wymagania pozostałe		
24	Gwarancja na zestaw min 24 miesiące (z wyłączeniem elementów zużywalnych)	TAK	
25	Nieodpłatne przeglądy w czasie trwania gwarancji	TAK	
26	Oznakowanie sprzętu zgodnie z wymogami	TAK	
27	Zabezpieczenie obsługi serwisowej i części	TAK	

	zamiennych urządzenia min. 10 lat		
28	Instrukcje obsługi w jęz. Polskim wraz z dostawą	TAK	

Defibrylator z możliwością wykonania kardiowersji, stymulacji SpO2, NIBP, AED – 1 szt.

Lp	Opis parametru	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1.	Producent	Podać	
2.	Model	Podać	
3.	Sprzęt fabrycznie nowy – rok produkcji 2019	Podać	
PARAMETR			
1	Dwa tryby pracy: ręczny i półautomatyczny AED	TAK	
2	Min. 20 poziomów energii wyładowania w zakresie od 1 do 200J, ograniczenie energii wyładowania do 50 J przy defibrylacji wewnętrznej	TAK	
3	Czas ładowania do maksymalnej energii (200 J) < 6 sekund	TAK	
4	Dwufazowy kształt fali wyładowania – zapewniający wysoką skuteczność defibrylacji przy obniżonej (oszczędzającej pacjenta) energii wyładowania;	TAK	
5	Kardiowersja synchroniczna R (synchronizacja sygnałem EKG z elektrod defibrylujących, elektrod EKG).	TAK	
6	Defibrylacja przy użyciu odpowiednich elektrod samoprzylepnych	TAK	
7	Ustawianie poziomów energii przy pomocy pokrętki na płycie czołowej defibrylatora	TAK	
8	Przycisk ładowania impulsu defibracyjnego na płycie czołowej oraz łyżkach zewnętrznych	TAK	
9	Przycisk wyładowania impulsu defibracyjnego na płycie czołowej oraz łyżkach zewnętrznych	TAK	
10	System dopasowania impulsu defibrylacji w zależności od impedancji ciała pacjenta	TAK	
11	Wskaźnik sprawności defibrylatora na przedniej ścianie urządzenia niezależnie od ekranu.	TAK	
12	Na łyżkach zewnętrznych wbudowany wskaźnik jakości kontaktu z pacjentem.	TAK	
13	Defibrylacja synchroniczna: maksymalny czas od chwili wykrycia fali R do chwili wyładowania impulsu defibracyjnego do 25 ms	TAK	
14	Przycisk do przełączania z trybu dla dorosłych na tryb dziecięcy z automatyczną zmianą limitów granic alarmowych we wszystkich trybach oraz zmianą poziomu energii wyładowania w trybie AED	TAK	
15	Tryb AED	TAK	
16	Energia wyładowania 150J dla dorosłych oraz 50 J dla dzieci i niemowląt	TAK	

17	Komendy głosowe oraz komunikaty na ekranie prowadzące proces reanimacji w trybie AED - w polskiej wersji językowej, zgodne z aktualnymi wytycznymi ERC/PRC	TAK	
18	W komplecie elektrody jednorazowe do defibrylacji – 5 szt: 3 dla dorosłych + 2 dla dzieci	TAK	
19	Monitorowanie EKG	TAK	
20	Sygnał EKG z elektrod defibrylacyjnych i z elektrod EKG – z czytelną sygnalizacją braku kontaktu;	TAK	
21	Pomiar częstości akcji serca w zakresie minimum 16 – 300 uderzeń na minutę	TAK	
22	Wzmocnienie sygnału EKG. Regulacja ręczna: 1/4x, 1/2x, 1x, 2x, 4x i automatyczna	TAK	
23	Regulowane alarmy górnej i dolnej granicy częstości akcji serca	TAK	
24	Jednoczesna prezentacja 3 krzywych EKG na ekranie	TAK	
25	Wyposażenie defibrylatora: przewód EKG 3 odprowadzeniowy x 1 szt.	TAK	
26	Pomiar stymulacji przezskórnej. Tryby pracy: „Rytm Sztywny” i „Na Żądanie”. Częstość impulsów stymulatora regulowana w zakresie min. 30 -180 imp/min. Prąd stymulacji regulowany w zakresie min. 10 -200mA	TAK	
27	Pomiar pulsoksymetrii SpO2. Pomiar SpO2 w zakresie: 0-100%. Pomiar tętna w zakresie min. 30-300 ud./min. W komplecie 2 czujniki na palec dla dorosłych i dla dzieci	TAK	
28	Pomiar nieinwazyjnego ciśnienia krwi NIBP Możliwość ustawienia pomiaru w czasie w zakresie min. od 1 do 120 minut. W komplecie mankiety średni i duży dla pacjentów dorosłych	TAK	
29	Monitor	TAK	
30	Ekran kolorowy o przekątnej min. 6,5 cala	TAK	
31	Rejestrator termiczny – szerokość zapisu 50 mm;	TAK	
32	Rejestrowane dane: data, czas, parametry zapisywanego sygnału EKG, parametry defibrylacji. (energia rzeczywista wyładowania – dostarczona pacjentowi).	TAK	
33	Zintegrowane zasilanie sieciowo-akumulatorowe	TAK	
34	Ładowanie akumulatorów z sieci 230 V AC / 50 Hz – zasilacz zintegrowany w urządzeniu. Akumulatory bez efektu pamięci. Wskaźnik stanu akumulatorów na ekranie. Sygnał alarmowy (wizualny i dźwiękowy) niskiego stanu naładowania.	TAK	

35	Czas pracy na akumulatorze: w przypadku monitorowania min. 2 godz., a w przypadku defibrylacji min. 100 wyładowań z energią 200J	TAK	
36	Ciężar urządzenia < 8 kg z elektrodami zewnętrznymi i akumulatorem.	TAK	
37	Automatyczny co godzinę, dzień, tydzień test sprawności defibrylatora z sygnalizacją dźwiękową i wizualną ewentualnego błędu z automatycznym zapisem i możliwością wydruku.	TAK	
38	Wózek jezdny na 5 kółkach z blokadą, rączka do prowadzenia, koszyk na akcesoria. Możliwość szybkiego zdjęcia defibrylatora z wózka bez użycia narzędzi. Zabezpieczenie przed omyłkowym demontażem zabezpieczone ruchomym trzpieniem(góra/dół)	TAK	
Dodatkowe			
	Gwarancja min 24 miesiące	TAK	
	Nieodpłatne przeglądy w czasie trwania gwarancji	TAK	
	Oznakowanie sprzętu zgodnie z wymogami	TAK	
	Zabezpieczenie obsługi serwisowej i części zamiennych urządzenia min. 10 lat	TAK	
	Instrukcje obsługi w jęz. Polskim wraz z dostawą	TAK	

Aparat ultrasonograficzny

Lp	Opis parametru	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1.	Producent	Podać	
2.	Model	Podać	
3.	Sprzęt fabrycznie nowy – rok produkcji 2019	Podać	
Parametry			
1.	Aparat usg cyfrowy o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii, wyprodukowany w 2019 roku, wygodnej obsłudze, z wbudowanym systemem archiwizacji oraz urządzeniami do dokumentacji, sterowanymi z klawiatury o małych wymiarach i wadze maksymalnej 75 kg. Wyposażony w cztery koła, skrętne z blokadą – umożliwiające swobodne manewrowanie. Wyklucza się aparaty demonstracyjne i rekondycjonowane. Platforma wprowadzona do produkcji nie wcześniej niż w 2018 roku.	TAK	
2.	Liczba kanałów przetwarzania min. 225 000	TAK	
3.	Monitor kolorowy, cyfrowy typu OLED lub LCD o przekątnej ekranu min 21"	TAK	
4.	Rozdzielczość monitora min. 1920 x 1024	TAK	
5.	Możliwość regulacji monitora względem pulpitu w trzech płaszczyznach.	TAK	
6.	Regulacja wysokości konsoli w zakresie min. 15 cm.	TAK	
7.	Konsola aparatu wyposażona w ekran dotykowy o przekątnej minimum 9 cali do sterowania funkcjami aparatu.	TAK	
8.	Zakres częstotliwości pracy aparatu min. 2-18MHz (+/-1) MHz	TAK	
9.	Dynamika systemu min. 220 dB	TAK	
10.	Minimum 10 stref regulacji TGC	TAK	
11.	Minimum 4 aktywne jednakowe gniazda do podłączenia głowic obrazowych	TAK	
12.	Wbudowany fabrycznie w aparat podgrzewacz żelu	TAK	
13.	Podtrzymanie zasilania aparatu pozwalające na przemieszczanie aparatu bez konieczności jego wyłączenia – min. 10 minut podtrzymania	TAK	
14.	Maksymalna pojemność filmu w pamięci CINE min. 350 MB	TAK	
15.	B-mode	TAK	
16.	Automatyczna, ciągła optymalizacja obrazu B po wciśnięciu jednego klawisza.	TAK	
17.	FRAME RATE dla trybu B: min. 1400 obrazów/sek	TAK	

18.	Maksymalna głębokość penetracji aparatu min. 32 cm.	TAK	
19.	Tryb M-Mode	TAK	
20.	Obrazowanie w układzie skrzyżowanych ultradźwięków minimum 7 kątów pracująca w połączeniu z trybem Color doppler, doppler pulsacyjny PWD, trybie obrazowania trapezoidalnego na głowicy liniowej, trybem cyfrowej filtracji szumów, obrazowaniem harmonicznym	TAK	
21.	Cyfrowa filtracja szumów - wygładzanie ziarnistości obrazu B bez utraty rozdzielczości pracująca w połączeniu z trybem Color doppler, obrazowaniem w układzie skrzyżowanych ultradźwiękach, w trybie obrazowania trapezoidalnego na głowicy liniowej, na obrazach na żywo i z archiwum aparatu	TAK	
22.	Zoom dla obrazów „na żywo” i zatrzymanych, na obrazach z archiwum Min. 8x. bez straty jakości obrazu	TAK	
23.	Obrazowanie harmoniczne na wszystkich oferowanych głowicach.	TAK	
24.	Możliwość wyłączenia bramki kolorowego Dopplera na obrazach z pamięci	TAK	
25.	Możliwość równoczesnego (symultanicznego) wyświetlania obrazu 2D i 2D z kolorem w trybie „LIVE”	TAK	
26.	Możliwość zmiany mapy Dopplera kolorowego na obrazach zatrzymanych i obrazach z pamięci w celu analizy obrazu B-mode	TAK	
27.	Power Doppler (PD)	TAK	
28.	Doppler pulsacyjny (PWD) z mierzoną prędkością min.6000 cm/s	TAK	
29.	Maksymalny kąt skręcenia wiązki w COLOR doppler tzw .steer min. 20 stopni	TAK	
30.	Regulacja wielkości bramki PW-dopplera min. 1-15 mm	TAK	
31.	Tryb dopplera fali ciągłej CWD mierzoną prędkością min.6000 cm/s	TAK	
32.	Korekcja kąta w zakresie minimum $\pm 90^\circ$ na żywo, obrazie zatrzymanym, na obrazie zapisanym w archiwum na dysku	TAK	
33.	Możliwość regulacji położenia linii bazowej i korekcji kąta na obrazach w trybie dopplera spektralnego zapisanych na dysku	TAK	
34.	Triplex-mode (B+CD/PD+PWD) wszystkie zaoferowane głowice Triplex-mode (B+CD/PD+CWD) min. na głowicy kardiologicznej	TAK	

35.	Oprogramowanie do badań: położniczych ginekologicznych małych narządów; naczyniowych ; mięśniowo-szkieletowych ; brzusznych; kardiologicznych pediatrycznych przeznaczonych urologicznych	TAK	
36.	Oprogramowanie DICOM	TAK	
37.	Głowica elektroniczna convex , szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy	TAK	
a.	Zakres częstotliwości obrazowania min. 2,0 - 5,0 MHz	TAK	
b.	Minimum 128 fizyczne elementy.	TAK	
c.	Kąt obrazowania w trybie B minimum 55°	TAK	
38.	Głowica elektroniczna Liniowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy,	TAK	
a.	Zakres częstotliwości pracy min. 6.0 - 13,0 MHz	TAK	
b.	Minimum 128 fizyczne elementy.	TAK	
39.	Głowica elektroniczna endowaginalna	TAK	
a.	Zakres częstotliwości obrazowania min. 6.0 – 10 MHz	TAK	
b.	Kąt obrazowania w trybie B minimum 125°	TAK	
c.	Minimum 128 fizycznych elementów	TAK	
40.	Głowica elektroniczna sektorowa kardiologiczna szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy,	TAK	
a.	Zakres częstotliwości pracy min. 2.0 - 4,0 MHz	TAK	
b.	Minimum 64 fizyczne elementy.	TAK	
c.	Kąt obrazowania w trybie B minimum 120°	TAK	
41.	Głowica kardiologiczna pediatryczna	TAK	
a.	Zakres częstotliwości min. 4.0 – 7.0 MHz	TAK	
b.	Minimum 64 fizyczne elementy	TAK	
c.	Kat obrazowania w trybie B minimum 110 °	TAK	
42.	Videoprinter czarno-biały wbudowany w aparat	TAK	
43.	Automatyczne pomiary położnicze w zakresie BPD/HC/AC/FL/HL	TAK	

44.	Możliwość podłączenia bezpośrednio do aparatu drukarki kolorowej laserowej do wydruku raportów	TAK	
45.	Możliwość zapisu obrazów na pamięci USB PenDrive w formatach avi i jpeg, RAW Minimum 4 gniazda USB.	TAK	
46.	Gniazdo na dodatkowy monitor w standardzie HDMI, svideo	TAK	
47.	Możliwość nagrywania komentarzy głosowych do badania po podłączeniu mikrofonu	TAK	
48.	Wbudowany dysk twardy HDD przeznaczony na archiwizację danych pacjentów, raportów i obrazów >350 GB Możliwość wykonania funkcji przetwarzania obrazów zatrzymanych i pętli obrazowych oraz obrazów i pętli zarchiwizowanych - minimum : • B/M-Mode Regulacja wzmocnienie 2D gain - Regulacja wzmocnienia strefowego suwaków TGC - Automatyczna Optymalizacja - Powiększenie obrazu x 8 - Mapy szarości - Koloryzacja - Skala osi czasu dla M-Mode •PW-Mode - Wzmocnienie - Przesunięcie linii bazowej - Korekcja kąta - Inwersja spektrum - Format wyświetlania - Automatyczne kalkulacje - Modyfikacja obliczeń - Czułość obrysu spektrum dopplerowskiego • Color Flow Mode - Przesunięcie Linii bazowej - Zmiana mapy koloru - obrócenie invert - Próg przejścia do analizy koloru	TAK	
49.	Możliwość rozbudowy na dzień składania ofert o: Automatyczny pomiar IMT z wybranego obszaru	TAK	
50.	Możliwość rozbudowy na dzień składania ofert o oprogramowanie do półautomatycznego liczenia frakcji wyrzutowej (auto EF)	TAK	
51.	Możliwość rozbudowy na dzień składania ofert o: Obrazowanie elastograficzne w czasie rzeczywistym umożliwiające uwidocznienie różnic sztywności tkanki.	TAK	

52.	Możliwość rozbudowy na dzień składania ofert o: Doppler tkankowy	TAK	
53.	Możliwość rozbudowy na dzień składania ofert o: Bardzo czułe obrazowanie niskich i wolnych przepływów bez użycia techniki dopplerowskiej z możliwością mapowania kolorem	TAK	
54.	Możliwość rozbudowy o oprogramowanie 3/4D z możliwością wykonywania obliczeń objętościowych	TAK	
55.	Możliwość rozbudowy o głowicę convexową objętościową: Częstotliwość min. 2-6 MHz, min. 120 elementów, min. 70 stopni kąta obrazowania	TAK	
56.	Możliwość rozbudowy o głowicę liniową typu „hokey” Pasma min. 8-18 MHz, min 160 elementów	TAK	
57.	Możliwość rozbudowy o głowicę microconvex Pasma min. 8 – 10 MHz, min. 120 elementów, kąt widzenia min. 130 stopni	TAK	
58.	Możliwość rozbudowy o głowice urologiczną dwupłaszczyznową: Pasma min. 6-10 MHz, min. 90 elementów, kąt widzenia min. 130 stopni	TAK	
59.	Możliwość rozbudowy o głowicę kardiologiczną neonatalną: Pasma min. 6-12MHz, min. 90 elementów, kąt widzenia min. 110 stopni	TAK	
60.	Instrukcja w języku polskim (dostarczona przy dostawie aparatu)	TAK	
61.	Gwarancja producenta obejmująca cały system (aparat, głowice, printer) min. 24 miesiące Punkty za dodatkowe 12 miesięcy gwarancji.	TAK	
62.	Zasilanie 220-240 V.	TAK	
63.	Aparat wyposażony w moduł umożliwiający zdalne serwisowanie aparatu przez sieć internetową przy pomocy wykwalifikowanych inżynierów serwisowych. Moduł umożliwiający zdalną diagnostykę aparatu, przeładowanie oprogramowania, możliwość zdalnej korekty parametrów obrazowania.	TAK	
64.	Autoryzowany serwis producenta na zaoferowany aparat USG na terenie Polski , podać nazwę serwisu, adres	TAK	
65.	Dostępność części zamiennych przez okres min. 6 lat od zakończenia produkcji	TAK	
66.	Szkolenie personelu z zakresu obsługi aparatu.	TAK	
67.	Startowy zestaw materiałów eksploatacyjnych (1 rolka papieru, 1 pojemnik żelu)	TAK	
68.	Certyfikat CE na aparat i głowice	TAK	

Dodatkowe			
69.	Gwarancja min 24 miesiące	TAK	
70.	Nieodpłatne przeglądy w czasie trwania gwarancji	TAK	
71.	Oznakowanie sprzętu zgodnie z wymogami	TAK	
72.	Zabezpieczenie obsługi serwisowej i części zamiennych urządzenia min. 10 lat	TAK	
73.	Instrukcje obsługi w jęz. Polskim wraz z dostawą	TAK	

Ssak elektryczny jezdny – 1 szt.

Lp.	Opis parametru	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1	Producent	Podać	
2	Model	Podać	
3	Rok produkcji min. 2019	Podać	
Parametry			
4	Zasilanie 230 VAC 50 Hz	TAK	
5	Podciśnienie max. nie mniejsze niż 90 kPa	TAK	
6	Maksymalna wydajność (mierzona w zakresie pracy za zbiornikiem na wydzieliny): 30 l/min.	TAK	
7	Wbudowany manometr do pomiaru podciśnienia ze skalą w kPa i mmHg	TAK	
8	Możliwość precyzyjnego ustawienia podciśnienia za pomocą regulatora membranowego.	TAK	
9	Ssak przystosowany do pracy ciągłej 24 h/dobę.	TAK	
10	Pompa niskoobrotowa (poniżej 50 obr/min) tłokowa, wytwarzająca podciśnienie bezolejowa, nie wymagająca konserwacji.	TAK	
11	Trwała obudowa z tworzywa ,odpornego na środki dezynfekcyjne, z włącznikiem dotykowym i wskaźnikiem zasilania LED	TAK	
12	Cicha praca (do 37 dB).	TAK	
13	Wielostopniowe zabezpieczenie przed przelaniem pompy – zaoferować zbiornik zabezpieczający 0,25 litra.	TAK	
14	Zbiornik 2,5 litrowy wielorazowy z poliwęglanu, nietłukący z tworzywa z podziałką, do wkładów jednorazowych, z uchwytem naszynowym i blokadą zabezpieczającą wysuwanie się zbiornika z uchwytu w czasie wymiany wkładu	TAK	
15	Wkłady jednorazowe kompatybilne do w/w zbiorników – 40 szt.	TAK	
16	Ssak na wózku jezdny kolumnowym wykonany ze stopów niekorodujących, o wysokości 77 cm, na czterech kołach z blokadami oraz z szyną na zbiorniki i inne akcesoria	TAK	
17	Włącznik/wyłącznik nożny zintegrowany z wózkiem – wbudowany w wózek	TAK	
18	Filtry antybakteryjne - min. 5 szt.	TAK	
19	Metalowy uchwyt na dren.	TAK	
20	Dren silikonowy do pacjenta – min. 2 m	TAK	
21	Waga urządzenia z wózkiem do 18 kg	TAK	
22	Klasa IIa, typ CF	TAK	
23	Gwarancja na zestaw min 24 miesiące (z wyłączeniem elementów zużywalnych)	TAK	
24	Nieodpłatne przeglądy w czasie trwania gwarancji	TAK	
25	Oznakowanie sprzętu zgodnie z wymogami	TAK	

26	Zabezpieczenie obsługi serwisowej i części zamiennych urządzenia min. 10 lat	TAK	
27	Instrukcje obsługi w jęz. Polskim wraz z dostawą	TAK	

Zestaw do trudnej intubacji

Lp.	Opis parametru	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1	Producent	Podać	
2	Model	Podać	
3	Rok produkcji min. 2019	Podać	
Parametry			
1.	Kamera CMOS	TAK	
2.	Kąt widzenia min. 60° +/- 9°	TAK	
3.	Wyświetlacz 2,5'' LCD (320x240)	TAK	
4.	Odchylenie monitora min. 60° przód, 60° tył, 80° w lewo, 150° w prawo	TAK	
5.	Podświetlenie ≥ 140 LUX	TAK	
6.	Poziom zużycia energii < 2 W	TAK	
7.	Bateria Li-ion min. 3.5V	TAK	
8.	Czas pracy na baterii min. 2,5h	TAK	
9.	Czas ładowania baterii <4h	TAK	
10.	Temperatura pracy min. -5° do +50° C	TAK	
11.	Temperatura przechowywania min. -40° do +55° C	TAK	
12.	Wilgotność pracy: 10% do 90%	TAK	
13.	Wilgotność przechowywania $\leq 93\%$	TAK	
14.	W zestawie: Videolaryngoskop z monitorem, ładowarka i kabel zasilający, wielorazowe łyżki do intubacji W rozmiarze S, M, L	TAK	
15.	Nieodpłatne przeglądy w czasie trwania gwarancji	TAK	
16.	Gwarancja min 12 miesięcy	TAK	
17.	Oznakowanie sprzętu zgodnie z wymogami	TAK	
18.	Zabezpieczenie obsługi serwisowej i części zamiennych urządzenia min. 10 lat	TAK	
19.	Instrukcje obsługi w jęz. Polskim wraz z dostawą	TAK	



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



WZÓR UMOWY

zawarta w Przasnyszu w dniur. pomiędzy

**Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej
06-300 Przasnysz ul. Sadowa 9**

reprezentowanym przez:

Dyrektora SP ZZOZ - lek. med. Jerzy Sadowski

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”

a

reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej treści umowy „Dostawcą”

o treści następującej:

§ 1.

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż na rzecz Zamawiającego:

-

zgodnie z postanowieniami SIWZ, oraz stosownie do oferty z dnia roku

2. Wykonawca niniejszą umową, zobowiązuje się wobec Zamawiającego do wykonania i przekazania Zamawiającemu w sposób określony umową przedmiotu umowy zgodnie z opisem zawartym w SIWZ stanowiącym integralną część umowy, zasadami wiedzy technicznej oraz do usunięcia wszystkich wad występujących w tym przedmiocie w okresie umownej odpowiedzialności za wady oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne rzeczy.

3. Wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania umowy obciążają Wykonawcę.

4. Wykonawca oświadcza, że sprzęt nie jest obciążony jakimikolwiek prawami osób trzecich, jest fabrycznie nowy i ma uregulowane opłaty celne.

5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy na własny koszt i ryzyko wraz z kartami gwarancyjnymi i innymi dokumentami, które dotyczą przedmiotu umowy, zgodnie z postanowieniami SIWZ.

6. Szczegółowy zakres rzeczowy, warunki techniczne wykonania oraz niezbędne dokumenty, które należy dostarczyć przy realizacji poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.
7. Wyroby będące przedmiotem Umowy muszą posiadać oznaczenia wymagane przepisami (CE). Ponadto powinny zawierać oznaczenia wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów o ile takie są wymagane

§ 2.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia

1. Strony ustalają termin wykonania przedmiotu zamówienia do dnia:
.....

§ 3.

Realizacja przedmiotu umowy

1. Dostawa będzie dokonana transportem Wykonawcy na jego koszt i ryzyko.
2. Odbiór towarów i robót odbywać się będzie w miejscu dostawy lub wykonania robót. Z odbioru towarów sporządza się protokół odbioru, który podpisują obie Strony.
3. Po wykonaniu czynności objętych przedmiotem niniejszej umowy przedstawiciel Wykonawcy oraz upoważniony przedstawiciel Zamawiającego podpiszą protokół odbioru.
4. Protokół odbioru zostanie podpisany po:
 - a) dostarczeniu przedmiotu umowy do miejsc wskazanych przez Zamawiającego;
 - b) dokonaniu przez przedstawicieli Wykonawcy instalacji dostarczonych przedmiotów i konfiguracji na miejscu dostawy, dokonaniu adaptacji pomieszczeń jeżeli montaż urządzeń tego wymaga
 - c) sprawdzeniu przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego zgodności dostarczonych przedmiotów z ofertą (w tym kompletności oferowanego wyposażenia dodatkowego) oraz ich prawidłowego funkcjonowania;
 - d) wydaniu Zamawiającemu wypełnionych i podpisanych dokumentów gwarancyjnych (kart gwarancyjnych) dla każdego dostarczonego przedmiotu.
 - e) wykonaniu robót montażowych
5. W przypadku odmowy dokonania odbioru przez Zamawiającego, w szczególności z powodu wad towarów, nie sporządza się protokołu odbioru, a przedstawiciele Zamawiającego przekażą Wykonawcy podpisane przez siebie oświadczenie ze wskazaniem zastrzeżeń co do towarów lub robót i wezwaniu do usunięcia wad.

Zaniechanie złożenia takiego oświadczenia przez Zamawiającego będzie uważane za dokonanie odbioru towarów lub robót bez zastrzeżeń.

6. Przez wady przedmiotu umowy uniemożliwiające podpisanie protokołu odbioru rozumie się także niekompletność dostarczonego sprzętu tj. niedostarczenie wszelkich materiałów i podzespołów dodatkowych (kable itp.), które wskazano w ofercie oraz nieprawidłowe funkcjonowanie zainstalowanego oprogramowania, niezgodności dostarczonego sprzętu, w stosunku do zapisów SIWZ i złożonej oferty jak również wykonanie prac montażowych które nie są zgodne z warunkami technicznymi ich wykonania, a które mają wpływ również na prawidłowe funkcjonowanie zakupionego sprzętu.
7. Zamawiający nie dopuszcza sprawdzenia towarów w celu oceny stanu wykonania umowy w siedzibie Wykonawcy lub jego podwykonawcy (podwykonawców).
8. Wszystkie niezbędne do sprawdzenia towarów urządzenia oraz opisy techniczne a także pomoc ze strony personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy (podwykonawców) niezbędna do dokonania sprawdzenia towarów, będą udostępnione Zamawiającemu przez Wykonawcę, bez ponoszenia z tego tytułu przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.
9. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
 1. jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad.
 2. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:
 - a) jeżeli nie umożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,
 - b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

§ 4.

Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiązuje się:
 - 1) wykonywania przedmiotu umowy z należytą starannością wymaganą w obrocie gospodarczym.
 - 2) skierowania do realizacji umowy pracowników posiadających niezbędne doświadczenie oraz wykorzystać zasoby niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia.
 - 3) wykonania niezbędnych pomiarów, testów itp. po zmontowaniu, zainstalowaniu uruchomienia dostarczonego sprzętu i oprogramowania.
 - 4) wykonania bieżących szkoleń pracowników Zamawiającego z obsługi dostarczonego sprzętu.
 - 4) usuwać zauważone z uruchomienia - użytkowania usterki.
2. Wykonawca do kontaktów z Zamawiającym wyznacza:..... tel.....

§ 5.

Obowiązki Zamawiającego

1. Zamawiający zobowiązuje się do
 - 1) zapewnienia warunków organizacyjnych, technicznych i prawnych niezbędnych Wykonawcy do wykonania przedmiotu umowy.
 - 2) Zapewnienia udziału w realizacji przedmiotu zamówienia personelu, który odbierać będzie dostarczony sprzęt.
 - 3) Dokonania odbioru prawidłowo zrealizowanego przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiający do kontaktów z Wykonawcą wyznacza:

.....

§ 6.

Warunki płatności

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie w kwocie:
wartość netto: zł
(wartość netto słownie:)
wartość brutto: zł
(wartość brutto słownie:)
2. Zapłata zostanie dokonana po wykonaniu przedmiotu umowy i podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru stwierdzającego wykonanie zamówienia oraz ewentualnie usunięcie wad stwierdzonych w toku odbioru.
3. Strony postanawiają, że podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT za wykonanie dostawy jest wyłącznie podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru stwierdzający wykonanie dostaw bez wad, albo potwierdzający usunięcie wad stwierdzonych w toku odbioru przedmiotu dostawy.
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie wskazane w ust. 1 przelewem w złotych polskich w terminie 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.
5. Przelew będzie dokonany na następujący rachunek bankowy Wykonawcy:
Bank:
nr rachunku:

§ 7

Gwarancja

1. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że towary dostarczone w ramach Umowy są wolne od wad fizycznych, oraz że dostarczony przedmiot umowy jest zgodny z wymogami technicznymi Polskich Norm, a także że spełnia wymagania normy CE.
2. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne towarów.
3. Wykonawca wyda Zamawiającemu jednocześnie z przedmiotem zamówienia wypełniony i podpisany dokument gwarancyjny co do jakości każdego dostarczonego przedmiotu, wystawiony przez siebie lub osobę trzecią – producenta, jeżeli Wykonawca nie jest producentem danego urządzenia.

4. Na dostarczone przedmioty umowy Wykonawca udziela gwarancji w okresach wynikających z załącznika do SIWZ. Dokumenty gwarancyjne dostarczane będą wraz ze sprzętem, a gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokołu odbioru.
5. Postanowienia niniejszego paragrafu mają pierwszeństwo przed postanowieniami wskazanymi w dokumencie gwarancyjnym wystawionym przez Wykonawcę.
6. Wykonawca zwolni się od obowiązku udzielenia gwarancji określonej w załączniku do SIWZ tylko poprzez przedstawienie wypełnionej i podpisanej gwarancji producenta obejmującej ten sam albo dłuższy okres.
7. Obsługa gwarancyjna będzie świadczona przez uprawniony serwis w miejscu wskazanym przez użytkownika zgłaszającego awarię, wadę lub usterkę, z możliwością naprawy w serwisie Wykonawcy, jeżeli naprawa użytkownika, tj. w danej lokalizacji okaże się niemożliwa.
8. Za okazaniem dokumentu gwarancyjnego Zamawiający może żądać od Wykonawcy lub innego gwaranta albo osób przez nich upoważnionych wymiany towarów na wolne od wad – w przypadku niemożliwości usunięcia usterki lub usunięcia wad w drodze naprawy towarów, w zależności od wyboru Zamawiającego.
9. Wykonawca przystąpi do wymiany albo napraw gwarancyjnych przedmiotu umowy niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia telefonicznego, potwierdzonego następnie za pomocą faksu, poczty elektronicznej, lub pisemnie, nie później jednak niż w ciągu 72 godzin w dni robocze od zawiadomienia go o nieprawidłowościach w przedmiocie umowy.
10. Uprawnionymi do zgłoszenia nieprawidłowości w przedmiocie umowy są przedstawiciele Zamawiającego.
11. W przypadku nie przystąpienia do wymiany lub usuwania wad gwarancyjnych w terminie wskazanym w ust. 9 oraz z okresie rękojmi Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad gwarancyjnych osobie trzeciej posiadającej autoryzację serwisową producenta sprzętu na koszt Wykonawcy bez potrzeby odrębnego wezwania.
12. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia nieprawidłowości w przedmiocie umowy tj. wady, usterki, awarii albo wymiany w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych (w przypadku braku konieczności sprowadzania części zamiennych) i 10 dni roboczych (w przypadku sprowadzenia części zamiennych z zagranicy) bądź też do dostarczenia i zainstalowania na czas naprawy sprzętu zamiennego o parametrach nie gorszych od naprawianego
13. Gwarancja obejmuje bezpłatne usunięcie usterek, wad, awarii sprzętu oraz oprogramowania łącznie z wymianą uszkodzonych części i podzespołów lub dostarczenie rzeczy wolnej od wad. Przewóz do naprawy i zwrot naprawionego sprzętu odbędzie się na koszt Wykonawcy. Zamawiający może zażądać sprzętu medycznego na czas naprawy, a Wykonawca udostępni nieodpłatnie.

§ 8.

Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w razie:

- a) Opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,2% kwoty brutto pakietu za każdy dzień opóźnienia.;
 - b) odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w przypadku określonym w § 7 ust 1, w wysokości 10 % kwoty brutto, o której mowa w § 6 ust. 1.
 - c) odstąpienia od umowy z innych przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % kwoty brutto, o której mowa w § 6 ust. 1.
 - d) nie przystąpienia do napraw gwarancyjnych przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 7 w wysokości 0,5 % kwoty brutto dla danego elementu za każdy dzień opóźnienia.
 - e) w przypadku nie usunięcia zgłoszonych nieprawidłowości w przedmiocie umowy w terminie wskazanym w § 7 i niedostarczenia wymaganego sprzętu zamiennego bądź też niedostarczenia w sytuacji określonej w § 7 nowego dysku w miejsce uszkodzonego w wysokości 0,5% kwoty brutto naprawianego urządzenia za każdy dzień zwłoki
 - f) nieuzasadnionego odstąpienia Wykonawcy od niniejszej umowy – w wysokości 50% wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 6 ust. 1.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy, a Wykonawca wyraża zgodę na potrącenia.
 3. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania ponad wysokość zastrzeżonych kar umownych oraz w innych wypadkach nienależytego wykonania niniejszej umowy.
 4. W przypadku opóźnienia w zapłacie naliczone zostaną odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.
 5. Strony wprowadzają zakaz przelewów wierzytelności wynikających z tytułu wykonania niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

§ 9. Odstąpienie od umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tym, że Wykonawca realizuje dostawy przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z ofertą, wskazaniem Zamawiającego lub niniejszą umową.
2. Zamawiający może wyrazić zgodę na przesunięcie terminu kiedy Wykonawca uzasadni zwłokę w realizacji umowy. Zgoda ta nie może stanowić zagrożenia dla realizacji terminów wynikających z Umowy pomiędzy Zamawiającym, a Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.
3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać

jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług do dnia odstąpienia od Umowy.

4. Niezależnie od wyżej określonych uprawnień Zamawiający może odstąpić od umowy za pisemnym powiadomieniem drugiej strony, gdy wobec Wykonawcy otwarta zostanie likwidacja lub złożony zostanie wniosek o ogłoszenie jego upadłości.

§ 10.

Aneksowanie umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie:

- 1) okresu realizacji umowy w przypadku kiedy Wykonawca udowodni, że z przyczyn obiektywnych niezależnych od niego nie jest w stanie zrealizować zamówienia w określonym w umowie terminie np.: producent urządzeń wydłużył termin realizacji w stosunku do terminu wynikającego z umowy, wystąpiła przerwa w dostawach itp. Wydłużenie okresu realizacji zamówienia nie może być dłuższe niż 20 dni.
- 2) terminu rozpoczęcia lub terminu zakończenia realizacji umowy – terminy te mogą ulec zmianie w sytuacji opisanej w pkt 2 tiret 1, ponadto kiedy w interesie Zamawiającego będzie dokonanie tych zmian
- 3) zmiany wielkości ceny, jeżeli ta zmiana jest korzystna dla Zamawiającego.
- 4) zmiany adresu / siedziby Zamawiającego / Wykonawcy,
- 5) zmiany osób występujących po stronie Zamawiającego / Wykonawcy,
- 6) zmiany będącej skutkiem poprawy omyłki oczywistej
- 7) zmiany przepisów dotyczących stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, a cena netto pozostanie bez zmian, a także zmian stawek opłat celnych wprowadzonych decyzjami odpowiednich władz. Zmiana cen nastąpi od dnia obowiązywania odpowiednich przepisów prawa.

2. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w przypadku następujących okoliczności:

- 1) zmiany umowy będą korzystne dla Zamawiającego,
- 2) konieczność wprowadzenia zmian wyniknie z okoliczności obiektywnych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, niezależnych od woli stron, bez względu na to czy ich skutki są korzystne dla Zamawiającego,
- 3) Strony umowy uznają zasadność wprowadzenia zmian do umowy, a zmiany te nie wywołają niekorzystnych skutków dla Zamawiającego i nie spowodują zmiany oferowanych warunków realizacji zamówienia będących podstawą oceny ofert.

§ 11.

Rozstrzyganie sporów

1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
2. Do wszelkich spraw nieuregulowanych niniejsza umowa mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459)

i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.(tj. j. Dz. U. z 2018 r poz. 1986)

**§ 12.
Postanowienia końcowe**

1. Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany naruszające przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych są niedopuszczalne (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r poz. 1986 ze zm.)”
3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Wykonawca

Zamawiający

.....
Pieczęć nagłówkowa Podmiotu leczniczego

PROTOKÓŁ DOSTAWY, MONTAŻU, PIERWSZEGO URUCHOMIENIA, SZKOLENIA PERSONELU I ODBIORU KOŃCOWEGO

DOTYCZY UMOWY NR (umowa z wykonawcą) z dnia r.

CZĘŚĆ A - DOSTAWA

W dniu r. dostarczono do Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu n/w wyroby z niezbędnym oprzyrządowaniem:

Nazwa wyrobu	Dostarczona ilość	Wartość brutto [zł]
..... zł

CZĘŚĆ B – MONTAŻ I PIERWSZE URUCHOMIENIE

Opisane w części A wyroby **wymagały*/nie wymagały*** montażu. Stwierdzam, że dokonano prawidłowego montażu wyrobów wymienionych w części A protokołu zgodnie z poniższym postanowieniem:

Miejsce montażu	Ilość zamontowanych urządzeń
.....

Opisane w części A wyroby **wymagały*/nie wymagały*** dokonania pierwszego uruchomienia.

Stwierdzam, że wszystkie w/w urządzenia zostały uruchomione i działają bez zarzutu. Dostarczono wszelką niezbędną dla w/w wyrobów dokumentację, w tym karty gwarancyjne, w wymaganej ilości egzemplarzy.

CZĘŚĆ C - SZKOLENIE PERSONELU

Opisane w części A wyroby **wymagały*/nie wymagały*** dokonania szkolenia personelu. Wykonawca dokonał szkolenia personelu w zakresie działania i obsługi wyrobu opisanego w części A.

Nazwa wyrobu	Liczba przeszkolonych osób
.....

CZĘŚĆ D - ODBIÓR KOŃCOWY

Stwierdzono **terminowe*/nieterminowe*** wywiązanie się Dostawcy z postanowień zawartej z nim umowy w zakresie dostawy wyrobów opisanych w części A.

Opóźnienie wykonawcy podlegające naliczeniu kar umownych wynosi dni.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

.....
(pieczęć oferenta)

OŚWIADCZENIE

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przedmiocie: **Dostawa sprzętu medycznego SOR, znak sprawy: SPZZOZ.ZP/10/2019**, w związku z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), oświadczamy, że;

1. nie należymy do tej samej grupy kapitałowej, co inni wykonawcy, którzy w tym postępowaniu złożyli oferty lub oferty częściowe*
2. należymy do grupy kapitałowej co inni wykonawcy, którzy w tym postępowaniu złożyli oferty lub oferty częściowe i przedstawiamy/nie przedstawiamy* następujące dowody, że powiązania z innymi wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia
.....

* **niepotrzebne skreślić**

Uwaga:

W przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie, wymagane oświadczenie winno być złożone przez **każdy podmiot**.

Nieprzedłożenie dowodów i niewykazanie przez Wykonawców, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia spowoduje wykluczenie wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów złożyli odrębne oferty lub oferty częściowe w postępowaniu.

..... dniar.

.....
podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

**Oświadczenie Wykonawcy
o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku Sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub
decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w
sprawie spłat tych należności**

**składane na podstawie art. 24 ust 5 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r poz. 1986 (dalej ustawa P.z.p.)**

.....
(Nazwa i adres Wykonawcy)

uczestniczący w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na

„Zakup sprzętu medycznego SOR w Przasnyszu”

oświadczam, że:

- 1) wobec podmiotu, który reprezentuję **nie wydano** prawomocnego wyroku Sądu lub/i ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

.....
(data, podpis i pieczętka uprawnionego przedstawiciela firmy Wykonawcy)

LUB

- 2) wobec podmiotu, który reprezentuję **wydano** prawomocny wyrok Sądu lub/i ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

.....
(data, podpis i pieczętka uprawnionego przedstawiciela firmy Wykonawcy)

Załącznik nr 7.

**Oświadczenie Wykonawcy
o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne**

**składane na podstawie art. 24 ust 1 pkt 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r poz. 1986) zwana dalej ustawa P.z.p.**

.....
(Nazwa i adres Wykonawcy)

uczestniczący w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na

„Zakup sprzętu medycznego SOR w Przasnyszu”

oświadczam, że wobec podmiotu, który reprezentuję **nie wydano/wydano** orzeczenia tytułem
środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.

.....
(data, podpis i pieczęćka uprawnionego przedstawiciela firmy Wykonawcy)