



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

w Poznaniu
im. prof. Ludwika Bierkowskiego

Dział Zamówień Publicznych

ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań
tel. 61-846-47-70,
www.szpitalmswia.poznan.pl
zamowienia@szpitalmswia.poznan.pl



ZP/p/2374-27-~~10~~19

Poznań, dnia 04.10.2019 roku

**Do wszystkich Wykonawców
ubiegających się udzielenie
zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Dostawa endoprotez ortopedycznych i implantów kręgosłupowych”. Nr postępowania: Zp/p/27/19

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Nr 10

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Poznaniu, im. prof. Ludwika Bierkowskiego, informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytanie:

Zestaw zapytań nr 10

Pytanie 1

Część nr 14: Implanty kręgosłupowe:

Czy w ramach Części nr 14, Wariant nr 2, Zamawiający dopuści do zaoferowania system stabilizacji kręgosłupa z dostępu tylnego, równoważny do opisanego (również w wersji instrumentarium do jednorazowego użytku), w którym średnice śrub mieszczą się w zakresach 4,0-7,5mm (skok co 0,5 mm) i długościach 20-70 mm (skok co 5 mm) oraz o średnicy 8,0 mm i długości 30 – 80 mm (skok co 5mm); Średnica śruby wraz z kompletnym elementem blokująco-zabezpieczającym nie może przekraczać 14 mm; Śruby do stabilizacji kości krzyżowej o długościach: 35 oraz 60 mm (co 5mm), a także śruba biodrowo-krzyżowa o długości: 50-110 mm; Pręty o średnicy 5,5mm dostępne są w wersji tytanowej w zakresach długości: 30-600mm oraz Co Cr: 300 oraz 500mm; Klatki międzytrzonowe o kształcie prostopadłościennym o długościach: 20, 25 i 30mm oraz wysokościach od 7 do 14mm (skok co 1mm). Reszta parametrów – zgodna z wymaganym opisem.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Niniejszy dokument stanowi integralną część SIWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
w Poznaniu im. prof. Ludwika Biełkowskiego
dr n. med. Witold Pstrąg-Bieleński

Wyk. w 1 egz.
1/ strona internetowa
2/ a/a
Druk: A. Górka

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Anna Górka