



Kup, dn. 11 października 2021 r.

Nr sprawy ZP/17/2021

Do wiadomości

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: **Dostawa aparatury medycznej do szpitala w Kup.**

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. Załącznik nr 2A do SWZ „Zestawienie parametrów technicznych – Zadanie 1. Zestaw do manometrii wysokiej rozdzielczości” - Zamawiający wymaga 24 miesięcy gwarancji na system do manometrii wysokiej rozdzielczości. Przełykowy cewnik manometryczny wysokiej rozdzielczości, wchodzący w skład ww. systemu, jest akcesorium zużywalnym do systemu manometrycznego i posiada gwarancję 12 miesięcy od daty instalacji lub 250 użyć, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Czy Zamawiający zaakceptuje ofertę z 24-miesięcznym okresem gwarancji na procesor, wózek do systemu z zainstalowaną stacją roboczą, zasilaczem separacyjnym i systemem automatycznej kalibracji i gwarancją wynoszącą 12 miesięcy lub 250 użyć dla cewnika manometrycznego wysokiej rozdzielczości?

Odp.: Zamawiający dopuszcza ofertę z 24-miesięcznym okresem gwarancji na procesor, wózek do systemu z zainstalowaną stacją roboczą, zasilaczem separacyjnym i systemem automatycznej kalibracji i gwarancją wynoszącą 12 miesięcy lub 250 użyć dla cewnika manometrycznego wysokiej rozdzielczości.

2. W pakietach 1, 2 oraz 3 Zamawiający nie umieścił informacji odnośnie daty produkcji urządzeń. Czy Zamawiający wymaga aparatu fabrycznie nowego, nie powystawowego z rokiem produkcji nie starszym niż 2021?

Odp.: Zamawiający wymaga aparatu fabrycznie nowego, nierekondycjonowanego, niepowystawowego, w stanie kompletnym tj.: gwarantującym uruchomienie go oraz stosowanie zgodnie z przeznaczeniem bez dokonywania dodatkowych zakupów elementów, akcesoriów i oprogramowania – zgodnie z zapisami w SWZ: rozdz. V ust. 4.

3. Zamawiający w pkt. 6 Załącznika nr 1 – Formularza oferty podaje termin płatności 14 dni natomiast w §5 ust. 5 umowy – 30 dni. W związku z rozbieżnością wnoszę o podanie właściwego terminu płatności i stosowną korektę zapisu.

Odp.: Właściwy termin płatności wynosi 14 dni – tak jak podano w formularzu oferty. W związku z zaistniałą omyłką pisarską, §5 ust. 5 zdanie pierwsze załącznika nr 7 do SWZ „projektowane postanowienia umowy” otrzymuje brzmienie:

„5. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania zapłaty w ciągu 14 dni liczonych od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej pod względem merytorycznym i formalnym faktury VAT.”

Ponadto, w związku z zaistniałą omyłką pisarską, Zamawiający modyfikuje zapis załącznika 2D – zestawienie parametrów technicznych ULTRASONOGRAF, gdzie w tabeli Lp. 1. Otrzymuje brzmienie:

L.p.	Parametr lub opis wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia	Parametr wymagany	Wpisać TAK lub podać parametr oferowany - wypełnia Wykonawca
1.	Aparat fabrycznie nowy	Tak	

PREZES ZARZĄDU

/-/ Marek Drobik