



SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W LĘBORKU

e-mail: sekretariat@szpital-lebork.com.pl, www.szpital-lebork.com.pl

84-300 LĘBORK, UL. JULIANA WĘGRZYNOWICZA 13, TEL. 59 86 35 202, FAX 59 86 33 173, DYREKCJA TEL. 59 8635 325



Lębork, 25.03.2022 r.

ZP.261.11.2022

Identyfikator postępowania:

ocds-148610-40023195-a9d0-11ec-baa2-b6d934483bfb

dotyczy: postępowaniu prowadzonego w trybie podstawowym na **dostawę ambulansu transportowego wraz z wyposażeniem**. Znak sprawy ZP-TP/11/22

I. Działając w oparciu o art. 284 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

1. W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy za rozwiązanie równoważne do: „*podgówek mocowany bezpośrednio do ramy noszy umożliwiający przedłużenie powierzchni leża w celu transportu pacjenta o znacznym wzroście*” Zamawiający uzna: zagłówek umożliwiający odgięcie głowy do tyłu, przygięcie głowy do klatki piersiowej, ułożenie głowy na wznak, zagłówek posiada odpinany stabilizator głowy?

W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy Zamawiającego o dopuszczenie noszy głównych posiadających zamiast podgówka umożliwiającego przedłużenia powierzchni leża, zagłówek umożliwiający odgięcie głowy do tyłu, przygięcie głowy do klatki piersiowej, ułożenie na wznak, podgówek posiada odpinany stabilizator głowy?

Odp. Zamawiający dopuszcza nosze główne posiadające zamiast podgówka umożliwiającego przedłużenia powierzchni leża, zagłówek umożliwiający odgięcie głowy do tyłu, przygięcie głowy do klatki piersiowej, ułożenie na wznak, posiadający odpinany stabilizator głowy.

W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia o parametrach innych niż pierwotnie wyspecyfikowane w dokumentach zamówienia, a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień lub modyfikacji treści SWZ, Wykonawca zobowiązany jest do samodzielnego naniesienia dokonanych zmian w treści Załącznika nr 2 do SWZ oraz zaznaczenia źródła tej zmiany (data odpowiedzi lub modyfikacji i nr pytania).

II. Działając w oparciu o art. 286 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zawiadamia, że dokonuje zmiany treści SWZ w poniższym zakresie:

1. Zamawiający dokonuje następujących zmian w treści Formularza parametrów wymaganych, stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ:

1) Pkt. XVI. 6 otrzymuje brzmienie:

„Wyposażone w podgłówek mocowany bezpośrednio do ramy noszy umożliwiający przedłużenie powierzchni leża w celu transportu pacjenta o znacznym wzroście. Dopuszcza się rozwiązanie równoważne. Zamawiający dopuszcza nosze główne posiadające zamiast podgłówka umożliwiającego przedłużenia powierzchni leża, zagłówek umożliwiający odgięcie głowy do tyłu, przygięcie głowy do klatki piersiowej, ułożenie na wznak, posiadający odpinany stabilizator głowy.”

Pozostałe zapisy SWZ wraz z załącznikami pozostają bez zmian.