

Milicz 20.12.2023 r.

Dotyczy: postępowania na
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie
przeглядów i napraw
pogwarancyjnych tomografu komputerowego Siemens Somatom
znak sprawy MCM/WSM/ZP23/2023

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) ustawy Pzp udziela odpowiedzi na zadane pytania:

1. Pytanie dot. SWZ, rozdział V, pkt 5, lit. d)

Z uwagi na wiek aparatów zainstalowanych na terenie Polski (aparaty z rodziny Somatom. Go są instalowane dopiero od niedawna i większości objęte gwarancją producenta) prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za spełnienie warunku przedłożenie referencji na tomografy komputerowe Somatom.

Odpowiedź: TAK.

2. Pytanie dot. Załącznika nr 2 do SWZ, Formularz ofertowy, pkt 9

Prosimy o wykreślenie zapisu. Treść oświadczenia nie dotyczy przedmiotu niniejszego postępowania.

Odpowiedź: Zamawiający dokona zmiany.

3. Pytanie dot. Załącznika nr 2 do SWZ, Formularz ofertowy, pkt 10

Prosimy o wykreślenie zapisu. Treść oświadczenia nie dotyczy przedmiotu niniejszego postępowania.

Odpowiedź: Zamawiający dokona zmiany

4. Pytanie dot. Załącznika do SWZ, PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY, § 5, ust. 6

Prosimy o dodanie celem doprecyzowania, że odpowiedzialność za wady niezależnie od podstawy (gwarancja/rękojmia) obowiązuje w takim samym okresie czasowym:

„Do odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi we wskazanym w ust. 1 okresie stosuje się przepisy K.c. z zastrzeżeniem, że terminy obowiązywania rękojmi są takie same jak terminy gwarancyjne.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

5. Pytanie dot. Załącznika do SWZ, PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY, § 8, ust. 1, ppkt 1 i 2

Prosimy o obniżenie stawki kar umownych do 0,1%.

Uzasadnienie: Wysokość kar umownych przewidziana we wzorze umowy jest znacząco wygórowana i obniżenie ich zbliży postanowienie wzoru umowy w tym zakresie do standardów rynkowych.

Zwracamy uwagę, że zgodnie z orzecznictwem zarówno sądów cywilnych (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 11.10.2016, sygn. akt I ACa 1673/15, wyrok Sądu Najwyższego z 25.11.2016 sygn. Akt V CSK 123/16), jak również Krajowej Izby Odwoławczej (wyrok KIO z 15.02.2018 r), kara umowna, pełniąc funkcje odszkodowawczo – kompensacyjne, nie może być rażąco wygórowana. Zbyt represyjne reguły odpowiedzialności w karach umownych mogą zniechęcać do składania ofert i być przyczyną niewielkiego zainteresowania wykonawców zamówieniem. To z kolei wpłynie na konkurencyjność postępowań, a niekiedy nawet zmusi do ich unieważnienia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

6. Pytanie dot. Załącznika do SWZ, PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY, § 8, ust. 1, ppkt 3

Prosimy o usunięcie - par. 3 ust. 6 dotyczy wystawienia raportu serwisowego, brak tu terminu realizacji tego obowiązku.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie Par 8 ust 1 ppkt 3

7. Pytanie dot. Załącznika do SWZ, PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY, § 8, ust. 1, ppkt 4

Prosimy o usunięcie - par. 3 ust. 7 dotyczy dysponowaniem pracownikami o odpowiednich kwalifikacjach

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie Par 8 ust 1 ppkt 4

8. Pytanie dot. Załącznika do SWZ, PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

Prosimy o wyrażenie zgody na dodanie zapisu:

„W celu wykonania usług serwisowych personel Wykonawcy uzyska w nieograniczony sposób dostęp do urządzenia w uzgodnionych wcześniej przez Strony terminach. Zamawiający zapewni, że urządzenie jak również pomieszczenia, w których urządzenie jest zainstalowane nie będą zanieczyszczone krwią, innymi płynami ustrojowymi ani jakimikolwiek substancjami zanieczyszczającymi, aktywnymi biologicznie lub chemicznie. Uchybienie powyższemu obowiązkowi uprawnia Wykonawcę do odmowy wykonania usług serwisowych

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

9. Pytanie dot. Załącznika do SWZ, PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

Czy mając na uwadze fakt, że podczas realizacji umowy zostaną wytworzone przez Wykonawcę odpady, co do których istnieją wiarygodne do przyjęcia podstawy, że mogą wykazywać właściwości klasyfikujące je jako odpady medyczne zakaźne oraz odpady medyczne niebezpieczne, inne niż zakaźne, Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy następującej klauzuli:

Mając na uwadze art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 roku (tj. Dz. U. z 2021 nr 779 r, z późn. zm.), wytwórcą odpadów powstałych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, mogących wykazywać właściwości klasyfikujące je jako odpady medyczne zakaźne oraz odpady medyczne niebezpieczne inne niż zakaźne, wraz z odpowiedzialnością za nie, będzie Zamawiający, który potwierdza, że zagospodaruje je zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nie dotyczy to w szczególności odpadów sprzętu i podzespołów elektronicznych czy mechanicznych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

10. Pytanie dot. Załącznika do SWZ, PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, iż w sytuacji zmiany danych adresowych Stron umowy nie będzie konieczności zawierania dodatkowego aneksu, a zmiana danych adresowych nastąpi na podstawie pisemnego oświadczenia Strony umowy?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę