

Białystok, dn. 29.12.2023 r.

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
w Białymstoku
15-959 Białystok, ul. Zwycięstwa 26A
NIP 542-00-13-897 REGON 000093734
BDO 000014763

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

Znak sprawy: WIW-AG.272.24.2023
Nr ogłoszenia: 2023/BZP 00564360

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na dostawę plastików laboratoryjnych

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 26A, 15-959 Białystok, działając w oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. 2023 poz. 1605 ze zm.), przedstawia niniejszym wyjaśnienia dotyczące zgłoszonych w postępowaniu zapytań i wątpliwości do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ):

1. *Wykonawca pyta, czy w zakresie II części zamówienia w pozycji 8 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kuwety o podanych parametrach, jednak o długości fali 300 – 900 nm.*

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w zakresie II części zamówienia w pozycji 8 towaru zaproponowanego przez Wykonawcę.

2. *Wykonawca pyta, czy w zakresie II części zamówienia w pozycji 5 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie końcówek pakowanych po 500 sztuk w ilości 120 opakowań.*

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w zakresie II części zamówienia w pozycji 5 końcówek pakowanych po 500 sztuk w ilości 120 opakowań.

3. *Wykonawca twierdzi, że w zakresie II części zamówienia w pozycji 6 towar o podanym numerze katalogowym oryginalnie pakowany jest po 1000 sztuk. Wykonawca prosi o zgodę na zaoferowanie oryginalnej wielkości opakowania czyli 1000 sztuk końcówek.*

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w zakresie II części zamówienia w pozycji 6 jednego opakowania końcówek liczącego 1000 sztuk.

4. *Wykonawca pyta, czy w zakresie II części zamówienia w pozycji 7 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie końcówek pakowanych po 200 sztuk. Jeśli tak, prosi o podanie czy Zamawiający potrzebuje finalnie 3 czy 4 opakowań.*

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w zakresie II części zamówienia w pozycji 7 końcówek pakowanych po 200 sztuk w ilości 4 opakowań.

Zamawiający informuje, iż udzielone wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

Andrzej Czerniawski
Podlaski Wojewódzki
Lekarz Weterynarii
/podpis elektroniczny/