

## Specyfikacja Fumigator

- Zasilanie elektryczne 230 V, 50 Hz
- Waga do 6,2 kg
- Użycie dedykowanego środka dezynfekującego zgodnego z EN 17-272 (2020)
- Urządzenie rozpraszające środek w postaci mikrokropelek o wielkości do 5 µm
- Urządzenie z turbiną o prędkości 22000RPM i szybkością wyrzutu 80m/s
- Automatyczne wyłączenie po etapie dyfuzji środka
- Możliwość odłożenia w czasie startu
- Obudowa urządzenia wykonana z tworzywa sztucznego
- Złącze USB do komunikacji z komputerem
- Możliwość podłączenia do urządzenia elastycznego węża do dezynfekcji klimatyzacji/przewodów wentylacyjnych, miejsc trudno dostępnych
- Realizacja zamówienia do 8 tygodni od złożenia zamówienia
  
- Okres gwarancji: minimum 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru.
- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest bezpłatnie wykonywać wszelkie ewentualne naprawy nie wynikające z winy użytkownika. Zgłoszenie usterki lub awarii następować będzie pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
- Czas odpowiedzi serwisu na zgłoszenie wynosić będzie maksymalnie 24 godziny, a czas reakcji serwisu Wykonawcy (rozpoczęcie czynności naprawczych) wynosić będzie maksymalnie 48 godzin licząc od momentu przyjęcia zgłoszenia o awarii (usterce). Czas ten nie uwzględnia sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.
- Naprawa gwarancyjna uznana zostanie za ukończoną po podpisaniu - bez uwag protokołu wykonania naprawy.
- Gwarancja przedłuża się o okres niesprawności urządzenia liczony od daty powiadomienia o usterce do daty zakończenia naprawy.
- Zamawiający wymaga, by Wykonawca złożył wraz z ofertą następujące, dokumenty służące potwierdzeniu zgodności oferowanego urządzenia z wymaganiami Zamawiającego:  

Karty katalogowe urządzenia, na których będzie przedstawiony proponowany przez Wykonawcę model oraz potwierdzone jego parametry (karta winna zawierać co najmniej wymagane w opisie parametry oraz zdjęcie w formacie A5 lub większym), karta musi zawierać informację z nazwą/symbolem/numerem katalogowym oraz nazwę producenta. Zamawiający przewiduje uzupełnienie dokumentów o których mowa w punkcie powyżej.
- Deklaracja zgodności CE i instrukcja użytkownika w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem;

## Warunki dostawy

Przedmiot zamówienia będzie dostarczany do Narodowego Centrum Badań Jądrowych Ośrodka Radioizotopów POLATOM, ul. A. Sołtana 7, 05-400 Otwock, na koszt Wykonawcy. Podczas załadunku, transportu i rozładunku Wykonawca zapewnia odpowiednie warunki tak,

aby dostarczone urządzenie zachowało swoje właściwości tj. nienaruszone opakowanie oraz sterylność (jeśli dotyczy).

**Warunki płatności:**

Płatność na rzecz Wykonawcy zamówienia będzie zrealizowana na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT. Termin płatności faktury nie może być krótszy niż 30 dni od daty jej wystawienia, z zastrzeżeniem, że doręczenie faktury nastąpi na co najmniej 23 dni przed tak określonym terminem płatności, a w przypadku niezachowania tego terminu, termin płatności przedłuży się automatycznie o czas opóźnienia dostarczenia faktury.

**Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem ich wag i sposobu oceny ofert**

- Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
- Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

Nazwa kryterium	Waga kryterium
Cena (brutto)	100%

W kryterium cenowym oferta uzyska ilość punktów obliczonych w następujący sposób:

$$C = \frac{C_{min}}{C_b} \times 100$$

gdzie:

C - ilość otrzymanych punktów za kryterium „cena brutto”

C<sub>min</sub> - najniższa cena brutto (zł) spośród ofert nieodrzuconych

C<sub>b</sub> - cena brutto badanej oferty (zł)

- Obliczenia punktów dokonuje się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
- Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów.
- W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

**Opis Sposobu Przygotowania i składania ofert:**

- **Oferty należy składać w terminie do dnia 15.01.2024 r. do godziny 10:00**

- Oferty złożone po w/w terminie zostaną odrzucone (decyduje data wpływu oferty).

Sposób składania ofert: za pośrednictwem platformy zakupowej platformazakupowa.pl

**Oferta musi być sporządzona w języku polskim.**

Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej realizacji zamówienia.

Termin związania ofertą – 30 dni licząc od dnia, w którym przypada koniec terminu składania ofert.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego za pośrednictwem platformy zakupowej platformazakupowa.pl i formularza „**Wyślij wiadomość do zamawiającego**”. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu na składanie ofert. Jeśli udzielone wyjaśnienia w sposób istotny zmienią treść zapytania ofertowego Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do uwzględnienia zmian w przygotowywanych ofertach.

**Unieważnienie**

Postępowanie może być unieważnione przez Zamawiającego bez podania przyczyny, w każdym momencie i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony Oferenta do realizacji zamówienia.