



Znak: AE/ZP-27-79/24

Tarnów, 2024-08-13

Dotyczy: **postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości nie przekraczającej progów unijnych (poniżej 221.000 EURO) na dostawy elementów zamkniętego systemu pobierania krwi metodą próżniową oraz zestawów do pobierania krwi tętnicznej na gazometrię.**

W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 1.** Mając na względzie przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych, a w szczególności definicję zamówień publicznych zawartą w art. 7 pkt. 32 Ustawy, z której wynika, że umowa zawierana między zamawiającym a wykonawcą musi być odpłatna, jak i art. 29 ust. 1 Ustawy zabraniający zaniżania wartości zamówienia publicznego, zwracamy się o wyrażenie zgody na podanie w oddzielnym wierszu kosztu kontroli zewnątrzlaboratoryjnej do oznaczeń OB metodą automatyczną.
2. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 4.** Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie w tej pozycji tylko próbek do glukozy o objętości 2 ml. Probówek tego typu o większej objętości nie mamy w obrocie i nie możemy zagwarantować, że producent będzie ją miał dostępną, kiedy się o nią zwrócimy. Wynika to z tego, że klienci zamawiają tylko próbki o obj. 2 ml, których objętość wystarcza na wykonanie oznaczeń.
3. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 10.** W związku z tym, że Zamawiający dopuszcza w tej pozycji igły systemowe z osobnymi uchwytnymi z zabezpieczeniem przeciwwakluciovym, prosimy - w przypadku zaoferowania tego rozwiązania - o dopuszczenie zaoferowania mniejszej o 500 szt. ilości uchwytnych systemowych w pozycji nr 12, ponieważ 500 szt. uchwytnych będzie już zaoferowane w pozycji nr 10. Rozwiązanie takie zrówna szanse oferentów oferujących różne rozwiązania w pozycji nr 10. Prosimy też o umożliwienie dodania w tabeli cenowej pozycji 10a w celu osobnego wycenienia uchwytnych z zabezpieczeniem przeciwwakluciovym. W pozycji 10 wycenione zostałyby igły systemowe. Ułatwi to zamawianie produktów, ponieważ nie zostanie utworzony sztuczny zestaw.
4. **Dotyczy pakietu Nr 1 poz. 3.** Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie w pozycji nr 3 próbek do kagulologii z terminem ważności min. 9 miesięcy w dniu dostawy.
5. **Dotyczy Pakietu Nr 1 - Elementy zamkniętego systemu pobierania krwi metodą próżniową.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby w zamian za udostępnienie platformy on-line zakresu: zapobiegania błędom pozalaboratoryjnym, dobrych praktyk pobierania krwi oraz bezpieczeństwa pracowników ochrony zdrowia szkolenie odbyło się w formie stacjonarnej u Zamawiającego?
6. **Dotyczy Pakietu Nr 1 - Elementy zamkniętego systemu pobierania krwi metodą próżniową.** Prosimy o doprecyzowanie jakie konkretnie kontrole zewnątrzlaboratoryjne wymaga Zamawiający w częstotliwości 1 na kwartał?
7. **Dotyczy Pakietu Nr 1 - Elementy zamkniętego systemu pobierania krwi metodą próżniową.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie uchwytnego jednorazowego pozbawionego dodatkowych oznaczeń w postaci logo i nazwy producenta, co przesłania podczas pobierania krwi do próbek obserwację prawidłowego napływu krwi oraz kontrolę objętości pobieranej próbki od pacjenta?

**Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:**

**Ad. 1**

Zamawiający wyraża zgodę na dodanie kolejnego wiersza w Załączniku Nr 1 do SWZ (Formularz Cenowy) w **Pakiecie Nr 1**, w celu wyszczególnienia kontroli zewnątrzlaboratoryjnej, o której mowa w pkt. 10 Załącznika Nr 4 do SWZ, pod warunkiem zaoferowania w Pakiecie Nr 1 poz. 13 „Probówek do OB z cytrynianem sodowym, układ zamknięty, o objętości 1,5-2,75 do metody logarytmicznej”.



**Ad. 2**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 4** tylko próbek o objętości 2 ml, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.

**Ad. 3**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie o 500 szt. uchwytów oferowanych w **Pakiecie Nr 1 poz. 12**. Równocześnie Zamawiający wyraża zgodę na dodanie kolejnego wiersza tj. poz. 10a w Załączniku Nr 1 do SWZ (Formularz Cenowy) w Pakiecie Nr 1 w celu osobnego wycenienia uchwytów z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym (w przypadku zaoferowania igieł z osobnym uchwytem systemowym z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym).

**Ad. 4**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 3** próbek do koagulologii z terminem ważności minimum 9 miesięcy w dniu dostawy. Jednocześnie Zamawiający zaznacza, iż zgodnie z pkt. 8 Załącznika Nr 4 do SWZ wymagany minimalny termin ważności próbek do koagulologii oraz OB to 4 miesiące.

**Ad. 5**

Zamawiający dopuszcza, aby w zamian za udostępnienie platformy internetowej do szkoleń on-line w języku polskim z zakresu: zapobiegania błędom pozalaboratoryjnym, dobrych praktyk pobierania krwi oraz bezpieczeństwa pracowników ochrony zdrowia odbyło się szkolenie w ww. zakresie w formie stacjonarnej w siedzibie Zamawiającego.

**Ad. 6**

Kontrola zewnątrzlaboratoryjna, o której mowa w pkt. 10 Załącznika Nr 4 do SWZ to kontrola OB-metodą logarytmiczną.

**Ad. 7**

Zamawiający dopuszcza, aby zaoferowane w Pakiecie Nr 1 poz. 12 uchwyty jednorazowe były bez oznaczeń w postaci logo systemu i producenta, pod warunkiem spełniania pozostałym wymagań SWZ.

Otrzymują:  
Platforma Zamawiającego  
a/a

Zastępca Dyrektora  
  
mgr Danuta Nosek



Nocow!