



Łębork, dn. 01.06.2022 r.

Uczestnicy postępowania ZP-ZO/23/22

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na zakup i dostawy sprzętu medycznego na wyposażenie ambulansu transportowego.

Znak sprawy: ZP-ZO/23/22.

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotne w Łęborku w odpowiedzi na otrzymane pytania dot. w/w postępowania wyjaśnia:

- 1. Część nr 3. Monitor przenośny – inteligentny transport, pkt 2, Monitor z pulsoksymetrem, pkt 4. Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania monitora przenośnego wyposażonego w kolorowy, dotykowy ekran o przekątnej minimum 5,7”?*
 - **Informujemy, że dopuszczamy do zaoferowania ekrany o ww. parametrach.**
- 2. Dotyczy wzór umowy - §2 ust. 1. Wykonawca wnosi o wydłużenie terminu realizacji dostawy do 6 tygodni od daty zawarcia umowy. Termin dostawy zakreślony obecnie jest trudny do osiągnięcia z uwagi na konieczność sprowadzenia wielu modeli kardiomonitorów z zagranicy przy zachowaniu.*
 - **Informujemy, że podtrzymujemy zapisy dotyczące terminu dostawy.**
- 3. Dotyczy wzór umowy - §3 ust. 5. Wykonawca wnosi o wydłużenie terminu wymiany towaru do 15 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia towaru od producenta z zagranicy. „5. W przypadku wad jakościowych Wykonawca zobowiązuje się do wymiany towaru w terminie do dwóch dni roboczych, a w przypadku niekompletności – usunięcia braków w terminie do dwóch dni roboczych od otrzymania zawiadomienia. W przypadku konieczności sprowadzenia urządzeń na wymianę bezpośrednio od producenta z zagranicy terminy te ulegają wydłużeniu do piętnastu dni roboczych.”*
 - **Informujemy, że zmieniono zapis §3 ust. 5 na ww.**
- 4. Dotyczy wzór umowy - §7 ust. 1. Wykonawca wnosi o obniżenie maksymalnych kar umownych, o których mowa w §7 ust. 1 do 20% wartości umowy zgodnie z zapisami §7 ust. 3. Prosimy o modyfikację niniejszego paragrafu zgodnie z poniższym wzorem. „1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
1) w wysokości 1% wartości brutto za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia, licząc od dnia następującego po dniu wskazanym w § 2 ust. 1, jednak nie więcej niż 20 % wartości umowy;”*
 - **Informujemy, że podtrzymujemy zapisy dotyczące kar umownych.**
- 5. Dotyczy wzór umowy - §7. Wykonawca wnosi o naliczanie kar umownych od wartości netto dostawy/umowy.*
 - **Informujemy, że podtrzymujemy zapisy §7 wzoru umowy.**
- 6. Dotyczy części nr 3. Monitor przenośny – inteligentny transport. Pkt 2. Czy Zamawiający dopuście monitor przenośny wyposażony w ekran LCD o przekątnej 4,3 cala? Jest to niewielka różnica w odniesieniu do pierwotnego zestawienia parametrów.*
 - **Informujemy, że dopuszcza się do zaoferowania monitor o ww. parametrach.**

7. *Dotyczy części nr 3. Monitor przenośny – inteligentny transport. Pkt. 6 – Czy Zamawiający dopuście monitor przenośny o odporności na poziomie IPX1? Monitor dodatkowo wyposażony jest w dedykowaną do karetki torbę, który zabezpiecza urządzenie przed czynnikami zewnętrznymi.*
 - **Informujemy, że dopuszczamy do zaoferowania monitor o ww. parametrach.**
8. *Dotyczy części nr 3. Monitor przenośny – inteligentny transport. Pkt. 8 – Czy Zamawiający dopuście monitor przenośny wyposażony w gniazdo do pomiaru CO2 (bez 2 kompletów czujników wydychanego CO2), które w przyszłości można rozbudować o czujnik zewnętrzny?*
 - **Informujemy, że dopuszczamy do zaoferowania monitor o ww. parametrach.**
9. *Dotyczy części nr 3. Monitor z pulsoksymetrem. Pkt. 3. Czy Zamawiający dopuście monitor z alarmami wizualnymi i dźwiękowymi, z możliwością ustawienia granic, głośności alarmów, czasów zawieszania alarmów?*
 - **Informujemy, że dopuszczamy do zaoferowania monitor o ww. parametrach.**

Z poważaniem