



SZPITAL ŚW. ŁUKASZA
w Bolesławcu

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu
ul. Jeleniogórska 4
59-700 Bolesławiec

NIP: 6121542507
KRS: 0000024307
REGON: 000310338

T.: 75 738 00 00
E.: sekretariat@szpitalboleslawiec.pl

Forma prawna:
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej

Nr w rej. ZOZ:
000000001137

Bolesławiec, 25 października 2022 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania
e-mail: platforma zakupowa

Dotyczy: zapytań do treści specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) na „Sukcesywne dostawy artykułów jednorazowego użytku (medycznych i niemiedycznych) oraz drobnego sprzętu medycznego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu”. Znak sprawy 40/PN/2022.

Zamawiający zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania do treści specyfikacji warunków zamówienia. Działając zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje poniżej treść wniesionych pytań oraz odpowiedzi w tym zakresie.

1) Dotyczy Zadania nr 3, poz. 1, 2, 3, 4

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 3 poz 1,2,3,4 bezpiecznej alternatywnej kaniuli dożylna wykonana z biokompatybilnego poliuretanu, nowej generacji (potwierdzone min 3 badaniami klinicznymi dołączonymi do oferty). Posiadająca dodatkowy, samodomykający się port do wstrzyknień, 6 pasków kontrastujących w promieniach RTG wtopionych w materiał kaniuli (nie doklejanych). Możliwość identyfikacji radiologicznej położenia końca kaniuli. Posiadająca zastawkę bezwrotną zapobiegającą wypływowi krwi. Posiadająca zabezpieczenie igły w postaci plastikowej osłonki o gładkich krawędziach, chroniącej personel medyczny przed przypadkowym zakłuciem, z systemem kapilar zapobiegających zachlapaniu krwią. Pozbawiona jakichkolwiek ostrych elementów wchodzących w skład mechanizmu zabezpieczającego kaniulę, pakowane po 50 szt ? opakowanie blister pack w rozmiarach:

Poz1 Rozmiar 18G dł 45mm , przepływ 103ml/min

Poz2 rozmiar 22 G dł 25mm przepływ 42ml/min

Poz3 rozmiar 20G dł 32mm,przepływ 67ml/min

Poz4 rozmiar 22G dł 25mm, przepływ 42ml/min ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **dopuszcza** kaniulę o parametrach opisanych powyżej z zachowaniem pozostałych parametrów opisanych w poz. 1-4 w Formularzu cenowym- Załączniku nr 2.3 bez zmian.

2) Dotyczy Zadania nr 3, poz. 5-11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 3 poz 5,6,7,8,9,10,11 alternatywnj kaniuli dożylnj z zaworem iniekcyjnym z korkiem zamykanym manualnie, ze zintegrowanym koreczkiem luer-lock, ostry koniec kaniuli – ścięcie typu back-cut, sterylna, rozmiary: 0,8/25mm, przepływ 31ml/min, wykonana z PTFE z możliwością identyfikacji Usg, kompatybilna z MRI. Nie zawiera lateksu i PCV . Opakowanie uniemożliwiające przypadkowe otwarcie typu blister., Z widoczną datą ważności na opakowaniu jednostkowym, oznaczone znakiem CE w rozmiarach:

Poz 5 17G (1,4mmx45mm), przepływ 125ml/min

Poz 6 18G 1,2x 45mm , przepływ 80ml/min

Poz 7 22G 0,8x25mm, przepływ 31ml/min

Poz 8 16G 1,7x45mm ,przepływ 180ml/min

Poz 9 20G 1,0x32mm,przepływ 54ml/min

Poz 10 20G 1,0x32mm,przepływ 54ml/min

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **nie dopuszcza** kaniuli o parametrach opisanych powyżej.

3) Dotyczy Zadania nr 3, poz. 11

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 3 w poz. 11 alternatywnej kaniuli dożylnj przeznaczona do małych, delikatnych żył u pacjentów neonatologicznych, pediatrycznych i osób starszych. Posiadająca wyjmowany uchwyt w którym schowane są skrzydełka kaniuli, ułatwiające kaniulację naczynia. Bez dodatkowego portu górnego. Kaniula widoczna w promieniach RTG, 6 wtopionych pasków radiocieniujących. Wykonana z unikalnego poliuretanu, biokompatybilnego, o potwierdzonym klinicznie wpływie na zmniejszenie ryzyka wystąpienia zakrzepowego zapalenia żył (potwierdzone badaniami klinicznymi dołączonymi do oferty) Dodatkowy otwór przy ostrzu igły umożliwiający natychmiastowe wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia podczas kaniulacji (system 3-krotnego potwierdzenia wypływu krwi). Pakowane po 50 sztuk w opakowaniu. Rozmiar 26G – żółty - 0,6 x 19 mm. – przepływ 14 ml/min.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **dopuszcza** kaniulę o parametrach opisanych powyżej.

4) Dotyczy Zadania nr 3, poz. 12

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 3 w poz 12 kaniuli o przepływie 21ml/min, pozostałe parametry zgodne z swz?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **dopuszcza** kaniulę o przepływie 21 ml/min, pozostałe parametry zgodne z SWZ.

5) Dotyczy zapisów projektu umowy

Prosimy o wprowadzenie do wzoru umowy postanowień waloryzacyjnych, tj. postanowień dotyczących zasad zmian wysokości wynagrodzenia, zgodnie z treścią art. 440 ustawy Prawo zamówień publicznych. Aktualna sytuacja rynkowa, charakteryzująca się znaczącym wzrostem inflacji w Polsce powoduje, iż oferta cenowa składana w trakcie postępowania przetargowego może stać się niewystarczająca dla prawidłowej realizacji umowy przetargowej. Oferent, który wygrał przetarg, w celu realizacji umowy przetargowej może być bowiem zmuszony do zakupu produktów lub usług po cenach dużo wyższych niż te, które były aktualne w momencie konstruowania oferty przetargowej. W efekcie, wykonawca przetargu może finansowo nie podołać tej sytuacji, co doprowadzi do niezrealizowania przez niego dostaw wynikających z umowy przetargowej, z niekorzyścią dla Zamawiającego. W świetle powyższego prosimy o dodanie postanowień waloryzacyjnych, skonstruowanych w zgodzie z art. 439 ust. 2-4 ustawy Prawo zamówień publicznych, będzie służyło nie tylko obronie wykonawcy przetargu przed zmianami cen, na które nie ma on wpływu, ale przede wszystkim zabezpieczy interes zamawiającego, zapewniając prawidłową i niezakłóconą realizację dostaw produktów objętych umową przetargową

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że postanowienia waloryzacyjne tj. postanowienia dotyczące zasad zmian wysokości wynagrodzenia, zgodnie z treścią art. 440 ustawy Prawo zamówień publicznych zawierają zapisy §9 ust. 2 projektu umowy.