

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM
W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM**

dot. postępowania na zadanie pn.:
„Zakup sprzętu medycznego podzielonego na pakiety dla SP ZOZ MSWiA w Opolu”

(organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego)

Zgodnie z art. 135 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2020 roku Zamawiający wyjaśnia zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przedmiotowego postępowania przetargowego:

Pytanie

Pakiet nr 2 - Stacja diagnostyczno-opisowa RTG Monitor diagnostyczny, przekątna ekranu 27".

Zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o sprawdzenie poprawności zapisów SWZ w tym punkcie. Zamawiający opisał tutaj przekątną ekranu monitora diagnostycznego jako 27", podczas gdy ze wszystkich dalszych parametrów (powierzchnia, rozmiar plamki, rozdzielczość, itd) wynika jasno, że monitor ten (2 szt.) powinien mieć wymiar przekątnej 21,3". Prosimy o sprawdzenie, czy wartość 27" nie została przypadkiem przepisana błędnie z wcześniejszego punktu << Monitor "zwykły">>.

Zamawiający dokona modyfikacji załącznika nr 2 parametry techniczne do SWZ.

DYREKTOR
SP ZOZ MSWiA w OPOLU
Jacek Bartosz