

## Urządzenie do przenoszenia pacjenta.

Lp.	OPIS PARAMETRÓW	Parametry wymagane (opisać)	Parametry oferowane (opisać)
1.	Transporter do zautomatyzowanego przenoszenia pacjenta między obszarem sterylnym sal operacyjnych a obszarem niesterylnym.		
2.	Transporter zasilany z wbudowanych akumulatorów.		
3.	System przystosowany do przenoszenia pacjenta z łóżka szpitalnego na stół operacyjny lub blat stołu operacyjnego i w kierunku przeciwnym – ze stołu operacyjnego na łóżko szpitalne.		
4.	System wykluczający konieczność wjeżdżania łóżkiem na obszar sterylny oraz stołem operacyjnym poza obszar sterylny.		
5.	Blat systemu przenoszenia pacjenta dostosowujący się do wysokości łóżka i do wysokości stołu operacyjnego co najmniej w zakresie min. 600 - 900 mm		
6.	Maksymalne dopuszczalne obciążenie co najmniej 250 kg		
7.	Obsługa funkcji pracy urządzenia sterowana elektromechanicznie		
8.	Maksymalny zasięg ruchu poziomego blatu do transferu pacjenta co najmniej 600 mm		
9.	Taśma transferowa przeznaczona do dezynfekcji ogólnie stosowanymi środkami odkażającymi		
10.	Transporter wyposażony we własny napęd umożliwiający jazdę do przodu i do tyłu ze zmienną, regulowaną przez operatora prędkością jazdy		
11.	Sterowanie układu napędowego zintegrowane z ramą nośną transportera		
12.	Układ jezdy wyposażony w koła umieszczone na obrotnicach o średnicy min. 150 mm wyposażony w centralny układ hamulcowy		
13.	Transporter wyposażony w składane wzdłuż leża barierki boczne zabezpieczające pacjenta w czasie przemieszczania transportera.		

	<b>Wyposażenie:</b>		
14.	Wysięgnik infuzyjny min. 2 hakowy z regulacją wysokości ustawienia		
15.	Uchwyt na butlę z tlenem poj. min. 5l		
16.	<b>Dołączyć materiały potwierdzające parametry oferowanego urządzenia</b>		
17.	Paszport techniczny w języku polskim (dostarczone wraz z dostawą urządzenia) jeżeli jest wymagane		
18.	Okres gwarancji 5 lat od daty zakupu, w tym opieka serwisowa i przeglądy stanu technicznego co 12 miesięcy ( jeżeli dotyczy).		
19.	Certyfikat CE		
20.	Oświadczenie Oferenta że urządzenie spełnia obowiązujące przepisy prawne.		
21.	Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej oraz elektronicznej.		
22.	Szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia - Oferent w ramach oferty zobowiązuje się do przeprowadzenia cyklu szkoleń dla personelu z zasad obsługi urządzenia. Szkolenia przeprowadzone w terminach uzgodnionych z zamawiającym i siedzibie zamawiającego.  W załączeniu wstępny harmonogram szkoleń, obejmujący min. 2 terminy.		
23.	Oświadczenie że oferowane urządzenie, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany wysoki poziom usług medycznych.		
24.	Oświadczenie że oferowane, powyżej urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).		
25.	Faktura – płatność min. do 30 dni.		