



Znak: AE/ZP-27-56/20

Tarnów, 2020-09-04

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214.000 EURO na dostawę skanera do aparatu RTG 2 sztuki.

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. **Dotyczy Załącznik Nr 6 do SIWZ** - Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie do postępowania 2 detektorów cyfrowych w formacie 35 x 43 cm i rozmiarze piksela 140 µm, wyposażonych w 2 osobne stacje akwizycyjne?
2. **Dotyczy Załącznik Nr 6 do SIWZ** - Czy Zamawiający dopuści do postępowania dostarczenie skanerów cyfrowych wraz z nową stacją technika zamiast integracji z konsolą FCR firmy Fuji?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie 2 detektorów cyfrowych w formacie 35 x 43 cm i rozmiarze piksela 140 µm, wyposażonych w 2 osobne stacje akwizycyjne.

Ad.2

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie 2 skanerów cyfrowych wraz z nowymi 2 stacjami technika zamiast integracji zaoferowanych skanerów z posiadanymi przez Zamawiającego konsolami technika i posiadanym przez Zamawiającego systemem radiografii pośredniej FCR firmy Fuji, pod warunkiem spełniania przez zaoferowane skanery pozostałych wymagań SIWZ oraz pod warunkiem, że Wykonawca zapewni pełną integrację zaoferowanego przedmiotu zamówienia z posiadanym przez Szpital systemem RIS/PACS.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Platforma Zamawiającego
3. a/a

DYREKTOR
Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika
w Tarnowie

Marcin Kuta