



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
**CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY**

**UNIwersytetu Medycznego w Łodzi**

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON:472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ zam.publ@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

U M O W A nr FM-STI. 01.REHABILITACJA.ROBOTY. W-22784/2023/... na udzielenie w 2023 r. dotacji celowej na realizację zadania polegającego na wsparciu rozwoju innowacyjnych rozwiązań służących do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie wyposażenia podmiotów leczniczych w urządzenia robotyczne do rehabilitacji

**Sprawa nr ZP/128/2023**

**Łódź, dnia 08.11.2023 r.**

**Dotyczy zadania pn.: „Dostawa urządzeń robotycznych do rehabilitacji kończyn górnych i dolnych dla SP ZOZ CSK UM w Łodzi”**

### **Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia Nr 1**

**W związku ze zgłoszonymi na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) pytaniami dotyczącymi Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia co następuje:**

#### **Pytanie nr 1 ad pakiet nr 2 pozycja 1 (lp. 25)**

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający uzna za spełniające wymóg przedmiotowego punktu urządzenie z zakresem ruchu 30-160°?

**Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.**

#### **Pytanie nr 2 ad pakiet nr 2 pozycja 2 (lp. 9 i 30), 3 (lp. 8) i 4 (lp. 6 i 30)**

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy urządzenia z wyraźnym podświetlanym nedotykowym ekranem pilota z regulacją kontrastu oraz z wielorazowymi oparciami kończyn wykonanymi z elastycznego tworzywa w pełni dezynfekowalnego środkami bez konieczności rozcieńczania spełniają wymagania Zamawiającego?

**Odp. Zamawiający miał na myśli rozdzielczość ekranu. Zamawiający miał na myśli materiał tworzywowy odporny na środki dezynfekcyjne.**

#### **Pakiet nr 1 pozycje nr: 41 i 42**

Aparat do terapii izokinetycznej - 1 szt.

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga, aby wyposażenie dodatkowe wymienione w pkt 41 i 42 było dostarczone razem z przedmiotem oferty czy urządzenie ma posiadać możliwość rozbudowy o w/w wyposażenie w przyszłości?

**Odp. Zamawiający informuje, iż nie wymaga dostawy dodatkowego wyposażenia, natomiast wymaga możliwości rozbudowy w przyszłości o poz. 41 i 42.**

**Udzielone odpowiedzi należy czytać łącznie z dokumentami zamówienia.**

**Kinga Miśkiewicz**