

Pruszcz Gdański, dnia 05.03.2021 r.

Znak sprawy: **SPPR-24/AL/2021**

dotyczy: **zapytania ofertowego – Sukcesywny zakup i dostawa materiałów medycznych**

WYKONAWCY

Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1

Dotyczy: poz. 57

Zamawiający określa w Pakiecie zbiorczym poz. 57 system do pomiaru stężenia glukozy we krwi podając nazwę własną glukometru będącą zastrzeżonym znakiem towarowym konkretnego producenta, co ogranicza konkurencję asortymentowo-cenową wyłącznie do pasków testowych tego samego producenta (ze względu na chronione prawem patentowym zabezpieczenia konstrukcyjne sprawiające, że z glukometrem danego producenta kompatybilne są wyłącznie paski tego samego wytwórcy) tym samym narażając Zamawiającego na wysoką cenę. Jeżeli Zamawiający dopuści inne systemy dostępne na rynku, miałby możliwość obniżenia kosztów w budżecie przeznaczonym na zakup systemów pomiaru glukozy. W związku z tym pytamy, czy Zamawiający dopuści w Pakiecie zbiorczym poz. 57 zaoferowanie konkurencyjnych pasków testowych innego producenta (wraz z przekazaniem kompatybilnych z nimi glukometrów) charakteryzujące się parametrami: enzym dehydrogenaza glukozy GDH-FAD, hematokryt 20-60%, czas pomiaru 5 sekund, wielkość próbki krwi 5ul, wyrzutnik zużytego paska testowego, parametry funkcjonalne zgodne z obowiązującą normą EN ISO 15197:2015?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza taką możliwość.