



**Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SP ZOZ w Warszawie**

ul. Poznańska 22; 00-685 Warszawa; tel. +48 22 52 51 405; fax +48 22 52 51 380

ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO45001:2018;

WSPRiTS/ZP/181/2021
ZP.261.20.2021

Warszawa, dnia 08 czerwca 2021 r.

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym ogłoszonego w BZP nr 2021/BZP 00066366/01 z dnia 27.05.2021 r. na okresowe przeglądy serwisowe i naprawy sprzętu medycznego [Nr postępowania: 20/ZP/2021].

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „MEDITRANS” SP ZOZ w Warszawie udziela wyjaśnień specyfikacji warunków zamówienia:

Dotyczy części 2 „Przeglądy serwisowe i naprawa platformy Auto-Pulse”:

1) **PYTANIE** - Zwracamy się z prośbą o objęcie pakietu (aparatura AutoPulse) bezwzględnym wymogiem posiadania dla Wykonawcy autoryzacji producenta. Prośbę swą motywujemy zaleceniem producenta urządzeń Zoll do wykonywania przeglądów i napraw jedynie przez profesjonalnie przeszkolony personel. Dodać pragniemy, że platforma Autopulse to sprzęt ratujący życie pacjenta, więc usługi winny być wykonywane przez fachowy zespół gwarantujący najwyższą jakość usług.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający co do zasady ma prawo określić jakich czynności i usług oczekuje. Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SWZ.

Dotyczy części 10 „Przeglądy serwisowe ssaków elektrycznych”:

2) **PYTANIE** - W nawiązaniu do prowadzonego postępowania zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o podanie producenta ssaków.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający posiada ssaki firmy Hersill, Boscarol, LifeTime.

Dotyczy części 11 „Przeglądy serwisowe sprzętu medycznego firmy Nonin”:

3) **PYTANIE** - Zwracamy się z prośbą o objęcie pakietu (pulsoksymetri Nonin) bezwzględnym wymogiem posiadania dla Wykonawcy autoryzacji producenta. Prośbę swą motywujemy zaleceniem producenta urządzeń Nonin do wykonywania przeglądów i napraw jedynie przez profesjonalnie przeszkolony personel.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający co do zasady ma prawo określić jakich czynności i usług oczekuje. Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SWZ.

Dotyczy części 12 „Naprawa ssaków elektrycznych”:

4) **PYTANIE** - Prosimy o podanie producentów ssaków.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający posiada ssaki firmy Hersill, Boscarol, LifeTime.

Dotyczy części 13 „Naprawa sprzętu medycznego firmy Nonin”:

5) PYTANIE - Zwracamy się z prośbą o objęcie pakietu (pulsoksymetry Nonin) bezwzględnym wymogiem posiadania dla Wykonawcy autoryzacji producenta. Prośbę swą motywujemy zaleceniem producenta urządzeń Nonin do wykonywania przeglądów i napraw jedynie przez profesjonalnie przeszkolony personel.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający co do zasady ma prawo określić jakich czynności i usług oczekuje. Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SWZ.

Wyjaśnienia i wprowadzone zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Herda
Starszy Inspektor ds. Zamówień Publicznych
Tel. /22/ 52 51 243