



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Szczecin, dnia 16.09.2020

Dotyczy: ZAPYTANIA OFERTOWEGO RPoZP 31/2020/ TESTY DIAGNOSTYCZNE

Pytania i odpowiedzi nr 5

1. Zadanie 1

Poz. 2 – Czy Zamawiający zaakceptuje test o czułości, swoistości i dokładności 99,9%?

Odp.: Zamawiający dopuści test o w/w parametrach

Poz. 3 – Czy Zamawiający zaakceptuje test o czułości 97%, swoistości 99%?

Odp.: Zamawiający nie dopuści testu o w/w parametrach

Poz. 4 – Czy Zamawiający zaakceptuje test o czułości 40 ng/ml?

Odp.: Zamawiający nie dopuści testu o w/w parametrach

Poz. 5 – Czy Zamawiający zaakceptuje test o czułości 10 ng/ml?

Odp.: Zamawiający nie dopuści testu o w/w parametrach

2. Zadanie nr 2

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga zaoferowania testów jednoparametrowych o podanych czułościach, jeśli tak prosimy o podanie ilości poszczególnych testów.

Odp.: Zamawiający wymaga zaoferowania testu do jednoczesnego jakościowego wykrywania narkotyków w moczu o czułościach podanych w opisie zamówienia.

3. Zadanie nr 4

Poz. 1 – Czy Zamawiający zaakceptuje test o czułości: 99% (typ A), 97,9% (typ B); swoistości: 98,9% (typ A), 99% (typ B) i dokładności 98,9% (typ A) 98,6% (typ B)?

Odp.: Zamawiający nie dopuści testu o w/w parametrach

KOMENDANT

plk mgr inż. Krzysztof Pietraszko

M.J. 91/810 59 82