



Nr sprawy: 23/PNE/SW/2023

Sosnowiec, dnia 18.04.2023r.

Do wszystkich  
Wykonawców

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

**Pn. „Dostawa sprzętu dla potrzeb Pracowni Endoskopii Przewodu Pokarmowego, oraz dostawa sprzętu do zabiegów trombektomii mechanicznej”**

**Zamawiający informuje, iż modyfikuje zapisy SWZ - Formularz asortymentowo – cenowy w części 5 pozycji 4.**

W związku z udzielonymi odpowiedziami, prosimy o uwzględnienie w Załączniku nr 3 – Formularzu asortymentowo – cenowym, wszelkich dopuszczeń Zamawiającego w danych częściach oraz pozycjach, poprzez wpisanie którego zestawu i pytania dopuszczenie dotyczy.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu zgodnie z art. 135 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, udostępniamy treść zapytań wraz z wyjaśnieniem wszystkim uczestnikom postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.

## ZESTAW NR 1

### Pytanie nr 1

#### Zapytanie dotyczy Części 2 Poz. 1 -

Czy Zamawiający dopuści kleszcze biopsyjne jednorazowego użytku:

- w powleczeniu PTFE
- owalne łopatki
- łopatki gładkie, gładkie z igłą, aligatory, aligatory z igłą (wg zapotrzebowania)
- maksymalne rozwarcie łopatek 6,5mm
- długość miseczki 3,4 mm
- objętość miseczki 1,628 mm<sup>3</sup>
- średnica 2,3mm (kompatybilne z kanałem o średnicy 2,8mm)
- długość narzędzia 2300mm
- pakowane pojedynczo?

#### Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

### Pytanie nr 2

#### Zapytanie dotyczy Części 2 Poz. 2 -

Czy Zamawiający dopuści pętlę do polipektomii jednorazowego użytku:

- skalowana rękojeść
- możliwość ciecicia z użyciem elektro koagulacji lub bez
- kształt owalny
- średnica owalnej pętli 10mm, 15mm
- długość narzędzia 2300mm





- pakowane pojedynczo

**Oraz:**

pętle do polipektomii jednorazowego użytku

- skalowana rękojeść
- kształt owalny
- kształt owalny
- średnica owalnej pętli 10mm, 15mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm
- długość narzędzia 2300mm
- pakowane pojedynczo?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe

**Pytanie nr 3**

**Zapytanie dotyczy Części 2 Poz. 3 -**

**Czy Zamawiający dopuści ustnik endoskopowy jednorazowego użytku**

- otwór centralny o średnicy 22mm x 30mm
- gumka bawełniana
- otwory w gumce co 10mm dające możliwość regulacji -
- wypustki plastikowe w części wewnętrznej ustnika -
- pakowane pojedynczo?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe

**Pytanie nr 4**

**Zapytanie dotyczy Części 2 Poz. 4 –**

**Czy Zamawiający dopuści igła endoskopowa jednorazowego użytku**

- grubość igły 0,6 mm, głębokość nakłucia 4 mm i 6 mm
- grubość igły 0,5 mm, głębokość nakłucia 5 mm i 6 mm
- długość narzędzia 2300mm
- osłonka teflonowa
- współpracująca z kanałem o średnicy 2,8mm
- pakowane pojedynczo?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe

**Pytanie nr 5**

**Zapytanie dotyczy Części 8 Poz. 1 –**

**1. jednorazowe szczotki do mycia endoskopów:**

- średnica cewnika 1,7mm
- długość 2300mm
- włosie z dwóch stron
- końcówka szczotki zakończona plastikową kulką zabezpiecza kanał przed uszkodzeniem

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe

**2. szczotka do czyszczenia zaworów i portów endoskopów:**

- końcówka szczotki bez kulki, gdyż jest zbędnym elementem podczas czyszczenia zaworów i portów endoskopowych.
- dwustronne

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe





## ZESTAW NR 2

### Pytanie nr 1

#### Zapytanie dotyczy Części 2 Poz. 1 -

Czy zamawiający dopuści

#### **Kleszcze biopsyjne jednorazowego użytku:**

- w powleczeniu PTE
- znacznik głębokości widoczny w obrazie endoskopowym
- owalne łopatki
- łopatki uchylne z możliwością biopsji stycznej
- łopatki gładkie, gładkie z igłą, aligatory, aligatory z igłą (wg zapotrzebowania) - rozwarcie łopatek 6-8mm
- rozmiar łopatek 2,3mm x 3,86mm
- średnica 2,3mm (kompatybilne z kanałem o średnicy 2,8mm)
- długość narzędzia 2300mm
- pakowane pojedynczo

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe

### Pytanie nr 2

#### Zapytanie dotyczy Części 2 Poz. 2 –

Czy zamawiający dopuści

#### **Pętle do polipektomii jednorazowego użytku**

- skalowana rękojeść
- możliwość ciecicia z użyciem elektro koagulacji
- kształt owalny
- średnica owalnej pętli 10mm, 15mm, 24mm, 36mm
- długość narzędzia 2300mm
- pakowane pojedynczo

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe

### Pytanie nr 3

#### Zapytanie dotyczy Części 2 Poz. 3 –

Czy zamawiający dopuści

#### **Ustniki endoskopowe jednorazowego użytku**

- otwór centralny o średnicy 21mm x 26mm gumka bezlateksowa
- otwory w gumce co 15mm dające możliwość regulacji
- wypustki plastikowe w części wewnętrznej ustnika
- pakowane pojedynczo





**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe

**Pytanie nr 4**

**Zapytanie dotyczy Części 2 Poz. 4 –**

Czy zamawiający dopuści

**Igła endoskopowa jednorazowego użytku**

- grubość igły 0,7mm lub 0,9mm
- głębokość nakłucia 5mm
- długość narzędzia 2300mm
- osłonka teflonowa
- współpracująca z kanałem o średnicy 2,8mm - pakowane pojedynczo

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe

**Pytanie nr 5**

**Zapytanie dotyczy Części 3 Poz. 1 –**

Czy zamawiający dopuści

**1 BALON DO ACHALAZJI**

- Średnica 26mm, 30mm, 34 mm
- na przewodnik 0,035 cala
- Średnica cewnika 7 Fr
- długość robocza 1000mm

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe

**Pytanie nr 6**

**Zapytanie dotyczy Części 3 Poz. 2 –**

Czy zamawiający dopuści

**Balon ciśnieniowy do ECPW**

- do poszerzania zwężeń progresywnych
- trójstopniowy
- średnica cewnika 7 Fr
- trzy markery RTG
- zamontowany przewodnik
- długość cewnika 2000mm
- długość balonu 30mm
- średnice balonów :
- 9mm; 12mm; 15mm
- 12mm; 15mm; 18mm
- 15mm; 18mm; 21mm

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe

**Pytanie nr 7**

**Zapytanie dotyczy Części 7 Poz. 1 –**

Czy zamawiający dopuści





### **Protezy samorozprężalne przełykowe**

-możliwość wielokrotnego chowania do osłonki i ponownego wysuwania częściowo rozprężonego stentu podczas jego uwalniania

- markery RTG ( wykonane z tantalu ) po obu końcach części pokrytej
- dwa markery RTG w połowie stentu
- długość kołnierza 15mm
- na końcu kołnierza nić chirurgiczna do repozycjonowania
- długość stentów 80mm,100mm,120,mm140,mm ,(kołnierz odpowiednio 20mm, 24mm)
- kompatybilne z przewodnikiem 0,035 cala

### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe

### **Pytanie nr 8**

#### **Zapytanie dotyczy Części 7 Poz. 2 –**

Czy zamawiający dopuści

#### **Proteza samorozprężalna żółciowa**

- wersja częściowo pokrywalna silikonem i nie pokrywalna
- możliwość wielokrotnego chowania do osłonki i wysuwania częściowo rozprężonego stentu
- wskaźnik punktu "bez możliwości powrotu"
- dobrze widoczne znaczniki RTG
- możliwość pracy z przewodnikiem 0,035 cala
- długość protezy (40mm, 60mm, 80mm, 100mm) (według zapotrzebowania)
- średnica stentu po rozprężeniu 10mm
- w zestawie do wprowadzenia 1800mm

### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe

### **Pytanie nr 9**

#### **Zapytanie dotyczy Części 8 Poz. 1 i 2 –**

Czy zamawiający dopuści pozycję 1 i 2 jako jeden pakiet. W zestawie **Zestaw szczoteczek** - szczoteczka czyszcząca, niesterylna. osobno pakowane, po 50 szt .w pudełku kartonowym,śr.1,7mm, dł 2300mm, 2 gł śr.5/5 mm, dł.20/20mm + szczoteczka czyszcząca. j.u., niesterylna, zawór W/P, śr.1,3mm,2 główki śr.5/11 mm, dł.20/40. Końcówki szczotki zakończone plastikową kulką. Posiadają naklejki do dokumentacji medycznej.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe

### **Pytanie nr 10**

#### **Zapytanie dotyczy Części 11–**

Czy zamawiający dopuści Pułapka na polipy szufladkowa jednokomorowa op. = 25 szt.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe

## **ZESTAW NR 3**

### **Pytanie nr 1**

#### **Zapytanie dotyczy Części 2 Poz. 1–**

Część 2, poz. 1. Czy Zamawiający nastąpiła omyłka pisarska i Zamawiający wymaga kleszczy w osłonce polietylenowej (PE)?





**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**ZESTAW NR 4**

**Pytanie nr 1**

**Zapytanie dotyczy Części 1 Poz. 1 –**

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie protez prostych i zakrzywionych o średnicy 7,0 Fr, 8,5Fr i 10 Fr i długości od 5 do 15 cm co 1-2 centymetry oraz protez typu double pigtail o średnicy 5,0Fr, 7,0Fr, 8,5 Fr, 10,0Fr i długości od 3 cm do 15 cm co 1-2 centymetry.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie

**Pytanie nr 2**

**Zapytanie dotyczy Części 1 Poz. 3 –**

Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie balonów do ekstrakcji złożeń, trójkanałowych, progresywnych, zawierających lateks, średnica 7 Fr, średnica balonu 8,5 mm, 12 mm, 15 mm oraz 12 mm, 15 mm, 18 mm (do wyboru), ujście kontrastu powyżej lub poniżej balonu (do wyboru), w zestawie z trzema strzykawkami o ustalonej objętości dla uzyskania żądanej średnicy balonu, z markerami RTG, na przewodnik 0,035 cala.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie

**Pytanie nr 3**

**Zapytanie dotyczy Części 1 Poz. 4 –**

Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie poszerzaczy do dróg żółciowych o rozmiarze 5Fr, 7Fr, 8Fr, 9Fr, 10Fr i 12 FR, długość 2000 mm, na przewodnik 0,035 cala, poszerzacze o średnicy od 7Fr do 12 Fr z wewnętrznym pierścieniem cieniującym w RTG.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgodę na zaoferowanie

**Pytanie nr 4**

**Zapytanie dotyczy Części 1 Poz. 5 –**

Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści zaoferowanie koszy jednorazowych do litotrypsji, średnica 2,6 mm, rozmiar 30 x 45 mm i 45x60 mm (do wyboru), długość robocza 2150 mm, wersja standardowa i na przewodnik 0,035 cala

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgodę na zaoferowanie

**Pytanie nr 5**

**Zapytanie dotyczy Części 2 Poz. 1 –**

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie kleszczy w powleczeniu PTFE, z rozmiarami łopatek 2,4 mm x 4,0 mm, pozostałe właściwości według opisu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie





#### **Pytanie nr 6**

##### **Zapytanie dotyczy Części 2 Poz. 2 –**

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie pętli o długości 2400 mm

##### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie

#### **Pytanie nr 7**

##### **Zapytanie dotyczy Części 2 Poz. 2 –**

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy 10 mm, 15 mm, 25mm, 30mm i 35 mm, pozostałe właściwości według opisu.

##### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie

#### **Pytanie nr 8**

##### **Zapytanie dotyczy Części 3 Poz. 1 –**

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie balonów o średnicy cewnika 7 Fr, długość robocza 900 mm, pozostałe właściwości według opisu.

##### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgodę na zaoferowanie

#### **Pytanie nr 9**

##### **Zapytanie dotyczy Części 3 Poz. 2 –**

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie balonów o średnicy cewnika 7,5 Fr, z dwoma markerami RTG, długość cewnika 2400 mm, pozostałe właściwości według opisu.

##### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgodę na zaoferowanie

#### **Pytanie nr 10**

##### **Zapytanie dotyczy Części 3 Poz. 2 –**

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie balonów o średnicy cewnika 6,7 Fr, z dwoma markerami RTG, długość cewnika 1800 mm, z wbudowanym przewodnikiem i z kanałem na przewodnik (do wyboru), pozostałe właściwości według opisu.

##### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgodę na zaoferowanie

#### **Pytanie nr 11**

##### **Zapytanie dotyczy Części 5 Poz. 1 –**

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie cewników o średnicy 2,3 mm, z dwoma portami, długość 2150 mm, pozostałe właściwości według opisu.

##### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgodę na zaoferowanie

#### **Pytanie nr 12**

##### **Zapytanie dotyczy Części 5 Poz. 3 –**

Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie sfinkterotomów o średnicy 2,3 mm, średnica końcówki 1,67 mm, pozostałe właściwości według opisu.





**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie

**Pytanie nr 13**

**Zapytanie dotyczy Części 5 Poz. 4 –**

Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie sfinkterotomów o średnicy 2,3 mm, maksymalna długość wysunięcia igły 6 mm (rozmiar 25x50 mm, 30x60mm odnosi się do koszyków z pozycji 5), pozostałe właściwości według opisu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie

**Pytanie nr 14**

**Zapytanie dotyczy Części 5 Poz. 5 –**

Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści zaoferowanie koszy o długości 2150 mm, średnica 2,3 mm, rozmiary 25x40 mm, 30x45mm i 35x55 mm dla koszy sześćożyłowych, pozostałe właściwości i właściwości koszyków czterożyłowych według opisu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie

**Pytanie nr 15**

**Zapytanie dotyczy Części 7 Poz. 1 –**

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie stentów o średnicy kołnierzy 26 mm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie

**Pytanie nr 16**

**Zapytanie dotyczy Części 7 Poz. 2 –**

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie stentów w zestawach o długości 1800 mm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie

**Pytanie nr 17**

**Zapytanie dotyczy Części 7 Poz. 2 –**

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie stentów w zestawach o długości 1850 mm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie

**Pytanie nr 18**

**Zapytanie dotyczy Części 8 Poz. 1 –**

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie szczotek o długości 2300 mm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie

**ZESTAW NR 5**

**Pytanie nr 1**

**Zapytanie dotyczy Części 6 Poz. 1 –**







Prosimy o dopuszczenie w części 6 w pozycji 1, w miejsce pierwotnych parametrów, igieł biopsyjnych do USG tylko w rozmiarze igły 19, 22, 25 Ga. Pozostałe parametry zgodnie z swz.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe

**ZESTAW NR 6**

**Pytanie nr 1**

**Zapytanie dotyczy Części 8 Poz. 1 –**

Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści do oceny jednorazowe dwustronne szczotki do czyszczenia kanału endoskopów o długości narzędzia/ endoskopu do 240cm, do długości kanału endoskopu do 260cm i o długości szczoteczki (przewód) 1,7-1,8mm do średnicy kanału/portu 2.1-4.5mm, średnica szczoteczki (część czyszcząca)- 5mm, końcówki szczotek zabezpieczone plastikową kulką chroniącą kanał endoskopu?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe

**ZESTAW NR 7**

**Pytanie 1**

Dotyczy wzoru umowy § 2 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Na warunkach objętych niniejszą umową Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego Towar, a Zamawiający zobowiązuje się do jego odbioru. Własność Towaru zostanie przeniesiona na Zamawiającego z chwilą zapłaty umówionej ceny (wynagrodzenia).”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe

**Pytanie 2**

Dotyczy warunków umowy § 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności (wymagalności) wskazanego na fakturze.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe

**Pytanie 3**

Dotyczy wzoru umowy § 8 ust. 1.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 1% na 0,5%?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe

**Pytanie 4**

Dotyczy wzoru umowy § 8 ust. 1.2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:



„w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy brutto określonej w § 5 ust. 3 umowy - w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego albo Wykonawcę od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe

**Pytanie 5**

Dotyczy wzoru umowy § 8 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie przekroczy **20%** łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 5 ust. 3 powyżej.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe

**Pytanie 6**

Dotyczy wzoru umowy § 8 ust. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Poza przypadkami określonymi w przepisie art. 456 ustawy Pzp i innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa, bądź pozostałych postanowieniach Umowy, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy i naliczyć karę umowną w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy brutto, określonej w § 5 ust. 3 Umowy, w przypadkach, gdy:...”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe

**Pytanie 7**

Dotyczy wzoru umowy § 8 ust. 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Jeżeli Wykonawca pozostaje w zwłoce z rozpoczęciem lub zakończeniem realizacji dostawy Towaru tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał ją ukończyć w czasie umówionym, bądź jest już w zwłoce względem umówionego terminu, Zamawiający może po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy, mając na uwadze cel umowy, powierzyć wykonanie dostawy Towaru podmiotom trzecim na koszt i ryzyko wykonawcy (wykonanie zastępcze).”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe

**Pytanie 8**

Dotyczy wzoru umowy § 12 ust. 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca przyjmuje do wiadomości, zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, że czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący. Czynność prawna dokonana bez zgody, o której mowa powyżej, jest nieważna. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe

**Pytanie 9**

Dotyczy wzoru umowy § 12 ust. 16





Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się, że bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem bezskuteczności:

- 1) jakiegokolwiek prawa Wykonawcy związane bezpośrednio lub pośrednio z Umową, a w tym wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy i związane z nimi należności uboczne (m. in. odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich;
- 2) nie dokona jakiegokolwiek czynności prawnej lub też faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela Zamawiającego;
- 3) nie zawrze umów przelewu, poręczenia, zastawu, hipoteki, przekazu oraz o skutku subrogacji ustawowej lub umownej;
- 4) celem dochodzenia jakichkolwiek praw z Umowy nie udzieli upoważnienia, w tym upoważnienia inkasowego, innej firmie, w tym firmie prowadzącej pozostałą finansową działalność usługową, gdzie indziej nie sklasyfikowaną, jak i pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania w rozumieniu m.in. przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności, tj. firmom zajmującym się działalnością windykacyjną.

Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe

**Pytanie 10**

Dotyczy części nr 4, poz. 3

Z uwagi na wycofanie szczypiec pięcioramiennych, prosimy o dopuszczenie szczypiec czteroramiennych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe

**Pytanie 11**

Dotyczy części nr 5, poz. 4

Czy nie nastąpiła omyłka pisarska? Zamawiający oczekuje zaoferowania sfinkterotomu igłowego a podaje wymiary kosza. Czy chodziło o sfinkterotom igłowy o dł. igły np. 4 lub 6 mm i średnicy analogicznej jak w sfinkterotomie łukowym tj. 2,55 mm, końcówka 2,1 mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż modyfikuje zapisy SWZ - Formularz asortymentowo – cenowy w części 5 pozycji 4.

**Pytanie 12**

Dotyczy części nr 9, poz. 1

Z uwagi na problem z dostępnością wielorazowych sond z wypływem bocznym, prosimy o możliwość zaoferowania w ramach poz. 1 jedynie wielorazowych sond z wypływem na wprost.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe

**ZESTAW NR 8**

**Pytanie 1**

Czy Zamawiający zgadza się podawać dodatkowo w każdym zamówieniu lub informacji o pobraniu numer katalogowy zamawianych wyrobów, numer umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, na podstawie której Zamawiający składa zamówienie oraz adres poczty elektronicznej Zamawiającego służący do odbierania faktur elektronicznych? W przypadku uwzględnienia, prosimy o uzupełnienie wzoru umowy (załączonego do SWZ) zgodnie z art. 286 ust. 1 P.z.p., poprzez umieszczenie we wzorze postanowienia





dotyczącego dodatkowych elementów podawanych w treści zamówienia

Czy Zamawiający akceptuje stosowanie faktur elektronicznych zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 931)?

Pozdrawiam,

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami umowy.

Z poważaniem

Dyrektor ds. Ekonomicznych i  
Zarządzania Majątkiem

Łukasz Dolata

