



**„SZPITAL POWIATOWY WE WRZEŚNI”
SPÓŁKA Z O.O. w restrukturyzacji
62-300 Września, ul. Słowackiego 2**



Września, dnia 19.07.2021r.

SA-381-7/21

Dotyczy postępowania: „Zakup i dostawa materiałów opatrunkowych, preparatów dezynfekcyjnych i materiałów szewnych”

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
1.	Pakiet 10, pozycja 1a Czy Zamawiający ma na myśli gazę opatrunkową jałową o powierzchni $\frac{1}{4}$ m ² ?	Tak.
2.	Pakiet 10, pozycja 1b Czy Zamawiający ma na myśli gazę opatrunkową jałową o powierzchni $\frac{1}{2}$ m ² ?	Tak.
3.	Pakiet 10, pozycja 1c Czy Zamawiający ma na myśli gazę opatrunkową jałową o powierzchni 1 m ² ?	Tak.
4.	Pakiet 11, pozycja 1-2 Czy Zamawiający dopuści przylepiec o długości 9,14m?	Zgodnie z SWZ.
5.	Pakiet 11, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści przylepiec o składzie 50% miazgi drzewnej i 50% poliester?	Zgodnie z SWZ.
6.	Pakiet 11, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści przylepiec chirurgiczny wykonany z hydrofobowej włókniny (40% wiskoza, 60% poliester), z warstwą zabezpieczającą z podziałką metryczną?	Zgodnie z SWZ.
7.	Pakiet 11, pozycja 3 a-c Czy Zamawiający dopuści przylepce chirurgiczne o długości 10m?	Zgodnie z SWZ.
8.	Pakiet 11, pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści przylepiec do łączenia brzegów ran wzmocniony nylonową włókniną typu spunbond?	Zgodnie z SWZ.
9.	Pakiet 11, pozycja 3, 6, 7, 8 Prosimy o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu. Zgoda Zamawiającego umożliwi nam złożenie atrakcyjnej cenowo oferty, a tym samym będzie korzystniejsza dla Zamawiającego.	Zgodnie z SWZ.
10.	Pakiet 12, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania 5-6 minut	Zamawiający dopuszczają.

„Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o. o. w restrukturyzacji ul. Słowackiego 2, 62-300 Września
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000290122, NIP 789-16-92-746, REGON 300706140

Wysokość kapitału zakładowego: 36.650.000,00 zł

centrala: +48 61 437 05 00 sekretariat: +48 61 437 05 90 fax: +48 61 437 97 30

www.szpitalwrzesnia.home.pl; e-mail: sekretariat@szpitalwrzesnia.home.pl;

11.	Pakiet 12, pozycja 2a Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'12 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?	Zamawiający dopuszcza.
12.	Pakiet 12, pozycja 2b Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'6 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?	Zamawiający dopuszcza.
13.	Pakiet 12, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści opatrunek z siatki bawełnianej impregnowany białą parafiną?	Zamawiający dopuszcza.
14.	Pakiet 12, pozycja 4 Czy Zamawiający ma na myśli rękaw opatrunkowy o długości 25m w stanie rozciągniętym?	Tak.
15.	Pakiet 12, pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści rękaw opatrunkowy o długości 10m z przeliczeniem zamawianej ilości?	Zgodnie z SWZ.
16.	Pakiet 12, pozycja 4 Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie na jaką część ciała ma być przeznaczony wymagany rękaw opatrunkowy?	Zgodnie z SWZ.
17.	Pakiet 13, pozycja 3d Czy Zamawiający dopuści kompresy 12 warstwowe?	Zamawiający dopuszcza.
18.	Pakiet 13, pozycja 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za op. a'20szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?	Zamawiający wyraża zgodę.
19.	Pakiet 13, pozycja 10 Czy Zamawiający dopuści tufery kule?	Zamawiający nie dopuszcza.
20.	Pakiet 13, pozycja 11 Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a'5szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?	Zamawiający nie dopuszcza.
21.	Pakiet 14, pozycja 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za op. a'5kg z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?	Zgodnie z SWZ.
22.	Pakiet 27 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów z kwasu poliglikolowego o czasie wchłaniania 60-90 dni i podtrzymywaniu tkankowym na poziomie ok. 50% po 3 tygodniach?	Zamawiający nie dopuszcza.
23.	Pakiet 27, pozycja 7 – 9, 12 – 16 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igieł okrągłych pogrubionych?	Zamawiający nie dopuszcza.
24.	Pakiet 28 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o podtrzymywaniu tkankowym: po 28 dniach ok. 70%, po 42 dniach ok. 50%, czas wchłaniania 180-210 dni przy zachowaniu pozostałych parametrów?	Zamawiający dopuszcza.

25.	Pakiet 28, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej mocnej pogrubionej?	Zamawiający dopuszcza.
26.	Pakiet 29 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o podtrzymywaniu tkankowym: po 28 dniach ok. 70%, po 42 dniach ok. 50%, czas wchłaniania 180-210 dni przy zachowaniu pozostałych parametrów?	Zamawiający nie dopuszcza.
27.	Pakiet 30, pozycja 1 – 9 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici pakowanych a'10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości opakowań z zaokrągleniem w górę do pełnego opakowania?	Zamawiający dopuszcza.
28.	Pakiet 30, pozycja 9 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o krzywiznie 3/8 koła?	Zamawiający nie dopuszcza.
29.	Pakiet 32, pozycja 1, 3 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły odwrotnie tnącej?	Zamawiający nie dopuszcza.
30.	Pakiet 32, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej wzmocnionej?	Zamawiający nie dopuszcza.
31.	Pakiet8 poz1. Czy Zamawiający dopuści gotowy do użycia preparat do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni wyrobów medycznych, w tym powierzchni trudnodostępnych oraz powierzchni urządzeń i sprzętu medycznego niewrażliwych na działania alkoholu. Zawierający w składzie: mieszaninę alkoholu i czwartorzędowych soli amoniowych. Spektrum działania: bakteriobójczo, drożdżakobójczo, grzybobójczo, prątkobójczo, wirusobójczo (BVDV, vaccinia, adeno, rota, noro, polio) w czasie do 30 sek. Wyrób medyczny, w opakowaniach 5L.	Zamawiający dopuszcza jeżeli produkt jest dopuszczony do stosowania w oddziałach neonatologicznych i pediatrycznych oraz do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością.
32.	Pakiet 8 poz.2. Czy Zamawiający dopuści gotowy do użycia preparat do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni wyrobów medycznych, w tym powierzchni trudnodostępnych oraz powierzchni urządzeń i sprzętu medycznego niewrażliwych na działania alkoholu. Zawierający w składzie: mieszaninę alkoholu i czwartorzędowych soli amoniowych. Spektrum działania: bakteriobójczo, drożdżakobójczo, grzybobójczo, prątkobójczo, wirusobójczo (BVDV, vaccinia, adeno, rota, noro, polio) w czasie do 30 sek. Wyrób medyczny, w opakowaniach	Zamawiający dopuszcza jeżeli produkt jest dopuszczony do stosowania w oddziałach neonatologicznych i pediatrycznych oraz do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością.

„Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o. o. w restrukturyzacji ul. Słowackiego 2, 62-300 Września
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000290122, NIP 789-16-92-746, REGON 300706140

Wysokość kapitału zakładowego: 36.650.000,00 zł

centrala: +48 61 437 05 00 sekretariat: +48 61 437 05 90 fax: +48 61 437 97 30

www.szpitalwrzesnia.home.pl; e-mail: sekretariat@szpitalwrzesnia.home.pl;

	1 L ze spryskiwaczem.	
33.	Pakiet 30 poz. 1 , 6,7 Czy Zamawiający dopuści długość nici 75cm, pozostałe parametry bez zmian?	Zamawiający dopuszcza.

Jednocześnie informuję, iż termin otwarcia ofert zostaje przesunięty na 22.07.2021r., w związku z czym Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 20.08.2021r.

Proszę o uwzględnienie wprowadzonych modyfikacji SWZ.

PRZEWODNICZĄCY
Komisji przetargowej
Marian Janiak