



Poznań, dnia 20.12.2024 r.

Oznaczenie sprawy: PN-101/24

**Uczestnicy postępowania  
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  
na dostawę odczynników, podłoży hodowlanych, testów diagnostycznych, szczepów wzorcowych oraz dzierżawa aparatów do  
diagnostyki mikrobiologicznej w podziale na 6 części..**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA nr 2**

Na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019r - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

**Pytanie nr 1**

Część nr 2 - Dostawa odczynników do otrzymanego w darze przez fundację WOŚP analizatora do identyfikacji drobnoustrojów metodą Spektrometrii mas typ: MALDI BIOTYPER SIRIUS IVD SYSTEM firmy BRUKER

Wymagania dla przedmiotu zamówienia

Poz.nr 2

Do każdej dostawy odczynników należy dostarczyć certyfikat kontroli jakości produktu końcowego. (możliwość pobrania certyfikatów ze strony internetowej-24 godzinny dostęp)

I poz.nr 3

Wyroby zawierające substancje niebezpieczne muszą posiadać karty charakterystyk substancji niebezpiecznych lub dokument potwierdzający brak substancji niebezpiecznych, które należy dostarczyć wraz z pierwszą dostawą. (możliwość pobrania ze strony internetowej-24 godzinny dostęp)

Czy Zamawiający doprecyzuje ,że certyfikat kontroli jakości produktu końcowego dla odczynników firmy Bruker od poz.1-4 formularza asortymentowo-cenowego ,w przypadku pozostałych odczynników i akcesoriów nie ma możliwości każdorazowo jego otrzymania 24 godziny on-line ,certyfikaty takie możemy otrzymać bezpośrednio od Producentów odczynników i akcesoriów i przesłać bezpośrednio na mail do laboratorium mikrobiologicznego .

W przypadku np. wykałaczek drewnianych i chusteczek bezpyłowych nie będzie takiego certyfikatu. Prosimy o odstąpienie w poz.9 i 13 formularza asortymentowo-cenowego od konieczności jego dostarczenia.

Poz.nr 5

Odczynniki od jednego producenta.

Poz.nr 6

Odczynniki i materiały zużywalne rekomendowane przez producenta analizatora.

Czy Zamawiający doprecyzuje wymagania w poz.n r 5 ,iż odczynniki od jednego producenta (Bruker) w poz.1-4 formularza asortymentowo-cenowego

Czy Zamawiający doprecyzuje wymagania w poz.n r 6 iż odczynniki i materiały zużywalne rekomendowane przez producenta aparatu poz.5-13 formularza asortymentowo -cenowego

Poz.nr 8

Dostawca odczynników i materiałów zużywalnych zapewnia pełne wsparcie serwisowe i ponosi wszystkie koszty związane z przeglądami, wymianą części lub awarią systemu w celu utrzymania gwarancji.

Powyższy wymóg dotyczy pełnej opieki serwisowej do systemu MALDI Biotyper Sirius zawarty w Umowie między dostawcą systemu firmą Becton Dickinson a Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy

Firma Becton Dickinson, wygrywając 66 Konkurs Ofert Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w zakresie tego zadania, dostarczyła do Państwa Jednostki na zlecenie WOŚP analizator Bruker Maldi Biotyper, będąc jednocześnie zobowiązana do zapewnienia, w ramach umowy i za wynagrodzenie ustalone w umowie z Fundacją, pełnej gwarancji przez cały okres obowiązywania umowy z Fundacją WOŚP.

Wymóg w poz. Nr 8 Wymagań dla przedmiotu Zamówienia ma charakter niewspółmierny i nieproporcjonalny do specyfiki przedmiotu zamówienia, jakim jest określona w cz.nr 2 „ Dostawa odczynników do otrzymanego w darze przez fundację WOŚP analizatora do identyfikacji drobnoustrojów metodą Spektrometrii mas typ: MALDI BIOTYPER SIRIUS IVD SYSTEM firmy BRUKER”

Wykonawca wygrywający przetarg na dostawę odczynników do systemu nie może, a wręcz nie ma takiego prawnego uzasadnienia aby podpisywał kolejną Umowę w zakresie jaki został już wynegocjowany i opłacony przez Fundację WOŚP przy zakupie systemu Maldi Biotyper Sirius.

Dalsze powielanie tych zobowiązań na kolejnego potencjalnego Wykonawcę nie ma żadnego uzasadnienia ekonomicznego jak i prawnego a ma wyłącznie na celu zwiększenie różnicy finansowej pomiędzy ofertą firmy Diag – Med, a ofertą firmy Becton Dickinson Polska Sp. z o.o., która nie musi wyceniać tego rozwiązania po raz kolejny, gdyż – jak już wspomniano na wstępie, wspomniane usługi jak gwarancja ,a w jej





zakresie m.in. zdalne wsparcie serwisowe i aplikacyjne, przeglądy, wymiany części, naprawy gwarancyjne zostały już wycenione i opłacone w ramach Umowy z Fundacją WOŚP.

Wyjaśniając powyższe informujemy, iż producentem posiadanego przez Państwa aparatu MALDI-TOFF jest firma Bruker Daltonics, do którego przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego jest dostawa odczynników, wymóg ten nie stanowi żadnego związku z dostawą odczynników do systemu Maldi Biotyper Sirius, która jest przedmiotem tego postępowania.

Ponadto chcemy zwrócić uwagę iż Zamawiający wyraźnie określił w Wymaganiach dla Przedmiotu Zamówienia poz. Nr 4 „Oferowane przez wykonawcę odczynniki muszą być dedykowane do aparatu do identyfikacji drobnoustrojów metodą Spektrometrii mas typ: MALDI BIOTYPER SIRIUS IVD SYSTEM firmy BRUKER”

System Maldi Biotyper Sirius jest analizatorem zamkniętym i nie ma możliwości użycia innych odczynników do niego jak tylko odczynniki firmy Bruker, a w zakresie odczynników dodatkowych, chemicznych, czy tzw. „plastików” Producent zastrzegł sobie współpracę systemu z odczynnikami, probówkami, końcówkami do pipet określonych w instrukcjach do systemu Producentami.

Zatem nie ma możliwości dostarczenia odczynników innych niż odczynniki firmy Bruker lub rekomendowane przez firmę Bruker.

Poz.nr 6 Wymagań dla Przedmiotu Zamówienia:

„Odczynniki i materiały zużywalne rekomendowane przez producenta analizatora.”

Obecnie na rynku polskim występuje dwóch dostawców oryginalnych odczynników do analizatorów Maldi Biotyper, tj. firma Diag – Med, będąca kilkanaście lat autoryzowanym dystrybutorem producenta analizatorów firmy Bruker Daltonics (działów Diagnostic, LifeScience, Merlin i Hain) oraz firma Becton Dickinson (tylko działu Diagnostic). Obie z powyżej wymienionych firm dostarczają odczynniki pochodzące z tego samego źródła, tj. bezpośrednio od producenta Bruker Daltonics.

Zamawiający również podkreślił powyższe w poz.nr 7 Wymagań dla Przedmiotu Zamówienia „Zakup z oficjalnego kanału dystrybucji od autoryzowanych dystrybutorów producenta analizatora.”

Firma Diag-Med. jest oficjalnym autoryzowanym Dystrybutorem firmy Bruker Daltonics. Firma Becton Dickinson, wygrywając 66 Konkurs Ofert Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w zakresie tego zadania, dostarczyła do Państwa Jednostki na zlecenie WOŚP analizator Bruker Maldi Biotyper, będąc jednocześnie zobowiązaną do zapewnienia, w ramach umowy i za wynagrodzenie ustalone w umowie z Fundacją, pełnej gwarancji przez cały okres obowiązywania umowy z Fundacją WOŚP.

Wykonawca wygrywający przetarg na dostawę odczynników do systemu nie może, a wręcz nie ma takiego prawnego uzasadnienia aby podpisywał kolejną Umowę w zakresie jaki został już wynegocjowany i opłacony przez Fundację WOŚP przy zakupie systemu Maldi Biotyper Sirius.

Dalsze powielanie tych zobowiązań na kolejnego potencjalnego Wykonawcę nie ma żadnego uzasadnienia ekonomicznego jak i prawnego a ma wyłącznie na celu zwiększenie różnicy finansowej pomiędzy ofertą firmy Diag-Med, a ofertą firmy Becton Dickinson Polska Sp. z o.o., która nie musi wyceniać tego rozwiązania po raz kolejny, gdyż – jak już wspomniano na wstępie, wspomniane usługi (gwarancja – zdalne wsparcie serwisowe i aplikacyjne, szkolenia użytkowników, przeglądy, wymiany części, naprawy gwarancyjne, szkolenia dla personelu oddziałów) zostały już wycenione i opłacone w ramach Umowy z Fundacją WOŚP.

Zatem prosimy o wykreślenie tego zapisu w poz.nr 8.

**Odpowiedź:**

**Dla części nr 2.**

**Pozycja nr 2 i poz. nr 3**

**Zamawiający dopuszcza przesłanie certyfikatów oraz kart charakterystyk substancji niebezpiecznych lub dokument potwierdzający brak substancji niebezpiecznych drogą e-mail.**

**Zamawiający odstępuje od wymogu posiadania certyfikatów dla pozycji nr 9 i 13.**

**Pozycja 5**

**Odczynniki w pozycjach 1-4 od jednego producenta (BRUKER).**

**Pozycja nr 6.**

**Odczynniki i materiały zużywalne w poz. 5-13 rekomendowane przez producenta aparatu.**

**Pozycja nr 8**

**Zgodnie z SWZ.**

**Zamawiający opisując przedmiot zamówienia, nie może go modyfikować na podstawie tego rodzaju doniesień, nie potwierdzonych dokumentami czy innymi dowodami.**

.....  
(podpis kierownika Zamawiającego)

