

wielkopolskie centrum onkologii

ul. Garbary 15, 61-866 Poznań
tel. (+48-61) 885 05 00, fax 61 852 19 48
dyrektor 61 885 07 00

Poznań, dnia 26.07.2023

EZ/72/2023/576

Wg rozdzielnika:

do wszystkich zainteresowanych i uczestników postępowania o zamówienie publiczne nr 72/2023

dotyczy: **Zakup i dostawa wolnostojących komór laminarnych do cytostatyków dla Wielkopolskiego Centrum Onkologii.**

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zamawiający, na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), udziela odpowiedzi:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści komory o głębokości zewnętrznej 865 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapis SWZ.

Pytanie 2

Zamawiający wymaga, aby komora posiadała „zestaw gniazd komputerowych”, czy Zamawiający ma na myśli możliwość wyprowadzenia kabli USB od urządzeń znajdujących się w komorze na zewnątrz, czy fizyczne gniazdo USB wewnątrz komory? Czy na zewnątrz komory również ma być zamontowane gniazdo USB, czy wyprowadzenie kabli? Czy Zamawiający może określić w którym miejscu mają się znajdować wspomniane gniazda?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga gniazd komputerowych wewnątrz strefy roboczej, zintegrowanych w tylnej ścianie komory, po jednym podwójnym gnieździe (1 gniazdo = 2 wejścia USB 3.0) po obu stronach łoży. Na zewnątrz również mają być zamontowane odpowiednio gniazda USB 3.0 stanowiące wyjście gniazd wewnętrznych, w taki sposób, żeby wewnątrz łoży można było podłączyć urządzenia bez konieczności prowadzenia przewodów w świetle otworu roboczego łoży. Funkcjonalność gniazd USB musi być objęta certyfikatem bezpieczeństwa (certyfikat zgodności z DIN 12980 lub równoważnym, zgodnie z zapisem SWZ).

Pytanie 3

Czy Zamawiający przez zapis „USB3” ma na myśli porty USB 3.0?

Odpowiedź:

Zamawiający przez zapis USB3 ma na myśli port USB 3.0

Pytanie 4

Czy dla komór 1800 mm Zamawiający dopuszcza większą ilość gniazd sieciowych tj. 4? 4 gniazda sieciowe to standard dla komór 1800 mm, który ułatwia pracę i rozmieszczenie sprzętów pod komorą.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 5

Zamawiający wymaga wnętrza komory wykonanego ze stali nierdzewnej V2A (inaczej staj typu AISI 304 lub po prostu 304), która jest odporna na korozję w „normalnych warunkach”. Czy Zamawiający dopuści wnętrze komory wykonane ze stali nierdzewnej typu 316, która dzięki domieszce molibdenu charakteryzuje się zwiększoną odpornością na korozję w kontakcie z chlorkami i innymi rozpuszczalnikami przemysłowymi (tzw. stal kwasoodporna)? Ten typ stali stosowany jest m.in. do wytwarzania medycznych instrumentów chirurgicznych.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 6

Czy Zamawiający może doprecyzować, czy wymaganym parametrze ” Prędkość nawiewu w trybie praca GMP (=0,45 m/s) potwierdzona w certyfikacie” Zamawiający ma na myśli tzw. parametr Inflow tj. prędkość napływu?

Odpowiedź:

Używając nomenklatury użytej w zapytaniu zamawiający wymaga INFLOW = 0,40 m/s DOWNFLOW=0,45 m/s

Pytanie 7

Czy Zamawiający może doprecyzować miejsce w którym ma być zamontowany ekran o przekątnej 22 cale? Komory 1800 mm wykorzystywane są standardowo jako dwustanowiskowe, czy Zamawiający zamierza wykorzystywać komorę 1800 mm jako jedno stanowiskową i stąd ekran ma być umiejscowiony pośrodku na tylnej ścianie komory? Czy w przypadku komory 1200 mm ekran również ma być pośrodku ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zamontowania ekranu centralnie w obu rozmiarach łóż.

Pytanie 8

Do czego ma służyć wewnętrzny ekran 22 cale na tylnej ścianie komory, jakie urządzenie będzie do niego podpięte? Prosimy o odpowiedź, pozwoli to nam na dobranie odpowiedniego ekranu do potrzeb Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający chce mieć możliwość pracy w komorze z cytostatykami przy wsparciu programu komputerowego. Do ekranu podpięty będzie komputer.

Pytanie 9

Czy Zamawiający może uściślić zapis „Sygnalizacja aktualnego trybu pracy komory widoczna z dużej odległości” o jaką odległość chodzi?

Odpowiedź:

Zamawiający ma na myśli odległość około 10 m.

Pytanie 10

Czy Zamawiający dla parametru „Podświetlenie na czerwono szyby przedniej w sytuacji zaistnienia niebezpiecznych warunków pracy” ma na myśli podświetlenie krawędzi szyby frontowej, czy czerwony kolor diod LED w przestrzeni roboczej? Czy Zamawiający dopuści alarm optyczny jedynie na wyświetlaczu – jeden z parametrów podanych przez Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapis SWZ

Pytanie 11


„Moc oświetlenia w przestrzeni roboczej regulowana przez Użytkownika w zakresie 0-1.100 lx, możliwa do ustawienia przez operatora” Czy Zamawiający w podanym zapisie miał na myśli zakres od 0,1 do 100 lx czy zakres od 0 do 1100 lx? Kropka podana w zapisie jest myląca.

Odpowiedź:

Zamawiający ma na myśli zakres od 0 (słownie: zero) do 1 100 (słownie: tysiąc sto) lx.

Z poważaniem,

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych



mgr inż. Magdalena Kraszewska