

Milicz, dn. 01.07.2021 r.

Numer postępowania: MCM/WSM/ZP4/2021

## WYKONAWCY

Dotyczy: **postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę jednorazowego sprzętu medycznego dla Milickiego Centrum Medycznego sp. z o. o., w Miliczu**

*Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, przedstawiam odpowiedzi na pytania Wykonawcy, dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:*

### **PYTANIE NR 1:**

Dotyczy: MCM/WSM/ZP4/2021 pakiet 54 pozycje 1, 2 termin składania ofert: 17.06.2021 1. Czy Zamawiający w pozycji 1,2 pakiet 54 dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy, wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwięzaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z końcówką schodkową, z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, cewnik o przekroju 12FR i długościach: dla pozycji 1 - 20 cm dla pozycji 2 - 15 cm, 17 cm, z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw aseptyczny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi przewodnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawka z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 10 FR i 12 Fr, łącznik prowadzący typu Y, nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik (na szwy) oraz mandryny ułatwiające założenie cewnika? Szczegółowe informacje o produkcie w załączeniu.

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

*Tak, Zamawiający dopuści.*

### **PYTANIE NR 2:**

Dotyczy: MCM/WSM/ZP4/2021 pakiet 54 pozycje 1, 2 termin składania ofert: 16.07.2021 1. Czy Zamawiający w pozycji 12 pakiet 54 dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy wysokoprzepływowy (High Flow) z termoplastycznego poliuretanu Tecoflex z ramionami prostymi lub zagętymi i o średnicy 11 Fr i długościach: Dla pozycji 1 - ramiona proste 20 cm Dla pozycji 2 - ramiona zagęte? Charakterystyka cewnika: - termoplastyczny poliuretan Tecoflex - radiocieniujący szaft cewnika - końcówka bez bocznych otworów zmniejszająca ryzyko powstawania zakrzepu - przednie otwory zmniejszające ryzyko powstawania zakrzepów - obrotowy pierścień do szycia pozwalający uniknąć podrażnienia skóry - zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę końcówki przed wyslizgnięciem się - wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość - kompatybilny z MRI - odporna na odkształcenia przewodnica „J” z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia, dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg - igła wprowadzająca 18G - rozszerzadło - nasadki iniekcyjne Luer Lock - wyprodukowany w Niemczech  
Szczegółowe informacje o produkcie w załączeniu

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Tak, Zamawiający dopuści.*

**PYTANIE NR 3:**

Dotyczy: MCM/WSM/ZP4/2021 pakiet 54 pozycje 1, 2 termin składania ofert: 16.07.2021 1. Czy Zamawiający w pozycji 12 pakiet 54 dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy wysokoprzepływowo (High Flow) z termoplastycznego poliuretanu Tecoflex z ramionami prostymi lub zagętymi i o średnicy 11 Fr i długościach: Dla pozycji 1 - ramiona proste 20 cm Dla pozycji 2 – ramiona zagęte 15 cm, 17,5 cm? Charakterystyka cewnika: - termoplastyczny poliuretan Tecoflex - radiocieniujący szaft cewnika - końcówka bez bocznych otworów zmniejszająca ryzyko powstawania zakrzepu - przednie otwory zmniejszające ryzyko powstawania zakrzepów - obrotowy pierścień do szycia pozwalający uniknąć podrażnienia skóry - zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę końcówki przed wyslizgnięciem się - wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość - kompatybilny z MRI - odporna na odkształcenia prowadnica „J” z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia, dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg - igła wprowadzająca 18G - rozszerzadło - nasadki iniekcyjne Luer Lock - wyprodukowany w Niemczech Szczegółowe informacje o produkcie w załączeniu

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Tak, Zamawiający dopuści.*

**PYTANIE NR 4:**

Pakiet nr 53, Pozycja nr 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty na zestaw do szynowania moczowodów z odstępami pomiędzy pętlami 12-28cm, rozmiar 4,7F.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Tak, Zamawiający dopuści.*

**PYTANIE NR 5:**

Pakiet nr 53, Pozycja nr 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty na zestaw do szynowania moczowodów z odstępami pomiędzy pętlami 20-30cm.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Tak, Zamawiający dopuści.*

**PYTANIE NR 6:**

Pakiet nr 53, Pozycja nr 3

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty na zestaw do szynowania moczowodów z odstępami pomiędzy pętlami 20-30cm, rozmiar 8F.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Nie, Zamawiający nie dopuści.*

**PYTANIE NR 7:**

Dotyczy pakietu nr 57 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do podawania cen jednostkowych netto za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku. Zgodnie z orzecznictwem Zespołu Arbitrów (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0- 2546/06) „dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupu jednej sztuki próbówki, czy też uchwytu, lub igły itp.).

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Nie, Zamawiający nie dopuści.*

**PYTANIE NR 8:**

Czy Zamawiający w Pakiecie 58 poz. 1 dopuści wycenę zaworu bezigłowego o żywotności 600 użyć?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Tak, Zamawiający dopuści.*

**PYTANIE NR 9:**

Czy Zamawiający w Pakiecie 58 poz. 2 dopuści wycenę zaworu bezigłowego o żywotności 600 użyć, o przezroczystej obudowie?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Tak, Zamawiający dopuści.*

**PYTANIE NR 10:**

Czy Zamawiający w Pakiecie 56 poz. 2 i 3, odpowiednio, dopuści:

Punkt 2 – dializator niskoprzepływowo o powierzchni 1,4 m<sup>2</sup>, błona Polyamix z mieszaniny polimerów poliaryloeterosulfonu, poliwinylpirolidonu oraz poliamidu), charakteryzujący się wysoką biokompatybilnością oraz zapewniający barierę, chroniącą pacjentów przed przedostawaniem się endotoksyn z dializatu do krwi. Sterylizacja parą wodną pozwala eliminować ryzyko potencjalnej ekspozycji na pozostałości EtO oraz pomaga zmniejszyć ryzyko występowania efektów cytotoksycznych związanych z promieniowaniem gamma powierzchnia dializatora 1,4 m<sup>2</sup>;

Punkt 3 – dializator niskoprzepływowo o powierzchni 1,7 m<sup>2</sup>, błona Polyamix z mieszaniny polimerów poliaryloeterosulfonu, poliwinylpirolidonu oraz poliamidu), charakteryzujący się wysoką biokompatybilnością oraz zapewniający barierę, chroniącą pacjentów przed przedostawaniem się endotoksyn z dializatu do krwi. Sterylizacja parą wodną pozwala eliminować ryzyko potencjalnej ekspozycji na pozostałości EtO oraz pomaga zmniejszyć ryzyko występowania efektów cytotoksycznych związanych z promieniowaniem gamma powierzchnia dializatora 1,7 m<sup>2</sup>;

Pozostałe parametry zgodne z wymogami Zamawiającego.

Dopuszczenie przez Zamawiającego możliwości zaoferowania w/w Produktów podniesie konkurencyjność składanych ofert, co pozwoli na możliwość wyboru przedmiotu zamówienia najlepszej jakości w aspekcie merytorycznym i terapeutycznym, a także na uzyskanie realnych oszczędności z zachowaniem najwyższej skuteczności w prowadzonych terapiach.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Tak, Zamawiający dopuści.*

**PYTANIE NR 11:**

**Czy Zamawiający w pakiecie 30 dopuszcza**

Poz. 7 worek urostomijny parametry zgodne z opisem

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Nie, Zamawiający nie dopuści.*

**PYTANIE NR 12:**

Czy Zamawiający dopuszcza składanie zamówień w pełnych opakowaniach handlowych (plytkistomijne pakowane po 5 szt. w opakowaniu handlowym, worki stomijne po 30szt, worki z wypukłością pakowane po 10 szt w opakowaniu handlowym)? W przypadku naszej firmy nie ma możliwości sprzedawania w pojedynczych sztuk, gdyż magazyn znajduje się na Węgrzech skąd bezpośrednio wysyłany jest towar do Zamawiającego.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Tak, Zamawiający dopuści.*

**PYTANIE NR 13:**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie wysyłania faktury osobno nie wraz z towarem, gdyż w przypadku naszej firmy towary wysyłany jest z Magazynu na Węgrzech natomiast faktury z biura z Warszawy co uniemożliwia wysyłania towar i faktury razem. Do każdej dostawy dołączony jest dokument WZ, faktura dostarczana jest w ciągu 48 godzin (list polecony priorytetowy), co zbiega się z dostawą. Jesteśmy w stanie przesłać skan faktury na adres mailowy wskazany przez Zamawiającego (zamiast faktury przesyłanej drogą pocztową, wybór opcji należy do Zamawiającego) Czy Zamawiający dopuszcza, którąś z możliwości?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Zamawiający dopuści wysyłanie faktur osobno drogą pocztową.*

**PYTANIE NR 14:**

Pakiet 2 poz. 4

Czy Zmawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawki z igłą 0,33x13?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Tak, Zamawiający wyraża zgodę.*

**PYTANIE NR 15:**

Pakiet 2 poz. 5

Czy Zmawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawki z igłą 0,45x12?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Tak, Zamawiający wyraża zgodę.*

**PYTANIE NR 16:**

Pakiet 2 poz. 6-9

Czy Zamawiający podając wielkość rozszerzenia skali miła na myśl poniższe wartości ?

2ml - skala rozszerzona do 3ml

5ml - skala rozszerzona do 6ml

10ml - skala rozszerzona do 12ml

20ml - skala rozszerzona do 24ml

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Tak, Zamawiający podając wielkość rozszerzenia skali miał na myśli poniższe wartości:*

**2ml - skala rozszerzona do 3ml**

**5ml - skala rozszerzona do 6ml**

**10ml - skala rozszerzona do 12ml**

**20ml - skala rozszerzona do 24ml**

**PYTANIE NR 17:**

Pakiet 2 poz. 6-9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawk w tłokiem w kolorze mlecznym ? Takie rozwiązanie nie ma żadnego wpływu na użytkowanie produktu

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Tak, Zamawiający wyraża zgodę.*

**PYTANIE NR 18:**

Pakiet 2 poz. 6-9

Czy Zamawiający wymaga zaoferowani strzykawk bez ftalanów, oraz informacji o ich braku na opakowaniu jednostkowym?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga.*

**PYTANIE NR 19:**

Pakiet 2 poz. 6-9

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania strzykawk z podwójną skalą pomiarową?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga.*

**PYTANIE NR 20:**

Pakiet 2 poz. 6-9

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania strzykawk posiadających podwójne zabezpieczenie przed wypadaniem tłoka ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga.*

**PYTANIE NR 21:**

W związku z faktem, iż Zamawiający w ww. postępowaniu oczekuje zaoferowania wyrobów medycznych, co do których producenci określili specjalne warunki magazynowania i transportu (np. dla strzykawk, przyrządów wymagana temperatura wynosi 10-35<sup>0</sup>C, igieł, cewników, zgłębników 5-37<sup>0</sup>C, rurek intubacyjnych, tracheostomijnych 5-40<sup>0</sup>C), prosimy o wyjaśnienie czy i w jaki sposób Zamawiający będzie sprawdzał czy zakupiony produkt był magazynowany i transportowany z zachowaniem wymaganych warunków. Pragniemy nadmienić, że zgodnie z nowym rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745 (rozporządzenie MDR) to na dystrybutorze sprzętu medycznego spoczywa obowiązek magazynowania i transportu zgodnie z warunkami określonymi przez producenta. Nieprzestrzeganie tych warunków rodzi dla Zamawiającego ryzyko użytkowania uszkodzonych w transporcie produktów.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Zamawiający nie będzie sprawdzał. W opinii Zamawiającego hurtownie podlegają kontroli przez odpowiednie instytucje.*

**PYTANIE NR 22:**

Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu odpowiednich środków transportu tj. samochodów z zabudową typu izoterma z możliwością rejestracji i wydruku temperatury?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga.*

**PYTANIE NR 23:**

Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wyklucza możliwość wykonywania dostaw za pomocą standardowej usługi kurierskiej bez możliwości rejestracji i wydruku temperatury?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Zamawiający nie wyklucza.*

**PYTANIE NR 24:**

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 6 projektu umowy 5 dniowego terminu na

rozpatrzenie reklamacji ora zamianę słów z „...od momentu otrzymania zgłoszenia” na „...od daty uznania reklamacji”

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Zamawiający zmieni treść § 4 ust. 3 wzoru umowy i Zmieniony Załącznik Nr 4 do SWZ wzór umowy zamieści na Platformie Zakupowej i na stronie internetowej Zamawiającego.*

**PYTANIE NR 25:**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1 pkt. 1, 2 :

1. . Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:

1) 0,5 % wartości brutto niezrealizowanej części dostawy, za każdy dzień zwłoki w realizacji dostawy, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej części dostawy;**

2) 0,5 % wartości brutto dostawy towarów wadliwych, za każdy dzień zwłoki w dostawie przedmiotu umowy wolnego od wad, liczony od dnia, w którym Wykonawca zobowiązany był do dostarczenia towarów wolnych od wad w miejsce wadliwych, zgodnie z § 4 ust. 3 niniejszej umowy, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwych towarów.**

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Zamawiający pozostawia bez zmian zapisy §7 ust. 1 pkt. 1,2 wzoru umowy – Załącznika Nr 4 do SWZ.*


**PYTANIE NR 26:**


Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Zamawiający nie uzupełni projektu umowy o proponowany przez Wykonawcę zapis.*

*Powyższe postanowienia są wiążące do przetargu na dzień 16.07.2021r., a odpowiedzi na pytania i wszelkie modyfikacje stanowią integralną część SWZ.*

  
PREZES  
Milickiego Centrum Medycznego  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
Andrzej Oćwieja

  
WICEPREZES  
Milickiego Centrum Medycznego  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
Andrzej Sztandera