

DZP/459/WSP/20

Tychy, 20.10.2020r.

**Wykonawcy, którzy zadali
zapytania do Zapytania Ofertowego
część III**

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania w sprawie zapytania ofertowego na zakup sprzętu medycznego, mebli i wyposażenia medycznego na potrzeby walki z koronawirusem „Razem powstrzymamy koronawirusa” nr wniosku WND-RPSL.10.01.00-24-030g/20 złożony w ramach naboru NR RPSL.10.01.00-iz.01-24-395/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: X. Rewitalizacja oraz Infrastruktura Społeczna i Zdrowotna dla działania: 10.1. Infrastruktura Ochrony Zdrowia **(nr sprawy: 1/DSZ/2020)**

MEGREZ Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zwana dalej Zamawiającym, w odpowiedzi na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia skierowane przez Wykonawców wyjaśnia:

Pytanie nr 1:

Aparat do wysokoprzepływowej terapii tlenowej.

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy w punktach 24, 25, 26, 27 Zestawienia parametrów technicznych, Zamawiający oczekuje jedynie potwierdzenia kompatybilności urządzenia z asortymentem jednorazowym, czy uwzględnienie asortymentu jednorazowego w cenie oferty, jeśli tak, to prosimy o podanie o jakie ilości asortymentu jednorazowego chodzi?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje uwzględnienia asortymentu jednorazowego w cenie oferty (M-2op, L- 1op, 1op. Tracheo. Każde opakowanie zawiera 20 szt. kaniul).

PROKURENT
KIEROWNIK DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
RÓWNOCZEŚNIE PEŁNIĄCA OBOWIĄZKI KIEROWNKA
DZIAŁU ORGANIZACYJNO-PRAWNEGO

Karolina Filipowska