



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
W PRZASNYSZU**



06-300 Przasnysz, ul. Sadowa 9, centrala tel. 29 753 43 00, sekretariat 29 753 43 18, fax 29 753 43 80

NIP 761-13-33-881 REGON 000302480

www.szpitalprzasnysz.pl sekretariat@szpitalprzasnysz.pl

SPZZOZ.ZP/48/2019

Przasnysz, 18.09.2019 r

Do wszystkich,

Którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Zakup rezonansu magnetycznego.

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający udziela odpowiedzi:

WSTRZYKIWACZ KONTRASTU

Strzykawka automatyczna do podawania środka kontrastowego przystosowana do pracy w środowisku MR – min. 1,5 [T] WSTRZYKIWACZ KONTRASTU

Strzykawka automatyczna do podawania środka kontrastowego przystosowana do pracy w środowisku MR – min. 1,5 [T]

Pyt. 1

„Czy zamawiający będzie oczekiwał dostarczenia wstrzykiwacza z możliwością zdalnego nadzoru serwisowego poprzez łącze VPN i udostępni takie łącze?” Uzasadnienie: zastosowanie serwisu zdalnego pozwala na wcześniejsze wykrycie i usunięcie błędów w oprogramowaniu wstrzykiwacza co umożliwia uniknięcie przestoju spowodowanych takimi rodzajami awarii oraz zdalną diagnostykę, która skraca czas potrzebny na interwencje serwisowe.

Odp. Zamawiający dopuszcza wstrzykiwacz jak w zapytaniu.

Pyt 2

Czy zamawiający będzie oczekiwał dostarczenia wstrzykiwacza zasilanego baterijnie z możliwością instalacji modułu ciągłego ładowania baterii (stałe zasilanie sieciowe) co pozwoli przy większej ilości zaplanowanych badań uniknąć niewygod przy konieczności wymiany baterii?”

Odp. Zamawiający dopuszcza wstrzykiwacz jak w zapytaniu.

Z poważaniem

D Y R E K T O R
SP ZZOZ w Przasnyszu

lek. Jerzy Sadowski