



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Szczecin, dnia 27.05.2020 r.

Znak sprawy Nr RPoZP 16/2020

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych i sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb Pracowni Endoskopowej do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie

Pytania i odpowiedzi do SIWZ nr 5

1. Pakiet nr 4 Czy zamawiający dopuści w:
Poz. 1 Chwytnak do polipów jednorazowego użytku zawierający: siatka z otworem rozpostarty na owalnej pętli o śr. 30mm, długość narzędzia 230cm, śr. Osłonki 2,5mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ
Odp. Zgodnie z SIWZ.
Poz. 2 Pętla do polipektomii, jednorazowego użytku. Plecionka, pętla owalna, śr. pętli 10mm, 15mm, 20mm, 24mm, 36mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odp. Zgodnie z SIWZ.
2. Pakiet nr 5 Czy zamawiający wyłączy z pakietu pozycję 1,2,3 i dopuści w pozycji:
Poz. 1 Opakowanie 10 szt. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ
Odp. Zamawiający dopuszcza.
Poz. 2 dł. narzędzia 160cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ
Odp. Zamawiający dopuszcza.
Zamawiający dokonał modyfikacji zapisów SIWZ w zakresie zadania nr 5. Załącznik nr 1 do SIWZ po modyfikacji został zamieszczony na platformie zakupowej.
3. Pakiet nr 6 Czy zamawiający dopuści klipsownicy jednorazowego użytku z klipssem załadowanym do zestawu o średnicy 2,3mm, rozwarcie ramion klipsa 8mm, 11mm oraz 16mm, do wyboru zamawiającego). Pozostałe parametry zgodne z SIWZ
Odp. Zgodnie z SIWZ.
4. Pakiet nr 7 Czy zamawiający wyłączy z pakietu i dopuści pozycję 1,3
Odp. Zamawiający dokonał modyfikacji zapisów SIWZ w zakresie zadania nr 7. Załącznik nr 1 do SIWZ po modyfikacji został zamieszczony na platformie zakupowej.
5. Pakiet nr 8 Czy zamawiający dopuści w pozycji drugiej szczotkę dwustronną o długości 230cm.
Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odp. Zamawiający dopuszcza.

KOMENDANT

plik mgr inż. Krzysztof Pietraszko

I.B. 91/810 59 82