



**REGON: 910858394**

**NIP: 8921296985**

Nasz znak: SP ZOZ/ZP/TP - 6/1/2023

Nasza data: 11.09.2023 r.

Numer ogłoszenia : BZP nr 2023/ 00384200/01 z dnia 06.09.2023

Termin składania ofert: 14.09.2023 r. godzina 10.00

**Wykonawcy - Dostawcy**

**postępowania przetargowego**

**ZP/TP- 6/2023**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie uprzejmie informuje, że w dniu 08 września.2023 r. wpłynęły zapytania dotyczące postępowania przetargowego pn. „Dzierżawa analizatorów z odczynnikami laboratoryjnymi z podziałem na 2 pakiety „

1. Czy Zamawiający wymaga, aby w przypadku braku odczynników lub ich wycofania oferent gwarantował wykonanie badań w innym laboratorium i dostarczył wyniki do 24 godzin od wysyłki. Odbiór i transport próbek i dostarczenie wyników po stronie Oferenta. Oferent poda dane placówki, z którą ma podpisaną umowę i do której będą wysyłane próbki ( oświadczenie od jednostki z którą jest podpisana umowa załączy wraz z ofertą) .  
**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody**
2. Czy Zamawiający wymaga, aby oferent dostarczył certyfikat od producenta potwierdzający wiedzę i doświadczenie osoby aplikacyjnej ( doświadczenie min. 3 lata z aplikacją na oferowanym aparacie)  
**ODPOWIEDŹ: TAK**
3. Czy Zamawiający wymaga, aby oferent dostarczył certyfikat od producenta potwierdzający wiedzę i doświadczenie serwisanta ( doświadczenie min. 3 lata z serwisowaniem oferowanego aparatu).  
**ODPOWIEDŹ: TAK**
4. Dot. pkt. 19 pakiet 2 Czy Zamawiający dopuści jeden odczynnik do ASO bez autoryzowanej przez producenta aplikacji na oferowany analizator?  
**ODPOWIEDŹ: TAK**
5. Czy Zamawiający wymaga aby elektrody (sód potas, chlorki, referencyjna) będące na wyposażeniu analizatora były nowe i wcześniej nieużywane?  
**ODPOWIEDŹ: TAK**
6. Dot. Ptk. 26Czy Zamawiający wymaga aby przeglądy w tym kit konserwacyjny były dostarczone nieodpłatnie?  
**ODPOWIEDŹ: TAK**
7. Dot. Załącznik Nr 2 do SWZ/ZP/TP -6/2023 Umowa czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu § 2 pkt. 2 w umowie zgodnie z załącznikiem nr 3a „Wydzierżawiający zobowiązuje się do dostarczenia urządzenia na własny koszt do siedziby Dzierżawcy oraz do jego bezpłatnego zainstalowania i uruchomienia w konkretnym miejscu przez niego wskazanym, najpóźniej w terminie 3 dni od daty podpisania umowy” -  
na „Wydzierżawiający zobowiązuje się do dostarczenia urządzenia na własny koszt do siedziby Dzierżawcy oraz do jego bezpłatnego

zainstalowania i uruchomienia w konkretnym miejscu przez niego wskazanym, najpóźniej w terminie 7 dni od daty podpisania umowy”

**ODPOWIEDŹ: TAK, Zamawiający wyraża zgodę**

8. Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie jaki LIS jest w laboratorium.

**ODPOWIEDŹ :INFOMEDICA – ASSECO**

9. Prosimy o wyjaśnienie dot. Opisu przedmiotu zamówienia – parametry techniczne, zał. Nr 3A do SWZ, pakiet nr 2

Dotyczy pkt 3 OPZ;

Czy Zamawiający dopuści analizator bez automatycznego zmieniaacza kuwet ?

**ODPOWIEDŹ: TAK, Zamawiający dopuści**

10. Dotyczy pkt 13 OPZ – czy Zamawiający dopuści analizator o wydajności 200 t/godz ?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuści**

11. Zadanie 2

Prosimy o potwierdzenie, iż ze względu na specyfikę oznaczanych parametrów Zamawiający wymaga, aby oferent udokumentował min. 10 instalacji tożsamyh urządzeń w placówkach szpitalnych.

**ODPOWIEDŹ: Nie wymagamy**

Z poważaniem

p.o. Dyrektora SP ZOZ w Rypinie  
( - ) Monika Tryniszewska - Skarżyńska