

Nr sprawy 1SNSMszoz2021


Mogilno, dnia 19.02.2021 r.

**Wykonawcy,  
którzy złożyli pytania**

## **WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SWZ NR I**

*dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: nr 1SNSMszoz2021 - Dostawy sterylnego i niesterylnego sprzętu medycznego*

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia informujemy:



Czy Zamawiający **Zadaniu 11** w pozycjach 1-6 dopuści rurki intubacyjne bez mankietu; spełniające wszystkie pozostałe wymogi SWZ.

**Ad. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.**

Czy Zamawiający w **Zadaniu 11** w pozycjach 1-6 dopuści rurki intubacyjne ze standardowym mankiem niskociśnieniowym, wysokoobjętościowym; z otworem Murpy`ego, z balonikiem kontrolnym znakowanym rozmiarem rurki, z linią Rtg na całej długości rurki, z czytelnym oznaczeniem rurki. Jednorazowe, pakowane pojedynczo. Rozmiary - zgodnie z SWZ tj. od 2,0 do 4,5 (co 0,5 mm).

**Ad. TAK, Zamawiający dopuszcza.**

Czy Zamawiający w **Zadaniu 11** w pozycjach 16- 22 dopuści rurki ustno-gardłowe Guedel (stosowanych przez Zamawiającego) wykonane z silikonowanego PCW; spełniające pozostałe wymagania SWZ.

**Ad. TAK, Zamawiający dopuszcza.**

### **Zadanie 1, poz. 9-14**

Czy Zamawiający wydzieli poz.9-14 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

**Ad. NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

### **Zadanie 1, poz. 14-15**

Czy Zamawiający wymaga masek medycznych typu II według aktualnej normy PN EN 14683:2019 zgodnie z wytycznymi krajowego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych umieszczonymi na stronie Ministerstwa Zdrowia?

**Ad. TAK, Zamawiający wymaga.**

### **Zadanie (część) nr 3**

poz. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie GAZA HEMOSTATYCZNA STOSOWANA W GINEKOLOGII ROZMIAR 7,5 CM.X 10 CM

**Ad. TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

### **Zadanie nr 16**

Poz.1

1. Czy w ramach zwiększenia konkurencyjności ofert Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie staplerów okrężnych w rozmiarze 26mm.

**Ad.Zamówienie zgodne z SWZ.**

### **Zadanie4**

**Pozycja1 –** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania serwetę sterylną z podwójnym workiem do gromadzenia płynów 100 x 120 cm z dodatkowym mankietem 20 cm?

**Ad. TAK, Zamawiający dopuszcza.**

### **Zadanie 13**

**Pozycja 1 –** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania zestawu, w którego składzie komponent nr 10 to nieprzylepna, barierowa serweta z włókniny 45 x 75 cm – pozostałe komponenty i parametry zgodne z opisem SWZ?

**Ad. TAK, Zamawiający dopuszcza.**

### **Zadanie 14**

**Pozycja 1 –** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania zestawu o składzie:

- 1 x serweta włókninowa, 75 x 90 cm (barierowa)
- 1 x serweta włókninowa, 75 x 90 cm, z otworem i przylepną krawędzią boczną (barierowa)
- 1 x kleszczyki plastikowe, 14 cm
- 1 x strzykawka typu Luer Lock, 5 ml z tłokiem niskooporowym (zapakowana)
- 1 x igła 1,2 x 40 mm, 18G x 1 1/2, różowa (zapakowana)
- 1 x igła 0,7 x 30 mm, 22G x 1 1/4, czarna (zapakowana)
- 6 x tampon z gazy bawełnianej (tupfer), wielkość śliwki
- 1 x opatrunek 7,2 x 5 cm?

**Ad. Zamówienie zgodne z SWZ.**

### **Zadanie 1 pozycja 14**

Prosimy, aby Zamawiający wyraził zgodę na złożenie oferty cenowej tylko dla pozycji 14 w zadaniu nr 1 lub utworzył zadanie 1A- maski medyczne chirurgiczne zakładane na gumki

Wynika to z faktu, że jesteśmy producentem wyspecjalizowanym w produkcji masek medycznych na gumki wzbogaconych o warstwę grafenową- za ten produkt odpowiadamy, podpierając się badaniami które są wykonywane w danym asortymencie. Dzięki temu oferujemy jako jedyni na rynku maski medyczne wzbogacone o dodatkowy filtr węglowy w technologii grafenowej, który ma właściwości bakteriostatyczne, co ogranicza kolonizację materiału maski przez drobnoustroje pochodzące z powietrza wydychanego przez użytkownika. Wyspecjalizowana produkcja koncentruje siły i moce przerobowe przedsiębiorstwa na dbaniu o jakość wąskiej gamy produktów, dzięki czemu oferujemy pod każdym względem produkt najwyższej jakości.

Chcemy zaferować Państwu produkt innowacyjny w swojej dziedzinie- wnętrze maski ma właściwości

bakteriostatyczne, co ogranicza kolonizację materiału maski przez drobnoustroje pochodzące z powietrza wydychanego przez użytkownika. Umożliwia to bardziej komfortowe i potencjalnie dłuższe korzystanie z maski ograniczając konsekwencje typu nieprzyjemny zapach lub ryzyko samo-infekcji. W załączeniu przesyłam zdjęcie rzeczzonego produktu

**Ad. NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Zadanie (część) nr 4 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści jako równoważną maskę anestetyczną mikrobiologicznie czystą, rozmiar 0 – pomarańczowy, z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ?

**Ad. TAK, Zamawiający dopuszcza.**

**Zadanie (część) nr 4 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści jako równoważną maskę anestetyczną mikrobiologicznie czystą, rozmiar 1–szary, z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ?

**Ad. TAK, Zamawiający dopuszcza.**

**Zadanie (część) nr 4 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści jako równoważną maskę anestetyczną mikrobiologicznie czystą, rozmiar 2– różowy, z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ?

**Ad. TAK, Zamawiający dopuszcza.**

**Zadanie (część) nr 4 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści jako równoważną maskę anestetyczną mikrobiologicznie czystą, rozmiar 3–zielony, z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ?

**Ad. TAK, Zamawiający dopuszcza.**

**Zadanie (część) nr 4 poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści jako równoważną maskę anestetyczną mikrobiologicznie czystą, rozmiar 4– żółty, z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ?

**Ad. TAK, Zamawiający dopuszcza.**

**Zadanie (część) nr 4 poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści jako równoważną maskę anestetyczną mikrobiologicznie czystą, rozmiar 5–niebieski, z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ?

**Ad. TAK, Zamawiający dopuszcza.**

**Zadanie (część) nr 4 poz. 7**

Czy Zamawiający dopuści jako równoważną maskę anestetyczną mikrobiologicznie czystą, rozmiar 6–czerwony, z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ?

**Ad. TAK, Zamawiający dopuszcza.**

**Zadanie (część) nr 4 poz. 1-7**

Czy Zamawiający oczekuje maski anestetycznej pozbawionej szkodliwych ftalanów?

**Ad. TAK, Zamawiający oczekuje.**

**Pytanie 1 – Część 1, poz. 6,7,8**

Ze względu na możliwość złożenia konkurencyjnej pod względem cenowym oferty prosimy o wydzielenie poz. 6,7,8 z części 1 i utworzenie z nich osobnego pakietu.

**Ad. Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Zadanie nr 8 poz. 1**

Czy Zamawiający, ze względu na to, że rozmiar 0 jest bardzo małym rozmiarem, dopuści brak oznaczenia kolorystycznego?

**Ad. TAK, Zamawiający dopuszcza.**

**Zadanie nr 8 poz. 2**

Czy Zamawiający, ze względu na to, że rozmiar 1 jest bardzo małym rozmiarem, dopuści brak oznaczenia kolorystycznego?

**Ad. TAK, Zamawiający dopuszcza.**

**Zadanie nr 8 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści oznaczenie rozmiaru kolorem żółtym?

**Ad. TAK, Zamawiający dopuszcza.**

**Zadanie nr 8 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści oznaczenie rozmiaru kolorem zielonym?

**Ad. TAK, Zamawiający dopuszcza.**

**Zadanie nr 8 poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści oznaczenie rozmiaru kolorem czerwonym?

**Ad. TAK, Zamawiający dopuszcza.**

**Zadanie nr 8 poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści oznaczenie rozmiaru kolorem niebieskim?

**Ad. TAK, Zamawiający dopuszcza.**

**Zadanie nr 8 poz. 7**

Czy Zamawiający dopuści oznaczenie rozmiaru kolorem pomarańczowym?

**Ad. TAK, Zamawiający dopuszcza.**

**Zadanie nr 10 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści prowadnice w trzech następujących rozmiarach:

- Rozmiar prowadnicy 2,0 mm, długość 275 mm dla rurek o rozmiarach 2,5-3,5 mm
- Rozmiar prowadnicy 3,3 mm, długość 340 mm dla rurek o rozmiarach 4,0-5,5 mm
- Rozmiar prowadnicy 4,7 mm, długość 340 mm dla rurek o rozmiarach 6,0-10,0 mm

**Ad. NIE, Zamawiający nie dopuszcza. Zamówienie zgodne z SWZ.**

**Zadanie 1, poz. 1**

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m<sup>2</sup>, bez wydłużenia warstwą pochłaniającą pot w przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. Ok. 46 cm, głębokość czepek ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny?

**Ad. TAK, Zamawiający dopuszcza.**

**Zadanie 1, poz. 1-5, 13-14,16**

Czy zamawiający wydzieli poz. 1-5, 13-14,16 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwiał. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli

Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Ad. NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Zadanie 1, poz.9-12**

Czy zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny?

**Ad. TAK, Zamawiający dopuszcza.**

**Zadanie 1, poz.9-12**

Czy zamawiający dopuści fartuch o wymiarach:

- Mankiet 5 cm
- Długość całkowita 108 cm
- Szerokość w pasie ok. 63 cm x 2 mierzone na płasko
- Długość troków – w pasie 2 x po ok. 100 cm, przy szyi 2 x po ok. 35-38 cm

**Ad. TAK, Zamawiający dopuszcza.**

**Zadanie 1, poz. 18**

- Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 79,8 mt, perforacja co 38 cm?
- Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 65,36 mt, perforacja co 38 cm?
- Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 45,9 mt, perforacja co 34 cm?
- Czy jeżeli zamawiający dopuści inną długość, to czy z przeliczeniem za rolkę z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

**Ad. 1. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Ad. 2. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Ad. 3. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Ad. 4. TAK, w górę.**

**Zadanie nr 13:**

Czy Zamawiający dopuści następujący zestaw:

Zestaw do wkłucia centralnego, sterylizowany w procesie zwalidowanym o składzie:

1 x serweta z laminatu bibułowo -foliowego 42 - 45 g/m<sup>2</sup>, chłonność min.700%, rozmiar 45 x 75 cm

1 x serweta z laminatu włókninowo - foliowego 56 g/m<sup>2</sup>, chłonność min. 570%, zgodna z PN - EN 13 795, rozmiar 45 x 75cm z otworem 8 cm i przyklepcem wokół otworu

10 x kompresy 8 - warstwowe, z gazy 17 -nitkowej, 7,5 x 7,5 cm

10 x tupfer kula, wykrój gazy 17 - nitowej 20 x 20 cm

1 x pęseta plastikowa o wzmocnionych ramionach, 13 cm

1 x strzykawka 10ml

1 x strzykawka 20ml

1 x igła 1,2x40mm

1 x igła 0,8x40mm

1 x ostrze nr 11

1 x imadło metalowe 13 cm

Zestaw zapakowany w sztywne opakowanie, taca - blister dwukomorowy, zamknięty papierem medycznym z etykietą zawierającą informację o składzie zestawu, min. dwie etykiety służące do wklejania do dokumentacji medycznej

**Ad. TAK, Zamawiający dopuszcza.**

#### **Zadanie nr 14:**

Czy Zamawiający dopuści następujący zestaw?:

Zestaw do wkłucia lędźwiowego, sterylizowany w procesie zwalidowanym o składzie:

1 x serweta z laminatu bibułowo -foliowego 42 - 45 g/m<sup>2</sup>, chłonność min.700%, rozmiar 45 x 75 cm

1 x serweta z laminatu włókninowo - foliowego 56 g/m<sup>2</sup>, chłonność min. 570%, zgodna z PN - EN 13795, rozmiar 50x60cm z otworem o średnicy 10cm

1 x strzykawka 3ml

1 x strzykawka 5ml Luer Lock

1 x igła 1,2x40mm

1 x igła 0,5x25mm

10 x kompres 4 - warstwowy, z włókniny 30g/m<sup>2</sup>, chłonność min. 800%, 7,5 x 7,5 cm

1 x opatrunek samoprzylepny z wkładem chłonnym, 5 x 7,2 cm

1 x pęseta plastikowa o wzmocnionych ramionach 13 cm

Zestaw zapakowany w sztywne opakowanie, taca - blister trójkomorowy, zamknięty papierem medycznym z etykietą zawierającą informację o składzie zestawu, min. dwie etykiety służące do wklejania do dokumentacji medycznej.

**Ad. TAK, Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytania dot. treści umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację projektu umowy w zakresie

##### **§ 8 Kary umowne na:**

„1. Wykonawca jest obowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną w przypadku niedotrzymania terminów określonych w § 2 i § 7 niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w następującej wysokości:

1) 0,1% wartości brutto niezrealizowanej części dostawy za każdy dzień zwłoki w dostawie,

**Ad. NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

- 2) 0,1% wartości brutto reklamowanej części dostawy za każdy dzień zwłoki w załatwieniu reklamacji jakościowej lub ilościowej.

**Ad. NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

2. – bez zmian

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn dotyczących Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części brutto umowy, wynikającej z § 3 ust. 1.?”

**Ad. Ad. NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

### **Zadanie (część) nr 16**

#### **Poz. 1**

Czy Zamawiający w zad. (części) 16 poz. 1 dopuści stapler okrężny zakrzywiony – rozmiar 26, wysokość zszywki 4,8 mm?

**Ad. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.**

#### **Poz. 2**

Czy Zamawiający w zad. (części) 16 poz. 2 dopuści stapler liniowy z dociskiem automatycznym, rozmiar 60 mm, tkanka gruba?

**Ad. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.**

#### **Poz. 4**

Czy Zamawiający w zad. (części) 16 poz. 4 dopuści stapler liniowy z nożem, nowy nóż w każdym ładunku, rozmiar 75 mm, tkanka gruba?

**Ad. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.**

#### **Zadanie 1, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści czepek z wstawką przeciwpotną w części czołowej?

**Ad. TAK, Zamawiający dopuszcza.**

#### **Zadanie 1, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści czepek z wydłużoną częścią tylną z 1 ściągaczem?

**Ad. TAK, Zamawiający dopuszcza.**

#### **Zadanie 1, pozycja 2**

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy należy wycenić 50 opakowań po 100sztuk, czy 5?

**Ad. 50 opakowań po 100 szt.**

#### **Zadanie 1, pozycja 4**

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy należy wycenić 200 opakowań po 100sztuk, czy 20?

**Ad. 200 opakowań po 100 szt.**

#### **Zadanie 1, pozycja 6-8**

Czy Zamawiający dopuści fartuch jałowy pakowany a'1sztuka z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Ad. TAK, Zamawiający dopuszcza.**

#### **Zadanie 1, pozycja 9**



Czy Zamawiający dopuści fartuch włókninowy w rozmiarze L?

**Ad. TAK, Zamawiający dopuszcza.**

**Zadanie 1, pozycja 12**

Czy Zamawiający dopuści fartuch włókninowy w rozmiarze XL?

**Ad. TAK, Zamawiający dopuszcza.**

**Zadanie 1, pozycja 17**

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło pakowane a'20szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Ad. TAK, Zamawiający dopuszcza. Z przeliczeniem w górę.**

**Zadanie 1, pozycja 18**

Czy Zamawiający pod pojęciem 1 szt. ma na myśli rolę 50m, czy 1 odcinek 50cm x 50cm?

**Ad. 1 odcinek 50cm x 50cm.**

**Zadanie 1, pozycja 20**

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm
- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?

**Ad. TAK, Zamawiający dopuszcza.**

**Zadanie 1, pozycja 22**

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w rozmiarze 80x210cm?

**Ad. TAK, Zamawiający dopuszcza.**

**Zadanie 2, pozycja 1-3**

Czy Zamawiający dopuści opakowanie folia-papier z zakładką ułatwiającą otwieranie?

**Ad. TAK, Zamawiający dopuszcza**

**Zadanie 2, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw z kompresami 17N 8W 7,5x7,5cm o wykroju 28,9 x 17,3cm?

**Ad. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Zadanie 2, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści zestaw z kompresami 17N 8W 7,5x7,5cm o wykroju 28,9 x 17,3cm?

**Ad. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Zadanie 2, pozycja 4**

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

**Ad. NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**



**Zadanie 2, pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści opaski elastyczne o składzie: przędza bawełniana, przędza poliamidowa oraz spandex?

**Ad. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Zadanie 2, pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści opaski elastyczne o składzie: przędza bawełniana, przędza poliamidowa oraz przędza poliuretanowej?

**Ad. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Zadanie 2, pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści opaski elastyczne o rozciągliwości min. 120%?

**Ad. TAK, Zamawiający dopuszcza.**

**Zadanie 2, pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści tufery typu rożek?

**Ad. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Zadanie 2, pozycja 6**

Czy Zamawiający dopuści tufier typu kula?

**Ad. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Zadanie 2, pozycja 4**

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy należy zaoferować 40 opakowań czy 100 po 2 sztuki?

**Ad. 100 opakowań po 2 sztuki.**

**Zadanie 2, pozycja 5**

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy należy zaoferować 40 opakowań zawierających 1 czy 2 sztuki?

**Ad. 20 opakowań zawierających po 1 szt.**

**Zadanie 2, pozycja 6**

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy należy zaoferować 20 opakowań czy 70 po 10 sztuki?

**Ad. 70 opakowań po 10 szt.**

**Zadanie 2, pozycja 7**

Czy Zamawiający dopuści seton w opakowaniu folia-papier?

**Ad. TAK, Zamawiający dopuszcza.**

**Zadanie 2, pozycja 8-9**

Czy Zamawiający dopuści opakowanie z prostym zgrzewem bez wycięcia na kciuk?

**Ad. TAK, Zamawiający dopuszcza.**

**Zadanie 4**

Czy Zamawiający dopuści serwetę porodową o wymiarach 114cm x 150cm, wzmocnienie o rozmiarze 25cm x 50cm, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 78cm x 80cm?

**Ad. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.**

#### **Zadanie 6, pozycja 1-2**

Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze w opakowaniu a'100 szt. wraz z odpowiednim przeliczeniem zaoferowanej ilości?

**Ad. TAK, Zamawiający dopuszcza.**

#### **Zadanie 11 pozycje 16-22**

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji 16-22 do osobnego pakietu. Takie rozwiązanie pozwoli nam złożyć konkurencyjną ofertę z korzyścią dla Zamawiającego.

**Ad. NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **Zadanie 13**

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1.- 4 X TUPFERY GAZOWE WIELKOŚCI ŚLIWKI
2. - 1 X KLESZCZYKI PLASTIKOWE 14 CM.
3. - 1 X PĘSETA PLASTIKOWA 13 cm
4. - 1 X STRZYKAWKA LUER LOCK 10 ML.
5. 1 X IGŁA PODSKÓRNA ZIELONA 21 G X 1 ½(0,8X 40MM bez opakowania jednostkowego
6. - 1 X OSTRZE - SKALPEL 6,5 CM.- ZAKRZYWIONY ZAPAKOWANY
7. - 1 X SAMOPRZYLEPNY ,PRZEZROCZYSTY OPATRUNEK 10 CM. X 15 CM.
8. - 6 X KOMPRESY GAZOWE 7,5 CM. X 7,5 CM.
9. - 1 X PEHA@ - INSTRUMENT IMADŁO CHIRURGICZNE TYPU MAYO- HEGAR 15 CM.
10. - 1 X NIEPRZYLEPNA BARIEROWA SERWETA Z WŁÓKNINY , 50 CM. X 70 CM.
11. - 1 X SERWETA DWUCZĘŚCIOWA (SKŁADA SIĘ Z 2 ODDZIELNYCH SERWET ) Z REGULACJĄ OTWÓRU BARIEROWA SERWETA Z WŁÓKNINY PP +PE W ROZMIARZE 45 CM. X 75 CM. O GRAMATURZE -60g/m2 ,OTWÓR PRZYLEPNY
12. - 1 X IGŁA PODSKÓRNA RÓŻOWA ,18G 1 ½ (1,2 X 40 CM)?

**Ad. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.**

#### **Zadanie 13**

Czy Zamawiający dopuści zestaw pakowany a'1szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Ad. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.**

#### **Zadanie 15, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe, sterylne osłonki na adaptery uchwytów do lamp chirurgicznych umożliwiając wielokrotne dotykanie i swobodne ustawianie lampy w trakcie zabiegu bez obawy o ryzyko utraty sterylności.

Osłonka jednorazowa posiada kołnierz ochronny, zapobiegający przypadkowemu dotknięciu części niesterylnych lampy.

**Wysokość samego uchwytu: 8 cm**

**Wysokość całkowita: 8,5 cm**




**Średnica otworu: 3 cm**

**Średnica kołnierza: 13 cm**

**Ad. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.**

#### **Zadanie 15, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści poniższą jednorazową, sterylną osłonkę na adaptory uchwytów do lamp chirurgicznych z kołnierze ochronny, zapobiegający przypadkowemu dotknięciu części niesterylnych lampy, przy kołnierzu znajdują się specjalne wypustki, które zapobiegają zsuwaniu się osłonki z uchwytu, nie wymagają zastosowania adaptera.



**Ad. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.**

#### **Zadanie 15, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści czyścik o grubości 4mm?

**Ad. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.**

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Zatwierdził:

Z-ca Dyrektora ds. Organizacyjno – Technicznych

Jarosław Głowacki

/podpis na oryginale/

Otrzymują:

1. wszyscy uczestnicy
2. a/a