



Znak: AE/ZP-27-32/23

Tarnów, 2023-06-14

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej progi unijne (powyżej 215.000 EURO) na dostawę systemu angiograficznego z wyposażeniem.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Załącznika Nr 5 do SWZ** - Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wraz z dostawą urządzenia wymaga zapewnienia Zamawiającemu lub wskazanym przez niego podmiotom swobodnego dostępu do oprogramowania serwisowego zainstalowanego na urządzeniu. Rozwiązanie takie zapewni Zamawiającemu swobodny wybór firmy serwisującej po okresie gwarancji co wydatnie przyczyni się do obniżenia kosztów obsługi serwisowej kupowanego urządzenia.
2. Czy Zamawiający zezwoli na przeznaczenie magazynu (pom 1.11) na maszynownię dla nowego aparatu lub zmniejszenie sterowni na potrzebę stworzenia przestrzeni dla części składowych systemu oraz UPS?
3. Czy Zamawiający zezwala na zastosowanie chłodzenia maszynowni aparatu jednostkami typu split?
4. Prosimy o wskazanie miejsca instalacji zewnętrznych jednostek klimatyzacji.
5. Czy instalacja wentylacji w istniejących pomieszczeniach jest sprawna i spełnia wymagania w świetle obowiązujących przepisów?
6. Czy Zamawiający oczekuje jakiegokolwiek modyfikacji istniejącej wentylacji? Jeśli tak, prosimy o wskazanie zakresu przebudowy.
7. Prosimy Zamawiającego o udostępnienie:
 - a. dokumentacji istniejącej wentylacji mechanicznej.
 - b. protokołu skuteczności wentylacji.
8. Prosimy Zamawiającego o wskazanie drogi wyprowadzenia na zewnątrz wyrzutni powietrza od centrali wentylacyjnej.
9. Czy Zamawiający posiada na obiekcie instalację ciepła technologicznego do zasilania nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej czy nagrzewnica w centrali wentylacyjnej ma być elektryczna?
10. Prosimy o wskazanie dokładnych danych istniejącej linii zasilającej dla istniejącego urządzenia - przekrój kabla zasilającego, dokładna długość po trasie kablowej, typ kabla, wielkość zabezpieczenia w rozdzielnic NN?
11. Prosimy o podanie rodzaju sieci logicznej (kable UTP/FTP, jaka kategoria sieci, producent sieci)?
12. W jakiej odległości od adaptowanych pomieszczeń znajduje się Punkt Dystrybucji Sieci Logicznej?
13. Prosimy o wskazanie miejsca lokalizacji serwera postprocessingowego.
14. Czy Punkt Dystrybucji Sieci Logicznej posiada wolne miejsca na panelach i urządzeniach aktywnych, aby z nich wyprowadzić ewentualne dodatkowe punkty logiczne?
15. Czy Zamawiający oczekuje dostawy osprzętu/ urządzeń aktywnych sieci logicznej?
16. Prosimy o wskazanie na planie/ rzucie pomieszczeń lokalizację stacji lekarskich, w jakiej odległości od adaptowanych pomieszczeń jest zlokalizowane pomieszczenie, w którym mają być zainstalowane stacje lekarskie. Czy w pomieszczeniu stacji lekarskich istnieją gniazda sieciowe LAN, poprosimy o podanie liczby ewentualnych istniejących gniazd sieciowych.
17. Prosimy o podanie informacji na temat rozdzielnic, z której aktualnie zasilane są urządzenia pomocnicze (oświetleni, gniazda, klimatyzacja, wentylacja) adaptowanych pomieszczeń takie jak: zapas mocy w rozdzielnicach, zapas miejsca w rozdzielnicach, odległość poszczególnych rozdzielnic od adaptowanych pomieszczeń?
18. Prosimy o określenie, w jakiej odległości od adaptowanych pomieszczeń znajduje się rozdzielnica zasilająca dla instalacji wentylacji i klimatyzacji. Czy należy przewidzieć oddzielną rozdzielnicę dla zasilania w/w układów?



19. Prosimy o podanie informacji na temat istniejącego zabezpieczenia pola odpywowego dla urządzenia w rozdzielni nn. Jaką Zamawiający posiada rezerwę mocy dla podłączenia nowego urządzenia? Czy Zamawiający wymaga przebudowy istniejącego pola, czy też posiada gotowe pole, które należy wykorzystać do zasilania urządzenia?
20. Czy Zamawiający posiada trasy kablowe, które można wykorzystać do ułożenia zasilania Tomografu Komputerowego, czy też wymaga budowy nowych tras kablowych?
21. Czy Zamawiający wymaga wymiany stolarki okiennej rtg?
22. Czy Zamawiający wymaga automatyki do drzwi, których?
23. Prosimy o udostępnienie projektu konstrukcji stropu? Informacji na temat istniejącego stropu oraz dokumentacji branżowej powierzchni przeznaczonych pod adaptację.
24. Czy Zamawiający potwierdza, że nie oczekuje uzyskania Pozwolenia na Budowę?
25. Czy Zamawiający potwierdza, że uzyskanie dopuszczenia pracowni do użytkowania jest po stronie Zamawiającego?
26. Prosimy o potwierdzenie że czas potrzebny na uzyskanie niezbędnych pozwoleń administracyjnych nie będzie liczony do terminu realizacji zadania.
27. Czy Zamawiający oczekuje wykonania gazów medycznych? Jakich? W jakim zakresie?
28. Prosimy o wskazanie, które pomieszczenia podlegają adaptacji?
29. **Dotyczy Załącznika Nr 5 pkt 28 do SWZ** - Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał dostarczenia pulpitu sterowniczego ruchów statywu w sali zabiegowej, wykonanego w klasie szczelności min. IPX4? Zapewnienie szczelności modułów sterujących ruchami stołu i statywu mocowanymi przy stole pacjenta jest niezbędne w środowisku interwencyjnym w związku z dogłębną wielokrotnie powtarzaną dezynfekcją tychże modułów.
30. **Dotyczy Załącznika Nr 5 pkt 37 do SWZ** - Pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającego na fakt, iż, formułując treść wymogu w punkcie 37, pominął dodanie oceny punktowej wyrażające korzyści wynikające z posiadania jak najdłuższej części roboczej płyty pacjenta. Wnioskujemy o dodanie do wymogu oceny punktowej proporcjonalnej do zwiększonej ergonomii pracy proporcjonalnej do długości blatu stołu:

1.	Długość części roboczej płyty pacjenta	Tak, podać Min. 290 cm Punktacja: Warunek minimum - 0 pkt . Wartość maksymalna - 5 pkt. Pozostałe proporcjonalnie.	
----	--	---	--

31. **Dotyczy Załącznika Nr 5 pkt 43 do SWZ** - Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał dostarczenia materaca termoplastycznego pokrywającego całą długość płyty stołu?
32. **Dotyczy Załącznika Nr 5 pkt 46 do SWZ** - Pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającego na fakt, iż, formułując treść wymogu w punkcie 46, pominął dodanie oceny punktowej wyrażające korzyści wynikające z maksymalnie największego obciążenia generatora mocą ciągłą w trakcie prześwietlenia, które to decyduje o przystosowaniu angiografu do długotrwałego prowadzenia obrazowania, co przekłada się na bezpieczeństwo pacjenta i niezawodność działania systemu. Wnioskujemy o dodanie do wymogu oceny punktowej proporcjonalnej do korzyści wynikających z oferowania maksymalnie największego obciążenia generatora mocą ciągłą w trakcie prześwietlenia:

1.	Max obciążenie generatora mocą ciągłą w trakcie prześwietlenia [W] (dla obciążenia trwającego 10 minut)	Tak, podać Min. 2000 W Punktacja: Warunek minimum - 0 pkt . Wartość maksymalna - 10 pkt. Pozostałe proporcjonalnie.	
----	--	--	--

33. **Dotyczy Załącznika Nr 5 pkt 56 i 57 do SWZ** - Pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającego na fakt, iż, formułując treść wymogu w punktach 56 i 57, pominął dodanie oceny punktowej wyrażające



korzyści wynikające z dostarczenia lampy RTG o maksymalnych parametrach termicznych, które są kluczowe z punktu widzenia zapewnienia bezpiecznego prowadzenia obrazowania interwencyjnego. Wnioskujemy o dodanie do wymogu oceny punktowej proporcjonalnej do korzyści wynikających z oferowania lampy RTG o maksymalnych parametrach termicznych:

1.	Wymagana rzeczywista pojemność cieplna anody dobrana tak aby zapewnić bezprzerwowe wykonywanie wymaganych procedur medycznych [kHU]	Tak, podać Min. 3000 kHU Punktacja: Warunek minimum - 0 pkt . Wartość maksymalna - 10 pkt. Pozostałe proporcjonalnie.	
2.	Wymagana rzeczywista pojemność cieplna kołpaka dobrana tak aby zapewnić bezprzerwowe wykonywanie wymaganych procedur medycznych [kHU]	Tak, podać Min. 2800 kHU Punktacja: Warunek minimum - 0 pkt . Wartość maksymalna - 10 pkt. Pozostałe proporcjonalnie.	

34. **Dotyczy Załącznika Nr 5 pkt 67 do SWZ** - Pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającego na fakt, iż, formułując treść wymogu w punkcie 67, pominął dodanie oceny punktowej wyrażające korzyści wynikające z maksymalnie największej wartości tak kluczowego parametru dla obrazowania interwencyjnego jak wydajność kwantowa detektora DQE, który jest powszechnie uznaną miarą wydajności toru obrazowania angiografu. Wnioskujemy o dodanie do wymogu oceny punktowej proporcjonalnej do korzyści wynikających z oferowania maksymalnie największej wartości współczynnika DQE:

1.	Wartość typowa DQE [%], min. 75 [%]	Tak, podać Punktacja: Warunek minimum - 0 pkt . Wartość maksymalna - 10 pkt. Pozostałe proporcjonalnie.	
----	--	---	--

35. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że po stronie Zamawiającego będzie uzyskanie zezwolenia na uruchomienie pracowni angio w WSSE. W innym przypadku prosimy o potwierdzenie, że czas od momentu złożenia wniosku do momentu uzyskania zezwolenia nie będzie liczony w ramach przewidzianego terminu na realizację zadania. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, iż ani Zamawiający ani Wykonawca nie ma wpływu na formalny czas wydania decyzji administracyjnych.
36. Czy Wykonawca ma przewidzieć wyposażenie meblowe do pracowni?
37. Prosimy o udostępnianie na stronie www Zamawiającego archiwalnego rysunku przekroju budynku.
38. Prosimy o udostępnianie na stronie www Zamawiającego archiwalnego projektu konstrukcji stropu pod i nad pracownią.
39. Prosimy o informację czy Zamawiający dopuści prowadzenie okablowania aparatu na ścianach sali zabiegowej natynkowo w korytkach instalacyjnych?
40. Jeśli Zamawiający nie dopuści prowadzenie okablowania aparatu na ścianach sali zabiegowej natynkowo w korytkach instalacyjnych to czy dopuszczalna będzie tylko miejscowa naprawa wykładziny ściiennej w miejscu wykonanych instalacji?
41. Prosimy o potwierdzenie, że stolarka ochronna rtg nie podlega wymianie, o ile istniejące osłony rtg są wystarczające.
42. Prosimy o informację w jaki sposób rozwiązane jest chłodzenie sali angiografii (np. agregat WL, freonowy)?
43. Czy Zamawiający może potwierdzić, że wentylacja w pracowni jest sprawna i spełnia wymogi obowiązujących przepisów?
44. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wykonawca nie będzie odpowiedzialny za jakiegokolwiek prace modernizacji układu wentylacji i chłodzenia w przypadku braku wydajności układu.
45. Czy Zamawiający wymaga wymiany kanałów wentylacyjnych czy tylko niezbędne przeróbki w związku z dostosowaniem dla instalacji nowego aparatu?
46. Czy Zamawiający wymaga wymiany systemu klimatyzacji typu split w pracowni?



47. W przypadku wymiany, czy Zamawiający dopuszcza montaż nowych klimatyzatorów typu split w miejscu istniejących urządzeń?
48. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie instalacje wod-kan, c.o., itp. nie podlegają wymianie. W innym przypadku prosimy o wyspecyfikowanie prac.
49. Czy Zamawiający dysponuje zapasem mocy 150 kVA? dla zasilania angiografu oraz urządzeń technologicznych?
50. Czy Zamawiający może określić typ i przekrój kabla zasilającego obecny angiograf?
51. Czy Zamawiający może określić przebieg nowej trasy kablowej dla zasilania angiografu (np. sufity podwieszane, szachty instalacyjne, teren zewnętrzny)? Prosimy o rys./szkic trasy dla dokładnego oszacowania kosztów ewentualnych prac.
52. Prosimy o informację czy istnieje możliwość wykorzystania istniejącego kabla zasilającego angiografu?
53. Czy Zamawiający przewiduje wymianę instalacji elektrycznej gniazd i oświetlenia w pomieszczeniach pracowni czy tylko niezbędne przeróbki w związku z dostosowaniem pomieszczenia dla nowego aparatu?
54. Czy Zamawiający przewiduje wymianę istniejących rozdzielnic obiektowych?
55. Czy Zamawiający przewiduje wymianę opraw oświetleniowych w pracowni?
56. Prosimy o informację czy w obiekcie znajduje się centrala p.poż.? Jeśli tak, to w jakiej odległości od pracowni angio i jakiego producenta?
57. W jakiej odległości od adaptowanych pomieszczeń pracowni angiografu znajduje się lokalny punkt dystrybucyjny sieci LAN?
58. Prosimy o informację czy Zamawiający dysponuje odpowiednią ilością miejsca (portów w istn. urządzeniach aktywnych) w istniejącym punkcie dystrybucyjnym dla wpięcia ewentualnie dodatkowych gniazd komputerowych.
59. **Dotyczy pkt 24.1. SWZ (projektowane postanowienia umowy)** - Wykonawca w celu zagospodarowania (zutylizowania) urządzenia podlegającego wymianie może zlecić odpowiednie usługi podmiotowi trzeciemu. Termin zagospodarowania będzie wówczas zależny od tego podmiotu. Tym samym oświadczenie, o którym mowa w pkt 24.1. zdanie ostatnie powinno odnosić się także do sytuacji powierzenia utylizacji zgodnie z przepisami prawa innemu podmiotowi. Wykonawca wnosi zatem o zmodyfikowanie postanowienia, poprzez ustalenie, że:
 „(...) Najpóźniej w dniu podpisania protokołu odbioru uruchomionego systemu angiograficznego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oświadczenie, iż zdemontowany, wyeksploatowany system angiograficzny Artiss Zee Ceiling producent Siemens AG stanowiący własność Zamawiającego został zutylizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie lub że jego zutylizowanie zostało zlecone uprawnionemu podmiotowi trzeciemu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.”
60. **Dotyczy pkt 24.9. SWZ (projektowane postanowienia umowy)** - Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sądów powszechnych i SN - podstawą odmowy odbioru przedmiotu umowy mogą być tylko wady uniemożliwiające korzystanie zgodnie z przeznaczeniem z przedmiotu umowy (wady istotne). Usterki powinny być usuwane przez wykonawcę w ramach udzielonej gwarancji lub rękojmi ustawowej (por. wyroki SN II CKN 28/97, I CKN 520/97, II CSK 476/12).
 Wykonawca wnosi o doprecyzowanie postanowienia poprzez ograniczenie zapisu i wskazanie, że podstawą odmowy odbioru może być niezgodność przedmiotu umowy z Załącznikiem nr 5 do SWZ:
 „(...) Zamawiający zastrzega, że nie dokona odbioru przedmiotu umowy niespełniającego wymagań określonych w Załączniku Nr 5 do SWZ, w szczególności w przypadku stwierdzenia uchybień w zakresie wymaganych parametrów technicznych lub nieprzedłożenia dokumentów wymienionych w zdaniu poprzednim.(...)”
61. **Dotyczy pkt 24.13. SWZ (projektowane postanowienia umowy)** - Wykonawca wnosi o uwzględnienie w ramach postanowienia rzeczywistego czasu potrzebnego na usunięcie wad/usterek, uwzględniającego kwestie techniczne, technologiczne oraz logistyczne. Termin usunięcia ewentualnych wad czy usterek nie powinien wynikać wyłącznie z uznaniowej decyzji Zamawiającego, który może nie posiadać wiedzy specjalistycznej, ile czasu jest niezbędne na podjęcie i przeprowadzenie czynności gwarancyjnych.

W celu dostosowania postanowienia do ww. warunków proponujemy poniższą zmianę: „Wykonawca zobowiązany jest do usuwania w ramach rękojmi i gwarancji usterek i wad oraz dokonania naprawy na własny koszt w terminie wskazanym przez Zamawiającego - maksymalnie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego jeśli usterka wada lub naprawa nie wymaga sprowadzenia części zamiennych z zagranicy i 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego jeżeli zaistnieje taka konieczność lub w innym terminie uzasadnionym technicznie lub logistycznie zaakceptowanym przez Zamawiającego.”

62. **Dotyczy pkt 24.14. SWZ (projektowane postanowienia umowy)** - Nie każda stwierdzona wada/ustereka (zwłaszcza drobna, mało istotna) w urządzeniu wymaga całkowitej wymiany urządzenia. Standardowo, w celu usunięcia usterki wystarczająca pozostaje naprawa lub wymiana danej części lub elementu. Sposób usuwania wad nie powinien być zależny od wyłącznej, jednostronnej decyzji Zamawiającego, a dobór odpowiedniej metody powinien należeć co do zasady do Wykonawcy. W celu przywrócenia równowagi kontraktowej stron i wyeliminowania ryzyka po stronie Wykonawcy ponoszenia nadmiarowych, nieuzasadnionych okolicznościami kosztów realizacji serwisu w ramach udzielonej gwarancji/rękojmi prosimy o poniższą zmianę: „*W ramach uprawnień z rękojmi za wady Zamawiającemu Wykonawca, w zależności od rodzaju usterki, jest zobowiązany do:*

a) wymiany przez Wykonawcę wadliwego elementu, podzespołu, modułu, zespołu na nowy wolny od wad oraz o tożsamy parametrach, na wyłączny koszt Wykonawcy w terminie, o którym mowa w pkt.24.13. SWZ lub w innym terminie zaakceptowanym przez Zamawiającego uzasadnionym technicznie i logistycznie,

b) usunięcia wady, usterki i awarii na wyłączny koszt Wykonawcy i w terminie, o którym mowa w pkt.24.13. SWZ lub w innym terminie zaakceptowanym przez Zamawiającego uzasadnionym technicznie i logistycznie,

c) demontażu i ponownego zamontowania wadliwego elementu, podzespołu, modułu, zespołu po dokonaniu trzeciej naprawy elementu, podzespołu, modułu, zespołu na wolny od wad lub usunięcia wady w inny skuteczny sposób, na wyłączny koszt Wykonawcy w terminie, o którym mowa w pkt.24.13. SWZ lub w innym terminie zaakceptowanym przez Zamawiającego uzasadnionym technicznie i logistycznie.”

63. **Dotyczy pkt 24.15. SWZ (projektowane postanowienia umowy)** - Wykonawca zwraca się o uwzględnienie w ramach postanowienia, wcześniejszych zastrzeżeń dot. możliwości (ryzyka) wydłużenia się czasu realizacji napraw z przyczyn nie dotyczących Wykonawcy, niezależnych od niego:

„W ramach uprawnień wynikających z udzielonych gwarancji Zamawiającemu przysługują te same uprawnienia co z tytułu rękojmi za wady określone w pkt.24.13. i pkt.24.14. SWZ oraz uprawnienie do żądania naprawy w terminie, o którym mowa w pkt.24.13. SWZ lub w innym terminie uzasadnionym technicznie i logistycznie zaakceptowanym przez Zamawiającego na własny koszt Wykonawcy.”

64. **Dotyczy pkt 24.17. lit. b) SWZ oraz zdanie ostatnie tego pkt (projektowane postanowienia umowy)** - Proponujemy, aby kara umowna, o której mowa w ww. postanowieniu została ograniczona do sytuacji niezgodności przedmiotu dostawy z opisem przedmiotu zamówienia.

Ponadto, wartością kary stymulującą Wykonawcę do dochowania warunków umownych będzie w ocenie Wykonawcy także kara o wartości 0,2%. Spełni ona swoje funkcje, a jednocześnie nie będzie w drastyczny sposób zwiększać ewentualnych ryzyk finansowych związanych z realizacją kontraktu (wliczanych do ceny ofertowej). Wskazujemy również, iż czas usunięcia uchybień powinien umożliwiać Wykonawcy podjęcie skutecznych działań w zależności od okoliczności, nie zaś stanowić wyłącznie wymóg formalny naliczenia kary, stąd w naszej ocenie powinna nastąpić odpowiednia zmiana zd. ostatniego w pkt 24.17.

Czy Zamawiający zgodzi się na poniższą zmianę:

„b) 0,2 % wartości brutto przedmiotu umowy - w przypadku dostawy niezgodnej z wymaganymi i określonymi w Załączniku nr 5 do umowy parametrami technicznymi,

(...)

Naliczanie kar umownych, o których mowa w pkt. b) poprzedzone będzie propozycją Zamawiającego usunięcia wad lub wymiany wadliwego towaru na towar pozbawiony wad w(w zależności od rodzaju



wady) w terminie uzasadnionym okolicznościami, zaakceptowanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni od daty zgłoszenia.”?

65. Dotyczy pkt 24.17. lit. d) SWZ (projektowane postanowienia umowy) –

W związku z argumentacją dot. pkt 24.14. prosimy o odpowiednie dostosowanie zapisów o karze umownej odnoszących się do ww. obowiązków, zawartych w pkt 24.17 lit. d)

„d) 0,2 % wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki w:

- ✓ dokonaniu naprawy oraz usunięciu wad, usterek i awarii stwierdzonych w okresie gwarancji/rękojmi,
- ✓ dostarczeniu nowego elementu, podzespołu, modułu, zespołu o tożsamy parametrach na żądanie Zamawiającego w okresie gwarancji/rękojmi,
- ✓ demontażu i ponownym zamontowaniu nowego elementu, podzespołu, modułu, zespołu lub usunięciu wady w inny sposób, w okresie gwarancji/rękojmi, w terminie, o którym mowa w pkt. 24.13. SWZ lub w innym terminie zaakceptowanym przez Zamawiającego.”

66. Dotyczy pkt 24.18. SWZ projektowane postanowienia umowy - Wykonawca wnosi o wykreślenie postanowienia pkt 24.18. W naszej ocenie zapis skutkuje 2-krotnym naliczeniem kary za to samo uchybienie – zwłokę w naprawie. Tymczasem skutki tego rodzaju nienależytego wykonania ma za zadanie rekompensować kara za zwłokę. W związku z czym zasadne jest wyeliminowanie zapisu dublującego (niezasadnie) kontraktową odpowiedzialność finansową Wykonawcy.

67. Dotyczy pkt 24.19. SWZ projektowane postanowienia umowy - Prosimy o zmianę maksymalnego pułapu kar umownych, jakie może naliczyć Zamawiający do 20%. Wszelkie ryzyka związane z możliwością naliczenia kar umownych oraz ich ewentualna wysokość będą musiały zostać uwzględnione w ramach oferty Wykonawców, co nie jest finalnie zjawiskiem pożądanym z punktu widzenia interesu Zamawiającego. Zaproponowana przez Wykonawcę wartość 20% odpowiada wartościom obowiązującym na rynku urzędzeń medycznych, a jednocześnie w naszej ocenie należyście i wystarczająco zabezpiecza Zamawiającego.

68. Dotyczy pkt 24.25. SWZ projektowane postanowienia umowy - Wykonawca zwraca uwagę, iż w przypadku niezrealizowania zamówienia, Zamawiający jest uprawniony skorzystać z sankcji odstąpienia, kary umownej, względnie odszkodowania uzupełniającego. W związku z powyższym interes Zamawiającego jest zabezpieczony. Wszelkie dodatkowe uprawnienia, jak wykonanie zastępcze na koszt Wykonawcy, pozostają nadmiarową dolegliwością wobec powyższych możliwości kompensacji ewentualnych szkód po stronie Zamawiającego. Prosimy w związku z powyższym o wykreślenie postanowienia pkt 24.25. SWZ.

69. Dotyczy pkt 24.27. SWZ projektowane postanowienia umowy - Odstąpienie od umowy będzie każdorazowo najdalej idącym, niekoniecznie korzystnym dla Zamawiającego rozwiązaniem (wymusi potrzebę poszukiwania wykonawcy od początku). Natomiast wezwanie do prawidłowej realizacji umowy w praktyce może zapobiec potrzebie zrywania kontraktu. Wykonawca powinien mieć zatem zapewnioną możliwość realizacji określonych czynności jeszcze raz, a wyznaczony termin powinien mu to umożliwiać. Nadto, wady przedmiotu Umowy powinny być usuwane wg terminów wynikających z umowy nie zaś wedle uznania Zamawiającego, tak aby również interes i bezpieczeństwo wykonawcy były uwzględnione w kontrakcie. Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści zmianę postanowienia poprzez uprzednie wezwanie Wykonawcy do prawidłowej realizacji umowy i zgodzi się na zmianę zgodnie z propozycją: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie od umowy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do prawidłowej realizacji Umowy i wyznaczeniu mu terminu co najmniej 5 dni roboczych, w następujących sytuacjach:

- a) w przypadku upływu terminu wyznaczonego na realizację umowy,
- b) gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z wymaganiami SWZ, umową lub wymaganiami Zamawiającego,
- c) jeżeli Wykonawca nie usunie wad przedstawionego do odbioru przedmiotu umowy w terminie wynikającym z umowy.”



70. Dotyczy pkt 11 Załącznika nr 5 do SWZ Wymagane i oferowane parametry techniczne systemu angiograficznego z wyposażeniem o brzmieniu:

11	Mocowanie statywu na suficie lub podłodze	Tak, podać	
		Punktacja: Mocowanie statywu na suficie - 0 pkt. Mocowanie statywu na podłodze - 10 pkt.	

W obecnym brzmieniu parametrów, Zamawiający nie określa, żadnych dodatkowych szczególnych cech przydatnych zwłaszcza w wymaganym zakresie zakresu badań naczyniowych obwodowych, brzusznych, mózgowych, klatki piersiowej i serca.

Pragniemy zauważyć, że w większości systemów pozycjonery podłogowe cechują się mniejszą funkcjonalnością niż z zawieszeniem sufitowym. Warto, aby wybierając system podłogowy zamawiający zapewnił sobie komfort pracy porównywalny do obecnie posiadanego systemu:

W związku z powyższym wnosimy o wprowadzenie dodatkowych precyzujących punktów:

11a	Praca z dwóch stron stołu w pełnym zadeklarowanym zakresie bez konieczności obrotu stołu ani przesuwania blatu stołu (blat w jednej pozycji) z jednoczesną możliwością dostosowania położenia monitora do miejsca pracy operatora	Tak/Nie Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt	
11b	Pozycja parkingowa statywu (odjazd statywu do pozycji umożliwiającej nieograniczony dostęp do pacjenta na stole ze wszystkich stron) przy każdej pozycji blatu stołu	Tak/Nie Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt	

71. Dotyczy pkt 14 Załącznika nr 5 do SWZ Wymagane i oferowane parametry techniczne systemu angiograficznego z wyposażeniem o brzmieniu:

14	Obszar badania pacjenta bez konieczności obrotu stołu i przekładania / przesuwania go na stole wzdłuż osi stołu dla projekcji referencyjnej CRAN/CAUD = 0° i LAO/RAO=0° (cm)	Tak, podać Min. 170 cm	
----	--	---------------------------	--

W obecnym brzmieniu parametru, Zamawiający nie określa, żadnych dodatkowych szczególnych cech przydatnych zwłaszcza w wymaganym zakresie zakresu badań naczyniowych obwodowych, brzusznych, mózgowych, klatki piersiowej i serca.

Pragniemy zauważyć, że Zamawiający nie uwzględnił zalet wynikających z braku konieczności repozycjonowania pacjenta. Zamawiający wymaga aż 170 cm zakresu obrazowania wzdłuż stołu. W większości systemów podłogowych zakres ten możliwy jest do uzyskania poprzez ruch pływającego blatu. Wiąże się to z dużym ryzykiem.

W związku z powyższym wnosimy o wprowadzenie dodatkowych precyzujących punktów premiujących brak konieczności repozycjonowania pacjenta:

14	Obszar badania pacjenta bez konieczności obrotu stołu i przekładania / przesuwania go na stole wzdłuż osi stołu dla projekcji referencyjnej CRAN/CAUD = 0° i LAO/RAO=0° (cm)	Tak, podać Min. 170 cm Realizowany ruchem statywu – 5 pkt Inne – 0 pkt	
----	--	---	--

72. Dotyczy Załącznika nr 5 do SWZ Wymagane i oferowane parametry techniczne systemu angiograficznego z wyposażeniem:

W obecnym brzmieniu parametru, Zamawiający nie określa, żadnych dodatkowych szczególnych cech przydatnych zwłaszcza w wymaganym zakresie zakresu badań naczyniowych obwodowych, brzusznych, mózgowych, klatki piersiowej i serca.

Wnosimy o dodanie parametry, którego zaoferowanie zapewni Zamawiającemu komfortem pracy (cisze w sali zabiegowej w stosunku do systemów bez tego rozwiązania) tj

Ułożyskowanie anody w łożysku „płynnym”	Tak/Nie Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt	
---	---------------------------------------	--

Wnosimy o dodanie parametru, którego zaoferowanie zapewni Zamawiającemu bezpieczeństwo podczas awarii generatora tj:

Możliwość zapewnienia bezpieczeństwa bezprzerwowego kontynuowania zabiegu w przypadku uszkodzenia inwertera generatora – zapasowy inwerter z funkcją automatycznego przełączenia lub rozwiązanie równoważne zapewniające pełną w/w funkcjonalność	Tak/Nie Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt	
---	---------------------------------------	--

Wnosimy o dodanie parametru, którego zaoferowanie zapewni Zamawiającemu bezpieczeństwo podczas awarii systemu cyfrowego (dysków) tj

Możliwość zapewnienie bezpieczeństwa bezprzerwowego kontynuowania zabiegu w przypadku uszkodzenia jednego z dysków pamięci masowej – dyski HDD/SSD w systemie RAID lub rozwiązanie równoważne zapewniające pełną w/w funkcjonalność	Tak/Nie Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt	
---	---------------------------------------	--

Wnosimy o dodanie parametru, którego zaoferowanie zapewni Zamawiającemu dodatkową funkcjonalność dynamicznej analizy przepływu krwi / kontrastu tj:

Prezentacja krzywych napływu i wypłukiwania kontrastu w wybranych punktach naczynia wskazanych na kolorowym obrazie różnicującym fazy min parametrów: – Time To Peak (TTP) – Time To Peak Alpha(TTP α) – Peak Height (PH) – Area Under Curve (AUC) – Time To Arrival (TTA) – Time To Arrival Alpha (TTA α) – Mean Transit Time (MTT) – Mean Transit Time Alpha (MTT α – 10 pkt Inne – 0 pkt	Tak/Nie Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt	
---	---------------------------------------	--

Wnosimy o dodanie punktacji jak największego obciążenia dynamicznego podczas procedur CPR:

Wytrzymałość na dodatkowe obciążenie płyty stołu podczas akcji reanimacyjnej dla maksymalnej dopuszczalnej wagi pacjenta.	Tak, podać Min. 50 kg Punktacja: Warunek minimum - 0 pkt . Wartość maksymalna - 5 pkt. Pozostałe proporcjonalnie.	
---	--	--



73. Dotyczy pkt 11 Załącznika nr 5 do SWZ Wymagane i oferowane parametry techniczne systemu angiograficznego z wyposażeniem o brzmieniu:

26	Szybkość ruchów statywu przy wykonywaniu angiografii rotacyjnej	Tak, podać Min. 40°/s	
----	---	--------------------------	--

W obecnym brzmieniu parametru, Zamawiający nie premiuje szybkości wykonywania angiografii rotacyjnej, która wpływa na wielkość artefaktów ruchowych

W związku z powyższym wnosimy o wprowadzenie dodatkowych precyzujących punktów:

26	Szybkość ruchów statywu przy wykonywaniu angiografii rotacyjnej	Tak, podać Min. 40°/s Punktacja: Warunek minimum - 0 pkt. Wartość maksymalna - 5 pkt. Pozostałe proporcjonalnie.	
----	---	---	--

74. Dotyczy pkt 66 Załącznika nr 5 do SWZ Wymagane i oferowane parametry techniczne systemu angiograficznego z wyposażeniem o brzmieniu:

66	Płaski detektor cyfrowy o wymiarach min. 30x40 [cm] w trybie obrazowania min 30x38 cm zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2021 r. poz.290 z póź.zm.)	Tak, podać Punktacja: Płaski detektor cyfrowy o wymiarach 30x40 [cm] - 0 pkt. Płaski detektor cyfrowy o wymiarach 40x40 [cm] - 5 pkt.	
----	--	--	--

W obecnym brzmieniu parametru, Zamawiający nie uwzględnia zewnętrznych wymiarów detektora. Duża powierzchnia części akwizycyjnej ma niewątpliwe zalety. Jednak staje się nie przydatna, gdy ogranicza manewrowalność urządzenia i możliwość ustawienia do niektórych kątów zwłaszcza w projekcji CRA/CAUD. W związku z powyższym wnosimy o wprowadzenie dodatkowych precyzujących punktów:

66a	Wymiar zewnętrzny obudowy detektora wraz systemem antykolizyjnym w osi wzdłużnej stołu dla statywu umieszczonego za głową pacjenta	Tak, podać Max 70,0 cm Punktacja: Warunek minimum - 0 pkt. Wartość maksymalna - 5 pkt. Pozostałe proporcjonalnie.	
66b	Wymiar zewnętrzny obudowy detektora wraz systemem antykolizyjnym w osi poprzecznej stołu dla statywu umieszczonego za głową pacjenta	Tak, podać Max 70,0 cm Punktacja: Warunek minimum - 0 pkt. Wartość maksymalna - 5 pkt. Pozostałe proporcjonalnie.	

75. Dotyczy pkt 10 Załącznika nr 5 do SWZ Wymagane i oferowane parametry techniczne systemu angiograficznego z wyposażeniem o brzmieniu:

10	Integracja oferowanego urządzenia z systemem PACS/RIS oraz HIS. Zamawiający posiada aktywne licencje (wykorzystane z obecnego urządzenia) – po stronie Wykonawcy koszty związane z usługami serwisowymi (rekonfiguracja, testowanie połączeń, itp.).	Tak	
----	--	-----	--



W pkt 5.6 SWZ Zamawiający zawarł informację:

5.6. SWZ Zamawiający zwrócił się do producenta używanego przez Zamawiającego oprogramowania firmy Synektik S.A. o przesłanie wyceny w zakresie wykonania integracji oferowanego urządzenia z systemem PACS/RIS oraz HIS tj. w zakresie wykonania usług serwisowych (rekonfiguracja, testowanie połączeń, itp.), o której mowa w pkt.10 Załącznika Nr 5 do SWZ. Zamawiający informuje, że oferta otrzymana w dniu 24.04.2023r. od przedstawiciela Synektik S.A. została wyceniona na kwotę 7 995,00 zł brutto, 6 500,00 zł netto. Wykonawca zobowiązany jest zamówić w/w integrację u producenta oprogramowania - a cenę wliczyć do wartości składanej oferty. Prosimy o potwierdzenie, że oferta będzie ważna (aktualna) na dzień podpisania umowy, oraz że uzyskane warunki są obowiązujące dla potencjalnych wykonawców.

76. Czy Zamawiający utrzymuje założenia zawarte w udostępnionych obliczeniach osłon stałych tj. ilość i zakres wykonywanych zabiegów?
77. Czy Zamawiający potwierdzi, że udostępni pomieszczenia przewidziane do wykonania zamówienia w dniu podpisania umowy? W przypadku negatywnej odpowiedzi wnosimy o potwierdzenie, że termin realizacji będzie liczony od dnia przekazania pomieszczeń i urządzenia do demontażu.
78. Czy Zamawiający potwierdzi, że szkolenia wymienione w pkt 24.3 SWZ tj: „(...)potwierdzone certyfikatami co najmniej 20 godzinne szkolenie specjalistyczne dla lekarzy i techników z zakresu aplikacji – po protokolarnym odbiorze uruchomionego systemu angiograficznego, w terminie do 30 dni od daty przesłania Wykonawcy przez Zamawiającego drogą mailową informacji o uzyskaniu przez Zamawiającego wszystkich wymaganych przepisami prawa decyzji wydanych przez WSSE w Krakowie zezwalających na uruchomienie Pracowni Rentgenodiagnostyki oraz systemu angiograficznego, jak również zatwierdzających projekt osłon stałych ochrony radiologicznej.” Nie będą wliczone do terminu realizacji i nie będą miały wpływu na płatność Zamawiającego? Czy Zamawiający potwierdzi, że w ramach wymaganych decyzji będzie wymagał wszystkich niezbędnych dokumentów wymaganych do poprawnego złożenia wniosku do WSSE?
79. **Dotyczy pkt 13.13.3 oraz 13.14.1 SWZ o brzmieniu:**
13.13.3. Zdjęcia (fotografii) przedmiotu zamówienia na potwierdzenie spełniania przez oferowany przedmiot zamówienia parametrów określonych w pkt. 7 Załącznika Nr 5 do SWZ tylko w zakresie stołu angiograficznego.
13.14.1. Zdjęcia (fotografii) przedmiotu zamówienia na potwierdzenie spełniania przez oferowany przedmiot zamówienia parametrów określonych w pkt. 11 Załącznika Nr 5 do SWZ.
Czy zamawiający dopuści zdjęcia reklamowe z folderów a nie rzeczywistej instalacji? Czy zamawiający dopuścicie dowody w postaci kilku zdjęć (nie przedstawiających wszystkich elementów na jednym zdjęciu)? Wskazane elementy systemu są zainstalowane w różnych miejscach (Sali badań, maszynowni, sterowni) – dlatego nie możliwe jest ujęcie tych elementów na jednym zdjęciu.
80. Czy Zamawiający dopuści materiały autoryzowanego dystrybutora na terenie polski oraz oświadczenie autoryzowanego dystrybutora na potwierdzenie parametrów nie zawartych w ulotkach, katalogach?
81. Uprzejmie prosimy o podanie stawki VAT dla integracji PACS/RIS oraz dla szkoleń.
82. Czy Zamawiający oczekuje wykonania instalacji gazów medycznych? Jakich? W jakim zakresie? Prosimy o podanie stawki VAT na gazy i instalacji medyczne jeżeli są wymagane?
83. W formularzu cenowym ujęty jest wyłącznie demontaż starego systemu angiografu, adaptacja wymienione w załączniku 5 nie jest tam uwzględniona, uprzejmie prosimy o ujęcie adaptacji pomieszczeń ma być w pkt. 1 załącznika nr 1.
84. Prosimy o wyłączenie szkoleń z terminu wykonania zamówienia, I czy mają wpływ na płatność? 24.3 Płatność może być po odbiorach.
85. Prosimy o potwierdzenie, że demontaż będzie możliwy od momentu odebrania pomieszczeń do realizacji.
86. Prosimy o potwierdzenie, że bieg terminu odbioru pomieszczeń nie wlicza się w termin wykonania zamówienia.
87. Uprzejmie prosimy o opublikowanie pełnej treści umowy.
88. **Dotyczy SWZ Rozdział 24 ust. 24.7 - projektowane postanowienia umowy:** *Prace adaptacyjne przeprowadzone w Pracowni Hemodynamiki i Elektrofizjologii nie mogą pogorszyć stanu obecnego sąsiednich pomieszczeń, ani zakłócać funkcjonowania sąsiednich obiektów Szpitala. Po przeprowadzeniu prac adaptacyjnych Wykonawca zobligowany jest do przekazania pomieszczeń*



Pracowni Hemodynamiki i Elektrofizjologii w stanie umożliwiającym podjęcie działalności. Wnosimy o dookreślenie na czym konkretnie mają polegać prace adaptacyjne ponieważ nie zostały one szczegółowo opisane w SWZ. Zwracamy uwagę, że zgodnie z art. 99 ust. 1 PZP przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

89. **Dotyczy SWZ Rozdział 24 ust. 24.17 lit a) - projektowane postanowienia umowy:** *Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości: 5 % wartości brutto przedmiotu umowy - w przypadku dostawy niezgodnej z wymaganymi i określonymi w Załączniku do umowy parametrami technicznymi oraz uchybień w zakresie jakości. Wnosimy o modyfikację zapisu i obniżenie kary umownej do 2% wartości brutto przedmiotu umowy. Kara umowna powinna mieć charakter dyscyplinujący Wykonawcę do należytego wykonania zamówienia i nie powinna być rażąco wygórowana.*

90. **Dotyczy SWZ Rozdział 24 ust. 24.14 - projektowane postanowienia umowy:**

W ramach uprawnień z rękoi za wady Zamawiającemu przysługuje według własnego wyboru prawo do:

a) żądania wymiany przez Wykonawcę urządzenia, wadliwego elementu, podzespołu, modułu, zespołu na nowy wolny od wad oraz o tożsamy parametrach, na wyłączny koszt Wykonawcy w terminie, o którym mowa w pkt.24.13. SWZ lub w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

b) żądania usunięcia wady, usterki i awarii na wyłączny koszt Wykonawcy i w terminie, o którym mowa w pkt.24.13. SWZ lub w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

c) żądania od Wykonawcy demontażu i ponownego zamontowania wadliwego urządzenia, elementu, podzespołu, modułu, zespołu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięcia wady, na wyłączny koszt Wykonawcy w terminie, o którym mowa w pkt.24.13. SWZ lub w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Wnosimy o modyfikację zapisu i dopuszczenie w pierwszej kolejności możliwości naprawy danego elementu, podzespołu lub modułu, oraz wykreślenie swobodnego wyboru rozwiązania kwestii gwarancyjnych przez Zamawiającego. Rozwiązanie zaproponowane przez Zamawiającego może być nieuzasadnione w przypadku, gdy wystarczająca będzie naprawa danego elementu. Powyższe może prowadzić również do tego, że wykonawcy będą musieli kalkulować wyższe ceny oferty biorąc pod uwagę, iż Zamawiający będzie dążył w przypadku awarii do wymiany danych elementów na nowe.

91. **Dotyczy SWZ Rozdział 24 ust. 24.18 - projektowane postanowienia umowy:** *Za każdy dzień przestoju systemu angiograficznego powyżej 10 dni roboczych w okresie rękoi i gwarancji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000,00 zł. Zapłata ta nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca, w którym nastąpiło dokonanie naprawy, usunięcie wad i usterek.*

Wnosimy o modyfikację zapisu poprzez wskazanie, że kara umowna będzie naliczana wyłącznie w wyniku zwłoki Wykonawcy. W innym wypadku powyższy zapis byłby sprzeczny z przepisami PZP tj. art. 433 pkt 1, zgodnie z którym projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie, chyba że jest to uzasadnione okolicznościami lub zakresem zamówienia.

92. **Dotyczy SWZ Rozdział 24 ust. 24.19 - projektowane postanowienia umowy:** *Łączna maksymalna wysokość kar umownych, o których mowa w pkt.24.17. i 24.18 SWZ nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia umownego brutto.*

Maksymalna wysokość kary umownej jest rażąco wygórowana – w praktyce dopuszcza się maksymalną karę umową nie większą niż 20% łącznego wynagrodzenia. Wnosimy o korektę.

93. **Dotyczy SWZ Rozdział 24 ust. 24.27 - projektowane postanowienia umowy:**

Zamawiający zastrzeżę sobie prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie od umowy w następujących sytuacjach:

a) w przypadku upływu terminu wyznaczonego na realizację umowy,

b) gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z wymaganiami SWZ, umową lub wymaganiami Zamawiającego, bez konieczności jego wezwania przez Zamawiającego do należytego realizowania umowy,

c) jeżeli Wykonawca nie usunie wad przedstawionego do odbioru przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego



Wnosimy o potwierdzenie, że uprawnienie Zamawiającego do odstąpienia będzie możliwe wyłącznie w wyniku zwłoki Wykonawcy. W innym wypadku powyższy zapis byłby sprzeczny z przepisami PZP tj. art. 433 pkt 1, zgodnie z którym projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie, chyba że jest to uzasadnione okolicznościami lub zakresem zamówienia oraz art. 433 pkt 3 PZP, zgodnie z którym postanowienia umowy nie mogą przewidywać odpowiedzialności wykonawcy za okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi zamawiający. Jednocześnie w zakresie uprawnienia do odstąpienia od umowy w przypadku upływu terminu wyznaczonego na realizację wnosimy o modyfikację, że Zamawiający wyznaczy dodatkowy termin do wykonania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od umowy.

94. Dotyczy SWZ Rozdział 24 ust. 24.30 - projektowane postanowienia umowy:

Wykonawca zobowiązuje się do zachowania tajemnicy w odniesieniu do wszelkich informacji technicznych, handlowych i innych informacji, know-how oraz wszelkich danych uzyskanych w związku z realizacją przedmiotu umowy tj. niekopiowania, niepowielania, niewykorzystywania danych udostępnionych na nośnikach papierowych lub elektronicznych dla własnych celów oraz dla osiągnięcia jakichkolwiek korzyści majątkowych lub osobistych, nieprzekazywania w formie ustnej ani elektronicznej danych i informacji stronom i osobom trzecim, nieudostępniania w jakiejkolwiek formie, nawet do wglądu, dokumentów i danych posiadanych w związku z realizowaną umową, niezależnie od rodzaju nośnika, na którym są przechowywane. Naruszenie tajemnicy przez Wykonawcę lub jego Podwykonawców w odniesieniu do wyżej wymienionych danych i informacji stanowić będzie podstawę do poniesienia odpowiedzialności na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

Wnosimy o określenie okresu obowiązywania powyższej klauzuli.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad 1.

Zamawiający, działając na podstawie art.137 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. poz.1710 z póź. zm.), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/w Załączniku Nr 5 do SWZ dodaje pkt. 131 w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne” o treści:

„Wykonawca najpóźniej w ostatnim dniu okresu gwarancji udostępni Zamawiającemu bezterminowo i bezpłatnie kody serwisowe umożliwiające wykonanie przeglądów okresowych, napraw i wymian części zamiennych i/lub podzespołów lub na stałe odblokuje urządzenie w tym zakresie, lub udostępni bezpłatnie powyższe kody (to znaczy umożliwiające wykonanie przeglądów okresowych, napraw i wymian części zamiennych i/lub podzespołów) na ograniczony czas na każde życzenie Zamawiającego.“

2/w Załączniku Nr 5 do SWZ dodaje pkt.131 w kolumnie „Warunek graniczny. Punktacja w kryterium „Parametry techniczne” o treści:

„Tak”

Ad 2.

Zamawiający informuje, iż wymaga, aby dostarczone urządzenia mieściły się w architekturze wewnątrz, które Zamawiający posiada, bez konieczności wykonania robót budowlanych zmieniających układ istniejących pomieszczeń.

Ad 3.

Zamawiający informuje, iż obecnie istnieją dwie jednostki typu Split: jedna chłodząca maszynownię oraz druga chłodząca pomieszczenie operatorów. Trzecia jednostka znajduje się w sali zabiegowej (zamontowana dodatkowo - niesprawna). Zamawiający wymaga wymiany wszystkich trzech jednostek. Należy zamontować urządzenia dostosowane do schładzania pomieszczeń technicznych praca całoroczna w trybie chłodzenia.

Ad 4.

Zamawiający informuje, iż obecnie istniejące jednostki zewnętrzne zamontowane są na dachu budynku. Zamawiający wymaga zamontowania nowych jednostek zewnętrznych również na dachu budynku.

Ad.5.

Zamawiający informuje, iż obecnie istniejąca wentylacja w pomieszczeniach jest sprawna i spełnia wymogi obowiązujących przepisów.



Ad 6.

Zamawiający informuje, iż nie przewiduje jakichkolwiek modyfikacji istniejącej instalacji wentylacyjnej.

Ad 7.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z pkt.4.9 i pkt.5.5 SWZ Zamawiający przewidział możliwość sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego tj. dokumentacji technicznej pomieszczeń Pracowni Hemodynamiki i Elektrofizjologii.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż dokumentacja, o której mowa w pytaniu znajduje się do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Ad 8.

Zamawiający informuje, iż centrala wentylacyjna zlokalizowana jest na dachu budynku, natomiast wyrzutnia powietrza – bezpośrednio z centrali.

Ad 9.

Zamawiający informuje, iż aktualnie posiada instalację ciepła technologicznego i nie przewiduje zmian na elektryczną.

Ad 10.

Zamawiający informuje, iż parametry kabla zasilającego aktualne urządzenie są następujące:

- H07V-K 5x (1x70mm²)
- Długość kabla: około 23 mb.
- Zabezpieczenie: bezpieczniki 3x 63 A

Ad 11.

Zamawiający informuje, iż sieć logiczna zainstalowana w budynku, w którym zamontowany zostanie zaferowany system angiograficzny to: kable FTP, kategoria 6, producent LEONI.

Ad 12.

Zamawiający informuje, iż Punkt Dystrybucji Sieci Logicznej znajduje się około 30 m od adaptowanych pomieszczeń.

Ad 13.

Zamawiający informuje, iż lokalizacja serwera postprocessingowego przewidywana jest w maszynowni.

Ad 14. i Ad.15.

Zamawiający informuje, iż Punkt Dystrybucji na panelu i w urządzeniu aktywnym posiada aktualnie wykorzystywane przez obecny angiograf, 2 komputery oraz drukarkę 5 portów – jest to połączenie między Punktem Dystrybucji, a obecną Sterówką.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż nie planuje wykorzystywać dodatkowych portów w obecnych urządzeniach aktywnych oraz nie posiada dodatkowych wolnych kabli pomiędzy Punktem Dystrybucji, a Sterówką. W Punkcie Dystrybucji Zamawiający może przeznaczyć kolejne wolne miejsca U do zamontowania dodatkowego panelu oraz urządzenia aktywnego, jeżeli Wykonawca będzie potrzebował więcej portów. W tym celu należy także do wybranych miejsc doprowadzić dodatkowe kable FTP.

Ad 16.

Zamawiający informuje, iż stacja lekarska zlokalizowana jest w pomieszczeniu przylegającym do adaptowanych pomieszczeń – pomieszczenie nr 1.21. w miejscu wskazanym czerwoną strzałką na załączonym do pisma rzucie pomieszczeń.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w pomieszczeniu gdzie stoi stacja lekarska nie ma wolnych gniazd sieciowych. Istniejące 2 gniazda sieciowe są zajęte.

Ad 17.

Zamawiający informuje, iż:

- Rozdzielnica oświetlenia i gniazd – odległość od adaptowanych pomieszczeń: ok. 5 mb. – 30% miejsc wolnych,
- Rozdzielnica wentylacji i klimatyzacji – odległość ok.35 mb - 20% miejsc wolnych.

Ad.18.

Zamawiający informuje, iż:

- Rozdzielnica wentylacji i klimatyzacji – odległość ok.35 mb - 20% miejsc wolnych.

Ponadto Zamawiający informuje, iż nie przewiduje potrzeby wykonania oddzielnej rozdzielnic dla zasilania powyższych instalacji.

Ad 19.

Zamawiający informuje, iż nowe urządzenie Zamawiający przewiduje wpiąć w istniejące pole, z którego zasilane jest obecne urządzenie.

Ad 20.

Zamawiający informuje, iż posiada istniejące trasy kablowe, które będzie można wykorzystać.

Ad 21.

Zamawiający informuje, iż nie wymaga wymiany stolarki okiennej RTG.

Ad 22.

Zamawiający informuje, iż główne drzwi posiadają automatykę. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż nie wymaga automatyki do pozostałych drzwi.

Ad 23.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z pkt.4.9 i pkt.5.5 SWZ Zamawiający przewidział możliwość sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego tj. dokumentacji technicznej pomieszczeń Pracowni Hemodynamiki i Elektrofizjologii.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż dokumentacja, o której mowa w pytaniu znajduje się do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Ad 24.

Zamawiający informuje, iż nie oczekuje uzyskania pozwolenia na budowę.

Ad 25.

Zamawiający informuje, iż po stronie Zamawiającego jest uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami prawa decyzji wydanych przez WSSE w Krakowie zezwalających na uruchomienie Pracowni Rentgenodiagnostyki oraz systemu angiograficznego, jak również zatwierdzających projekt osłon stałych ochrony radiologicznej.

Ad 26.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z wymogiem Zamawiającego określonym w pkt.6.1 i pkt. 24.3. SWZ Zamawiający wymaga, aby termin wykonania zamówienia był następujący:

- jednorazowa dostawa, montaż i uruchomienie przedmiotu zamówienia, którego wymagane parametry techniczne określono w Załączniku Nr 5 do SWZ, demontaż i utylizacja systemu angiograficznego Artiss Zee Ceiling producent Siemens AG, potwierdzone certyfikatami co najmniej 10 godzinne szkolenie specjalistyczne z obsługi systemu angiograficznego dla lekarzy i techników oraz co najmniej 5 godzinne szkolenie specjalistyczne z wykonywania testów kontroli jakości na zaoferowanym systemie angiograficznym dla techników – do miesięcy od daty podpisania umowy (maksymalnie 4 m-ce),
- potwierdzone certyfikatami co najmniej 20 godzinne szkolenie specjalistyczne dla lekarzy i techników z zakresu aplikacji – po protokolarnym odbiorze uruchomionego systemu angiograficznego, w terminie do 30 dni od daty przesłania Wykonawcy przez Zamawiającego drogą mailową informacji o uzyskaniu przez Zamawiającego wszystkich wymaganych przepisami prawa decyzji wydanych przez WSSE w Krakowie zezwalających na uruchomienie Pracowni Rentgenodiagnostyki oraz systemu angiograficznego, jak również zatwierdzających projekt osłon stałych ochrony radiologicznej.

Ad 27.

Zamawiający informuje, iż nie przewiduje zmiany istniejącej instalacji gazów medycznych.

Ad 28.

Zamawiający informuje, iż wymaga dostosowania pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego do zainstalowania oferowanego systemu angiograficznego.

Ad 29.

Zamawiający informuje, iż nie wymaga, ale dopuszcza również zaoferowanie pulpitu sterowniczego ruchów statywu w sali zabiegowej, wykonanego w klasie szczelności min. IPX4.

Ad 30.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Ad 31., Ad 33., Ad 70, Ad 71, Ad 72. i Ad 73.

Zamawiający, działając na podstawie art.137 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. poz.1710 z póź. zm.), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/w Załączniku Nr 5 do SWZ w pkt.43 w kolumnie „Warunek graniczny. Punktacja w kryterium „Parametry techniczne” **zapis o treści:**



„Tak”

zmienia na zapis o treści:

„Tak, podać

Punktacja:

Materac inny niż termoplastyczny - 0 pkt.

Materac termoplastyczny - 2 pkt.”

2/w Załączniku Nr 5 do SWZ w pkt.56 w kolumnie „Warunek graniczny. Punktacja w kryterium

„Parametry techniczne” **zapis o treści:**

„Tak, podać

Min. 3000 kWh”

zmienia na zapis o treści:

„Tak, podać

Min. 3000 kWh

Punktacja:

Warunek minimum - 0 pkt .

Wartość maksymalna - 10 pkt.

Pozostałe proporcjonalnie.”

3/w Załączniku Nr 5 do SWZ w pkt.57 w kolumnie „Warunek graniczny. Punktacja w kryterium

„Parametry techniczne” **zapis o treści:**

„Tak, podać

Min. 2800 kWh”

zmienia na zapis o treści:

„Tak, podać

Min. 2800 kWh

Punktacja:

Warunek minimum - 0 pkt .

Wartość maksymalna - 10 pkt.

Pozostałe proporcjonalnie.”

4/w Załączniku Nr 5 do SWZ dodaje pkt.12a w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry

techniczne” **o treści:**

„Praca z dwóch stron stołu w pełnym zadeklarowanym zakresie bez konieczności obrotu stołu ani przesuwania blatu stołu (blat w jednej pozycji) z jednoczesną możliwością dostosowania położenia monitora do miejsca pracy operatora”

5/w Załączniku Nr 5 do SWZ dodaje pkt.12a w kolumnie „Warunek graniczny. Punktacja w kryterium

„Parametry techniczne” **o treści:**

„Tak/Nie

Punktacja:

Nie - 0 pkt.

Tak - 5 pkt.”

6/w Załączniku Nr 5 do SWZ dodaje pkt.12b w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry

techniczne” **o treści:**

„Pozycja parkingowa statywu (odjazd statywu do pozycji umożliwiającej nieograniczony dostęp do pacjenta na stole ze wszystkich stron) przy każdej pozycji blatu stołu”

7/w Załączniku Nr 5 do SWZ dodaje pkt.12b w kolumnie „Warunek graniczny. Punktacja w kryterium

„Parametry techniczne” **o treści:**

„Tak/Nie

Punktacja:

Nie - 0 pkt.

Tak - 5 pkt.”

8/w Załączniku Nr 5 do SWZ w pkt.14 w kolumnie „Warunek graniczny. Punktacja w kryterium

„Parametry techniczne” **zapis o treści:**

„Tak, podać

Min. 170 cm”

zmienia na zapis o treści:



„Tak, podać
Min. 170 cm
Punktacja:
Inne – 0 pkt.

Realizowany ruchem statywu – 5 pkt.”

9/w Załączniku Nr 5 do SWZ w pkt.26 w kolumnie „Warunek graniczny. Punktacja w kryterium „Parametry techniczne” **zapis o treści:**

„Tak, podać
Min. 40°/s”

zmienia na zapis o treści:

„Tak, podać
Min. 40°/s”

Punktacja:

Warunek minimum - 0 pkt .

Wartość maksymalna - 5 pkt.

Pozostałe proporcjonalnie.”

10/w Załączniku Nr 5 do SWZ dodaje pkt.49a w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne” **o treści:**

„Możliwość zapewnienia bezpieczeństwa bezprzerwowego kontynuowania zabiegu w przypadku uszkodzenia inwertera generatora – zapasowy inwerter z funkcją automatycznego przełączenia lub rozwiązanie równoważne zapewniające pełną w/w funkcjonalność”

11/w Załączniku Nr 5 do SWZ dodaje pkt.49a w kolumnie „Warunek graniczny. Punktacja w kryterium „Parametry techniczne” **o treści:**

„Tak/Nie

Punktacja:

Nie - 0 pkt.

Tak - 2 pkt.”

12/w Załączniku Nr 5 do SWZ dodaje pkt.65a w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne” **o treści:**

„Ułożyskowanie anody w łożysku „płynnym””

13/w Załączniku Nr 5 do SWZ dodaje pkt.65a w kolumnie „Warunek graniczny. Punktacja w kryterium „Parametry techniczne” **o treści:**

„Tak/Nie

Punktacja:

Nie - 0 pkt.

Tak - 3 pkt.”

14/w Załączniku Nr 5 do SWZ dodaje pkt.115a w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne” **o treści:**

„Prezentacja krzywych napływu i wypłukiwania kontrastu w wybranych punktach naczynia wskazanych na kolorowym obrazie różnicującym fazy min. parametrów:

– Time To Peak (TTP)

– Time To Peak Alpha (TTP α)

– Peak Height (PH)

– Area Under Curve (AUC)

– Time To Arrival (TTA)

– Time To Arrival Alpha (TTA α)

– Mean Transit Time (MTT)

– Mean Transit Time Alpha (MTT α)”

15/w Załączniku Nr 5 do SWZ dodaje pkt.115a w kolumnie „Warunek graniczny. Punktacja w kryterium „Parametry techniczne” **o treści:**

„Tak/Nie

Punktacja:

Nie - 0 pkt.



Tak - 5 pkt.”

16/w Załączniku Nr 5 do SWZ dodaje pkt.115b w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne” o treści:

„Możliwość zapewnienie bezpieczeństwa bezprzerwowego kontynuowania zabiegu w przypadku uszkodzenia jednego z dysków pamięci masowej – dyski HDD/SSD w systemie RAID lub rozwiązanie równoważne zapewniające pełną w/w funkcjonalność”

17/w Załączniku Nr 5 do SWZ dodaje pkt.115b w kolumnie „Warunek graniczny. Punktacja w kryterium „Parametry techniczne” o treści:

„Tak/Nie

Punktacja:

Nie - 0 pkt.

Tak - 2 pkt.”

18/w pkt.21.1.2. SWZ zapis o treści:

„21.1.2. Punktacja w kryterium „Parametry techniczne” zostanie obliczona ze wzoru:

$$P2 = 0,30 * (t_1 + t_2 + t_3 + t_4 + t_5 + t_6 + t_7 + t_8 + t_9 + t_{10}) * 100/55 \text{ pkt}$$

gdzie:

t₁ – punkty przyznane badanej ofercie w ocenianym w pozycji 11 Załącznika Nr 5 do SWZ parametrze

t₂ – punkty przyznane badanej ofercie w ocenianym w pozycji 15 Załącznika Nr 5 do SWZ parametrze

t₃ – punkty przyznane badanej ofercie w ocenianym w pozycji 17 Załącznika Nr 5 do SWZ parametrze

t₄ – punkty przyznane badanej ofercie w ocenianym w pozycji 24 Załącznika Nr 5 do SWZ parametrze

t₅ – punkty przyznane badanej ofercie w ocenianym w pozycji 25 Załącznika Nr 5 do SWZ parametrze

t₆ – punkty przyznane badanej ofercie w ocenianym w pozycji 32 Załącznika Nr 5 do SWZ parametrze

t₇ – punkty przyznane badanej ofercie w ocenianym w pozycji 33 Załącznika Nr 5 do SWZ parametrze

t₈ – punkty przyznane badanej ofercie w ocenianym w pozycji 39 Załącznika Nr 5 do SWZ parametrze

t₉ – punkty przyznane badanej ofercie w ocenianym w pozycji 66 Załącznika Nr 5 do SWZ parametrze

t₁₀ – punkty przyznane badanej ofercie w ocenianym w pozycji 80 Załącznika Nr 5 do SWZ parametrze

gdzie:

$$t_2 = \frac{\text{wart.param.zaofer.}}{\text{wart.param.max.}} * 5$$

$$t_3 = \frac{\text{wart.param.zaofer.}}{\text{wart.param.max.}} * 5$$

$$t_4 = \frac{\text{wart.param.zaofer.}}{\text{wart.param.max.}} * 5$$

$$t_5 = \frac{\text{wart.param.zaofer.}}{\text{wart.param.max.}} * 5$$

$$t_6 = \frac{\text{wart.param.zaofer.}}{\text{wart.param.max.}} * 5$$

$$t_7 = \frac{\text{wart.param.zaofer.}}{\text{wart.param.max.}} * 5$$

$$t_8 = \frac{\text{wart.param.zaofer.}}{\text{wart.param.max.}} * 5$$

gdzie:

wart. param. zaofer. – oznacza wartość parametru oferty badanej w pozycji 15, 17, 24, 25, 32, 33 i 39 Załącznika Nr 5 do SWZ

wart. param. max – oznacza maksymalną wartość parametru z wszystkich rozpatrywanych



ofert w pozycji 15, 17, 24, 25, 32, 33 i 39 Załącznika Nr 5 do SWZ

Punkty zostaną przyznane zgodnie z opisem zawartym w kolumnie „Warunek graniczny. Punktacja w kryterium „Parametry techniczne”” Załącznika Nr 5 do SWZ tj. :

- 1) w ocenianym w pozycji 11 Załącznika Nr 5 do SWZ parametrze oferta z zaoferowanym systemem angiograficznym posiadającym mocowanie statywu na podłodze uzyska 10 punktów ($t_1=10$), oferta z zaoferowanym systemem angiograficznym posiadającym mocowanie statywu na suficie uzyska 0 punktów ($t_1=0$).
- 2) w ocenianym w pozycji 15 Załącznika Nr 5 do SWZ parametrze oferta z maksymalną wartością zaoferowanego parametru uzyska 5 punktów, oferta z minimalną, określoną przez Zamawiającego graniczną wartością zaoferowanego parametru tj. obszar badania pacjenta bez konieczności przekładania / przesuwania go na stole w poprzek osi stołu dla projekcji referencyjnej CRAN/CAUD = 0^0 i LAO/RAO= 0^0 (cm) - 50 cm uzyska 0 punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie, zgodnie z wzorem określonym w pkt.21.1.2. SWZ dla „ t_2 ”, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, obliczonych wg zasad stosowanych w księgowości.
- 3) w ocenianym w pozycji 17 Załącznika Nr 5 do SWZ parametrze oferta z maksymalną wartością zaoferowanego parametru uzyska 5 punktów, oferta z minimalną, określoną przez Zamawiającego graniczną wartością zaoferowanego parametru tj. pionowy obrót ramienia zapewniający nieograniczony dostęp od strony głowy dla personelu i aparatury medycznej wykonywania ze statywem ustawionym z obu boków stołu pod kątem 89^0 liczonym od osi stołu w kierunku od głowy pacjenta, dla wszystkich ustawień statywu, w tym dla pionowego ustawienia układu lampa – detektor (LAO/RAO - 0^0 , CRAN/CAU - 0^0), realizowane wyłącznie ruchem statywu, bez konieczności obrotu bądź przesuwu stołu w celu zapewnienia możliwie dużej przestrzeni na ustawienie dodatkowej aparatury i pracę lekarzy i pielęgniarek uzyska 0 punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie, zgodnie z wzorem określonym w pkt.21.1.2. SWZ dla „ t_3 ”, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, obliczonych wg zasad stosowanych w księgowości.
- 4) w ocenianym w pozycji 24 Załącznika Nr 5 do SWZ parametrze oferta z maksymalną wartością zaoferowanego parametru uzyska 5 punktów, oferta z minimalną, określoną przez Zamawiającego graniczną wartością zaoferowanego parametru tj. maksymalna szybkość ruchów statywu [$^0/s$] w płaszczyźnie LAO/RAO w pozycji za głową pacjenta z wyłączeniem ruchów wykonywanych przy angiografii rotacyjnej - 15 $^0/s$ uzyska 0 punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie, zgodnie z wzorem określonym w pkt.21.1.2. SWZ dla „ t_4 ”, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, obliczonych wg zasad stosowanych w księgowości.
- 5) w ocenianym w pozycji 25 Załącznika Nr 5 do SWZ parametrze oferta z maksymalną wartością zaoferowanego parametru uzyska 5 punktów, oferta z minimalną, określoną przez Zamawiającego graniczną wartością zaoferowanego parametru tj. maksymalna szybkość ruchów statywu w [$^0/s$] w płaszczyźnie CRAN/CAUD z wyłączeniem ruchów wykonywanych przy angiografii rotacyjnej - 15 $^0/s$ uzyska 0 punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie, zgodnie z wzorem określonym w pkt.21.1.2. SWZ dla „ t_5 ”, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, obliczonych wg zasad stosowanych w księgowości.
- 6) w ocenianym w pozycji 32 Załącznika Nr 5 do SWZ parametrze oferta z maksymalną wartością zaoferowanego parametru uzyska 5 punktów, oferta z minimalną, określoną przez Zamawiającego graniczną wartością zaoferowanego parametru tj. przesuw wzdłużny płyty pacjenta [cm] – 120 cm uzyska 0 punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie, zgodnie z wzorem określonym w pkt.21.1.2. SWZ dla „ t_6 ”, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, obliczonych wg zasad stosowanych w księgowości.
- 7) w ocenianym w pozycji 33 Załącznika Nr 5 do SWZ parametrze oferta z maksymalną wartością zaoferowanego parametru uzyska 5 punktów, oferta z minimalną, określoną przez Zamawiającego graniczną wartością zaoferowanego parametru tj. przesuw poprzeczny płyty pacjenta w każdym z dwóch kierunków niezależnie [cm] - 14 cm uzyska 0 punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie, zgodnie z wzorem określonym w pkt.21.1.2. dla „ t_7 ” w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, obliczonych wg zasad stosowanych w księgowości.
- 8) w ocenianym w pozycji 39 Załącznika Nr 5 do SWZ parametrze oferta z maksymalną wartością zaoferowanego parametru uzyska 5 punktów, oferta z minimalną, określoną przez Zamawiającego



graniczną wartością zaoferowanego parametru tj. dopuszczalne obciążenie stołu [kg] – 200 kg uzyska 0 punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie, zgodnie z wzorem określonym w pkt.21.1.2. SWZ dla „t₈”, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, obliczonych wg zasad stosowanych w księgowości.

- 9) w ocenianym w pozycji 66 Załącznika Nr 5 do SWZ parametrze oferta z zaoferowanym płaskim detektorem cyfrowym o wymiarach 40x40 [cm] uzyska 5 punktów (t₉=5), oferta z zaoferowanym płaskim detektorem cyfrowym o wymiarach 30x40 [cm] uzyska 0 punktów (t₉=0).
- 10) w ocenianym w pozycji 80 Załącznika Nr 5 do SWZ parametrze oferta z zaoferowaną maksymalną wartością minimalnej skopii ≤ 2 impuls / sek. uzyska 5 punktów (t₁₀=5), oferta z zaoferowaną maksymalną wartością minimalnej skopii >2 i ≤ 4 impuls / sek. uzyska 0 punktów (t₁₀=0).

Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać w tym kryterium z uwzględnieniem wagi kryterium wynosi 30.”

zmienia na zapis o treści:

„21.1.2. Punktacja w kryterium „Parametry techniczne” zostanie obliczona ze wzoru:

$P2 = 0,30 * (t_1 + t_2 + t_3 + t_4 + t_5 + t_6 + t_7 + t_8 + t_9 + t_{10} + t_{11} + t_{12} + t_{13} + t_{14} + t_{15} + t_{16} + t_{17} + t_{18} + t_{19} + t_{20} + t_{21}) * 100 / 109$ pkt

gdzie:

t₁ – punkty przyznane badanej ofercie w ocenianym w pozycji 11 Załącznika Nr 5 do SWZ parametrze

t₂ – punkty przyznane badanej ofercie w ocenianym w pozycji 15 Załącznika Nr 5 do SWZ parametrze

t₃ – punkty przyznane badanej ofercie w ocenianym w pozycji 17 Załącznika Nr 5 do SWZ parametrze

t₄ – punkty przyznane badanej ofercie w ocenianym w pozycji 24 Załącznika Nr 5 do SWZ parametrze

t₅ – punkty przyznane badanej ofercie w ocenianym w pozycji 25 Załącznika Nr 5 do SWZ parametrze

t₆ – punkty przyznane badanej ofercie w ocenianym w pozycji 32 Załącznika Nr 5 do SWZ parametrze

t₇ – punkty przyznane badanej ofercie w ocenianym w pozycji 33 Załącznika Nr 5 do SWZ parametrze

t₈ – punkty przyznane badanej ofercie w ocenianym w pozycji 39 Załącznika Nr 5 do SWZ parametrze

t₉ – punkty przyznane badanej ofercie w ocenianym w pozycji 66 Załącznika Nr 5 do SWZ parametrze

t₁₀ – punkty przyznane badanej ofercie w ocenianym w pozycji 80 Załącznika Nr 5 do SWZ parametrze

t₁₁ – punkty przyznane badanej ofercie w ocenianym w pozycji 12a Załącznika Nr 5 do SWZ parametrze

t₁₂ – punkty przyznane badanej ofercie w ocenianym w pozycji 12b Załącznika Nr 5 do SWZ parametrze

t₁₃ – punkty przyznane badanej ofercie w ocenianym w pozycji 14 Załącznika Nr 5 do SWZ parametrze

t₁₄ – punkty przyznane badanej ofercie w ocenianym w pozycji 26 Załącznika Nr 5 do SWZ parametrze

t₁₅ – punkty przyznane badanej ofercie w ocenianym w pozycji 43 Załącznika Nr 5 do SWZ parametrze

t₁₆ – punkty przyznane badanej ofercie w ocenianym w pozycji 49a Załącznika Nr 5 do SWZ parametrze

t₁₇ – punkty przyznane badanej ofercie w ocenianym w pozycji 56 Załącznika Nr 5 do SWZ parametrze

t₁₈ – punkty przyznane badanej ofercie w ocenianym w pozycji 57 Załącznika Nr 5 do SWZ parametrze

t₁₉ – punkty przyznane badanej ofercie w ocenianym w pozycji 65a Załącznika Nr 5 do SWZ parametrze

t₂₀ – punkty przyznane badanej ofercie w ocenianym w pozycji 115a Załącznika Nr 5 do SWZ parametrze

t₂₁ – punkty przyznane badanej ofercie w ocenianym w pozycji 115b Załącznika Nr 5 do SWZ parametrze

gdzie:

$$t_2 = \frac{\text{wart. param. zaofer.}}{\text{wart. param. max.}} * 5$$

$$t_3 = \frac{\text{wart. param. zaofer.}}{\text{wart. param. max.}} * 5$$

$$t_4 = \frac{\text{wart. param. zaofer.}}{\text{wart. param. max.}} * 5$$

$$t_5 = \frac{\text{wart. param. zaofer.}}{\text{wart. param. max.}} * 5$$



$$t_6 = \frac{\text{wart. param. zaofer.}}{\text{wart. param. max.}} * 5$$

$$t_7 = \frac{\text{wart. param. zaofer.}}{\text{wart. param. max.}} * 5$$

$$t_8 = \frac{\text{wart. param. zaofer.}}{\text{wart. param. max.}} * 5$$

$$t_{14} = \frac{\text{wart. param. zaofer.}}{\text{wart. param. max.}} * 5$$

$$t_{17} = \frac{\text{wart. param. zaofer.}}{\text{wart. param. max.}} * 10$$

$$t_{18} = \frac{\text{wart. param. zaofer.}}{\text{wart. param. max.}} * 10$$

gdzie:

wart. param. zaofer. – oznacza wartość parametru oferty badanej w pozycji 15, 17, 24, 25, 26, 32, 33, 39, 56 i 57 Załącznika Nr 5 do SWZ

wart. param. max – oznacza maksymalną wartość parametru z wszystkich rozpatrywanych ofert w pozycji 15, 17, 24, 25, 26, 32, 33, 39, 56 i 57 Załącznika Nr 5 do SWZ

Punkty zostaną przyznane zgodnie z opisem zawartym w kolumnie „Warunek graniczny. Punktacja w kryterium „Parametry techniczne” Załącznika Nr 5 do SWZ tj. :

- 1) w ocenianym w pozycji 11 Załącznika Nr 5 do SWZ parametrze oferta z zaoferowanym systemem angiograficznym posiadającym mocowanie statywu na podłodze uzyska 10 punktów ($t_1=10$), oferta z zaoferowanym systemem angiograficznym posiadającym mocowanie statywu na suficie uzyska 0 punktów ($t_1=0$).
- 2) w ocenianym w pozycji 15 Załącznika Nr 5 do SWZ parametrze oferta z maksymalną wartością zaoferowanego parametru uzyska 5 punktów, oferta z minimalną, określoną przez Zamawiającego graniczną wartością zaoferowanego parametru tj. obszar badania pacjenta bez konieczności przekładania / przesuwania go na stole w poprzek osi stołu dla projekcji referencyjnej CRAN/CAUD = 0^0 i LAO/RAO= 0^0 (cm) - 50 cm uzyska 0 punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie, zgodnie z wzorem określonym w pkt.21.1.2. SWZ dla „ t_2 ”, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, obliczonych wg zasad stosowanych w księgowości.
- 3) w ocenianym w pozycji 17 Załącznika Nr 5 do SWZ parametrze oferta z maksymalną wartością zaoferowanego parametru uzyska 5 punktów, oferta z minimalną, określoną przez Zamawiającego graniczną wartością zaoferowanego parametru tj. pionowy obrót ramienia zapewniający nieograniczony dostęp od strony głowy dla personelu i aparatury medycznej wykonywania ze statywem ustawionym z obu boków stołu pod kątem 89^0 liczonym od osi stołu w kierunku od głowy pacjenta, dla wszystkich ustawień statywu, w tym dla pionowego ustawienia układu lampa – detektor (LAO/RAO - 0^0 , CRAN/CAU - 0^0), realizowane wyłącznie ruchem statywu, bez konieczności obrotu bądź przesuwu stołu w celu zapewnienia możliwie dużej przestrzeni na ustawienie dodatkowej aparatury i pracę lekarzy i pielęgniarek uzyska 0 punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie, zgodnie z wzorem określonym w pkt.21.1.2. SWZ dla „ t_3 ”, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, obliczonych wg zasad stosowanych w księgowości.
- 4) w ocenianym w pozycji 24 Załącznika Nr 5 do SWZ parametrze oferta z maksymalną wartością zaoferowanego parametru uzyska 5 punktów, oferta z minimalną, określoną przez Zamawiającego graniczną wartością zaoferowanego parametru tj. maksymalna szybkość ruchów statywu [$^0/s$] w płaszczyźnie LAO/RAO w pozycji za głową pacjenta z wyłączeniem ruchów wykonywanych przy angiografii rotacyjnej - 15 $^0/s$ uzyska 0 punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie, zgodnie z wzorem określonym w pkt.21.1.2. SWZ dla „ t_4 ”, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, obliczonych wg zasad stosowanych w księgowości.
- 5) w ocenianym w pozycji 25 Załącznika Nr 5 do SWZ parametrze oferta z maksymalną wartością zaoferowanego parametru uzyska 5 punktów, oferta z minimalną, określoną przez Zamawiającego



- graniczną wartością zaoferowanego parametru tj. maksymalna szybkość ruchów statywu w [$^{\circ}$ /s] w płaszczyźnie CRAN/CAUD z wyłączeniem ruchów wykonywanych przy angiografii rotacyjnej - 15 $^{\circ}$ /s uzyska 0 punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie, zgodnie z wzorem określonym w pkt.21.1.2. SWZ dla „t₅”, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, obliczonych wg zasad stosowanych w księgowości.
- 6) w ocenianym w pozycji 32 Załącznika Nr 5 do SWZ parametrze oferta z maksymalną wartością zaoferowanego parametru uzyska 5 punktów, oferta z minimalną, określoną przez Zamawiającego graniczną wartością zaoferowanego parametru tj. przesuw wzdłużny płyty pacjenta [cm] – 120 cm uzyska 0 punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie, zgodnie z wzorem określonym w pkt.21.1.2. SWZ dla „t₆”, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, obliczonych wg zasad stosowanych w księgowości.
 - 7) w ocenianym w pozycji 33 Załącznika Nr 5 do SWZ parametrze oferta z maksymalną wartością zaoferowanego parametru uzyska 5 punktów, oferta z minimalną, określoną przez Zamawiającego graniczną wartością zaoferowanego parametru tj. przesuw poprzeczny płyty pacjenta w każdym z dwóch kierunków niezależnie [cm] - 14 cm uzyska 0 punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie, zgodnie z wzorem określonym w pkt.21.1.2. dla „t₇” w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, obliczonych wg zasad stosowanych w księgowości.
 - 8) w ocenianym w pozycji 39 Załącznika Nr 5 do SWZ parametrze oferta z maksymalną wartością zaoferowanego parametru uzyska 5 punktów, oferta z minimalną, określoną przez Zamawiającego graniczną wartością zaoferowanego parametru tj. dopuszczalne obciążenie stołu [kg] – 200 kg uzyska 0 punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie, zgodnie z wzorem określonym w pkt.21.1.2. SWZ dla „t₈”, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, obliczonych wg zasad stosowanych w księgowości.
 - 9) w ocenianym w pozycji 66 Załącznika Nr 5 do SWZ parametrze oferta z zaoferowanym płaskim detektorem cyfrowym o wymiarach 40x40 [cm] uzyska 5 punktów (t₉=5), oferta z zaoferowanym płaskim detektorem cyfrowym o wymiarach 30x40 [cm] uzyska 0 punktów (t₉=0).
 - 10) w ocenianym w pozycji 80 Załącznika Nr 5 do SWZ parametrze oferta z zaoferowaną maksymalną wartością minimalnej skopii ≤ 2 impuls / sek. uzyska 5 punktów (t₁₀=5), oferta z zaoferowaną maksymalną wartością minimalnej skopii >2 i ≤ 4 impuls / sek. uzyska 0 punktów (t₁₀=0).
 - 11) w ocenianym w pozycji 12a Załącznika Nr 5 do SWZ parametrze oferta z zaoferowaną opisaną w pozycji 12a w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne” Załącznika Nr 5 do SWZ funkcjonalnością uzyska 5 punktów (t₁₁=5), oferta, w której nie zaoferowano opisaną w pozycji 12a w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne” Załącznika Nr 5 do SWZ funkcjonalności uzyska 0 punktów (t₁₁=0).
 - 12) w ocenianym w pozycji 12b Załącznika Nr 5 do SWZ parametrze oferta z zaoferowaną opisaną w pozycji 12b w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne” Załącznika Nr 5 do SWZ funkcjonalnością uzyska 5 punktów (t₁₂=5), oferta, w której nie zaoferowano opisaną w pozycji 12b w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne” Załącznika Nr 5 do SWZ funkcjonalności uzyska 0 punktów (t₁₂=0).
 - 13) w ocenianym w pozycji 14 Załącznika Nr 5 do SWZ parametrze oferta z zaoferowanym obszarem badania pacjenta realizowanym ruchem statywu uzyska 5 punktów (t₁₃=5), oferta z zaoferowanym obszarem badania pacjenta realizowanym w inny sposób uzyska 0 punktów (t₁₃=0).
 - 14) w ocenianym w pozycji 26 Załącznika Nr 5 do SWZ parametrze oferta z maksymalną wartością zaoferowanego parametru uzyska 5 punktów, oferta z minimalną, określoną przez Zamawiającego graniczną wartością zaoferowanego parametru tj. szybkość ruchów statywu przy wykonywaniu angiografii rotacyjnej 40 $^{\circ}$ /s uzyska 0 punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie, zgodnie z wzorem określonym w pkt.21.1.2. SWZ dla „t₁₄”, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, obliczonych wg zasad stosowanych w księgowości.
 - 15) w ocenianym w pozycji 43 Załącznika Nr 5 do SWZ parametrze oferta z zaoferowanym materacem termoplastycznym uzyska 2 punkty (t₁₅=2), oferta z zaoferowanym materacem innym niż termoplastyczny uzyska 0 punktów (t₁₅=0).
 - 16) w ocenianym w pozycji 49a Załącznika Nr 5 do SWZ parametrze oferta z zaoferowaną opisaną w pozycji 49a w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne” Załącznika Nr 5 do SWZ funkcjonalnością uzyska 2 punkty (t₁₆=2), oferta, w której nie zaoferowano opisaną w pozycji



- 49a w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne” Załącznika Nr 5 do SWZ funkcjonalności uzyska 0 punktów ($t_{16}=0$).
- 17) w ocenianym w pozycji 56 Załącznika Nr 5 do SWZ parametrze oferta z maksymalną wartością zaoferowanego parametru uzyska 10 punktów, oferta z minimalną, określoną przez Zamawiającego graniczną wartością zaoferowanego parametru tj. wymagana rzeczywista pojemność cieplna anody dobrana tak aby zapewnić bezprzerwowe wykonywanie wymaganych procedur medycznych 3000 kHU uzyska 0 punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie, zgodnie z wzorem określonym w pkt.21.1.2. SWZ dla „ t_{17} ”, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, obliczonych wg zasad stosowanych w księgowości.
- 18) w ocenianym w pozycji 57 Załącznika Nr 5 do SWZ parametrze oferta z maksymalną wartością zaoferowanego parametru uzyska 10 punktów, oferta z minimalną, określoną przez Zamawiającego graniczną wartością zaoferowanego parametru tj. wymagana rzeczywista pojemność cieplna kołpaka dobrana tak aby zapewnić bezprzerwowe wykonywanie wymaganych procedur medycznych 2800 kHU uzyska 0 punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie, zgodnie z wzorem określonym w pkt.21.1.2. SWZ dla „ t_{18} ”, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, obliczonych wg zasad stosowanych w księgowości.
- 19) w ocenianym w pozycji 65a Załącznika Nr 5 do SWZ parametrze oferta z zaoferowanym ułożyskowaniem anody w łożysku „płynnym” uzyska 3 punkty ($t_{19}=3$), oferta w której nie zaoferowano ułożyskowania anody w łożysku „płynnym” uzyska 0 punktów ($t_{19}=0$).
- 20) w ocenianym w pozycji 115a Załącznika Nr 5 do SWZ parametrze oferta z zaoferowaną opisaną w pozycji 115a w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne” Załącznika Nr 5 do SWZ funkcjonalnością uzyska 5 punktów ($t_{20}=5$), oferta, w której nie zaoferowano opisaną w pozycji 115a w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne” Załącznika Nr 5 do SWZ funkcjonalności uzyska 0 punktów ($t_{20}=0$).
- 21) w ocenianym w pozycji 115b Załącznika Nr 5 do SWZ parametrze oferta z zaoferowaną opisaną w pozycji 115b w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne” Załącznika Nr 5 do SWZ funkcjonalnością uzyska 2 punkty ($t_{21}=2$), oferta, w której nie zaoferowano opisaną w pozycji 115b w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne” Załącznika Nr 5 do SWZ funkcjonalności uzyska 0 punktów ($t_{21}=0$).

Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać w tym kryterium z uwzględnieniem wagi kryterium wynosi 30.”

Ad 32.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Ad 34.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Ad 35.

Zamawiający informuje, iż po stronie Zamawiającego jest uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami prawa decyzji wydanych przez WSSE w Krakowie zezwalających na uruchomienie Pracowni Rentgenodiagnostyki oraz systemu angiograficznego, jak również zatwierdzających projekt osłon stałych ochrony radiologicznej.

Ad 36.

Zamawiający informuje, iż przedmiot zamówienia nie obejmuje wyposażenia meblowego do pracowni.

Ad 37.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z pkt.4.9 i pkt.5.5 SWZ Zamawiający przewidział możliwość sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego tj. dokumentacji technicznej pomieszczeń Pracowni Hemodynamiki i Elektrofizjologii.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż dokumentacja, o której mowa w pytaniu znajduje się do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Ad 38.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z pkt.4.9 i pkt.5.5 SWZ Zamawiający przewidział możliwość sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego tj. dokumentacji technicznej pomieszczeń Pracowni Hemodynamiki i Elektrofizjologii.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż dokumentacja, o której mowa w pytaniu znajduje się do wglądu w siedzibie Zamawiającego.



Ad 39.

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza prowadzenia okablowania aparatu na ścianach sali zabiegowej natynkowo w korytkach instalacyjnych.

Ad 40.

Zamawiający informuje, iż w wyjątkowych sytuacjach, jeżeli inne rozwiązanie prowadzenia okablowania będzie niemożliwe dopuszczalna będzie tylko miejscowa naprawa wykładziny ściennej w miejscu wykonanych instalacji, pod warunkiem doprowadzenia ścian do stanu przed montażem systemu angiograficznego (dotyczy zastosowanych materiałów i technologii).

Ad 41.

Zamawiający informuje, iż nie wymaga wymiany stolarki okiennej RTG.

Ad 42.

Zamawiający informuje, iż obecnie istnieją dwie jednostki typu Split: jedna chłodząca maszynownię oraz druga chłodząca pomieszczenie operatorów. Trzecia jednostka znajduje się w sali zabiegowej (zamontowana dodatkowo - niesprawna). Zamawiający wymaga wymiany wszystkich trzech jednostek. Należy zamontować urządzenia dostosowane do schładzania pomieszczeń technicznych praca całoroczna w trybie chłodzenia.

Ad 43.

Zamawiający informuje, iż obecnie istniejąca wentylacja w pomieszczeniach jest sprawna i spełnia wymogi obowiązujących przepisów.

Ad 44.

Zamawiający informuje, iż nie przewiduje jakichkolwiek modyfikacji istniejącej instalacji wentylacyjnej.

Ad 45.

Zamawiający informuje, iż przewiduje tylko wykonanie drobnych przeróbek celem dostosowania kanałów do nowego aparatu.

Ad 46.

Zamawiający informuje, iż obecnie istnieją dwie jednostki typu Split: jedna chłodząca maszynownię oraz druga chłodząca pomieszczenie operatorów. Trzecia jednostka znajduje się w sali zabiegowej (zamontowana dodatkowo - niesprawna). Zamawiający wymaga wymiany wszystkich trzech jednostek. Należy zamontować urządzenia dostosowane do schładzania pomieszczeń technicznych praca całoroczna w trybie chłodzenia.

Ad 47.

Zamawiający informuje, iż obecnie istnieją dwie jednostki typu Split: jedna chłodząca maszynownię oraz druga chłodząca pomieszczenie operatorów. Trzecia jednostka znajduje się w sali zabiegowej (zamontowana dodatkowo - niesprawna). Zamawiający wymaga wymiany wszystkich trzech jednostek. Należy zamontować urządzenia dostosowane do schładzania pomieszczeń technicznych praca całoroczna w trybie chłodzenia.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż centrala wentylacyjna zlokalizowana jest na dachu budynku, natomiast wyrzutnia powietrza – bezpośrednio z centrali.

Ponadto Zamawiający informuje, iż obecnie istniejące jednostki zewnętrzne zamontowane są na dachu budynku. Zamawiający wymaga zamontowania nowych jednostek zewnętrznych również na dachu budynku.

Ad 48.

Zamawiający informuje, iż nie przewiduje jakichkolwiek przeróbek instalacji wod-kan, c.o.

Ad 49.

Zamawiający informuje, iż nowe urządzenie Zamawiający przewiduje wpiąć w istniejące pole, z którego zasilane jest obecne urządzenie.

Ad 50.

Zamawiający informuje, iż parametry kabla zasilającego aktualne urządzenie są następujące:

- H07V-K 5x (1x70mm²)
- Długość kabla: około 23 mb.
- Zabezpieczenie: bezpieczniki 3x 63 A



Ad 51.

Zamawiający informuje, iż należy wykorzystać istniejące kanały kablowe w przestrzeni między sufitowej - wykorzystując zarazem istniejący kabel, jeżeli jego parametry będą wystarczające do zasilania nowego aparatu.

Ad 52.

Zamawiający informuje, iż istnieje możliwość wykorzystania istniejącego kabla zasilającego angiograf, jeżeli jego parametry będą wystarczające do zasilania nowego aparatu.

Ad 53.

Zamawiający informuje, iż nie przewiduje wymiany gniazd i oświetlenia w pomieszczeniach – wymagane są jedynie niezbędne prace dostosowawcze do nowego urządzenia.

Ad 54.

Zamawiający informuje, iż nie przewiduje wymiany rozdzielni obiektowych.

Ad 55.

Zamawiający informuje, iż nie przewiduje wymiany opraw oświetleniowych w pracowni.

Ad 56.

Zamawiający informuje, iż w obiekcie znajduje się centrala p.poż na parterze budynku (Izba Przyjęć) w odległości około 45 mb od pracowni – Producent : POLON – ALFA, Typ POLON 4200.

Ad 57.

Zamawiający informuje, iż Punkt Dystrybucji Sieci Logicznej znajduje się około 30 m od adaptowanych pomieszczeń.

Ad 58.

Zamawiający informuje, iż Punkt Dystrybucji na panelu i w urządzeniu aktywnym posiada aktualnie wykorzystywane przez obecny angiograf, 2 komputery oraz drukarkę 5 portów – jest to połączenie między Punktem Dystrybucji, a obecną Sterówką.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż nie planuje wykorzystywać dodatkowych portów w obecnych urządzeniach aktywnych oraz nie posiada dodatkowych wolnych kabli pomiędzy Punktem Dystrybucji, a Sterówką. W Punkcie Dystrybucji Zamawiający może przeznaczyć kolejne wolne miejsca U do zamontowania dodatkowego panelu oraz urządzenia aktywnego, jeżeli Wykonawca będzie potrzebował więcej portów. W tym celu należy także do wybranych miejsc doprowadzić dodatkowe kable FTP.

Ad 59. i Ad 60.

Zamawiający, działając na podstawie art.137 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. poz.1710 z póź. zm.), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/w pkt.24.1 SWZ zapis o treści:

„24.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego systemu angiograficznego z wyposażeniem, którego wymagane parametry techniczne określono w Załączniku Nr 5 do SWZ, jego montaż, uruchomienie, a także świadczenie gwarantowanych usług serwisowych w okresie na jaki udzielona jest gwarancja na oferowany przedmiot zamówienia oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego. Przedmiot zamówienia obejmuje również demontaż i utylizację systemu angiograficznego Artiss Zee Ceiling producent Siemens AG stanowiącego własność Zamawiającego, zamontowanego obecnie w pomieszczeniu, w którym po jego demontażu zamontowany zostanie zaoferowany przez Wykonawcę system angiograficzny. Najpóźniej w dniu podpisania protokołu odbioru uruchomionego systemu angiograficznego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oświadczenie, iż zdemontowany, wyeksploatowany system angiograficzny Artiss Zee Ceiling producent Siemens AG stanowiący własność Zamawiającego został zutylizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.”

zmienia na zapis o treści:

„24.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego systemu angiograficznego z wyposażeniem, którego wymagane parametry techniczne określono w Załączniku Nr 5 do SWZ, jego montaż, uruchomienie, a także świadczenie gwarantowanych usług serwisowych w okresie na jaki udzielona jest gwarancja na oferowany przedmiot zamówienia oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego. Przedmiot zamówienia obejmuje również demontaż i utylizację systemu angiograficznego Artiss Zee Ceiling producent Siemens AG stanowiącego własność Zamawiającego, zamontowanego obecnie w pomieszczeniu, w którym po jego demontażu zamontowany zostanie zaoferowany przez Wykonawcę system angiograficzny. Najpóźniej w dniu podpisania protokołu odbioru uruchomionego systemu angiograficznego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oświadczenie, iż zdemontowany,



wyeksplotowany system angiograficzny Artiss Zee Ceiling producent Siemens AG stanowiący własność Zamawiającego został zutilizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie lub że jego zutilizowanie zostało zlecone uprawnionemu podmiotowi trzeciemu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa."

l/w pkt.24.9 SWZ **zapis o treści:**

„24.9. Odbiór realizacji przedmiotu umowy nastąpi w dwóch etapach. Pierwszy odbiór częściowy przedmiotu umowy nastąpi po jednorazowej dostawie, montażu i uruchomieniu przedmiotu zamówienia, którego wymagane parametry techniczne określono w Załączniku Nr 5 do SWZ, demontażu i utylizacji systemu angiograficznego Artiss Zee Ceiling producent Siemens AG, potwierdzonym certyfikatami co najmniej 10 godzinnym szkoleniu specjalistycznym z obsługi systemu angiograficznego dla lekarzy i techników oraz co najmniej 5 godzinnym szkoleniu specjalistycznym z wykonywania testów kontroli jakości na zaoferowanym systemie angiograficznym dla techników na podstawie protokołu odbioru uruchomionego systemu angiograficznego. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru częściowego przedmiotu umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumentację techniczną powykonawczą wykonanych prac adaptacyjnych, testy akceptacyjne i specjalistyczne z wynikiem pozytywnym, projekt osłon stałych ochrony radiologicznej, pomiary dozymetryczne osłon stałych pomieszczeń, w których będzie używany zaoferowany system angiograficzny, pomiary rozkładu mocy dawki w otoczeniu zaoferowanego systemu angiograficznego, oświadczenie, iż zdemontowany, wyeksplotowany system angiograficzny Artiss Zee Ceiling producent Siemens AG stanowiący własność Zamawiającego został zutilizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, instrukcję obsługi w języku polskim w wersji elektronicznej i papierowej oraz certyfikaty potwierdzające szkolenie specjalistyczne lekarzy i techników z obsługi systemu angiograficznego oraz certyfikaty potwierdzające szkolenie specjalistyczne techników z wykonywania testów kontroli jakości na zaoferowanym systemie angiograficznym. Zamawiający zastrzega, że nie dokona odbioru przedmiotu umowy niespełniającego wymagań określonych w Załączniku Nr 5 do SWZ, w szczególności w przypadku stwierdzenia uchybień w zakresie wymaganych parametrów technicznych lub w zakresie jakości oraz nieprzedłożenia dokumentów wymienionych w zdaniu poprzednim.

Drugi odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi po uzyskaniu przez Zamawiającego wszystkich wymaganych przepisami prawa decyzji wydanych przez WSSE w Krakowie zezwalających na uruchomienie Pracowni Rentgenodiagnostyki oraz systemu angiograficznego, jak również zatwierdzających projekt osłon stałych ochrony radiologicznej oraz po potwierdzonym certyfikatami co najmniej 20 godzinnym szkoleniu specjalistycznym dla lekarzy i techników z zakresu aplikacji na podstawie protokołu odbioru przedmiotu umowy. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu certyfikaty potwierdzające szkolenie specjalistyczne lekarzy i techników z zakresu aplikacji. Zamawiający zastrzega, że nie dokona odbioru przedmiotu umowy w przypadku nieprzedłożenia dokumentów wymienionych w zdaniu poprzednim."

zmienia na zapis o treści:

„24.9. Odbiór realizacji przedmiotu umowy nastąpi w dwóch etapach. Pierwszy odbiór częściowy przedmiotu umowy nastąpi po jednorazowej dostawie, montażu i uruchomieniu przedmiotu zamówienia, którego wymagane parametry techniczne określono w Załączniku Nr 5 do SWZ, demontażu i utylizacji systemu angiograficznego Artiss Zee Ceiling producent Siemens AG, potwierdzonym certyfikatami co najmniej 10 godzinnym szkoleniu specjalistycznym z obsługi systemu angiograficznego dla lekarzy i techników oraz co najmniej 5 godzinnym szkoleniu specjalistycznym z wykonywania testów kontroli jakości na zaoferowanym systemie angiograficznym dla techników na podstawie protokołu odbioru uruchomionego systemu angiograficznego. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru częściowego przedmiotu umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumentację techniczną powykonawczą wykonanych prac adaptacyjnych, testy akceptacyjne i specjalistyczne z wynikiem pozytywnym, projekt osłon stałych ochrony radiologicznej, pomiary dozymetryczne osłon stałych pomieszczeń, w których będzie używany zaoferowany system angiograficzny, pomiary rozkładu mocy dawki w otoczeniu zaoferowanego systemu angiograficznego, oświadczenie, iż zdemontowany, wyeksplotowany system angiograficzny Artiss Zee Ceiling producent Siemens AG stanowiący własność Zamawiającego został zutilizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie lub że jego zutilizowanie zostało zlecone uprawnionemu podmiotowi trzeciemu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, instrukcję obsługi w języku polskim w wersji elektronicznej i papierowej oraz certyfikaty potwierdzające szkolenie specjalistyczne lekarzy i



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul. Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl

www.ssz.tar.pl - tel. 14 63 10 100 - fax. 14 62 13 637 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

ING BANK ŚLĄSKI S.A. 83 1050 1562 1000 0090 3255 1757



techników z obsługi systemu angiograficznego oraz certyfikaty potwierdzające szkolenie specjalistyczne techników z wykonywania testów kontroli jakości na zaferowanym systemie angiograficznym. Zamawiający zastrzega, że nie dokona odbioru przedmiotu umowy niespełniającego wymagań określonych w Załączniku Nr 5 do SWZ, w szczególności w przypadku stwierdzenia uchybień w zakresie wymaganych parametrów technicznych oraz nieprzedłożenia dokumentów wymienionych w zdaniu poprzednim.

Drugi odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi po uzyskaniu przez Zamawiającego wszystkich wymaganych przepisami prawa decyzji wydanych przez WSSE w Krakowie zezwalających na uruchomienie Pracowni Rentgenodiagnostyki oraz systemu angiograficznego, jak również zatwierdzających projekt osłon stałych ochrony radiologicznej oraz po potwierdzonym certyfikatami co najmniej 20 godzinnym szkoleniu specjalistycznym dla lekarzy i techników z zakresu aplikacji na podstawie protokołu odbioru przedmiotu umowy. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu certyfikaty potwierdzające szkolenie specjalistyczne lekarzy i techników z zakresu aplikacji. Zamawiający zastrzega, że nie dokona odbioru przedmiotu umowy w przypadku nieprzedłożenia dokumentów wymienionych w zdaniu poprzednim."

Ad 61.

Zamawiający, działając na podstawie art.137 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. poz.1710 z póź. zm.), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/w pkt.24.13 SWZ **zapis o treści:**

„24.13. Wykonawca zobowiązany jest do usuwania w ramach rękojmi i gwarancji usterek i wad oraz dokonania naprawy na własny koszt w terminie wskazanym przez Zamawiającego - maksymalnie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego jeśli usterka, wada lub naprawa nie wymaga sprowadzenia części zamiennych z zagranicy i 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego jeżeli zaistnieje taka konieczność.”

zmienia na zapis o treści:

„24.13. Wykonawca zobowiązany jest do usuwania w ramach rękojmi i gwarancji usterek i wad oraz dokonania naprawy na własny koszt w terminie wskazanym przez Zamawiającego - maksymalnie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego jeśli usterka, wada lub naprawa nie wymaga sprowadzenia części zamiennych z zagranicy i 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego jeżeli zaistnieje taka konieczność lub w innym terminie uzasadnionym technicznie lub logistycznie zaakceptowanym w formie pisemnej przez Zamawiającego.”

Ad 62. i Ad 65.

Zamawiający, działając na podstawie art.137 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. poz.1710 z póź. zm.), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/w pkt.24.14 SWZ **zapis o treści:**

„24.14. W ramach uprawnień z rękojmi za wady Zamawiającemu przysługuje według własnego wyboru prawo do:

- a) żądania wymiany przez Wykonawcę urządzenia, wadliwego elementu, podzespołu, modułu, zespołu na nowy wolny od wad oraz o tożsamy parametrach, na wyłączny koszt Wykonawcy w terminie, o którym mowa w pkt.24.13. SWZ lub w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
- b) żądania usunięcia wady, usterki i awarii na wyłączny koszt Wykonawcy i w terminie, o którym mowa w pkt.24.13. SWZ lub w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
- c) żądania od Wykonawcy demontażu i ponownego zamontowania wadliwego urządzenia, elementu, podzespołu, modułu, zespołu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięcia wady, na wyłączny koszt Wykonawcy w terminie, o którym mowa w pkt.24.13. SWZ lub w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.”

zmienia na zapis o treści:

„24.14. W ramach uprawnień z rękojmi za wady Zamawiającemu Wykonawca, w zależności od rodzaju wady, usterki i awarii, jest zobowiązany do:

- a) wymiany przez Wykonawcę urządzenia, wadliwego elementu, podzespołu, modułu, zespołu na nowy wolny od wad oraz o tożsamy parametrach, na wyłączny koszt Wykonawcy w terminie, o którym mowa w pkt.24.13. SWZ lub w innym terminie uzasadnionym technicznie lub logistycznie zaakceptowanym w formie pisemnej przez Zamawiającego,



- b) usunięcia wady, usterki i awarii na wyłączny koszt Wykonawcy i w terminie, o którym mowa w pkt.24.13. SWZ lub w innym terminie uzasadnionym technicznie lub logistycznie zaakceptowanym w formie pisemnej przez Zamawiającego,
- c) demontażu i ponownego zamontowania wadliwego urządzenia, elementu, podzespołu, modułu, zespołu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięcia wady, na wyłączny koszt Wykonawcy w terminie, o którym mowa w pkt.24.13. SWZ lub w innym terminie uzasadnionym technicznie lub logistycznie zaakceptowanym w formie pisemnej przez Zamawiającego.”

2/w pkt.24.17 d) SWZ **zapis o treści:**

„d) 0,2 % wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki w:

- dokonaniu naprawy oraz usunięciu wad, usterek i awarii stwierdzonych w okresie gwarancji/rękojmi,
- dostarczeniu nowego urządzenia, elementu, podzespołu, modułu, zespołu o tożsamy parametrach na żądanie Zamawiającego w okresie gwarancji/rękojmi,
- demontażu i ponownym zamontowaniu nowego urządzenia, elementu, podzespołu, modułu, zespołu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięcia wady, w okresie gwarancji/rękojmi, w terminie, o którym mowa w pkt. 24.13. SWZ lub w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.”

zmienia na zapis o treści:

„d) 0,2 % wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki w:

- dokonaniu naprawy oraz usunięciu wad, usterek i awarii stwierdzonych w okresie gwarancji/rękojmi,
- dostarczeniu nowego urządzenia, elementu, podzespołu, modułu, zespołu o tożsamy parametrach na żądanie Zamawiającego w okresie gwarancji/rękojmi,
- demontażu i ponownym zamontowaniu nowego urządzenia, elementu, podzespołu, modułu, zespołu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięcia wady, w okresie gwarancji/rękojmi, w terminie, o którym mowa w pkt. 24.13. SWZ lub w innym terminie uzasadnionym technicznie lub logistycznie zaakceptowanym w formie pisemnej przez Zamawiającego.”

Ad 63.

Zamawiający, działając na podstawie art.137 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. poz.1710 z póź. zm.), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/w pkt.24.15 SWZ **zapis o treści:**

„24.15. W ramach uprawnień wynikających z udzielonych gwarancji Zamawiającemu przysługują te same uprawnienia co z tytułu rękojmi za wady określone w pkt.24.13. i pkt.24.14. SWZ oraz uprawnienie do żądania naprawy w terminie, o którym mowa w pkt.24.13. SWZ lub w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego i na własny koszt Wykonawcy.”

zmienia na zapis o treści:

„24.15. W ramach uprawnień wynikających z udzielonych gwarancji Zamawiającemu przysługują te same uprawnienia co z tytułu rękojmi za wady określone w pkt.24.13. i pkt.24.14. SWZ oraz uprawnienie do żądania naprawy w terminie, o którym mowa w pkt.24.13. SWZ lub w innym terminie uzasadnionym technicznie lub logistycznie zaakceptowanym w formie pisemnej przez Zamawiającego i na własny koszt Wykonawcy.”

Ad 64.

Zamawiający, działając na podstawie art.137 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. poz.1710 z póź. zm.), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/w pkt.24.17 b) SWZ **zapis o treści:**

„b) 5 % wartości brutto przedmiotu umowy - w przypadku dostawy niezgodnej z wymaganymi i określonymi w Załączniku do umowy parametrami technicznymi oraz uchybień w zakresie jakości,”

zmienia na zapis o treści:

„b) 2 % wartości brutto przedmiotu umowy - w przypadku dostawy niezgodnej z wymaganymi i określonymi w Załączniku do umowy parametrami technicznymi,”

Ad 66.

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach pkt.24.18 SWZ.

Ad 67.

Zamawiający, działając na podstawie art.137 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. poz.1710 z póź. zm.), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:



1/w pkt.24.19 SWZ **zapis o treści:**

„24.19 Łączna maksymalna wysokość kar umownych, o których mowa w pkt.24.17. i 24.18 SWZ nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia umownego brutto.”

zmienia na zapis o treści:

„24.19 Łączna maksymalna wysokość kar umownych, o których mowa w pkt.24.17. i 24.18 SWZ nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia umownego brutto.”

Ad 68.

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach pkt.24.25 SWZ.

Ad 69.

Zamawiający, działając na podstawie art.137 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. poz.1710 z póź. zm.), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/w pkt.24.27 SWZ **zapis o treści:**

„24.27 Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie od umowy w następujących sytuacjach:

- a) w przypadku upływu terminu wyznaczonego na realizację umowy,
- b) gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z wymaganiami SWZ, umową lub wymaganiami Zamawiającego, bez konieczności jego wezwania przez Zamawiającego do należytego realizowania umowy,
- c) jeżeli Wykonawca nie usunie wad przedstawionego do odbioru przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.”

zmienia na zapis o treści:

„24.27 Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w terminie do 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie od umowy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do prawidłowej realizacji umowy i wyznaczeniu mu terminu co najmniej 5 dni roboczych, w następujących sytuacjach:

- a) w przypadku upływu terminu wyznaczonego na realizację umowy,
- b) gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z wymaganiami SWZ, umową lub wymaganiami Zamawiającego,
- c) jeżeli Wykonawca nie usunie wad przedstawionego do odbioru przedmiotu umowy w terminie wynikającym z umowy.”

Ad 74.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Ad 75.

Zamawiający informuje, iż oferta otrzymana w dniu 24.04.2023r. od przedstawiciela Synektik S.A., o której mowa w pkt.5.6 SWZ, będzie ważna (aktualna) co najmniej do 31.07.2023r. oraz, że uzyskane warunki są obowiązujące i tożsame dla wszystkich potencjalnych Wykonawców.

Ad 76.

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje założenia zawarte w udostępnionych obliczeniach osłon stałych tj. ilość i zakres wykonywanych zabiegów.

Ad 77.

Zamawiający informuje, iż przekaże protokolarnie pomieszczenia przewidziane do wykonania zamówienia w dniu podpisania umowy.

Ad 78.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z wymogiem zawartym w pkt.6.1 i 24.3 SWZ Wykonawca zrealizuje potwierdzone certyfikatami co najmniej 20 godzinne szkolenie specjalistyczne dla lekarzy i techników z zakresu aplikacji– po protokolarnym odbiorze uruchomionego systemu angiograficznego, w terminie do 30 dni od daty przesłania Wykonawcy przez Zamawiającego drogą mailową informacji o uzyskaniu przez Zamawiającego wszystkich wymaganych przepisami prawa decyzji wydanych przez WSSE w Krakowie zezwalających na uruchomienie Pracowni Rentgenodiagnostyki oraz systemu angiograficznego, jak również zatwierdzających projekt osłon stałych ochrony radiologicznej.

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SWZ w powyższym zakresie.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z pkt. 24.21 SWZ płatność za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi w dwóch częściach:



- pierwsza część w wysokości 80% wartości brutto przedmiotu umowy po jednorazowej dostawie, montażu i uruchomieniu przedmiotu zamówienia, którego wymagane parametry techniczne określono w Załączniku Nr 5 do SWZ, demontażu i utylizacji systemu angiograficznego Artiss Zee Ceiling producent Siemens AG, potwierdzonym certyfikatami co najmniej 10 godzinnym szkoleniu specjalistycznym z obsługi systemu angiograficznego dla lekarzy i techników oraz co najmniej 5 godzinnym szkoleniu specjalistycznym z wykonywania testów kontroli jakości na zaoferowanym systemie angiograficznym dla techników,
- druga część w wysokości 20% wartości brutto przedmiotu umowy po uzyskaniu przez Zamawiającego wszystkich wymaganych przepisami prawa decyzji wydanych przez WSSE w Krakowie zezwalających na uruchomienie Pracowni Rentgenodiagnostyki oraz systemu angiograficznego, jak również zatwierdzających projekt osłon stałych ochrony radiologicznej oraz po potwierdzonym certyfikatami co najmniej 20 godzinnym szkoleniu specjalistycznym dla lekarzy i techników z zakresu aplikacji.

Rozliczenie za wykonany przedmiot zamówienia nastąpi na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę. Podstawę do sporządzenia faktur będą każdorazowo stanowiły protokoły odbioru podpisane przez Zamawiającego – części pierwszej protokół odbioru uruchomionego systemu angiograficznego, części drugiej protokół odbioru przedmiotu umowy. Termin płatności faktur – (nie krótszy niż 14 dni) dni od daty wystawienia faktur Zamawiającemu.

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SWZ w powyższym zakresie.

Ponadto zgodnie z wymogiem określonym w pkt.24.9 SWZ wraz ze zgłoszeniem do odbioru częściowego przedmiotu umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumentację techniczną powykonawczą wykonanych prac adaptacyjnych, testy akceptacyjne i specjalistyczne z wynikiem pozytywnym, projekt osłon stałych ochrony radiologicznej, pomiary dozymetryczne osłon stałych pomieszczeń, w których będzie używany zaoferowany system angiograficzny, pomiary rozkładu mocy dawki w otoczeniu zaoferowanego systemu angiograficznego, oświadczenie, iż zdemontowany, wyeksploatowany system angiograficzny Artiss Zee Ceiling producent Siemens AG stanowiący własność Zamawiającego został zutylizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie lub że jego zutylizowanie zostało zlecone uprawnionemu podmiotowi trzeciemu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, instrukcję obsługi w języku polskim w wersji elektronicznej i papierowej oraz certyfikaty potwierdzające szkolenie specjalistyczne lekarzy i techników z obsługi systemu angiograficznego oraz certyfikaty potwierdzające szkolenie specjalistyczne techników z wykonywania testów kontroli jakości na zaoferowanym systemie angiograficznym.

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SWZ w powyższym zakresie.

Ad 79.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z wymogiem zawartym w pkt.13.13.3 SWZ, w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, Zamawiający wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych tj. zdjęcia (fotografii) przedmiotu zamówienia na potwierdzenie spełniania przez oferowany przedmiot zamówienia parametrów określonych w pkt. 7 Załącznika Nr 5 do SWZ tylko w zakresie stołu angiograficznego. Zamawiający w ww. punkcie SWZ jasno określił, iż wymaga złożenia zdjęcia (fotografii) tylko w zakresie stołu angiograficznego, nie określił natomiast wymogu, iż ma to być zdjęcie rzeczywistej instalacji i podtrzymuje zapisy SWZ w powyższym zakresie.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z wymogiem zawartym w pkt.13.14.1 SWZ, w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego kryteria, Zamawiający wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych tj. zdjęcia (fotografii) przedmiotu zamówienia na potwierdzenie spełniania przez oferowany przedmiot zamówienia parametrów określonych w pkt. 11 Załącznika Nr 5 do SWZ. Zamawiający w ww. punkcie SWZ jasno określił, iż wymaga złożenia zdjęcia (fotografii) przedmiotu zamówienia na potwierdzenie spełniania przez oferowany przedmiot zamówienia parametrów określonych w pkt. 11 Załącznika Nr 5 do SWZ tj. mocowanie statywu na suficie lub podłodze, nie określił natomiast wymogu, iż ma to być zdjęcie rzeczywistej instalacji i podtrzymuje zapisy SWZ w powyższym zakresie.

Ad 80.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z wymogiem zawartym w pkt.13.13.2 SWZ, w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, Zamawiający wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych tj. materiałów informacyjnych (w języku polskim) opracowanych przez producenta lub oświadczenia producenta oferowanego przedmiotu zamówienia potwierdzających



spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia parametrów określonych w pkt. 36, 37, 44, 53, 55 i 70 Załącznika Nr 5 do SWZ. Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SWZ w powyższym zakresie.

Ad 81.

Zamawiający informuje, iż nie poda stawki podatku VAT dla integracji PACS/RIS oraz dla szkoleń ponieważ takiego obowiązku nie nakładają na Zamawiającego przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż wskazanie stawki podatku VAT należy do obowiązku i leży w gestii Wykonawcy.

Ad 82.

Zamawiający informuje, iż nie przewiduje zmiany istniejącej instalacji gazów medycznych.

Ad 83.

Zamawiający informuje, iż w pkt.1 Załącznika Nr 1 do SWZ – Formularzu Cenowym wskazał „System angiograficzny o parametrach określonych w Załączniku Nr 5 z wyjątkiem integracji oferowanego urządzenia z systemem PACS/RIS oraz HIS, o której mowa w pkt.10 Załącznika Nr 5 do SWZ”. Tym samym Zamawiający w pkt.1 ww. załącznika wskazał również m.in. prace związane z dostosowaniem pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego do zainstalowania oferowanego systemu angiograficznego, gdyż o nich jest mowa w Załączniku Nr 5 do SWZ. Jednocześnie w wierszu drugim ww. załącznika Zamawiający podał, iż „W przypadku, gdy przedmiot zamówienia obejmuje asortyment o zróżnicowanej stawce VAT - należy ten asortyment wyodrębnić w Formularzu Cenowym poprzez dodanie kolejnego wiersza”. Zamawiający informuje, iż to od Wykonawcy oraz zaoferowanego przez niego systemu angiograficznego zależy jakie prace adaptacyjne pomieszczeń okażą się niezbędne do wykonania.

Ad 84.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z wymogiem Zamawiającego określonym w pkt.6.1 i pkt. 24.3. SWZ Zamawiający wymaga, aby termin wykonania zamówienia był następujący:

- jednorazowa dostawa, montaż i uruchomienie przedmiotu zamówienia, którego wymagane parametry techniczne określono w Załączniku Nr 5 do SWZ, demontaż i utylizacja systemu angiograficznego Artiss Zee Ceiling producent Siemens AG, potwierdzone certyfikatami co najmniej 10 godzinne szkolenie specjalistyczne z obsługi systemu angiograficznego dla lekarzy i techników oraz co najmniej 5 godzinne szkolenie specjalistyczne z wykonywania testów kontroli jakości na zaoferowanym systemie angiograficznym dla techników – do miesięcy od daty podpisania umowy (maksymalnie 4 m-ce),
- potwierdzone certyfikatami co najmniej 20 godzinne szkolenie specjalistyczne dla lekarzy i techników z zakresu aplikacji – po protokolarnym odbiorze uruchomionego systemu angiograficznego, w terminie do 30 dni od daty przesłania Wykonawcy przez Zamawiającego drogą mailową informacji o uzyskaniu przez Zamawiającego wszystkich wymaganych przepisami prawa decyzji wydanych przez WSSE w Krakowie zezwalających na uruchomienie Pracowni Rentgenodiagnostyki oraz systemu angiograficznego, jak również zatwierdzających projekt osłon stałych ochrony radiologicznej.

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SWZ w powyższym zakresie.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z pkt. 24.21 SWZ płatność za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi w dwóch częściach:

- pierwsza część w wysokości 80% wartości brutto przedmiotu umowy po jednorazowej dostawie, montażu i uruchomieniu przedmiotu zamówienia, którego wymagane parametry techniczne określono w Załączniku Nr 5 do SWZ, demontażu i utylizacji systemu angiograficznego Artiss Zee Ceiling producent Siemens AG, potwierdzonym certyfikatami co najmniej 10 godzinnym szkoleniu specjalistycznym z obsługi systemu angiograficznego dla lekarzy i techników oraz co najmniej 5 godzinnym szkoleniu specjalistycznym z wykonywania testów kontroli jakości na zaoferowanym systemie angiograficznym dla techników,
- druga część w wysokości 20% wartości brutto przedmiotu umowy po uzyskaniu przez Zamawiającego wszystkich wymaganych przepisami prawa decyzji wydanych przez WSSE w Krakowie zezwalających na uruchomienie Pracowni Rentgenodiagnostyki oraz systemu angiograficznego, jak również zatwierdzających projekt osłon stałych ochrony radiologicznej oraz po potwierdzonym certyfikatami co najmniej 20 godzinnym szkoleniu specjalistycznym dla lekarzy i techników z zakresu aplikacji.

Rozliczenie za wykonany przedmiot zamówienia nastąpi na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę. Podstawę do sporządzenia faktur będą każdorazowo stanowiły protokoły odbioru podpisane przez Zamawiającego – części pierwszej protokoł odbioru uruchomionego systemu angiograficznego,



części drugiej protokołów odbioru przedmiotu umowy. Termin płatności faktur – (nie krótszy niż 14 dni) dni od daty wystawienia faktur Zamawiającemu.

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SWZ w powyższym zakresie.

Ad 85.

Zamawiający informuje, iż demontaż systemu angiograficznego Artiss Zee Ceiling producent Siemens AG stanowiącego własność Zamawiającego, zamontowanego obecnie w pomieszczeniu, w którym po jego demontażu zamontowany zostanie zaoferowany przez Wykonawcę system angiograficzny będzie możliwy po protokolarnym przekazaniu pomieszczeń przewidzianych do wykonania zamówienia.

Ad 86.

Zamawiający informuje, iż przekaże protokolarnie pomieszczenia przewidziane do wykonania zamówienia w dniu podpisania umowy.

Ad 87.

Zamawiający informuje, iż projektowane postanowienia umowy zostały określone w pkt.24 SWZ i Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w powyższym zakresie.

Ad 88.

Zamawiający w Załączniku Nr 5 do SWZ wskazał m.in. prace związane z dostosowaniem pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego do zainstalowania oferowanego systemu angiograficznego. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż to od Wykonawcy oraz zaoferowanego przez niego systemu angiograficznego zależy jakie prace adaptacyjne pomieszczeń okażą się niezbędne do wykonania.

Ad 89.

Zamawiający, działając na podstawie art.137 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. poz.1710 z póź. zm.), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/w pkt.24.17 b) SWZ **zapis o treści:**

„b) 5 % wartości brutto przedmiotu umowy - w przypadku dostawy niezgodnej z wymaganymi i określonymi w Załączniku do umowy parametrami technicznymi oraz uchybień w zakresie jakości,”

zmienia na zapis o treści:

„b) 2 % wartości brutto przedmiotu umowy - w przypadku dostawy niezgodnej z wymaganymi i określonymi w Załączniku do umowy parametrami technicznymi,”

Ad 90.

Zamawiający, działając na podstawie art.137 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. poz.1710 z póź. zm.), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/w pkt.24.14 SWZ **zapis o treści:**

„24.14. W ramach uprawnień z rękojmi za wady Zamawiającemu przysługuje według własnego wyboru prawo do:

- a) żądania wymiany przez Wykonawcę urządzenia, wadliwego elementu, podzespołu, modułu, zespołu na nowy wolny od wad oraz o tożsamy parametrach, na wyłączny koszt Wykonawcy w terminie, o którym mowa w pkt.24.13. SWZ lub w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
- b) żądania usunięcia wady, usterki i awarii na wyłączny koszt Wykonawcy i w terminie, o którym mowa w pkt.24.13. SWZ lub w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
- c) żądania od Wykonawcy demontażu i ponownego zamontowania wadliwego urządzenia, elementu, podzespołu, modułu, zespołu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięcia wady, na wyłączny koszt Wykonawcy w terminie, o którym mowa w pkt.24.13. SWZ lub w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.”

zmienia na zapis o treści:

„24.14. W ramach uprawnień z rękojmi za wady Zamawiającemu Wykonawca, w zależności od rodzaju wady, usterki i awarii, jest zobowiązany do:

- a) wymiany przez Wykonawcę urządzenia, wadliwego elementu, podzespołu, modułu, zespołu na nowy wolny od wad oraz o tożsamy parametrach, na wyłączny koszt Wykonawcy w terminie, o którym mowa w pkt.24.13. SWZ lub w innym terminie uzasadnionym technicznie lub logistycznie zaakceptowanym w formie pisemnej przez Zamawiającego,
- b) usunięcia wady, usterki i awarii na wyłączny koszt Wykonawcy i w terminie, o którym mowa w pkt.24.13. SWZ lub w innym terminie uzasadnionym technicznie lub logistycznie zaakceptowanym w formie pisemnej przez Zamawiającego,



- c) demontażu i ponownego zamontowania wadliwego urządzenia, elementu, podzespołu, modułu, zespołu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięcia wady, na wyłączny koszt Wykonawcy w terminie, o którym mowa w pkt.24.13. SWZ lub w innym terminie uzasadnionym technicznie lub logistycznie zaakceptowanym w formie pisemnej przez Zamawiającego.”

Ad 91.

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach pkt.24.18 SWZ.

Ad 92.

Zamawiający, działając na podstawie art.137 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. poz.1710 z póź. zm.), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/w pkt.24.19 SWZ **zapis o treści:**

„24.19 Łączna maksymalna wysokość kar umownych, o których mowa w pkt.24.17. i 24.18 SWZ nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia umownego brutto.”

zmienia na zapis o treści:

„24.19 Łączna maksymalna wysokość kar umownych, o których mowa w pkt.24.17. i 24.18 SWZ nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia umownego brutto.”

Ad 93.

Zamawiający, działając na podstawie art.137 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. poz.1710 z póź. zm.), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/w pkt.24.27 SWZ **zapis o treści:**

„24.27 Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie od umowy w następujących sytuacjach:

- a) w przypadku upływu terminu wyznaczonego na realizację umowy,
- b) gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z wymaganiami SWZ, umową lub wymaganiami Zamawiającego, bez konieczności jego wezwania przez Zamawiającego do należytego realizowania umowy,
- c) jeżeli Wykonawca nie usunie wad przedstawionego do odbioru przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.”

zmienia na zapis o treści:

„24.27 Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w terminie do 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie od umowy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do prawidłowej realizacji umowy i wyznaczeniu mu terminu co najmniej 5 dni roboczych, w następujących sytuacjach:

- a) w przypadku upływu terminu wyznaczonego na realizację umowy,
- b) gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z wymaganiami SWZ, umową lub wymaganiami Zamawiającego,
- c) jeżeli Wykonawca nie usunie wad przedstawionego do odbioru przedmiotu umowy w terminie wynikającym z umowy.”

Ad 94.

Zamawiający, działając na podstawie art.137 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. poz.1710 z póź. zm.), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/w pkt.24.30 SWZ **dodaje zapis o treści:**

„W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza możliwość wyrażenia w formie pisemnej zgody na odstąpienie od zachowania przez Wykonawcę tajemnicy w obszarach określonych przez Wykonawcę w pisemnym wniosku i zaakceptowanych przez Zamawiającego.”

W związku z odpowiedziami udzielonymi w Ad.1, Ad.31, Ad.33, Ad.59, Ad.60, Ad.61, Ad.62, Ad.63, Ad.64, Ad.65, Ad.67, Ad.69, Ad.70, Ad.71, Ad.72, Ad.73, Ad.89, Ad.90, Ad.92, Ad.93 i Ad.94 działając na podstawie art.137 ust.1, 4 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. poz.1710 z póź. zm.), Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na:

- **składanie ofert do dnia 28.06.2023r. godz. 09:00,**

- **otwarcie ofert w dniu 28.06.2023r. godz. 10:00,**

W związku z przedłużonym terminem składania ofert Wykonawca jest związany ofertą do dnia 25.09.2023r.



W związku z powyższym Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w punkcie 18.1., 19.1., 20.1., 21.1.2, 24.1, 24.9, 24.13., 24.14, 24.15, 24.17b), 24.17d), 24.19, 24.27, 24.30, Załączniku Nr 5 oraz zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu.

W załączeniu Załącznik Nr 5 do SWZ po zmianie treści SWZ oraz rzut pomieszczeń, o którym mowa w Ad.16.

Otrzymują:
Platforma Zamawiającego
a/a



Zastępca Dyrektora

mgr Danuta Nosok

