



Znak: AE/ZP-27-97/23

Tarnów, 2024-01-03

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości nie przekraczającej progów unijnych (poniżej 215.000 EURO) na dostawy igieł do biopsji mammotomicznej i innych niezbędnych akcesoriów wraz z dzierżawą zamkniętego systemu do wykonywania biopsji mammotomicznej pod kontrolą USG.

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. **Dotyczy pozycji 2.** Czy zamawiający wymaga automatycznego obrotu igły w zakresie 360 stopni przy nieruchomej rękojeści?
2. **Dotyczy pozycji 2.** Czy zamawiający wymaga większego wyboru igieł również w rozmiarze 12G? Celem takiego rozwiązania jest zwiększenie możliwości diagnostycznych dla lekarza w przypadku małych zmian i mniejsza traumatyzacja tkanek.
3. **Dotyczy pozycji 3.** Czy zamawiający wymaga w pozycji 3 markerów kompatybilnych z igłami w raz z oznaczeniem na opakowaniu tzn: igła 7G marker oznaczony na opakowaniu 7G ? Igła 8G marker oznaczony na opakowaniu 8G? Wzór znacznika – kształt ?
4. **Dotyczy pozycji 3.** Jeżeli firma oferująca znaczniki nie jest ich producentem czy zamawiający wymaga potwierdzenia od producenta kompatybilności markerów dla wszystkich rozmiarów igieł? Pełna kompatybilność markerów gwarantuje ich prawidłowe zaplikowanie i nie naraża pacjentek na ryzyko zabiegu operacyjnego.
5. **Dotyczy pozycji 3.** Czy zamawiający w pozycji 3 wymaga minimalnie dwóch kształtów znaczników dla każdego rozmiaru igły widocznych permanentnie w USG I RTG ? Tylko takie rozwiązanie daje możliwość oznaczenia różnych zmian permanentnie w trosce o pacjentkę w innym przypadku nie jest to zgodne z bieżącymi rekomendacjami .
6. **Dotyczy pozycji 1.** Czy zamawiający w przypadku awarii wymaga wymiany sprzętu na sprawny w ciągu 24 godzin?
7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesyłanie faktur w formacie pdf na wskazany adres e-mail?
8. **Dotyczy pkt 22.12 SWZ - Projektowane postanowienia umowy..** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie łącznej maksymalnej wysokości kar umownych do poziomu 20% wartości niezrealizowanej części umowy?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad 1 Zamawiający wymaga zaoferowania w **pozycji 2** igieł spełniających wymagania SWZ.

Ad 2 Zamawiający wymaga zaoferowania w **pozycji 2** igieł spełniających wymagania SWZ, w tym również w zakresie rozmiaru.

Ad 3 i 5 Zamawiający wymaga zaoferowania w **pozycji 3** znaczników tkankowych spełniających wymagania SWZ.

Ad 4 Zamawiający, zgodnie z pkt 9 Załącznika Nr 4 do SWZ wymaga zaoferowania igły do biopsji, znaczników tkankowych i pozostałych elementów kompatybilnych z oferowanym systemem i pochodzących od tego samego producenta, a ponadto spełniających pozostałe wymagania SWZ.

Ad 6 Zasady serwisowania dzierżawionego zamkniętego systemu do wykonywania mammotomicznej biopsji pod kontrolą USG ujętego w pozycji 1 Załącznika Nr 1 do SWZ – Formularza Cenowego, Zamawiający określił w pkt 22.5 SWZ i pkt 7 Załącznika Nr 4 do SWZ.

Ad 7 Zamawiający dopuszcza przesyłanie faktur w formacie pdf na wskazany adres e-mail, tj. ksiegowosc@ssz.tar.pl

Ad 8 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów punktu 22 SWZ - Projektowane postanowienia umowy.

Otrzymują:
Platforma Zamawiającego
a/a

Zastępca Dyrektora

mgr Danuta Nosek

