



EZP.26.64.2.2024.LZ

Warszawa, dnia 11.06.2024 r.

Dotyczy zapytania ofertowego na **dostawę 3 wag laboratoryjnych precyzyjnych wraz ze stołami wagowymi, odważnikami wzorcowymi ze świadectwem kalibracji/wzorcowania oraz usługą wzorcowania wag w miejscu użytkowania.**

oznaczenie sprawy: **EZP.26.64.2024**

WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu na **dostawę 3 wag laboratoryjnych precyzyjnych wraz ze stołami wagowymi, odważnikami wzorcowymi ze świadectwem kalibracji/wzorcowania oraz usługą wzorcowania wag w miejscu użytkowania, oznaczenie sprawy: EZP.26.64.2024**, wpłynęły pytania do treści zapytania ofertowego.

Poniżej prezentujemy przesłane pytania wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Pytanie2 :

Pozycja 2.2.1.9 -czy Zamawiający dopuszcza roboczy przedział wilgotność 40-80%?

Odpowiedź2:

Zamawiający nie dopuszcza takiego przedziału roboczego wilgotności.

Pytanie3 :

Pozycja 2.2.1.10 -czy Zamawiający dopuszcza wyświetlacz LCD? lub może preferuje wyświetlacz dotykowy?

Odpowiedź3:

Zamawiający nie ma preferencji w tym zakresie.

Pytanie4 :

Pozycja 2.2.1.13 -czy Zamawiający dopuszcza drukarkę paragonową TERMICZNA ? (nie gwarantuje ona trwałego wydruku)

Odpowiedź4:

Zamawiający nie dopuszcza drukarki paragonowej.

Pytanie5 :

Pozycja 2.2.2.9 -czy Zamawiający dopuszcza roboczy przedział wilgotność 40-80%?

Odpowiedź5:

Zamawiający nie dopuszcza takiego przedziału roboczego wilgotności.

Pytanie6:

Pozycja 2.2.2.11 -czy Zamawiający dopuszcza wyświetlacz LCD? lub może preferuje wyświetlacz dotykowy?

Odpowiedź6:

Zamawiający nie ma preferencji w tym zakresie.

Pytanie7 :

Pozycja 2.2.3. -czy Zamawiający dopuszcza konstrukcję stołu ze stali malowanej proszkowo i blat z płyty meblowej MDF?

Odpowiedź7:

Zamawiający nie dopuszcza takiej konstrukcji stołu. Zamawiający dopuszcza tylko stół z obudową laminowaną z płytą antywibracyjną.

Pytanie8:

Pozycja 2.2.4. -rozumiem, że mówimy o 22 pojedynczych wzorcach masy, w oddzielnych opakowaniach i każdy z oddzielnym certyfikatem wzorcowania?

Odpowiedź8:

Zamawiający potwierdza, że chodzi o pojedyncze wzorce masy z oddzielnymi certyfikatami wzorcowania.

pgi.gov.pl

ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
tel. (+48) 22 45 92 000, biuro@pgi.gov.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000122099
NIP 525-000-80-40

Pytanie9:

Pozycja 2.2.4. -czy opakowania do wzorców mają być drewniane czy plastikowe?

Odpowiedź9:

Zamawiający nie ma preferencji w tym zakresie.

Powyższe wyjaśnienia należy uwzględnić przy składaniu ofert. Pozostałe postanowienia Zapytania ofertowego pozostają bez zmian.

Pełnomocnik Dyrektora PIG-PIB
ds. Zamówień Publicznych
Natalia Mosiądz