





## Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach

ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice

NIP: 551-21-24-676, REGON: 000306466

2	Siatka do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy mniejszej polipropylenowa, monofilamentowa, wymiary 29cm x 29cm, grubość 0,25mm (+/- 0,02mm ), porowatość średnia 60% (+/- 1%), gramatura 19g/m <sup>2</sup> (+/- 0,5g/m <sup>2</sup> ). Implantacja metodą laparoskopową. Siatka elastyczna, odporna na rozciąganie, niewchłaniaalna, może być przycinana z zachowaniem swoich właściwości.	szt	8								
3	Siatka do naprawy dna miednicy mniejszej – system składający się z 3 elementów: I – siatki wykonanej z polipropylenu monofilamentowego, implant o anatomicznym kształcie z sześcioma ramionami; Wysokość 9cm (+/- 0,5cm) Szerokość 6,5 cm (+/- 0,5 cm) Grubość 0,25 mm (+/- 0,02 mm) Porowatość średnia 59% Gramatura 19g/m <sup>2</sup> II – 4 prowadnice z nitinolu, długość 500 mm do przeprowadzenia ramion górnych i środkowych; III – 2 prowadnice z nitinolu, długość 650 mm do przeprowadzenia ramion dolnych Implantacja narzędziem wielorazowego użytku.	szt	10								
4	Igła Hammeta typ 1 wielokrotnego użytku	szt	2								
<b>RAZEM</b>											

**Niespełnienie jakiegokolwiek parametru będzie skutkowało odrzuceniem oferty.**