



SZPITAL SPECJALISTYCZNY

w PILE

im. Stanisława Staszica

64-920 Piła, ul. Rydygiera 1

Sekretariat 67 210 62 05
Centrala 67 210 66 66
Fax 67 212 40 85
e-mail: kancelaria@szpital.pila.pl
www.szpitalpila.pl



FZP.III-241/38/23/ZO

Piła, dn. 30.05.2023 roku

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

- Zamawiający:
Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica, 64-920 Piła, ul. Rydygiera 1
REGON: 001261820, NIP: 764-20-88-098
<https://szpitalpila.pl/>
- Przedmiotem zamówienia jest: „**TOREBKI, KASETKI BIOPSYJNE I ODCZYNNIKI CHEMICZNE DLA PRACOWNI HISTOPATOLOGII**” prowadzone jest na podstawie §8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych który stanowi załącznik do Zarządzenia nr 62/2022 Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica z dnia 01.04.2022 roku.
- W terminie do dnia 17.05.2023 r. do godziny 09:30 wpłynęły następujące oferty:

Wykonawcy	Zad.	Cena brutto	Punktacja
ANGA ANIOŁA TOMASZ ANIOŁA ul. Słonimska, nr 11, 61-132 Poznań	1	19 742,40 zł	100,00
AQUA-MED. ZPAM – KOLASA SP.J. 90-323 Łódź, Targowa 55	2	28 000,40 zł	100,00
ELEKTRO MED Grzegorz Pałkowski ul. Zabierzowska 11, 32-005 Niepołomice	3	9 059,04 zł	100,00
AQUA-MED. ZPAM – KOLASA SP.J. 90-323 Łódź, Targowa 55	3	12 830,40 zł	70,61
ELEKTRO MED Grzegorz Pałkowski ul. Zabierzowska 11, 32-005 Niepołomice	4	11 307,60 zł	100,00
OPTA-TECH sp. z o. o. Al. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. U211; 02-797 Warszawa	5	17 431,20 zł	-
AQUA-MED. ZPAM – KOLASA SP.J. 90-323 Łódź, Targowa 55	7	1 339,20 zł	100,00

- Po analizie złożonej w terminie oferty na podstawie kryterium:

Kryteria	Waga	Punktacja
CENA BRUTTO	100%	skala 0 – 100 pkt

dokonano wyboru następującej oferty:

Wykonawcy	Zad.	Cena brutto
ANGA ANIOŁA TOMASZ ANIOŁA ul. Słonimska, nr 11, 61-132 Poznań	1	19 742,40 zł
AQUA-MED. ZPAM – KOLASA SP.J. 90-323 Łódź, Targowa 55	2	28 000,40 zł
ELEKTRO MED Grzegorz Pałkowski ul. Zabierzowska 11, 32-005 Niepołomice	3	9 059,04 zł
ELEKTRO MED Grzegorz Pałkowski ul. Zabierzowska 11, 32-005 Niepołomice	4	11 307,60 zł
AQUA-MED. ZPAM – KOLASA SP.J. 90-323 Łódź, Targowa 55	7	1 339,20 zł

- Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy: OPTA-TECH sp. z o. o. Al. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. U211 z siedzibą w Warszawie w zadaniu nr 5. Podczas testowania przez Zakład Patomorfologii przesłanych przez Wykonawcę próbek stwierdzono, że ofertę należy odrzucić, gdyż: podczas krojenia kostki parafinowej wstążka była bardzo pofałdowana przez co materiał był na niej ściśnięty, a po nałożeniu na gorącą wodę w dalszym ciągu nie można było jej rozprostować co uniemożliwiało ocenę preparatów i postawienie rozpoznania histopatologicznego. Słaba żywotność ostrza spowodowała częste jego przesuwanie podczas krojenia i ciągłą zmianę ostrza. Mamy do czynienia z materiałami: dużymi, małymi, twardymi, miękkimi, tłustymi i dlatego ostrza powinny być bardzo dobrej jakości, uniwersalne i trwałe.
- Zamawiający unieważnia postępowanie w zadaniu nr 5 i 6 w związku z brakiem ofert niepodlegających odrzuceniu.
- Zamawiający w dniu 01.06.2023 r. podpisze umowę z wybranymi Wykonawcami.

Dziękuję za udział w postępowaniu.