



# SZPITAL SPECJALISTYCZNY

w PIŁE

im. Stanisława Staszica

64-920 Piła, ul. Rydygiera Ludwika 1

Sekretariat 67 210 62 05  
Centrala 67 210 66 66  
Fax 67 212 40 85  
e-mail: kancelaria@szpital.pila.pl  
www.szpitalpila.pl



Piła, dn. 22.08.2023 roku

FZP.III-241/70/23/ZO

## Wszyscy uczestnicy postępowania

dotyczy: postępowania pod hasłem: **MATERIAŁY OPATRUNKOWE III**

Szpital Specjalistyczny w Piłe informuje, że do wyżej wymienionego postępowania wpłynęło następujące pytanie:

### 1) Pytanie

Zadanie nr 1, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie samoprzylepnego opatrunku hydrokolidowego z CMC do zaopatrywania ran; 3-częściowy system folii ochronnych zapewniający aseptyczną aplikację; półprzepuszczalna poliuretanowa warstwa zewnętrzna z siatką umożliwiającą monitorowanie stanu rany i ocenę optymalnej częstotliwości zmiany opatrunku. Brak zawartości pektyn, powszechnych alergenów, takich jak lateks czy kalafonia, ani odzwierzęcych produktów pochodnych, takich jak żelatyna?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę**

### 2) Pytanie

Zadanie nr 1, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku w rozmiarze 5x7cm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgodę**

### 3) Pytanie

Zadanie nr 1, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku w rozmiarze 10x10cm?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę**

### 4) Pytanie

Zadanie nr 1, poz. 2 – Czy w miejsce opisanego żelu Zamawiający dopuści żel o poniższym opisie?  
Bezbarwny, bezpostaciowy żel hydrokolidowy z alginianem wapnia do autolitycznego oczyszczania oraz utrzymywania wilgotnego środowiska leczenia w ranach. Wskazany w leczeniu ran martwiczych lub z oddzielającą się tkanką martwiczą. Tuba z harmonijkowym aplikatorem do bezpośredniej aplikacji na ranę?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

### 5) Pytanie

Zadanie nr 1, poz. 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'10 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę**

### 6) Pytanie

Zadanie nr 1, poz. 3- Czy Zamawiający dopuści nieprzylepny opatrunek z pianki poliuretanowej o strukturze trójwymiarowej umożliwiającej pionowe pochłanianie i zatrzymywanie wysięku oraz dokładne dopasowanie do dna rany (technologia 3D Fit). Zewnętrzna część opatrunku wykonana z półprzepuszczalnego poliuretanu. Brzegi opatrunku ścięte w celu zminimalizowania odcisnięć na skórze; wskazany w zakresie leczenia ran z wysiękiem średnim i obfitym?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**7) Pytanie**

Zadanie nr 1, poz. 3- Czy Zamawiający dopuści nieprzylepny opatrunek w rozmiarze 10x10cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**8) Pytanie**

Proszę o doprecyzowanie w zadaniu 1 poz. 1 i 3 rozmiary opatrunków jakich oczekuje Zamawiający.

**Odpowiedź: Poz. 1 rozm. 10x10, poz.3 rozm. 10x10**