



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Szczecin, dnia 27.05.2020 r.

Znak sprawy Nr RPoZP 16/2020

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych i sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb Pracowni Endoskopowej do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie

Pytania i odpowiedzi do SIWZ nr 4

Zadanie 4

1. Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie chwytaka w postaci siatki rozpostartej na otwartej pętli o średnicy 40 mm.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

2. Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy 6, 10, 15, 20, 25 i 32 mm, kształt owalny średnica cewnika 2,4 mm, długość cewnika 240 cm, skalowanych co 10 mm.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 5

3. Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie igieł o średnicy ostrza 0,6 mm, średnica cewnika 2,4 mm.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

4. Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie igieł o średnicy cewnika 2,4 mm.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 6

5. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie klipsownic o średnicy cewnika 2,6 mm, szerokość rozwarcia ramion klipsa 12 mm oraz 15 mm.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 8

6. Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie szczotek o długości 230 cm.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 9

7. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu z cewnikiem o długości minimum 30 cm.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

KOMENDANT

plk mgr inż. Krzysztof Pietraszko

I.B. 91/ 810 59 82