

**WOMPCPL Dz.E III 26/8/2021**

**Lublin, dnia 21.09.2021 r.**

**Do wszystkich wykonawców**

**Dotyczy: Dostawa testerów wzroku – 2 szt.**

Działając w oparciu o zapisy art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129) informuję, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

**Pytanie Nr 1**

Prosimy o dopuszczenie testera widzenia o poniższych parametrach:

- Testy ostrości wzroku do dali i bliży – jednoocznie, obuocznie (Pierścienie Landolta, Liczby, Litery, Litery dla słabowidzących)
- Widzenie barw (Ishihara)
- Test Amslera
- Test stereoskopowy z wynikiem prezentowanym w sekundach kątowych/łuku
- Foria horyzontalna i wertykalna, fuzja
- Test pola widzenia horyzontalnego (90°, 75°, 60°, 45°, 30°) i wertykalnego, centralne pole widzenia
- Test wrażliwości na kontrasty (literowy)
- Badanie astygmatyzmu (figura promienista, tryb jednooczny, do dali i bliży)
- Badanie kierowców
- Na panelu tylnym – przełącznika zasilania
- Soczewki górne do dali, soczewki dolne do bliży
- Regulacja wysokości urządzenia, zdejmowana część czołowa, miejsce na nos dla pacjenta
- Opcja zdalnego sterowania: Zamiana testów za pomocą przycisków na pilocie
- Odległości pośrednie 60 cm
- Badanie wrażliwości na olśnienie, badanie odporności na olśnienie
- Urządzenie umożliwia wykonanie testów w warunkach oświetlenia fotopowego (silnego 160 kandel i słabego – 80 kandel) oraz mezotopowego (zmiernego – 3 kande)
- Oświetlenie przy pomocy 16 białych diod LED i systemu dyfuzora
- Możliwość badania we własnych szklach korekcyjnych pacjenta i z soczewkami progresywnymi
- Oprogramowanie w języku polskim, kompatybilne z systemem operacyjnym zestawu komputerowego załączonego do testera

- Urządzenie mobilne - lekkie, łatwe w transporcie, cechuje się ergonomią użytkowania, możliwość dokupienia dedykowanej walizki transportowej na kółkach
- Szybkie uruchamianie odporność na żółknięcie testów, łatwa współpraca z komputerem

Akcesoria dołączone do urządzenia:

- Zewnętrzne zasilanie medyczne IEC60601
- Kabel USB
- Osłona twarzy dla pacjenta (jednorazowa)
- Płyta CD z instrukcją i oprogramowaniem
- Ściereczka z mikrofibry do czyszczenia soczewek

Normy: klasa bezpieczeństwa: I, tyb B, norma EN ISO 60601-1

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

**Pytanie Nr 2**

Dotyczy: pkt. 28 ZAŁĄCZNIKA Nr 7 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia – Zestawienie parametrów wymaganych:

Czy Zamawiający dopuści procesor osiągający co najmniej 11 500 pkt. w teście wydajnościowym PassMark CPU Benchmarks wg. kolumny Passmark CPU Mark, którego wyniki są publikowane na stronie [http://cpubenchmark.net/cpu\\_list.php](http://cpubenchmark.net/cpu_list.php) na dzień złożenia oferty - (wydruk dołączyć do oferty)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**DYREKTOR**  
Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy  
Centrum Profilaktyczno-Leczniczego  
w Lublinie  
*lek. med. Anna Rutczyńska-Rumińska*