

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

w Poznaniu

im. prof. Ludwika Bierkowskiego



Dział Zamówień Publicznych

ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań

tel. 61-846-47-70,

www.szpitalmswia.poznan.pl

zamowienia@szpitalmswia.poznan.pl

Poznań, dnia 9.08.2021 roku

ZP/p/11/2021

**Do wszystkich Wykonawców
ubiegających się udzielenie
zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Dostawa endoprotez i implantów ortopedycznych”.

Nr postępowania: Zp/p/11/2021.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ Nr 1

Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Zestaw zapytań nr 1

Pytanie 1

dot. § 3 wzoru umowy:

W związku z koniecznością stworzenia depozytu przez Wykonawcę realizującego dostawę implantów, prosimy o **sprecyzowanie / dodanie** do obecnego brzmienia § 3, poniższych zapisów uszczegółwiających zasady realizacji dostaw w ramach stworzonego depozytu:

1. Zamawiający jest zobowiązany do przechowywania implantów we właściwych warunkach, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradzieżą.
2. W przypadku stwierdzenia, że implanty przechowywane są nieprawidłowo Wykonawca ma prawo do natychmiastowego odbioru materiałów.
3. W trosce o należyłą gospodarkę materiałową Zamawiający będzie używał powierzone implanty począwszy od materiału o najkrótszej dacie ważności w ramach danego asortymentu.
4. Zamawiający może wystąpić do Wykonawcy o wymianę materiału na równorzędny o dłuższej dacie ważności najpóźniej na **8 miesięcy** przed upłynięciem daty ważności materiału wytypowanego do wymiany. Wymianie/zwrotom podlegają wyłącznie produkty pełnowartościowe. Produkt pełnowartościowy to produkt **niezniszczony, nierozpakowany, w żaden sposób nieoznakowany; posiadający oryginalne opakowanie wewnętrzne i zewnętrzne oraz nieuszkodzone plomby.**

W przypadku nie zgłoszenia chęci wymiany, Wykonawca wystawi fakturę na materiały, które przeterminowały się w siedzibie Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Zestaw zapytań nr 2

Pytanie 1

Dotyczy części nr 11(endoprotezy stawu barkowego), poz. 5,23,29

Czy Zamawiający dopuści śruby panewkowe o średnicy 6,5mm i długościach od 15mm do 45mm skalowane co 5mm? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt.

Zestaw zapytań nr 3

Pytanie 1

Część 1, wariant 2:

Czy Zamawiający, celem zachowania zasad uczciwej konkurencji i uzyskania najkorzystniejszej oferty, dopuści produkt równoważny, bez zachowania pierwotnych parametrów opisu przedmiotu zamówienia?

Poz. 8:

Głowy ceramiczne Biolox Delta o średnicy 32 mm i 36 mm w 3 długościach oraz głowy ze stopu ZrNb gdzie zewnętrzna część została przekształcona w ceramikę o średnicy 28 mm, 32 mm i 36 mm w 5 długościach.

Poz. 10:

Trzpień cementowy nieanatomiczny, wykonany ze stopu stali nierdzewnej M30NW, gładko polerowany, dostępny w 2 wersjach: Standard Offset (8 rozmiarów, kąt CCD 135st.) i lateralizowanej (8 rozmiarów, kąt CCD 126st.), stożek 12/14. Uniwersalne narzędzia chirurgiczne – te same do trzpienia cementowego i bezcementowego.

Poz. 12:

Kosze rekonstrukcyjne, tytanowe, anatomiczne lewe/prawe, wielootworowe, w rozmiarach średnicy zewnętrznej 50, 56 i 62 mm, z nadbudową stropu panewki, posiadające 3 ramiona.

Kosze wzmacniające dno panewki, tytanowe, nieanatomiczne, wielootworowe, w rozmiarach średnicy zewnętrznej 44 – 68 mm, z nadbudową stropu panewki.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza zaproponowane produkty.

Zestaw zapytań nr 4

Pytanie 1

Część 7. Linki do złamań okołoprotezowych

1. Czy Zamawiający dopuści kabel o średnicy 1.8 i długościach 914 i 635. Kabel posiada oczko zaciskowe?
2. Czy Zamawiający dopuści:

- płyty proste do trzonu kości piszczelowej i ramiennej, które, posiadają 8, 10, 12 i 14, 16 i 18 otworów w trzonie- otwory blokowane i kompresyjne; dodatkowo na obu końcach płyty otwory pod urządzenie kompresyjne. Płyty w długościach odpowiednio 118, 146, 174, 202, 230 i 258 mm;

- płyty wygięte do trzonu kości udowej. Płyty posiadają 10, 12 i 14 otworów w trzonie- otwory blokowane i kompresyjne; dodatkowo na obu końcach płyty otwory pod urządzenie kompresyjne. Płyty w długościach odpowiednio 210, 249 i 289 mm;

- płyty tytanowe anatomiczne do bliższej i dalszej nasady kości udowej, które, posiadają 9, 12, 15, 18 i 21 otworów w trzonie w długościach odpowiednio 245, 285, 324, 363 i 401 mm?

3. Czy Zamawiający dopuści płytę krętarzową stosowaną jako nakładka do płyty okołoprotezowej do bliższej nasady kości udowej? Płyta wąska i szeroka, prawa i lewa. W płycie otwory do stabilizacji drutami Kirschnera, otwory pod oczko do kabli, otwory pod śruby 3.5 korowe lub blokowane oraz dodatkowo pod śruby korowe 4.0 i 5.0 oraz gąbczaste 5.0 z możliwością angulacji 15 stopni w każdym kierunku

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt i tworzy w formularzu asortymentowo-cenowym Wariant nr 4.

Zestaw zapytań nr 5

Pytanie 1

Pytanie do pakietu nr 2

Czy w celu zwiększenia konkurencyjności Zamawiający w pakiecie nr 2 dopuści zaofiarowanie endoprotezy bezcementowej przynasadowej stawu biodrowego tzn. z krótkim trzpieniem:

- 1) Trzpień bezcementowy, prosty, przynasadowy, bezkołnierzowy, pokryty w części bliższej porowatą okładziną tytanową i dodatkowo cienką, bioaktywną (osteoindukcyjną), szybkoresorbującą (do 6ciu miesięcy) warstwą fosforanowo-wapniową. Kształt trzpienia stożkowy w dwóch płaszczyznach. Kąt szyjkowo-trzonowy zredukowany do 127° ułatwiający odtworzenie naturalnej anatomii pacjenta. Trzpień

dostępny w minimum 10 rozmiarach standardowych i 10 rozmiarach lateralizowanych. Część dystalna i proksymalna trzpienia polerowane. Stożek Eurokonus.

- 2) Panewka bezcementowa sferyczna, press-fit w minimum 13 rozmiarach zewnętrznych od 44mm do 68mm. Czasza z 3 otworami na śruby panewkowe. Rant czaszy obły, polerowany, redukujący możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Pokrycie zewnętrzne w formie napylonej, porowatej warstwy tytanowej, Implant przystosowany do zastosowania w jednej czaszy trzech typów wkładek: ceramicznej, metalowej i PE. Wkładki panewkowe dostosowane do rosnących rozmiarów głów: 28mm, 32mm, 36mm i 40mm
- 3) Wkładki panewkowe wykonane z silnie usieciowanego polietylenu HXLPE, dostosowane do rosnących głów 28mm, 32mm, 36mm i 40mm
- 4) Głowy metalowe CoCr o podwyższonej gładkości, o stożku 12/14 i średnicach zewnętrznych 28mm, 32mm, 36mm i 40mm
- 5) Śruby panewkowe śr. 6.5mm, stopniowanie długości co 5mm.
- 6) Zaślepka centralna do panewki z otworami
- 7) Ostrza kompatybilne z użyczonymi napędami. Różne rozmiary umożliwiające wykonanie zabiegu wg zaferowanej techniki. Dodatkowo mogą być zaferowane ostrza kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego napędami Acculan.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 2

Pytanie do pakietu nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedstawienie aktualnego chińskiego raportu rejestru endorotezoplastyk, który potwierdza zastosowane oferowanych endoprotez u co najmniej 1000 pacjentów ?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje zmiany treści SWZ poprzez zmianę załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy nadając mu brzmienie zgodnie z treścią załącznika do niniejszych wyjaśnień.

Niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

Załączniki:
Formularz asortymentowo-cenowy

Zastępca Dyrektora
ds. Finansowych
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW Wewnętrznych i Administracji
w Poznaniu im. prof. Andrzeja Biegowskiego

mgr Irena Adamczewska

Wyk. w 1 egz.
1/ strona internetowa
2/ a/a
Druk: M. Flis


Z-ca Dyrektora
Działu Zamówień Publicznych
mgr Michał Flis