

ZATWIERDZAM

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest diagnostyka, przegląd techniczny i konserwacja chromatografu gazowego Clarus 500 wraz z autosamplerem (N6519101) firmy Perkin Elmer.

Usługa powinna polegać na:

- usunięciu zanieczyszczeń,
- skontrolovaniu napięcia instalacji gazowej,
- wymianie zużytych uszczelek,
- skontrolovaniu napięcia instalacji elektrycznej, stabilności połączeń elektrycznych, napięcia detektorów,
- skalibrowaniu przepływów gazów roboczych,
- sprawdzeniu stanu dozownika.

TECHNIK
Sekcji VI Wydziału Zaopatrzenia
Komendy Stołecznej Policji
Polawska
Ewelina POŁAWSKA

KIEROWNIK
Sekcji VI Wydziału Zaopatrzenia
Komendy Stołecznej Policji
atek
asp. Matek LEWIŃSKI