



POLITECHNIKA WARSZAWSKA
WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY



Dostawa sprzętu pomiarowego dla jednostek Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej według załącznika nr 1,2 oraz swz.

Nr sprawy WE.ZP.261.7.21

Warszawa, dnia 12 listopada 2021r

Dotyczy: Dostawa sprzętu pomiarowego dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej według załącznika nr 1,2 oraz SWZ. (ID 532496)
Nr sprawy: WE.ZP.261.7.21

Zamawiający: POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY Pl. Politechniki 1, pok. 214, 00-661 Warszawa informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1

Szanowni Państwo, Czy w części nr V poz. 2 Zamawiający dopuszcza oscyloskop bez interfejsu USB-GPIB. W ostatniej wersji całej serii oscyloskopów DS1000Z Producent zaprzestał wspieranie tej funkcjonalności, interfejs GPIB nie będzie działać z tym oscyloskopem.

Odpowiedź:

1. Tak, Zamawiający dopuszcza braku GPIB w zamawianych oscyloskopach serii DS1000Z.

Z poważaniem

Pełnomocnik Dziekana
Wydziału Elektrycznego
ds. zamówień publicznych
Jacek Korytkowski
dr inż. Jacek Korytkowski