



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
**SZPITAL SPECJALISTYCZNY MSWiA**  
w GŁUCHOŁAZACH  
im. św. Jana Pawła II  
48-340 GŁUCHOŁAZY, ul. Mieczysława Karłowicza 40  
Tel. 77 43 91 614, 40 80 155; Fax 77 43 93 861  
e-mail: dyrekcja@szpitalmsw-glucholazy.pl www.szpitalmsw-glucholazy.pl



NIP 755-16-33-549 REGON 531172135

DZP 2374/8/2022

Głucholazy, 28.04.2022r.

### ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

#### **Dotyczy postępowania: „Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku i opakowań farmaceutycznych”.**

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku -Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

1. Pakiet 2 poz.1  
Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 1,2x38mm?  
**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**
2. Pakiet 2 poz.2  
Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 0,9x38mm?  
**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**
3. Pakiet 2 poz.3  
Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 1,1x38mm?  
**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**
4. Pakiet 2 poz.5  
Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 0,6x32mm?  
**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**
5. Pakiet 2 poz.6  
Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 0,7x32mm?  
**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**
6. Pakiet 2 poz.7  
Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 0,8x38mm?  
**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**
7. Pakiet 2 poz.8  
Czy Zamawiający dopuści kaniulę wykonaną z FEP?  
**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**
8. Pakiet 2 poz.8  
Czy Zamawiający dopuści kaniulę wyposażoną w 2 paski?  
**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**
9. Pakiet 2 poz.8

10. Czy Zamawiający dopuści koreczek z trzpieniem powyżej krawędzi?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

11. Pakiet 2 poz.8

Czy Zamawiający dopuści plastikowy zatrzask zabezpieczający?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

12. Pakiet 2 poz.9

Czy Zamawiający wymaga koreczka z trzpieniem poniżej krawędzi korka?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

13. Pakiet 2 poz.14

Czy Zamawiający dopuści komorę kroplową z medycznego PVC?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

14. Pakiet 2 poz.17-21

Czy Zamawiający dopuści skalę rozszerzoną 2-3 ml, 5-6 ml, 10-12 ml, 20-24 ml?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

15. Pakiet 2 poz.20

Czy Zamawiający dopuści opakowanie po 80szt z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

16. Pakiet 2 poz.22,23

Czy Zamawiający dopuści kryzę ograniczającą wysunięcie tłoka?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

17. Pakiet 2 poz.23

Czy Zamawiający dopuści jednostronną skalę pomiarową?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

18. Pakiet 13 poz.2,3

Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 30g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

19. Pakiet 13 poz.2-4

Czy Zamawiający dopuści fartuch z rękawem zakończonym gumką?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

20. Pakiet 13 poz.2,4

Czy Zamawiający dopuści fartuch w kolorze niebieskim?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

21. Pakiet 13 poz.4

Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 20g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**22. Pytanie 1, pakiet 12, poz. 4**

Wnosimy o dopuszczenie pojemnika na odpady medyczne, **pojemność 2L o średnicy podstawy 120mm i wysokości 160mm, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.**

Zaproponowane wymiary nieznacznie różnią się od wymaganych przez zamawiającego, a wysokość umożliwi gromadzenie odpadów większych rozmiarów, co korzystnie wpływa na funkcjonalność. Dodatkowo pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 101 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze z opisywanym. Równoważne bowiem są inne od

wymaganych parametry i rozwiązania techniczne bądź użytkowe, które w praktyce pełnią te same funkcje, których Zamawiający oczekuje od przedmiotu zamówienia. Dopuszczenie powyższego umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert i pozwoli Zamawiającemu na wybór najkorzystniejszej oferty, osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przestank medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

23. Pakiet 14: Poz. 1. Czy Zamawiający dopuści jednorazowe szczotki dwustronne o długości roboczej 250 cm, średnica szczoteczek 6/6 mm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

24. Pakiet 14: Poz. 1. Czy Zamawiający dopuści jednorazowe szczotki dwustronne o średnicy szczoteczek 5/10 mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

25. Pakiet 14: Poz. 2. Czy Zamawiający dopuści w rozmiarze 22 x 27 mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ (nastąpiła zmiana opisu przedmiotu zamówienia)**

26. Pakiet 14: poz. 3. Czy Zamawiający dopuści gąbki o długości 125 mm, średnica 50 mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

27. Poniższy wniosek dotyczy opisu przedmiotów zamówienia w pakiecie 1, poz. 61 i 62 w przedmiotowym postępowaniu:

Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 61 i 62 z pakietu 1 oraz utworzenie odrębnego zadania. Wydzielenie wymienionych pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionych pozycji w dotychczasowym pakiecie silnie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

28. Poniższy wniosek dotyczy opisu przedmiotów zamówienia w pakiecie 1, poz. 65, pakiecie 2, poz. 28 w przedmiotowym postępowaniu:

Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 65 z pakietu 1 i pozycji 28 z pakietu 2 oraz utworzenie odrębnego zadania. Wydzielenie wymienionych pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionych pozycji w dotychczasowym pakiecie silnie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

29. **Dotyczy Pakietu nr 2**

Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o wydzielenie pozycji 30, 31, 32, 33 i 34 z Pakietu nr 2 i stworzenie na te pozycje osobnego pakietu. Zwiększyłoby to konkurencyjność prowadzonego postępowania, umożliwiając złożenie ofert większej liczbie oferentów, a Zamawiającemu wybór najkorzystniejszej oferty spełniającej wymogi SWZ.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

### 30. Dotyczy Pakietu nr 9

Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o wydzielenie pozycji 5,6,11,12 i 17 z Pakietu nr 9 i stworzenie na te pozycje osobnego pakietu. Zwiększyłyby to konkurencyjność prowadzonego postępowania, umożliwiając złożenie ofert większej liczbie oferentów, a Zamawiającemu wybór najkorzystniejszej oferty spełniającej wymogi SWZ.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

31. Pakiet 14 poz. 3 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie gąbki do mycia płaszczka endoskopu, długość gąbki 140mm, średnica gąbki 45mm, średnica otworów 6mm/9mm.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

32. Pakiet 9 pozycja 7,8- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony flakonu w kolorze zielonym, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Tak.**

Z poważaniem

Kierownik Zamawiającego