

Nr sprawy: 50/PNE/DOT/2023

Sosnowiec, dnia 03.10.2023r.

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne, o których stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) - pn. „**Dostawa aparatury medycznej dla Bloku Operacyjnego Neurochirurgii w ramach inwestycji: „Modernizacja i przebudowa oraz wyposażenie sal operacyjnych Centralnego Traktu Operacyjnego wraz z zapleczem w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu”**”

Zamawiający – SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu zgodnie z art. 135 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, udostępnia treść wniosków wraz z wyjaśnieniami wszystkim uczestnikom postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.

**Zamawiający informuje, iż modyfikuje zapisy Załącznika nr 8 – Wzoru umowy.**

#### ZESTAW NR 1

##### Pytanie nr 1

**Dotyczy – Załącznika nr 2 do SWZ – Pakietu nr 2 – Diatermia**

(termin realizacji)

Czy zamawiający wydłuży termin realizacji do 10-12 tygodni dla części nr 2 ( Diatermie)?

##### Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgodę na powyższe.

##### Pytanie nr 2

**Dotyczy – Załącznika nr 2 do SWZ – Pakietu nr 2 - Diatermia – poz. 48**

Czy zamawiający dopuści do postępowania pincetę bipolarną bagnetową końcówki robocze 6mm, grubość 0,3mm cienkie, długość pincety 23cm ?

##### Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na zaoferowanie pincetę bipolarną bagnetową końcówki robocze 6mm, grubość 0,3mm cienkie, długość pincety 23cm.

##### Pytanie nr 3

**Dotyczy treści SWZ - pkt. IV, ppkt. 7 treści SWZ**

W punkcie IV ppkt 7 nie wskazaliście Państwo ilości sztuk diatermii dla Części 2 przedmiotu zamówienia.

##### Odpowiedź:

Zamawiający informuję, że w punkcie IV ppkt 7 SWZ ilość Diatermii zgodnie z Załącznikiem nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia dla Części nr 2 winna być ilość **sztuk - 3**



#### Pytanie nr 4

##### Dotyczy treści SWZ - pkt. XVIII treści SWZ

W SWZ w Pkt XVIII wskazują Państwo, iż ofertę należy złożyć do dnia 17.10.2023, natomiast na platformie widnieje data złożenia oferty - 16.10.2023r.

#### Odpowiedź:

Zamawiający informuję, iż w związku z omyłką pisarską w treści SWZ pkt XVIII dokonał w dniu 25.09.2023r. modyfikacji terminu składania i otwarcia ofert w SWZ w pkt XVIII –

#### Było:

1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę: <https://platformazakupowa.pl/pn/wss5> do dnia 17.10.2023r. do godz. 09:00. W przypadku awarii tego systemu, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.  
O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie.  
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.10.2023r. o godz. 10:00 .

#### JEST :

1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę: <https://platformazakupowa.pl/pn/wss5> do dnia 16.10.2023r. do godz. 09:00. W przypadku awarii tego systemu, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.  
O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie.  
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.10.2023r. o godz. 10:00 .

#### ZESTAW NR 2

##### Dotyczy Części nr 1 Aparat USG

#### Pytanie nr 1

Dotyczy – Załącznik nr 8 do SWZ (Wzór umowy)

Dotyczy Wzoru Umowy § 2 ust. 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmianę zapisów umowy w zakresie przedmiotowego ust. o zapis następującej treści:

„(...) oraz przenieść na Zamawiającego własność Sprzętu **w ślad za uiszczeniem należności** , wraz z jego wydaniem, (...)”

#### Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę postanowień wzoru umowy.

#### Pytanie nr 2

Dotyczy – Załącznik nr 8 do SWZ (Wzór umowy)

Dotyczy Wzoru Umowy § 7 ust. 3

Prosimy o doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym:

„W przypadku awarii ujawnionej w czasie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązany jest dokonać jego naprawy zgodnie z terminami wskazanymi w § 7 ust. 11”

#### Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę postanowienia § 7 ust. 3 wzoru umowy



### Pytanie nr 3

Dotyczy – Załącznik nr 8 do SWZ (Wzór umowy)

Dotyczy Wzoru Umowy § 7 ust. 4 w powiązaniu z Zał. nr 1 Parametry techniczne, pkt. 46

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji do 72h?

#### Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody wydłużenie czasu reakcji do 72h.

### Pytanie nr 4

Dotyczy – Załącznik nr 8 do SWZ (Wzór umowy)

Dotyczy Wzoru Umowy § 7 ust. 5

Prosimy o doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym:

„Na czas naprawy trwający powyżej 7 dni roboczych Wykonawca zapewni **urządzenie zastępcze**. Czas naprawy nie przekroczy 30 dni roboczych”.

#### Odpowiedź:

Zamawiający zmienia postanowienie § 7 - ust. 5 wzoru umowy w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

5. Na czas naprawy „trwający powyżej 7 dni roboczych”, Wykonawca zapewni **urządzenie zastępcze**. Czas naprawy nie przekroczy 21 roboczych.

### Pytanie nr 5

Dotyczy – Załącznik nr 8 do SWZ (Wzór umowy)

Dotyczy Wzoru Umowy § 7 ust. 6, 7, 8

Wskazane zapisy nie dotyczą przedmiotu zamówienia – prosimy o ich usunięcie.

#### Odpowiedź:

Zamawiający w § 7 usuwa ust. 6, 7 i 8 korygując numerację ustępów zawartych w § 7.

### Pytanie nr 6

Dotyczy – Załącznik nr 8 do SWZ (Wzór umowy)

Dotyczy Wzoru Umowy § 7 ust. 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminów napraw z 3 do 5 dni roboczych (jeśli do naprawy nie jest wymagany zakup części zamiennych z zagranicy), oraz z 7 na 10 dni roboczych (jeśli do naprawy konieczny jest zakup części zamiennych za granicą)?

#### Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wydłużenie proponowanych terminów.

### Pytanie nr 7

Dotyczy – Załącznik nr 8 do SWZ (Wzór umowy)

Dotyczy Wzoru Umowy § 7 ust. 12

Prosimy o doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym:

„W przypadku stwierdzenia po raz piąty awarii (wady) tego samego podzespołu, Wykonawca na swój koszt wymieni ten podzespół na wolny od wad”

#### Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Sporządziła: E. Turek

#### Pytanie nr 8

**Dotyczy – Załącznik nr 8 do SWZ (Wzór umowy)**

**Dotyczy Wzoru Umowy § 7 ust. 9**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zamianę terminu rozpatrzenia reklamacji z tytułu gwarancji co do dostarczonego Sprzętu z 7 dni kalendarzowych na 10 dni roboczych.

#### Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zamianę terminu rozpatrzenia reklamacji z tytułu gwarancji co do dostarczonego Sprzętu z 7 dni kalendarzowych na 10 dni roboczych

#### Pytanie nr 9

**Dotyczy – Załącznik nr 8 do SWZ Pakiet nr 2 (Wzór umowy)**

**Dotyczy Wzoru Umowy § 8 ust. 1 ppkt. 1)**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmniejszenie kary umownej z 1% na 0,5%.

#### Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że podtrzymuje treść w § 8 ust. 1 ppkt. 1) wzoru umowy w dotychczasowym brzmieniu.

#### Pytanie nr 10

**Dotyczy – Załącznik nr 8 do SWZ (Wzór umowy)**

**Dotyczy Wzoru Umowy § 8 ust. 2**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmniejszenie kary umownej z 10% na 5%.

#### Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że podtrzymuje treść w § 8 ust. 2 wzoru umowy w dotychczasowym brzmieniu.

#### Pytanie nr 11

**Dotyczy – Załącznik nr 8 do SWZ (Wzór umowy)**

**Dotyczy Wzoru Umowy § 8**

Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie kolejnego ust. o następującym brzmieniu:

„Fakt dostarczenia urządzenia zastępczego na czas przedłużającej się realizacji zobowiązań umownych wyłącza możliwość naliczania kar.”

#### Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

### ZESTAW NR 3

#### Część nr 3

##### Pytanie nr 1

**Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ – (Opis przedmiotu zamówienia) – Część nr 3**

Czy Zamawiający w punkcie dziewiątym przyzna również 10 punktów za rozwiązanie w którym kanał ssania znajduje się wewnątrz głowicy? Takie rozwiązanie realnie ułatwia czyszczenie i jednocześnie zmniejsza ryzyko powstawania okluzji poprzez zredukowanie ilości zagięć drenów – co ma miejsce w przypadku umiejscowienia kanału na zewnątrz głowicy.

#### Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na modyfikację ilości przyznawanych punktów w zakresie Części nr 3.



#### Pytanie nr 2

##### **Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ – (Opis przedmiotu zamówienia) - Część nr 3**

Czy Zamawiający w punkcie dziesiątym przyzna również 10 punktów za rozwiązanie w którym dreny jednorazowe posiadają magnetyczne piny pozwalające wyeliminować ryzyko nieprawidłowego podłączenia przy jednoczesnym skróceniu całego procesu przygotowawczego?

##### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na modyfikację ilości przyznawanych punktów w zakresie Części nr 3.

#### Pytanie nr 3

##### **Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ – (Opis przedmiotu zamówienia) - Część nr 3**

W ramach wyrównania szans potencjalnych oferentów, Zwracamy się do zamawiającego o wprowadzenie punktacji za rozwiązanie które ma znaczący wpływ praktyczny na pracę Bloku Operacyjnego – i przyznanie punktów w ocenie technicznej za bezprzewodowy sterownik nożny który redukuje ilość przewodów na sali operacyjnej.

##### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na modyfikację ilości przyznawanych punktów w zakresie Części nr 3.

#### Pytanie nr 4

##### **Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ – (Opis przedmiotu zamówienia) - Część nr 3**

W ramach wyrównania szans potencjalnych oferentów, Zwracamy się do Zamawiającego o wprowadzenie punktacji za rozwiązanie które ma znaczący wpływ praktyczny na pracę i wszechstronność urządzenia – i przyznanie punktów w ocenie technicznej za dostępność min. 10 rodzajów końcówek roboczych do rozbijania i aspiracji tkanek.

##### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na modyfikację ilości przyznawanych punktów w zakresie Części nr 3.

#### Pytanie nr 5

##### **Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ – (Opis przedmiotu zamówienia) - Część nr 3**

W ramach wyrównania szans potencjalnych oferentów, Zwracamy się do Zamawiającego o wprowadzenie punktacji za rozwiązanie które ma znaczący wpływ praktyczny na pracę i wszechstronność urządzenia – i przyznanie punktów w ocenie technicznej za dostępność min. 10 rodzajów końcówek roboczych do cięcia i rzeźbienia kości kręgosłupa.

##### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na modyfikację ilości przyznawanych punktów w zakresie Części nr 3.

### ZESTAW 4

#### **Parametry techniczne – Część nr 3**

##### **Cavitrony (Aspirator ultradźwiękowy) – 3 szt.**

#### Pytanie nr 1

##### **Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ – (Opis przedmiotu zamówienia) – Część nr 3**

**Dot. Pkt 3 tabeli technicznej:** Czy Zamawiający będzie wymagał aby konsola aspiratora wyświetlała parametry pracy urządzenia na co najmniej 10 calowym wyświetlaczu dotykowym z możliwością sterowania przy pomocy wyświetlacza oraz pilota przewodowego, co stanowi lepszy parametr w odniesieniu do opisu przedmiotu zamówienia.

##### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że wymaga zgodnie z zapisami zawartymi w Załącznik nr 2 do SWZ tj. Opisem przedmiotu zamówienia – parametry techniczne w pkt. 3 tabeli technicznej.

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na modyfikację ilości przyznawanych punktów w zakresie Części nr 3.

Sporządziła: E. Turek



#### Pytanie nr 2

##### Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ – (Opis przedmiotu zamówienia) – Część nr 3

**Dot. Pkt 4 tabeli technicznej:** Czy Zamawiający dopuści do postępowania rozwiązanie, w którym aspirator ultradźwiękowy ma wysokości 23.37 cm, co stanowi nieznaczną różnicę w odniesieniu do opisu przedmiotu zamówienia i przyzna 10 punktów.

##### Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wymaga zgodnie z zapisami zawartymi w Załącznik nr 2 do SWZ tj. Opiszem przedmiotu zamówienia – parametry techniczne w pkt. 4 tabeli technicznej.

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na modyfikację ilości przyznawanych punktów w zakresie Części nr 3.

#### Pytanie nr 3

##### Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ – (Opis przedmiotu zamówienia) – Część nr 3

**Dot. Pkt 10 tabeli technicznej:** Czy Zamawiający dopuści uniwersalne, kompleksowe jednorazowe dreny bez podziału na męskie i żeńskie co stanowi optymalne rozwiązanie dla oferowanego urządzenia medycznego i przyzna 10 punktów.

##### Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wymaga zgodnie z zapisami zawartymi w Załącznik nr 2 do SWZ tj. Opiszem przedmiotu zamówienia – parametry techniczne w pkt. 10 tabeli technicznej.

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na modyfikację ilości przyznawanych punktów w zakresie Części nr 3.

#### Pytanie nr 4

##### Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ – (Opis przedmiotu zamówienia) – Część nr 3

**Dot. Pkt 11 tabeli technicznej:** Czy Zamawiający dopuści aspirator ultradźwiękowy bez możliwość połączenia głowicy neurochirurgicznej do wentrikuloskopii i przyzna 10 punktów.

##### Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wymaga zgodnie z zapisami zawartymi w Załącznik nr 2 do SWZ tj. Opiszem przedmiotu zamówienia – parametry techniczne w pkt. 11 tabeli technicznej.

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na modyfikację ilości przyznawanych punktów w zakresie Części nr 3.

#### Pytanie nr 5

##### Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ – (Opis przedmiotu zamówienia) – Część nr 3

**Dot. Pkt 12 tabeli technicznej:** Czy Zamawiający dopuści aspirator ultradźwiękowy bez możliwość połączenia głowicy neurochirurgicznej z systemem neuromonitoringu śródoperacyjnego i przyzna 10 punktów.

##### Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wymaga zgodnie z zapisami zawartymi w Załącznik nr 2 do SWZ tj. Opiszem przedmiotu zamówienia – parametry techniczne w pkt. 12 tabeli technicznej.

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na modyfikację ilości przyznawanych punktów w zakresie Części nr 3.





#### Pytanie nr 6

##### Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ – (Opis przedmiotu zamówienia) – Część nr 3

**Dot. Pkt 13,17 tabeli technicznej:** Czy Zamawiający dopuści do postępowania aspirator ultradźwiękowy pracujący z uniwersalną głowicą ultradźwiękową z częstotliwością 25.4 kHz a tym samym mieszcząca się w zakresie 20-35 kHz .

#### Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wymaga zgodnie z zapisami zawartymi w Załącznik nr 2 do SWZ tj. Opiszem przedmiotu zamówienia – parametry techniczne w pkt. 13 i 17 tabeli technicznej.

#### Pytanie nr 7

##### Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ – (Opis przedmiotu zamówienia) – Część nr 3

**Dot. Pkt 16 tabeli technicznej:** Czy Zamawiający dopuści co najmniej 6 różnych końcówek roboczych do rozbijania i aspiracji tkanek miękkich i włóknistych .

#### Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wymaga zgodnie z zapisami zawartymi w Załącznik nr 2 do SWZ tj. Opiszem przedmiotu zamówienia – parametry techniczne w pkt. 16 tabeli technicznej.

#### Pytanie nr 8

##### Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ – (Opis przedmiotu zamówienia) – Część nr 3

**Dot. Pkt 19 tabeli technicznej:** Czy Zamawiający będzie wymagał, aby głowica robocza posiadała co najmniej 11 różnych końcówek do cięcia kości w obrębie czaszki i kręgosłupa ?

#### Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wymaga zgodnie z zapisami zawartymi w Załącznik nr 2 do SWZ tj. Opiszem przedmiotu zamówienia – parametry techniczne w pkt. 19 tabeli technicznej.

#### Pytanie nr 9

##### Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ – (Opis przedmiotu zamówienia) – Część nr 3

**Dot. pkt 23, 24 tabeli technicznej:** Czy Zamawiający będzie wymagał, aby aspirator ultradźwiękowy był wyposażony w uniwersalny uchwyt kątowy o częstotliwości pracy 25.4 kHz współpracujący zarówno z końcówkami roboczymi do tkanek miękkich, włóknistych i kości oraz wyposażony był w sterownik nożny , co stanowi optymalne rozwiązanie dla oferowanego urządzenia.

#### Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wymaga zgodnie z zapisami zawartymi w Załącznik nr 2 do SWZ tj. Opiszem przedmiotu zamówienia – parametry techniczne w pkt. 23 i 24 tabeli technicznej.

**W załączeniu zmodyfikowany Załącznik nr 8 do SWZ – Wzór umowy.**

**Zatwierdził**

**p.o. DYREKTOR**

ds. Ekonomicznych i Zarządzania Majątkiem

**Agnieszka Kozak**

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5  
im. Św. Barbary w Sosnowcu

Sporządziła: E. Turek