

Bielsko-Biała dn.18.03.2021 r.

DZP.271.1.2021 - 12

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku oraz odzieży ochronnej jednorazowego użytku przeznaczonych do przygotowania i podaży cytostatyków dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej - znak sprawy: DZP.271.1.2021

Uprzejmie informujemy, iż do siedziby Zamawiającego wpłynęły zapytania do SIWZ o treści :

W związku z prowadzonym postępowaniem zwracamy się do Zamawiającego o sprecyzowanie przedmiotu zamówienia i wyjaśnienia:

pakiet 1, poz. 3-7

Prosimy aby zamawiający dopuścił strzykawki bez nazwy producenta występującej bezpośrednio na cylindrze oraz typu strzykawki. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Cylinder posiada naniesioną nazwę IMPORTERA/DYSTRYBUTORA. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne. Typ strzykawki jest widoczny na opakowaniu indywidualnym, więc przy użytkowaniu (z założenia) przez wykwalifikowaną kadrę pracowniczą nie ma potrzeby dodatkowo umieszczać nazwy strzykawki na produkcie. Wymóg ten znacząco ogranicza konkurencję, co prowadzi do uzyskania zawyżonej wyceny na dany produkt.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuści również /bez nazwy producenta występującej bezpośrednio na cylindrze/ pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SWZ Zamawiającego,

Z poważaniem

KIEROWNIK APTEKI

J. Paździora
dr n. farm. Jolanta Paździora