

Załącznik nr 1
do ogłoszenia przetargowego z dnia 01-08-2022
na sprzedaż wycofanych z użytkowania
urządzeń medycznych

Lista urządzeń

Lp.	Nazwa	Typ	Rok produkcji	Nr seryjny	Opis urządzenia	Producent	Cena wywoławcza brutto
1.	Aparat RTG ramię C	ZIEHM 8000	2008	8958	<p>Urządzenie składa się:</p> <ul style="list-style-type: none">• generatora wysokiej częstotliwości 20 KHz sterowanego mikroprocesorami, o mocy 2,2 kW• dwuogniskowej lampy X-RAY ze stacjonarną anodą• wózka z ramieniem C o wadze 230 kg, głębokości ramienia 68 cm, o zakresie obrotu ramienia wokół osi poziomej 225 stopni i zakresie orbitalnego 135 stopni• wzmocniacza obrazu o średnicy nominalnej 9", o trzech polach montora i toru wizyjnego (stacja monitorowania łączona z RTG z ramieniem C• urządzenie sprawne	ZIEHM Imaging GmbH (Niemcy)	50.000,00

DIKREKTOR
SP ZOZ MSWiA w OPOLU

Jacek Bartosz