



**Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SP ZOZ w Warszawie**

ul. Poznańska 22; 00-685 Warszawa; tel. +48 22 52 51 405; fax +48 22 52 51 380

ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO45001:2018;

WSPRiTS/ZP/114/2023
ZP.261.11.2023

Warszawa, dnia 27 marca 2023 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego ogłoszonego w TED Nr 2023/S 047-137149 z dnia 07.03.2023 r. na zakup ambulansów w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza [Nr postępowania: 11/ZP/2023].

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ

Zgodnie z art. 135 ust. 2 i art. 137 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ w Warszawie udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz zmienia treść SWZ:

Dotyczy Części 1 „Zakup 2 ambulansów z wyposażeniem medycznym dla mieszkańców Warszawy”:

1) **PYTANIE:** Prosimy o dopuszczenie na zasadzie równoważności pojazd wyposażony w zbiornik paliwa o pojemności min. 70 l.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

2) **PYTANIE:** Prosimy o dopuszczenie na zasadzie równości pojazd wyposażony w silnik o mocy 170 KM.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza pojazdu wyposażonego w silnik o mocy 170 KM.

3) **PYTANIE:** Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności automatyczną skrzynię biegów?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania pojazdy z automatyczną skrzynią biegów.

4) **PYTANIE:** Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności elektryczną grzałkę silnika zasilaną z sieci 230V, zamontowaną w układzie smarowania silnika pojazdu w zamian za grzałkę umieszczoną w układzie chłodzenia?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

5) **PYTANIE:** Czy Zamawiający dopuści, aby sterowanie ogrzewaniem niezależnym powietrznym było realizowane poprzez oryginalny programator / sterownik urządzenia?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ.

6) **PYTANIE:** Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności rozwiązanie w postaci lampy zespolonej (belki) zamontowanej w tylnej części dachu i wyposażonej w światła niebieskie typu LED oraz dodatkowe lampy kierunkowskazów?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

7) **PYTANIE:** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans wyposażony w system wspomaganie nagłego (awaryjnego) hamowania bez dodatkowego elektronicznego systemu wspomagającego, układ uaktywniający się poprzez automatyczne hamowanie w razie zagrożenia wjechania w tył pojazdu poprzedzającego?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulanse bez dodatkowego elektronicznego systemu wspomagającego opisanego powyżej.

8) **PYTANIE:** Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie w postaci czterech lamp zamontowanych w atrapie oraz po dwie lampy zamontowane w przednich i tylnych błotnikach?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zaoferowania ambulansów zgodnych z opisem stanowiącym załącznik do SWZ, określającym wymagane parametry funkcjonalne i techniczne.

9) **PYTANIE:** Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności rozwiązanie w postaci czterech punktowych lamp typu LED rozmieszczonych nad noszami bez możliwości regulacji?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zaoferowania ambulansów zgodnych z opisem stanowiącym załącznik do SWZ, określającym wymagane parametry funkcjonalne i techniczne.

10) **PYTANIE:** Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności rozwiązanie w postaci lampy typu LED umieszczonej nad blatem roboczym bez możliwości regulacji?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ.

11) **PYTANIE:** Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności szafkę ściany działowej wyposażoną w szuflady, wykończoną blatem roboczym wykonanym z materiału kompozytowego o dużej sztywności i wytrzymałości oraz wysokiej odporności na zarysowania?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ.

12) **PYTANIE:** Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności miejsce do montażu drukarki zlokalizowane na lewej stronie przedziału medycznego w jego przedniej części, zapewniające bezpośredni i łatwy dostęp do drukarki oraz możliwość pobierania drukowanych dokumentów bez konieczności demontowania urządzenia z podstawy?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

13) **PYTANIE:** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans z fotelem dla personelu na prawej stronie przedziału medycznego, wyposażony w jeden podłokietnik?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ.

14) **PYTANIE:** Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności jeden ze schowków zabudowy meblowej zamykany zamkiem szyfrowym, zamiast zamkiem zamykanym kluczykiem?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ.

15) **PYTANIE:** Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności, aby szafka pomiędzy podłogą, a systemem szyn ściennych zamykana była drzwiczkami, a nie roletą?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

16) **PYTANIE:** W związku z faktem, że tablet Zebra L10 XSLATE nie posiada zewnętrznej możliwości podłączenia anteny GPS/GPRS zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści do zaoferowania port dokujący do tabletu bez anteny GPS/GPRS?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania port dokujący do tabletu bez anteny GPS/GPRS.

17) PYTANIE: Czy Zamawiający wymaga zamontowania podstawy pod nosze główne z napędem mechanicznym, posiadająca przesuw boczny 30 cm, możliwość pochyłu o 10 stopni do pozycji Trendelenburga i Antytrendelenburga (pozycji drenażowej), z wysuwem na zewnątrz pojazdu umożliwiającym wjazd noszy na lawetę pod kątem nie większym jak 10 stopni?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zamontowania podstawy pod nosze główne z napędem mechanicznym, posiadającej przesuw boczny 30 cm, możliwość pochyłu o 10 stopni do pozycji Trendelenburga i Antytrendelenburga (pozycji drenażowej), z wysuwem na zewnątrz pojazdu umożliwiającym wjazd noszy na lawetę pod kątem nie większym jak 10 stopni.

18) PYTANIE: dot. noszy głównych – W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego, czy wszędzie tam, gdzie w treści Opisu Przedmiotu Zamówienia mowa jest o normach PN EN 1789 oraz PN EN 1865, Zamawiający ma na myśli polskie normy zharmonizowane ujęte w Obwieszczeniu Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego i w związku z tym czy Zamawiający oczekuje dostarczenia dokumentów zgodnych z harmonizowanymi normami, dodatkowo zwracamy uwagę na fakt, że nie istnieje pojęcie norm równoważnych w odniesieniu do norm zharmonizowanych?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający rozumie stosowane w Polsce normy PN EN 1789 oraz PN EN 1865. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, że zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.

19) PYTANIE: dot. noszy głównych – W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy wymaga, aby system transportu pacjenta wraz z mocowaniem transportera był zgodny w pełni z wymogami aktualnych zharmonizowanych norm PN-EN 1865-1+A1:2015 i PN-EN 1789:2021, poświadczony odpowiednimi dokumentami tj. certyfikatem zgodności wystawionym przez niezależną jednostkę notyfikującą zgodnie z uprawnieniami wg dyrektywy medycznej?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie systemu transportu pacjenta wraz z mocowaniem transportera pod warunkiem spełnienia warunków normy 1789 i 1865 (lub norm równoważnych), potwierdzonego certyfikatem wystawionym przez niezależną jednostkę notyfikującą.

20) PYTANIE: dot. noszy głównych – W związku z sytuacją, że wg aktualnie zharmonizowanej obowiązującej normy PN-EN 1865-1+A1:2015, pkt 4.2.3, maksymalna waga zestawu transportowego może wynosić do 51 kg pytamy, czy Zamawiający oczekuje zaoferowania noszy i transportera spełniającego wszystkie wymagania aktualnej zharmonizowanej Normy PN-EN 1865-1+A1:2015?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu transportowego o wyższej wadze, pod warunkiem spełnienia zgodności z normą 1865 (lub normą równoważną), potwierdzonego certyfikatem wydanym przez niezależną jednostkę notyfikującą.

21) PYTANIE: dot. noszy głównych – W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego, czy dopuści nosze wyposażone w podgłówek będący elementem ramy noszy z możliwością odchylenia do tyłu i przygięcia do przodu, z odpinanym stabilizatorem głowy, budowa noszy umożliwia transport pacjenta o dowolnym wzroście, bez potrzeby wysuwania podgłówka?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ.

22) PYTANIE: dot. noszy głównych – W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego, czy dopuści nosze o profilu okrągłym bez gumowego odbojnika, jednakże zwracamy uwagę na fakt, że okrągły profil noszy chroni przed przypadkowymi uszkodzeniami i nie wymaga dodatkowej osłony – prostokątna budowa profili opisana przez Zamawiającego wymaga dodatkowej osłony w przeciwieństwie do profili okrągłych?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ.

23) PYTANIE: dot. noszy głównych – W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego, czy dopuści nosze posiadające zintegrowane uchwyty do transportu, bez dodatkowych uchylnych uchwytów, brak dodatkowych ruchomych elementów wpływa korzystnie na koszty związane z eksploatacją noszy?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ.

24) PYTANIE: dot. transportera noszy głównych - Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie noszy z transporterem z wyłączeniem punktu 4.3.1 z normy 1789 i dopuszcza wagę zestawu: nosze plus transporter o masie 55 kg, przy zwiększonej nośności powyżej 200 kg, przy jednoczesnym potwierdzeniu spełnieniu normy bezpieczeństwa 1789 z certyfikatem wystawionym przez niezależną jednostkę notyfikującą?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu: nosze z transporterem o masie 55 kg, przy zwiększonej nośności powyżej 200 kg, przy jednoczesnym potwierdzeniu spełnieniu normy bezpieczeństwa 1789 (lub normy równoważnej) z certyfikatem wystawionym przez niezależną jednostkę notyfikującą.

Dotyczy Części 2 „Zakup 2 ambulansów - oddział Meditrans Zabki i Meditrans Wołomin”:

25) PYTANIE: Prosimy o dopuszczenie na zasadzie równoważności pojazd wyposażony w zbiornik paliwa o pojemności min. 70 l.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

26) PYTANIE: Prosimy o dopuszczenie na zasadzie równości pojazd wyposażony w silnik o mocy 170 KM.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza pojazdu wyposażonego w silnik o mocy 170 KM.

27) PYTANIE: Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności automatyczną skrzynię biegów?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania pojazdy z automatyczną skrzynią biegów.

28) PYTANIE: Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności elektryczną grzałkę silnika zasilaną z sieci 230V, zamontowaną w układzie smarowania silnika pojazdu w zamian za grzałkę umieszczoną w układzie chłodzenia?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

29) PYTANIE: Czy Zamawiający dopuści, aby sterowanie ogrzewaniem niezależnym powietrznym było realizowane poprzez oryginalny programator / sterownik urządzenia?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ.

30) PYTANIE: Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności rozwiązanie w postaci lampy zespolonej (belki) zamontowanej w tylnej części dachu i wyposażonej w światła niebieskie typu LED oraz dodatkowe lampy kierunkowskazów?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

31) PYTANIE: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans wyposażony w system wspomaganie nagłego (awaryjnego) hamowania bez dodatkowego elektronicznego systemu wspomagającego, układ uaktywniający się poprzez automatyczne hamowanie w razie zagrożenia wjechania w tył pojazdu poprzedzającego?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans bez dodatkowego elektronicznego systemu wspomagającego opisanego powyżej.

32) PYTANIE: Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie w postaci czterech lamp zamontowanych w atrapie oraz po dwie lampy zamontowane w przednich i tylnych błotnikach?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zaoferowania ambulansów zgodnych z opisem stanowiącym załącznik do SWZ, określającym wymagane parametry funkcjonalne i techniczne.

33) PYTANIE: Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności rozwiązanie w postaci czterech punktowych lamp typu LED rozmieszczonych nad noszami bez możliwości regulacji?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zaoferowania ambulansów zgodnych z opisem stanowiącym załącznik do SWZ, określającym wymagane parametry funkcjonalne i techniczne.

34) PYTANIE: Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności rozwiązanie w postaci lampy typu LED umieszczonej nad blatem roboczym bez możliwości regulacji?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ.

35) PYTANIE: Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności szafkę ściany działowej wyposażoną w szuflady, wykończoną blatem roboczym wykonanym z materiału kompozytowego o dużej sztywności i wytrzymałości oraz wysokiej odporności na zarysowania?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ.

36) PYTANIE: Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności miejsce do montażu drukarki zlokalizowane na lewej stronie przedziału medycznego w jego przedniej części, zapewniające bezpośredni i łatwy dostęp do drukarki oraz możliwość pobierania drukowanych dokumentów bez konieczności demontowania urządzenia z podstawy?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

37) PYTANIE: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans z fotelem dla personelu na prawej stronie przedziału medycznego, wyposażony w jeden podłokietnik?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ.

38) PYTANIE: Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności jeden ze schowków zabudowy meblowej zamykany zamkiem szyfrowym, zamiast zamkiem zamykanym kluczykiem?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ.

39) PYTANIE: Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności, aby szafka pomiędzy podłogą, a systemem szyn ściennych zamykana była drzwiczkami, a nie roletą?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

40) PYTANIE: W związku z faktem, że tablet Zebra L10 XSLATE nie posiada zewnętrznej możliwości podłączenia anteny GPS/GPRS zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści do zaoferowania port dokujący do tabletu bez anteny GPS/GPRS?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania port dokujący do tabletu bez anteny GPS/GPRS.

41) PYTANIE: Czy Zamawiający wymaga zamontowania podstawy pod nosze główne z napędem mechanicznym, posiadająca przesuw boczny 30 cm, możliwość pochyłu o 10 stopni do pozycji Trendelenburga i Antytrendelenburga (pozycji drenażowej), z wysuwem na zewnątrz pojazdu umożliwiającym wjazd noszy na lawetę pod kątem nie większym jak 10 stopni?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zamontowania podstawy pod nosze główne z napędem mechanicznym, posiadającej przesuw boczny 30 cm, możliwość pochyłu o 10 stopni do pozycji Trendelenburga i Antytrendelenburga (pozycji drenażowej), z wysuwem na zewnątrz pojazdu umożliwiającym wjazd noszy na lawetę pod kątem nie większym jak 10 stopni.

42) PYTANIE: dot. noszy głównych – W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego, czy wszędzie tam, gdzie w treści Opisu Przedmiotu Zamówienia mowa jest o normach PN EN 1789 oraz PN EN 1865, Zamawiający ma na myśli polskie normy zharmonizowane ujęte w Obwieszczeniu Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego i w związku z tym czy Zamawiający oczekuje dostarczenia dokumentów zgodnych z harmonizowanymi normami, dodatkowo zwracamy uwagę na fakt, że nie istnieje pojęcie norm równoważnych w odniesieniu do norm zharmonizowanych?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający rozumie stosowane w Polsce normy PN EN 1789 oraz PN EN 1865. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, że zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.

43) PYTANIE: dot. noszy głównych – W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy wymaga, aby system transportu pacjenta wraz z mocowaniem transportera był zgodny w pełni z wymogami aktualnych zharmonizowanych norm PN-EN 1865-1+A1:2015 i PN-EN 1789:2021, poświadczony odpowiednimi dokumentami tj. certyfikatem zgodności wystawionym przez niezależną jednostkę notyfikującą zgodnie z uprawnieniami wg dyrektywy medycznej?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie systemu transportu pacjenta wraz z mocowaniem transportera pod warunkiem spełnienia warunków normy 1789 i 1865 (lub norm równoważnych), potwierdzonego certyfikatem wystawionym przez niezależną jednostkę notyfikującą.

44) PYTANIE: dot. noszy głównych – W związku z sytuacją, że wg aktualnie zharmonizowanej obowiązującej normy PN-EN 1865-1+A1:2015, pkt 4.2.3, maksymalna waga zestawu transportowego może wynosić do 51 kg pytamy, czy Zamawiający oczekuje zaoferowania noszy i transportera spełniającego wszystkie wymagania aktualnej zharmonizowanej Normy PN-EN 1865-1+A1:2015?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu transportowego o wyższej wadze, pod warunkiem spełnienia zgodności z normą 1865 (lub normą równoważną), potwierdzonego certyfikatem wydanym przez niezależną jednostkę notyfikującą.

45) PYTANIE: dot. noszy głównych – W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego, czy dopuści nosze wyposażone w podglówek będący elementem ramy noszy z możliwością odchylenia do tyłu i przygięcia do przodu, z odpinanym stabilizatorem głowy, budowa noszy umożliwia transport pacjenta o dowolnym wzroście, bez potrzeby wysuwania podglówka?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ.

46) PYTANIE: dot. noszy głównych – W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego, czy dopuści nosze o profilu okrągłym bez gumowego odbojnika, jednakże zwracamy uwagę na fakt, że okrągły profil noszy chroni przed przypadkowymi uszkodzeniami i nie wymaga dodatkowej osłony – prostokątna budowa profili opisana przez Zamawiającego wymaga dodatkowej osłony w przeciwieństwie do profili okrągłych?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ.

47) PYTANIE: dot. noszy głównych – W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego, czy dopuści nosze posiadające zintegrowane uchwyty do transportu, bez dodatkowych uchylnych uchwytów, brak dodatkowych ruchomych elementów wpływa korzystnie na koszty związane z eksploatacją noszy?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ.

48) PYTANIE: dot. transportera noszy głównych - Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie noszy z transporterem z wyłączeniem punktu 4.3.1 z normy 1789 i dopuszcza wagę zestawu: nosze plus transporter o masie 55 kg, przy zwiększonej nośności powyżej 200 kg, przy jednoczesnym potwierdzeniu spełnieniu normy bezpieczeństwa 1789 z certyfikatem wystawionym przez niezależną jednostkę notyfikującą?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu: nosze z transporterem o masie 55 kg, przy zwiększonej nośności powyżej 200 kg, przy jednoczesnym potwierdzeniu spełnieniu normy bezpieczeństwa 1789 (lub normy równoważnej) z certyfikatem wystawionym przez niezależną jednostkę notyfikującą.

Dotyczy Części 3 „Wsparcie ratownictwa medycznego na Mazowszu - zakup 2 ambulansów”:

49) PYTANIE: Prosimy o dopuszczenie na zasadzie równoważności pojazd wyposażony w zbiornik paliwa o pojemności min. 70 l.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

50) PYTANIE: Prosimy o dopuszczenie na zasadzie równości pojazd wyposażony w silnik o mocy 170 KM.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza pojazdu wyposażonego w silnik o mocy 170 KM.

51) PYTANIE: Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności automatyczną skrzynię biegów?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania pojazdy z automatyczną skrzynią biegów.

52) PYTANIE: Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności elektryczną grzałkę silnika zasilaną z sieci 230V, zamontowaną w układzie smarowania silnika pojazdu w zamian za grzałkę umieszczoną w układzie chłodzenia?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

53) PYTANIE: Czy Zamawiający dopuści, aby sterowanie ogrzewaniem niezależnym powietrznym było realizowane poprzez oryginalny programator / sterownik urządzenia?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ.

54) PYTANIE: Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności rozwiązanie w postaci lampy zespolonej (belki) zamontowanej w tylnej części dachu i wyposażonej w światła niebieskie typu LED oraz dodatkowe lampy kierunkowskazów?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

55) PYTANIE: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans wyposażony w system wspomagania nagłego (awaryjnego) hamowania bez dodatkowego elektronicznego systemu wspomagającego, układ uaktywniający się poprzez automatyczne hamowanie w razie zagrożenia wjechania w tył pojazdu poprzedzającego?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulansu bez dodatkowego elektronicznego systemu wspomagającego opisanego powyżej.

56) PYTANIE: Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie w postaci czterech lamp zamontowanych w atrapie oraz po dwie lampy zamontowane w przednich i tylnych błotnikach?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zaoferowania ambulansów zgodnych z opisem stanowiącym załącznik do SWZ, określającym wymagane parametry funkcjonalne i techniczne.

57) PYTANIE: Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności rozwiązanie w postaci czterech punktowych lamp typu LED rozmieszczonych nad noszami bez możliwości regulacji?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zaoferowania ambulansów zgodnych z opisem stanowiącym załącznik do SWZ, określającym wymagane parametry funkcjonalne i techniczne.

58) PYTANIE: Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności rozwiązanie w postaci lampy typu LED umieszczonej nad blatem roboczym bez możliwości regulacji?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ.

59) PYTANIE: Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności szafkę ściany działowej wyposażoną w szuflady, wykończoną blatem roboczym wykonanym z materiału kompozytowego o dużej sztywności i wytrzymałości oraz wysokiej odporności na zarysowania?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ.

60) PYTANIE: Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności miejsce do montażu drukarki zlokalizowane na lewej stronie przedziału medycznego w jego przedniej części, zapewniające bezpośredni i łatwy dostęp do drukarki oraz możliwość pobierania drukowanych dokumentów bez konieczności demontowania urządzenia z podstawy?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

61) PYTANIE: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulansu z fotelem dla personelu na prawej stronie przedziału medycznego, wyposażony w jeden podłokietnik?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ.

62) PYTANIE: Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności jeden ze schowków zabudowy meblowej zamykany zamkiem szyfrowym, zamiast zamkiem zamykanym kluczykiem?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ.

63) PYTANIE: Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności, aby szafka pomiędzy podłogą, a systemem szyn ściennych zamykana była drzwiczkami, a nie roletą?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

64) PYTANIE: W związku z faktem, że tablet Zebra L10 XSLATE nie posiada zewnętrznej możliwości podłączenia anteny GPS/GPRS zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści do zaoferowania portu dokującego do tabletu bez anteny GPS/GPRS?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania portu dokującego do tabletu bez anteny GPS/GPRS.

65) PYTANIE: Czy Zamawiający wymaga zamontowania podstawy pod nosze główne z napędem mechanicznym, posiadająca przesuw boczny 30 cm, możliwość pochyłu o 10 stopni do pozycji Trendelenburga i Antytrendelenburga (pozycji drenażowej), z wysuwem na zewnątrz pojazdu umożliwiającym wjazd noszy na lawetę pod kątem nie większym jak 10 stopni?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zamontowania podstawy pod nosze główne z napędem mechanicznym, posiadającej przesuw boczny 30 cm, możliwość pochyłu o 10 stopni do pozycji Trendelenburga i Antytrendelenburga (pozycji drenażowej), z wysuwem na zewnątrz pojazdu umożliwiającym wjazd noszy na lawetę pod kątem nie większym jak 10 stopni.

66) PYTANIE: dot. noszy głównych – W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego, czy wszędzie tam, gdzie w treści Opisu Przedmiotu Zamówienia mowa jest o normach PN EN 1789 oraz PN EN 1865, Zamawiający ma na myśli polskie normy zharmonizowane ujęte w Obwieszczeniu Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego i w związku z tym czy Zamawiający oczekuje dostarczenia dokumentów zgodnych z harmonizowanymi normami, dodatkowo zwracamy uwagę na fakt, że nie istnieje pojęcie norm równoważnych w odniesieniu do norm zharmonizowanych?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający rozumie stosowane w Polsce normy PN EN 1789 oraz PN EN 1865. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, że zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.

67) PYTANIE: dot. noszy głównych – W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy wymaga, aby system transportu pacjenta wraz z mocowaniem transportera był zgodny w pełni z wymogami aktualnych zharmonizowanych norm PN-EN 1865-1+A1:2015 i PN-EN 1789:2021, poświadczony odpowiednimi dokumentami tj. certyfikatem zgodności wystawionym przez niezależną jednostkę notyfikującą zgodnie z uprawnieniami wg dyrektywy medycznej?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie systemu transportu pacjenta wraz z mocowaniem transportera pod warunkiem spełnienia warunków normy 1789 i 1865 (lub norm równoważnych), potwierdzonego certyfikatem wystawionym przez niezależną jednostkę notyfikującą.

68) PYTANIE: dot. noszy głównych – W związku z sytuacją, że wg aktualnie zharmonizowanej obowiązującej normy PN-EN 1865-1+A1:2015, pkt 4.2.3, maksymalna waga zestawu transportowego może wynosić do 51 kg pytamy, czy Zamawiający oczekuje zaoferowania noszy i transportera spełniającego wszystkie wymagania aktualnej zharmonizowanej Normy PN-EN 1865-1+A1:2015?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu transportowego o wyższej wadze, pod warunkiem spełnienia zgodności z normą 1865 (lub normą równoważną), potwierdzonego certyfikatem wydanym przez niezależną jednostkę notyfikującą.

69) PYTANIE: dot. noszy głównych – W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego, czy dopuści nosze wyposażone w podgłówek będący elementem ramy noszy z możliwością odchylenia do tyłu i przygięcia do przodu, z odpinanym stabilizatorem głowy, budowa noszy umożliwia transport pacjenta o dowolnym wzroście, bez potrzeby wysuwania podgłówka?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ.

70) PYTANIE: dot. noszy głównych – W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego, czy dopuści nosze o profilu okrągłym bez gumowego odbojnika, jednakże zwracamy uwagę na fakt, że okrągły profil noszy chroni przed przypadkowymi uszkodzeniami i nie wymaga dodatkowej osłony – prostokątna budowa profili opisana przez Zamawiającego wymaga dodatkowej osłony w przeciwieństwie do profili okrągłych?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ.

71) PYTANIE: dot. noszy głównych – W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego, czy dopuści nosze posiadające zintegrowane uchwyty do transportu, bez dodatkowych uchylnych uchwytów, brak dodatkowych ruchomych elementów wpływa korzystnie na koszty związane z eksploatacją noszy?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ.

72) PYTANIE: dot. transportera noszy głównych - Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie noszy z transporterem z wyłączeniem punktu 4.3.1 z normy 1789 i dopuszcza wagę zestawu: nosze plus transporter o masie 55 kg, przy zwiększonej nośności powyżej 200 kg, przy jednoczesnym potwierdzeniu spełnieniu normy bezpieczeństwa 1789 z certyfikatem wystawionym przez niezależną jednostkę notyfikującą?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu: nosze z transporterem o masie 55 kg, przy zwiększonej nośności powyżej 200 kg, przy jednoczesnym potwierdzeniu spełnieniu normy bezpieczeństwa 1789 (lub normy równoważnej) z certyfikatem wystawionym przez niezależną jednostkę notyfikującą.

Dotyczy zapisów SWZ:

73) PYTANIE: Czy Zamawiający uzna na zasadzie równoważności dwie referencje na dostawę ambulansu o wartości łącznej powyżej 1.000.000,00 zł brutto (dostawy realizowane w tym samym tygodniu)?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Wyjaśnienia i zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.