



SZPITAL ŚW. ŁUKASZA
w Bolesławcu

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu
ul. Jeleniogórska 4
59-700 Bolesławiec

NIP: 6121542507
KRS: 0000024307
REGON: 000310338

T.: 75 738 00 00
E.: sekretariat@szpitalboleslawiec.pl

Forma prawna:
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej

Nr w rej. ZOZ:
000000001137

Bolesławiec, 14 października 2022 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania
e-mail: platforma zakupowa

Dotyczy: zapytań do treści specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) na „Sukcesywne dostawy artykułów jednorazowego użytku (medycznych i niemiedycznych) oraz drobnego sprzętu medycznego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu”. Znak sprawy 40/PN/2022.

Zamawiający zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania do treści specyfikacji warunków zamówienia. Działając zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje poniżej treść wniesionych pytań oraz odpowiedzi w tym zakresie.

1) Dotyczy Zadania nr 27, poz. 1, 2

Czy Zamawiający w pozycji 1 i 2 dopuści zaoferowanie kleszczyków pokrytych PTFE

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **dopuszcza** zaoferowanie w pozycji 1 i 2 kleszczyków pokrytych PTFE z zachowaniem pozostałych parametrów opisanych w Formularzu cenowym- Załączniku nr 2.27 bez zmian.

2) Dotyczy Zadania nr 27, poz. 3

Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie pętli o długości roboczej 2400 mm w rozmiarach 6 mm, 10 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm i 32 mm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **dopuszcza** zaoferowanie w pozycji 3 pętli o długości roboczej 2400 mm w rozmiarach 6 mm, 10 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm i 32 mm z zachowaniem pozostałych parametrów opisanych w Formularzu cenowym- Załączniku nr 2.27 bez zmian.

3) Dotyczy Zadania nr 27, poz. 7

Czy Zamawiający w pozycji 7 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy zewnętrznej przewodu 2,3 mm, brzegi pętli w kolorze białym, bez pęsety.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **dopuszcza** zaoferowanie w pozycji 7 pętli o średnicy zewnętrznej przewodu 2,3 mm, brzegi pętli w kolorze białym, bez pęsety z zachowaniem pozostałych parametrów opisanych w Formularzu cenowym- Załączniku nr 2.27 bez zmian.

4) Dotyczy Zadania nr 27, poz. 8

Czy Zamawiający w pozycji 8 dopuści zaoferowanie pętli do mukozektomii jednostopniowych, z 4 zaczepami, wielkość pętli 15 mm x 37 mm oraz 25 mm x 55 mm (do wyboru), średnica kątów 2,3 mm, pozostałe parametry zgodne z opisem.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **dopuszcza** zaoferowanie w pozycji 8 pętli do mukozektomii jednostopniowych, z 4 zaczepami, wielkość pętli 15 mm x 37 mm oraz 25 mm x 55 mm (do wyboru), średnica kątów 2,3 mm z zachowaniem pozostałych parametrów opisanych w Formularzu cenowym- Załączniku nr 2.27 bez zmian.

5) Dotyczy Zadania nr 39, poz. 1, 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igieł o rozmiarze kodowanym cyfrowo na opakowaniu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **dopuszcza** zaoferowanie igieł o rozmiarze kodowanym cyfrowo na opakowaniu z zachowaniem pozostałych parametrów opisanych w Formularzu cenowym- Załączniku nr 2.39 bez zmian.

Odpowiedzi udzielił: lek. med. Paweł Remiszewski- specjalista chirurgii ogólnej