

Lubań, dnia 20 marca 2023 r.

### Wszyscy Wykonawcy

### PYTANIA I WYJAŚNIENIA Nr 8

#### do treści SWZ na „Dostawę wraz z montażem sterylizatora parowego dla NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu sp. z o.o.”, nr postępowania ZP/03/2023

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

#### Pytanie 1

Czy zamawiający dopuszcza poniższe warianty? :

- grubość ścian komory 8mm?
- nie pierścieniowy a jednolity płaszcz grzewczy?

*Komora z minimalnym przewężeniem światła na wejściu i wyjściu; przewężenia zapobiegające wydostaniu się gorących kroplin w przypadku awaryjnego otwarcia drzwi; przewężenie do 20 mm – czy ten parametr dokładnie taki ma być? czy dopuszczalna jest inna zbliżona wartość? Chodzi o szerokość przewężenia i samo przewężenie.*

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedziami udzielonymi na Pytanie 1, Pytanie 2, Pytanie 3 w PYTANIACH I WYJAŚNIENIACH Nr 3.**

**PREZES ZARZĄDU**

**KRZYSZTOF KONOPKA**