



Znak: AE/ZP-27-14/24

Tarnów, 2024-03-06

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej progi unijne (powyżej 221.000 EURO) na dostawę lampy do fototerapii 2 szt.

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie lamp o poniższych parametrach:

1	Ultra kompaktowa ,lekka ,przenośna (zestaw 4 przyssawek + statyw medyczny jezdny) Waga głowicy lampy do 2,6 kg. lampy ,wymiary 433 mm x 217 mm x 99 mm	
2	Duży kolorowy, dotykowy ekran wielkości 4,3 cala	
3	Alarmy m.in. awaria diod LED, awaria zasilania, awaria sondy natężenia światła, temperatura niebieskiej diody LED za wysoka	
4	Lampa mocowana na statywie jezdnym z regulacją wysokości oraz możliwością odłączenia i montowania za pomocą przyssawek na inkubator zamknięty	
5	Wyposażona w zimne źródło światła LED o wysokiej intensywności , efektywne naświetlanie 350-600 mm od powierzchni wyjściowej lampy)	
6	Zasilanie dostosowane do 230 V AC 50Hz Zakres promieniowania 430- 490 nm	
8	Natężenie promieniowania w odległości 35 cm w pięciu poziomach od 12 do 63 $\mu\text{W}/\text{cm}^2\text{nm}$	
9	Żywotność LED 50.000 h	
10	Dwa tryby pracy: tryb automatyczny i tryb normalny .	
11	Wbudowany licznik aktualnego czasu naświetlania, całkowitej ilości przepracowanych godzin	
12	Wyposażona w sondę natężenia promieniowania z zachowaniem 5 poziomów naświetlania	
13	Wbudowany port USB, Umożliwia aktualizację oprogramowania na miejscu bez demontażu	
11	Wbudowana kamera dzięki której w trakcie obchodu nie ma potrzeby otwierania pokrywy ,informacje wyświetlane na ekranie	
12	Konstrukcja bez wentylatorowa ,bezgłośna ,zapewniająca ciche i komfortowe środowisko	

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następujących odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

DYREKTOR
Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika
w Tarnowie

Marcin Kuta

Otrzymują:
Platforma Zamawiającego
a/a

