



Oleśnica

**POWIATOWY ZESPÓŁ SZPITALI**

Syców

ul. Armii Krajowej 1, 56-400 Oleśnica  
tel. 71 77 67 427, fax. 71 77 67 307, e-mail: sekretariat@pzsolesnica.pl



Oleśnica 20.01.2023 r.

**Znak sprawy: PZS/TP/01/2023**

Dotyczy: **”Dostawa rękawic dla Powiatowego Zespołu Szpitali”**.

### WYJAŚNIENIA DO SWZ

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania dotyczące SWZ. Na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2021r Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

Czy w **Zadaniu nr 2** Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe, bezpudrowe,  $AQL \leq 1,5$ , obustronnie chlorowane, wyrób medyczny kat.I, środek ochrony osobistej kat. III, teksturowane końce palców, grubość na palcu min. 0,09mm, na dłoni min. 0,05mm, na mankiecie min. 0,05mm, spełniające normy EN 420:2003+A1:2009, EN ISO 374-1:2016 (Typ B), EN 374-2:2014, EN 16523-1:2015, EN 374-4:2013, EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 455-1:2000, EN 455-2:2009+A2:2013, EN 455-3:2006, EN 455-4:2009, odporne na przenikanie cytostatyków zgodnie z ASTM 6978 (15 substancji), pozbawione tiuramów, ftalanów, MBT, dopuszczone do kontaktu z żywnością, opakowanie papierowe w formie dyspensera.

**Odpowiedź: Nie dopuszczam**

#### **Zadanie 1, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści rękawice o nieznacznej i niewyczuwalnej grubości na mankiecie  $0,07\text{mm} \pm 0,02$ ?

**Odpowiedź: dopuszczam**

#### **Zadanie 1, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści rękawice o nieznacznej i niewyczuwalnej grubości na palcu  $0,10\text{mm} \pm 0,02$ ?

**Odpowiedź: dopuszczam**

#### **Zadanie 2, poz. 1**

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania rękawic czystych mikrobiologicznie, zbadanych zwalidowaną metodą badawczą - potwierdzone raportem wystawionym przez akredytowane laboratorium?

**Odpowiedź: oczekuje**

---

**Dyrekcja:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 7767427  
fax 71 7767307

**Szpital w Oleśnicy:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica  
tel. centr. 71 7767300  
71 7767412

**Szpital w Sycowie:**  
ul. Oleśnicka 25,  
56-500 Syców,  
tel. centr. 62 7852031

**Pogotowie Ratunkowe:**  
ul. Ludwikowska 10,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 3142899